

Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

JUNTA ACLARATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-007-2019

SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A
PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN,
GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA DE LA RED DE LABORATORIOS DEL
ESTADO DE JALISCO.

Guadalajara, Jalisco a 20 de marzo de 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “**glosario de términos y definiciones**” descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2019, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes, **HECHOS** :

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

Primero.- La unidad centralizada de compras informa, en el archivo “02 Anexo 1 E Laboratorio (2).xlsx”, en la celda K11 **dice: “CS500”, debe decir: “Tipo 2”.**

Segundo.- Respecto a las respuestas otorgadas por el área requirente o técnica, se identifica errores ortográficos y dado que el alcance de dicha información no afectaría la integración de su propuesta, queda a criterio de cada participante el subsanar, suplir o corregir dichas diferencias.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero.- La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del área requirente de los siguientes participantes:

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.

NO.	RENLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	BASES, PAGINA 7, RELACIÓN DE ANEXOS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO 1A REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, YA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLIEGO DE REFERENCIA. FAVOR DE PROPORCIONAR.	SE ACLARA QUE EL ANEXO 1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PUBLICADO CORRESPONDE AL ANEXO 1A PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DEL ORGANISMO https://info.jalisco.gob.mx
2.	BASES, PAGINA 7, RELACIÓN DE ANEXOS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO 1B FORMATO PARA AVALAR SERVICIO PRESTADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL PLIEGO EN MENCIÓN. FAVOR DE PROPORCIONAR.	NO SERÁ REQUERIDO EL ANEXO 1B.
3.	BASES, PAGINA 7, RELACIÓN DE ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A LICITAR, YA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLIEGO EN MENCIÓN. FAVOR DE PROPORCIONAR.	SE ACLARA QUE EL ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A LICITAR SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 38 DE 71 DEL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICADAS EN LA PAGINA



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			WEB DEL ORGANISMO https://info.jalisco.gob.mx DE CUALQUIER MANERA SE ENTREGA EN ESTE ACTO.
4.	BASES, PAGINA 7, RELACIÓN DE ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO 1E REQUERIMIENTO DE EQUIPO ANALÍTICO YA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLIEGO EN MENCIÓN. FAVOR DE PROPORCIONAR.	EL ANEXO 1E FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DEL ORGANISMO https://info.jalisco.gob.mx , DE CUALQUIER MANERA SE ENTREGA EN ESTE ACTO.
5.	BASES, PAGINA 8, RELACIÓN DE ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL "ANEXO 4 PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A ADQUIRIR", YA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLIEGO EN MENCIÓN.	EL ANEXO 4 PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DEL ORGANISMO https://info.jalisco.gob.mx , DE CUALQUIER MANERA SE ENTREGA EN ESTE ACTO.
6.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 7, ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL "ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" EN SU PÁGINA 7 DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO WORD NOMBRADO "02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO", EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL PORTAL DE INTERNET HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17710 . FAVOR DE PROPORCIONAR.	REFERIRSE AL PUNTO 7.1. ENTREGABLE 1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN QUE DICE: EN EL ANEXO 4 SE DEBERÁN ANOTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE EL PARTICIPANTE VA A OFERTAR. DICHAS CARACTERÍSTICAS DEBEN CORRESPONDER A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. SE ACLARA QUE DEBERÁ DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, ASÍ COMO, DEBERÁ COLOCAR LAS PRUEBAS OFERTADAS DE ACUERDO AL ANEXO 1C.
7.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 7, ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ CONTENER LA COLUMNA DENOMINADA "CLAVE" CONTENIDA DENTRO DEL "ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" EN SU PÁGINA 7 DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO WORD NOMBRADO "02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO", EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL PORTAL DE INTERNET HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17710 . FAVOR DE ESPECIFICAR.	EN CLAVE SE ACLARA QUE DEBERÁ COLOCAR EL SERVICIO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN: "SERVICIO DE INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MEDICO NUEVA GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA; DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO"
8.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 7, ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ CONTENER LA COLUMNA DENOMINADA "DESCRIPCION" CONTENIDA DENTRO DEL "ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" EN SU PÁGINA 7 DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO WORD NOMBRADO "02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO", EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL PORTAL DE INTERNET	REFERIRSE AL PUNTO 7.1. ENTREGABLE 1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN QUE DICE: EN EL ANEXO 4 SE DEBERÁN ANOTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE EL PARTICIPANTE VA A OFERTAR. DICHAS CARACTERÍSTICAS DEBEN



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17710. FAVOR DE ESPECIFICAR.	CORRESPONDER A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. SE ACLARA QUE DEBERÁ DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, ASÍ COMO, DEBERÁ COLOCAR LAS PRUEBAS OFERTADAS DE ACUERDO AL ANEXO 1C.
9.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 7, ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ CONTENER LA COLUMNA DENOMINADA "Y CANTIDAD" CONTENIDA DENTRO DEL "ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" EN SU PÁGINA 7 DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO WORD NOMBRADO "02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO", EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL PORTAL DE INTERNET HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17710. FAVOR DE ESPECIFICAR.	DEBERÁ COLOCAR LA CANTIDAD DE PRUEBAS OFERTADAS DE ACUERDO AL ANEXO 1C.
10.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 8, ANEXO 5: PROPUESTA ECONÓMICA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUAL DE LOS DOS "ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA" ES EL QUE SE DEBERÁ DE PRESENTAR COMO PROPUESTA ECONÓMICA, YA QUE EXISTEN DOS FORMATOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA Y LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO CORRELACIONA EXACTAMENTE ENTRE ELLOS; UNO DENOMINADO "02 ANEXO 5 43068001-007-2019 - PROPUESTA ECONOMICA.XLSX" QUE CORRESPONDE A UN ARCHIVO EN EXCEL Y OTRO CONTENIDO EN LA PÁGINA 8 DEL ARCHIVO EN FORMATO WORD DENOMINADO "02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO" LOS CUALES FUERON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTERNET HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17710. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE CON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
11.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 9, ANEXO 6: ACREDITACIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL "ANEXO 6: ACREDITACIÓN" EN SU PÁGINA 9 DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO WORD NOMBRADO "02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO", EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL PORTAL DE INTERNET HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17710. FAVOR DE PROPORCIONAR.	SE ACLARA QUE EL ANEXO 6 ACREDITACIÓN DEBERÁ CONTENER EN LOS ESPACIOS VACÍOS LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL A PARTICIPAR, DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE ASÍ COMO CON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
12.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 9, ANEXO 6: ACREDITACIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ DOCUMENTO CONSIDERA COMO "CREDENCIAL OFICIAL" Y SU FUNDAMENTO JURÍDICO BAJO EL CUAL SE BASA PARA DETERMINARLO COMO OFICIAL, A FIN DE REALIZAR UN LLENADO CORRECTO DEL "ANEXO 6: ACREDITACIÓN" EN SU PÁGINA 9 DEL ARCHIVO	PODRÁ PRESENTAR CREDENCIAL INE, PASAPORTE VIGENTE. APLICA SOLO PARA PERSONAS FÍSICAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>ELECTRÓNICO EN FORMATO WORD NOMBRADO "02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO", EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL PORTAL DE INTERNET HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17710.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
13.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 14, ANEXO 8: CARTA COMPROMISO	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EL SIGUIENTE PÁRRAFO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS FISCALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> QUE MI REPRESENTADA Y UN SERVIDOR HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 Y PROVISIONALES DEL AÑO 2018 POR LOS MISMOS IMPUESTOS. <p>FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.</p>	SE ACLARA QUE DEBERÁ PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2016 Y 2017.
14.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 15, ANEXO 8: CARTA COMPROMISO	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PUNTO SE DEBERÁ ESPECIFICAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO; YA QUE EL "PUNTO 16 (INSTRUCCIONES GENERALES)" NO EXISTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> A CUMPLIR CON TODO LO ESPECIFICADO EN EL PUNTO 16 (INSTRUCCIONES GENERALES) DE LAS BASES, ASÍ COMO EN SUS NUMERALES. <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	SE ACLARA QUE SE REFIERE AL PUNTO 15. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR CONTENIDO EN LA PAGINA 29 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
15.	02 ANEXOS 2-11 43068001-007-2019 - LABORATORIO, PAGINA 15, ANEXO 8: CARTA COMPROMISO	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARAR SI DICE:</p> <p>QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTO Y LOS PRODUCTOS QUE OFERTO SON IDÉNTICOS, QUE CORRESPONDEN 100% A LO REQUERIDO EN EL "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)" DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN/CONCURSO Y/O LO DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS MISMAS, QUE EN CASO DE TENER ASIGNACIÓN ENTREGARE PRODUCTOS IDÉNTICOS A LOS OFERTADOS TÉCNICAMENTE, 100% NUEVOS EN TODOS SUS COMPONENTES Y PARTES, NO REMANUFACTURADOS Y DE LA MEJOR CALIDAD, Y QUE SE PODRÁ CONTAR CON REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DURANTE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS MISMOS.</p> <p>Y DEBE DECIR:</p> <p>QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTO Y LOS PRODUCTOS QUE OFERTO SON IDÉNTICOS, QUE CORRESPONDEN 100% A LO REQUERIDO EN EL "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)" DE</p>	SE ACLARA QUE EL TEXTO MENCIONADO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA; QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTO Y LOS PRODUCTOS QUE OFERTO SON IDÉNTICOS, QUE CORRESPONDEN 100% A LO REQUERIDO EN EL "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)" DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN/CONCURSO Y/O LO DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS MISMAS, QUE EN CASO DE TENER ASIGNACIÓN ENTREGARE PRODUCTOS IDÉNTICOS A LOS OFERTADOS TÉCNICAMENTE, EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CON MENOS DE 4 AÑOS DE FABRICACIÓN, Y DE LA MEJOR CALIDAD Y QUE SE PODRÁ CONTAR CON REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DURANTE LA



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN/CONCURSO Y/O LO DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS MISMAS, QUE EN CASO DE TENER ASIGNACIÓN ENTREGARE PRODUCTOS IDÉNTICOS A LOS OFERTADOS TÉCNICAMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO EN TODOS SUS COMPONENTES Y PARTES, NO REMANUFACTURADOS Y DE LA MEJOR CALIDAD, Y QUE SE PODRÁ CONTAR CON REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.</p> <p>CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>VIGENCIA DEL CONTRATO.</p>
16.	<p>02 ANEXOS 2-11 43068001-007- 2019 - LABORATORIO, PAGINA 15, ANEXO 8: CARTA COMPROMISO</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARAR SI DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> A EFECTUAR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS ASÍ LO REQUIERAN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE QUE LAS UNIDADES DEL "ORGANISMO" ME INFORMEN VÍA TELEFÓNICA Y POR ESCRITO, QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN SUS INSTALACIONES, PARA LA INSTALACIÓN DEL MISMO, ADEMÁS DARLES A LOS EQUIPOS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, QUE EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE LA O LAS FALLAS SERÁ DE 48 HORAS HÁBILES, MISMAS QUE CORRERÁN A PARTIR DE QUE EL 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO', NOTIFIQUE LA FALLA, Y DAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS MISMOS, TODO LO ANTERIOR SIN COSTO PARA 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'. SALVO QUE SE DISPONGA ALGO DIFERENTE EN EL <u>"REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)"</u> DE LAS PRESENTES BASES. <p>Y DEBE DECIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> A EFECTUAR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS ASÍ LO REQUIERAN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, PARA LA INSTALACIÓN DEL MISMO, ADEMÁS DARLES A LOS EQUIPOS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, QUE EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE LA O LAS FALLAS SERÁ DE 48 HORAS HÁBILES, MISMAS QUE CORRERÁN A PARTIR DE QUE EL 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO', NOTIFIQUE LA FALLA, Y DAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS MISMOS, TODO LO ANTERIOR SIN COSTO PARA 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'. SALVO QUE SE DISPONGA ALGO DIFERENTE EN EL 	<p>PARA ESTE PUNTO DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 8: CARTA COMPROMISO.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFE RENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p><u>"REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)"</u> DE LAS PRESENTES BASES.</p> <p>CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	
17.	BASES, PAGINA 8, RELACIÓN DE ANEXOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL ES EL <u>ANEXO REPSS</u>.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	SE INCLUYE EL ANEXO REPSS EN LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
18.	BASES, PAGINA 10, 2.- EVENTOS DEL PROCESO, VIGENCIA DEL SERVICIO.	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EMPEZARÁ CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 1.2 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN QUE DICE: EMPEZARÁ 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
19.	BASES, PAGINA 10, 2.- EVENTOS DEL PROCESO, VIGENCIA DEL SERVICIO.	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA VIGENCIA DEL SERVICIO ES A PARTIR DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	DEBERA APEGARSE A LO QUE SE ESPECIFICA EN EL PUNTO.2 – EVENTOS DEL PROCESO: APARTIR DE FALLO Y EN SU CASO DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
20.	BASES, PAGINA 12, 5. OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, INCISO B)	<p>SOLICITA COMO OBLIGACIÓN:</p> <p>B) SER UNA PERSONA "FÍSICA O JURÍDICA" CON EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASÍ COMO POSEER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, HUMANA Y TÉCNICA, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL PROCESO.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR QUE EL PARTICIPANTE CUENTE CON LA EXPERIENCIA EN EL RAMO SE DEBERÁN ANEXAR DENTRO DE LOS ENTREGABLES, COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS CUYO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SEA SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O SERVICIO INTEGRAL BANCO DE SANGRE.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
21.	BASES, PAGINA 13, 5. OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, INCISO H).	<p>SOLICITA COMO OBLIGACIÓN:</p> <p>H) PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN Y DIRIGIRLA O ROTULARLA AL COMITÉ;</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL TEXTO CORRECTO Y EXACTO AL QUE TENDRÁN QUE SER DIRIGIDOS TODOS LOS DOCUMENTOS.</p> <p>FAVOR DE PROPORCIONAR.</p>	LA CARTAS Y ESCRITOS DEBERAN SER DIRIGIDOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
22.	BASES, PAGINA 18, 7.1.- LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 1.	<p>DICE:</p> <p>PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PARTICIPANTE BAJO EL FORMATO DEL "ANEXO 4", EN EL CUAL, SE DEBEN ANOTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS QUE EL PARTICIPANTE VA A OFERTAR. DICHAS ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS DEBEN CORRESPONDER A LAS SEÑALADAS EN EL REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CON LAS DERIVADAS DE LA 'JUNTA ACLARATORIA DE BASES'.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBE DECIR:</p> <p>PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PARTICIPANTE BAJO EL FORMATO DEL "ANEXO 4", EN EL CUAL, SE DEBEN ANOTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LAS "CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS QUE EL PARTICIPANTE VA A OFERTAR. DICHAS ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS DEBEN CORRESPONDER A LAS SEÑALADAS EN LAS PÁGINAS 19 A 38 DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)) CON LAS DERIVADAS DE LA 'JUNTA ACLARATORIA DE BASES'.</p>	<p>DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO OFERTADO Y EQUIPOS PROPUESTOS EN CUMPLIMIENTO A LO MENCIONADO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LAS PRESENTE LICITACIÓN.</p>
23.	BASES, PAGINA 18, 7.1.- LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 1.	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER SI POR "INSUMOS" SE REFIERE A LOS "EQUIPOS" Y/O "SERVICIOS"; YA QUE EL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN ES LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU Apreciación</p>
24.	BASES, PAGINA 18, 7.1.- LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 1.	<p>DICE:</p> <p>DE SER POSIBLE UN CD, DVD O USB, EL CUAL DEBE CONTENER EL ARCHIVO DE FORMA ESCANEADA EN FORMATO PDF DE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE ESTÁ PRESENTADO. EN EL ARCHIVO TIENE QUE APARECER EL FOLIO DE CADA HOJA Y LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS CORRESPONDIENTES DE TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN Y TIENEN PLASMADA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON "CD", YA QUE ÉSTE NO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>UN CD ES EL DISCO COMPACTO ES UN DISCO ÓPTICO UTILIZADO PARA ALMACENAR DATOS EN FORMATO DIGITAL, CONSISTENTES EN CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN. TIENEN UN DIÁMETRO DE 12 CENTÍMETROS, UN ESPESOR DE 1,2 MILÍMETROS Y PUEDEN ALMACENAR HASTA 80 MINUTOS DE AUDIO O 700 MB DE DATOS</p>
25.	BASES, PAGINA 18, 7.1.- LINEAMIENTOS	<p>DICE:</p>	<p>EL DVD ES UN TIPO DE DISCO ÓPTICO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS.</p>

Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 1.	DE SER POSIBLE UN CD, DVD O USB, EL CUAL DEBE CONTENER EL ARCHIVO DE FORMA ESCANEADA EN FORMATO PDF DE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE ESTÁ PRESENTADO. EN EL ARCHIVO TIENE QUE APARECER EL FOLIO DE CADA HOJA Y LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS CORRESPONDIENTES DE TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN Y TIENEN PLASMADA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON "DVD", YA QUE ÉSTE NO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE ACLARAR.	LA SIGLA DVD CORRESPONDE A DIGITAL VERSATILE DISC, DE MODO QUE COINCIDEN LOS ACRÓNIMOS EN ESPAÑOL E INGLÉS.
26.	BASES, PAGINA 18, 7.1.- LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 1.	DICE: DE SER POSIBLE UN CD, DVD O USB, EL CUAL DEBE CONTENER EL ARCHIVO DE FORMA ESCANEADA EN FORMATO PDF DE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE ESTÁ PRESENTADO. EN EL ARCHIVO TIENE QUE APARECER EL FOLIO DE CADA HOJA Y LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS CORRESPONDIENTES DE TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN Y TIENEN PLASMADA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON "USB", YA QUE ÉSTE NO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE ACLARAR.	USB ES BUS UNIVERSAL EN SERIE, MÁS CONOCIDO POR LA SIGLA USB, ES UN BUS DE COMUNICACIONES QUE SIGUE UN ESTÁNDAR QUE DEFINE LOS CABLES, CONECTORES Y PROTOCOLOS USADOS EN UN BUS PARA CONECTAR, COMUNICAR Y PROVEER DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ENTRE COMPUTADORAS, PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
27.	BASES, PAGINA 18, 7.1.- LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 2.	DICE: ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE CONFORME AL ANEXO 6, EN ORIGINAL, DEBIENDO DE ACOMPAÑAR: PERSONA MORAL: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CONSTITUTIVA, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL PODER NOTARIAL VIGENTE, ASÍ COMO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL IFE O INE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA QUE TENGA LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA OBLIGAR AL PARTICIPANTE. PERSONA FÍSICA: ORIGINAL DE IFE O INE (PARA COTEJO). ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR ADEMÁS DEL IFE O INE, EL PASAPORTE VIGENTE O LA CÉDULA PROFESIONAL FEDERAL. FAVOR DE ACLARAR.	APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
28.	BASES, PAGINA 19, 7.1.- LINEAMIENTOS	DICE: CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL HAGA CONSTAR QUE CUENTA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA BASES DE LA PRESENTE



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 5.	CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CON SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS O SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBE DECIR: CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL HAGA CONSTAR QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CON SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS Y/O SU FILIAL EN MÉXICO Y/O IMPORTADOR PRIMARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O PROVEEDOR DE SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	LICITACIÓN.
29.	BASES, PAGINA 19, 7.1.- LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ENTREGABLE 6.	SOLICITA: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)" Y EN LAS PRESENTES BASES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INTEGRAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SOLICITA ESTE ENTREGABLE SE REFIERE A LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 DE LAS PAGINAS 69, 70 Y 71 DEL REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
30.	BASES, PAGINA 12, 5. OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.	SOLICITA COMO OBLIGACIÓN: B) SER UNA PERSONA "FÍSICA O JURÍDICA" CON EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASÍ COMO POSEER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, HUMANA Y TÉCNICA, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL PROCESO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR QUE EL PARTICIPANTE CUENTA CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, SE DEBERÁN ANEXAR DENTRO DE LOS ENTREGABLES, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA MUNICIPAL VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS A NOMBRE DEL PARTICIPANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
31.	BASES, PAGINA 12, 5. OBLIGACIÓN DE	SOLICITA COMO OBLIGACIÓN: B) SER UNA PERSONA "FÍSICA O JURÍDICA" CON	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	LOS PARTICIPANTES.	EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASÍ COMO POSEER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, HUMANA Y TÉCNICA, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL PROCESO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR QUE EL PARTICIPANTE CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL, SE DEBERÁN ANEXAR DENTRO DE LOS ENTREGABLES, COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO DE "AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO" A NOMBRE DEL PARTICIPANTE CUYO GIRO ESTE RELACIONADO CON EL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR A TRAVÉS DE ESTA CONVOCATORIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	EN LA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
32.	BASES, PAGINA 19, 7.2.- LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, INCISO C).	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA IMPRESIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ ESTAR FOLIADA DE MANERA INDEPENDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
33.	BASES, PAGINA 31, 15.3.- REQUISITOS DE FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS, NOTA.	SOLICITA QUE DEBERÁ REQUISITA EL ANEXO DE FORMATO DE COMPROBACIÓN DE SUBROGADOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPSSJAL. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER DICHO FORMATO REPSSJAL TENDRÁ QUE SER PROPORCIONADA POR EL ÁREA DEMANDANTE DEL SERVICIO (ÁREA MÉDICA) A TRAVÉS DE LA SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE LABORATORIO QUE LA INFORMACIÓN SEA CAPTURADA CORRECTAMENTE DENTRO DEL SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRADOR DE LABORATORIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
34.	BASES, PAGINA 31,15.4.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA SE DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE LAS PARTES HAYAN CELEBRADO PARA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO ESTABLECER CON PRECISIÓN EN ÉL LAS OBLIGACIONES DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA SU CUMPLIMIENTO, NOMBRANDO UN REPRESENTANTE COMÚN EL CUAL DEBERÁ FIRMAR LAS PROPOSICIONES Y ENTREGAR LO SOLICITADO EN EL ENTREGABLE 2 EL PUNTO 7.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 LA LEY DE	ES CORRECTA SU APRECIACION



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	
35.	BASES, PAGINA 32, 16.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/ CONTRATO.	<p>SOLICITA QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBE SER ENTREGADA EN FORMA FÍSICA Y ELECTRÓNICA, SUJETA A REVISIÓN Y ENVIAR ARCHIVOS PDF Y XLM AL CORREO COMPRAS.OPSSALUD@JALISCO.GOB.MX.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE XLM SE REFIERE YA QUE EN LA EMISIÓN DE UNA GARANTÍA NO ES GENERADO UN ARCHIVO XLM.FAVOR DE ACLARAR.</p>	HACE REFERENCIA AL XLM DE LA FIANZA.
36.	BASES, PAGINA 39, 22.- SANCIONES	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE EL PUNTO 22.- SANCIONES, YA QUE ESTE NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p>FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
37.	BASES, PAGINA 39, 22.- SANCIONES	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CALCULO DEL % DE LA SANCIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO SERÁ DEL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LO INCUMPLIDO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN ES SOBRE EL MONTO TOTAL DE LO INCUMPLIDO DEL SERVICIO DE PRUEBAS SOLICITADAS.
38.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), PÁGINA 1, NOTA IMPORTANTE.	<p>SOLICITA SE DESARROLLEN EN FORMATO LIBRE EN EL ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA) LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS EN LOS ANEXOS ADJUNTOS, SIN EMBARGO, EL ANEXO 2 CORRESPONDE A LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS PROPUESTAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI POR ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA SE REFIERE AL ANEXO 4: PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. FAVOR DE ACLARAR.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EL ANEXO 4 ES EL FORMATO DE PROPUESTA TECNICA.
39.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), PÁGINA 1, INCISO 2) PERIODO DE LA CONTRATACIÓN.	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, COMO SE MENCIONA EN EL CUERPO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	EL PERIODO DE CONTRATACION SERA DEL 15 DÍAS POSTERIORES AL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019
40.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PÁGINA 2, INCISO 6) CONDICIONES EN LA PRESTACIÓN	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA TIENE COMO OBJETO CONTRATAR SERVICIOS Y NO BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE LA OBLIGACIÓN DE DOTAR REACTIVOS CON UNA CADUCIDAD NO MENOR A 6 MESES Y MÁXIMO 2 AÑOS, YA QUE EL SERVICIO QUE SE CONTEMPLA ES POR PRUEBA EFECTIVA REALIZADA Y NO POR REACTIVO ENTREGADO, POR LO QUE SERÁ A COSTE DEL PROVEEDOR LAS MERMAS</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	DEL SERVICIO, NUMERAL II FASE ANALÍTICA, B. REACTIVOS.	GENERADAS POR ESTE SUPUESTO. ¿SE ACEPTA?	
41.	PÁGINA 17 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCISO 6) CONDICIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NUMERAL XVII LABORATORIOS CONCENTRADORES, PUNTO II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL LABORATORIO DE REFERENCIA DONDE EL PARTICIPANTE SE APOYE PARA DAR CUMPLIMIENTO EN ESTE PUNTO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA ROBOTIZADO SIMILAR AL SOLICITADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
42.	PÁGINA 17 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCISO 6) CONDICIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NUMERAL XVIII SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD SE REALIZARA PARA LOS SIGUIENTES PAQUETES: QUÍMICA CLÍNICA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA HEMATOLOGÍA COAGULACIÓN COAGULACIÓN ESPECIAL GASES EN SANGRE INMUNOLOGÍA UROANÁLISIS MICROBIOLOGÍA MARCADORES CARDIACOS DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	LA INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEBERÁ CUBRIR LOS SIGUIENTES PAQUETES: QUÍMICA CLÍNICA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA HEMATOLOGÍA COAGULACIÓN COAGULACIÓN ESPECIAL GASES EN SANGRE INMUNOLOGÍA UROANÁLISIS MICROBIOLOGÍA MARCADORES CARDIACOS DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO PODRÁ OFERTAR UNO O DOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LA NOM 007-SSA3-2011. PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.
43.	PÁGINAS DE LA 38 A LA 49, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS PRUEBAS ESPECIALES MENCIONADAS EN ESTE ANEXO, PODRÁN SER ENVIADAS A UN LABORATORIO EXTERNO DE REFERENCIA PARA SU PROCESO, ANEXANDO DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ENVIAREMOS LAS PRUEBAS ESPECIALES A UN LABORATORIO DE REFERENCIA ACREDITADO BAJO LA NORMA ISO 15189:2012 ANEXANDO ORIGINAL DE CARTA DE APOYO DEL LABORATORIO DE REFERENCIA Y COPIA SIMPLE DE SU CERTIFICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	LAS PRUEBAS DEL PAQUETE DE PRUEBAS ESPECIALES DEBERÁN SER PROCESADAS EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA, ANEXANDO DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENVIARÁ LAS PRUEBAS ESPECIALES A UN LABORATORIO DE REFERENCIA QUE CUMPLA CON LA NOM 007-SSA3-2011. PARA LA ORGANIZACIÓN Y



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFE RENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.
44.	PÁGINA 49, REQUERIMIENTO S TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR, PRUEBA NÚMERO 401	DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REFIERE A LA CONTRATACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO BAJO LA MODALIDAD DE PRUEBA EFECTIVA REALIZADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONVIERTA LOS KITS A PRUEBAS UNITARIAS. FAVOR DE CONSIDERAR.	SE ACLARA QUE SE SOLICITAN PRUEBAS EFECTIVAS REALIZADAS
45.	PÁGINA 49, REQUERIMIENTO S TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR, PRUEBA NUMERO 402	SOLICITAN LA PRUEBA PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA CON SUBTIPOS MOLECULARES INCLUIDOS CON 50 DISTINTOS ANTICUERPOS Y 6 SONDAS FISH, LOS ANTICUERPOS DEBERÁN SER 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD Y ACOMPAÑADOS CON LOS INSTRUMENTOS E INSUMOS NECESARIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LOS 50 DISTINTOS ANTICUERPOS QUE SOLICITA DENTRO DE ESTA PRUEBA. FAVOR DE PROPORCIONAR.	SE ACLARA QUE SE LOS MARCADORES MÍNIMO REQUERIDOS SON LOS SIGUIENTES: RECEPTOR DE PROGESTERONA, P120 CATENIN, MAMAGLOBINA, K167, p63, E-CADHERIN, RECEPTOR DE ESTRÓGENOS, PROTEÍNA 15, Ki67 Y P16, PROTEINA P53, CITOQUERATINAS AE1/AE3, CK20, CK7, HER2 FISH, MAS TINCIÓN DUAL, Ki67, Y PDL1.
46.	PÁGINA 49, REQUERIMIENTO S TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR, PRUEBA NUMERO 402	SOLICITAN LA PRUEBA PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA CON SUBTIPOS MOLECULARES INCLUIDOS CON 50 DISTINTOS ANTICUERPOS Y 6 SONDAS FISH, LOS ANTICUERPOS DEBERÁN SER 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD Y ACOMPAÑADOS CON LOS INSTRUMENTOS E INSUMOS NECESARIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHOS ANTICUERPOS SERÁN PROCESADOS EN EL EQUIPO SOLICITADO PARA INMUNOHISTOQUÍMICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	LAS PRUEBAS DEL PAQUETE DE PRUEBAS ESPECIALES DEBERÁN SER PROCESADAS EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA, ANEXANDO DENTRO DE LAS PROPUESTA TECNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENVIARÁ LAS PRUEBAS ESPECIALES A UNO O MAS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUE CUMPLA CON LA NOM 007-SSA3-2011. PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.
47.	PÁGINA 49, REQUERIMIENTO S TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR, PRUEBA NUMERO 402	SOLICITAN LA PRUEBA PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA CON SUBTIPOS MOLECULARES INCLUIDOS CON 50 DISTINTOS ANTICUERPOS Y 6 SONDAS FISH, LOS ANTICUERPOS DEBERÁN SER 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD Y ACOMPAÑADOS CON LOS INSTRUMENTOS E INSUMOS NECESARIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LAS 6 SONDAS FISH QUE SOLICITA DENTRO DE ESTA PRUEBA. FAVOR DE PROPORCIONAR.	LAS PRUEBAS DEL PAQUETE DE PRUEBAS ESPECIALES DEBERÁN SER PROCESADAS EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA, ANEXANDO DENTRO DE LAS PROPUESTA TECNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENVIARÁ LAS PRUEBAS ESPECIALES A UNO O MAS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUE CUMPLA CON LA NOM 007-SSA3-2011. PARA LA ORGANIZACIÓN Y



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			<p>FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.</p> <p>LAS PRUEBAS QUE DEBERÁN SER PROCESADAS EN EL EQUIPO DE INMUNOHISTOQUIMICA SON LAS MENCIONADAS EN EL REGLON NO. 395.</p>
48.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS SIGUIENTES PRUEBAS CORRESPONDEN A DIFERENTES DETERMINACIONES:</p> <p>316 DETERMINACION CUALITATIVA POR ELISA DE ANTICUERPOS TOTALES A TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA HUMANO</p> <p>317 DETERMINACION CUALITATIVA POR QUIMIOLUMINISCENCIA DE ANTICUERPOS TOTALES A TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA HUMANO</p> <p>398 TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA HUMANO</p> <p>405 ANTICUERPOS TOTALES PARA TREPONEMA PALLIDUM</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SON DIFERENTES DETERMINACIONES.</p>
49.	<p>PÁGINA 69 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, NUMERAL 3</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE Y CONTENIENDO EL NÚMERO DE PROCESO EN FORMATO LIBRE CON EL AVAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIO O FABRICANTE Y/O SU FILIAL EN MÉXICO Y/O IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO PARA TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS DE ACUERDO AL LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUAL DEBERÁ ESTAR EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE QUE OTORGA EL APOYO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 NUMERAL 3. DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
50.	<p>PÁGINA 19 DE BASES ENTREGABLE 9 PRESENTAR EL ÚLTIMO PAGO DEL BIMESTRE DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA PRESENTACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL PARTICIPANTE SE REFIERE A UNA "COPIA SIMPLE" DEL LOS ÚLTIMOS DOS BIMESTRES DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE SU PERSONAL ACTIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE REFIERE A COPIA SIMPLE.</p>
51.	<p>PÁGINA 69-71 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁ</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBERÁN CONSIDERARSE COMO ENTREGABLE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	PRESENTAR EL LICITANTE, DE LOS PUNTOS 1 AL 20.	PUNTO EN MENCIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	
52.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) Y ANEXO 5	SUGERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE REVISE LA CORRELACIÓN QUE DEBERÍA EXISTIR ENTRE LOS SIGUIENTES ANEXOS: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C, Y EL 02 ANEXO 5 43068001-007-2019 - PROPUESTA ECONOMICA, YA QUE LA INTEGRACIÓN DE LOS PAQUETES EN CADA UNO DE ELLOS NO CORRESPONDE ENTRE SÍ. FAVOR DE CONSIDERAR.	EL NÚMERO DE PAQUETE A CONSIDERAR COMO CORRECTO ES EL QUE APARECE EN EL ARCHIVO "ANEXO 1A LABORATORIO.DOCX" EN SU ANEXO 1C "LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR".
53.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PAQUETE 1, QUÍMICA CLÍNICA TIPO 5 NUMERAL. 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PROCESA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MUESTRA: SANGRE ENTERA, SUERO, PLASMA, ORINA Y LÍQUIDO DE DIÁLISIS; SIN AFECTAR ASÍ EL PROCESO NI RESULTADO DE LA MUESTRA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
54.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PAQUETE 2, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, TIPO 1, NUMERAL. 1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA PODRÁ SER PROCESADA EN LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA QUE SEAN CAPACES DE REALIZAR DICHA PRUEBA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	LA PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA PODRÁ SER PROCESADA EN LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA PARA LOS HOSPITALES QUE SOLICITAN TIPO 1 O TIPO 3 EN EL ANEXO 1E DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. PARA EL HEMOGLOBINA GLUCOSILADA TIPO 2 DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1.
55.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL PAQUETE DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, TIPO 1, NUMERAL. 5	DEBIDO A LA CANTIDAD DE MUESTRAS QUE SE MANEJAN PARA LA DETECCIÓN DE VPH, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA EVITAR LA SUPLANTACIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL PROCESO DE ALÍCUOTAMIENTO EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ UTILIZAR ÚNICAMENTE TUBO PRIMARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SI LO DESEA PUEDE OFERTAR UN EQUIPO QUE UTILICE TUBO PRIMARIO SIN SER LIMITATIVO AL RESTO DE LOS PARTICIPANTE.
56.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL PAQUETE DE VIRUS DEL	SE DEBERÁ ENTENDER QUE LA PLATAFORMA REQUERIDA PARA ESTE PAQUETE, DEBERÁ SER HOMÓLOGA A LA QUE SE USA EN LA RED DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN LOS ESTADOS DEL PAÍS, LO QUE PERMITE HOMOLOGAR LOS RESULTADOS EN TODO EL PAÍS Y SER ACEPTADA POR EL SICAM (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER). ¿ES	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL EQUIPO REQUERIDO DEBERÁ APEGARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE NOM-014-SSA2-1994 PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	PAPILOMA HUMANO, TIPO 1	CORRECTO?	EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO.
57.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS DE SOPORTE, LECTOR SEMIAUTOMÁTICO PARA PLACAS DE ELISA.	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE EQUIPO SON EXCLUSIVAS PARA UNA SOLA MARCA, NOS PERMITA OFERTAR UN LAVADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAVADOR DE MICRO PLACAS, LAVADOR/ASPIRADOR DE MICRO PLACAS DE 8 CANALES, COMPACTO Y PROGRAMABLE CON BOMBAS DE VACÍO Y SUMINISTROS INTEGRADOS. • USO CON PLACAS DE FONDO PLANO EN U O EN V CON 96 POZOS. • CABEZA DE SUMINISTRO Y ASPIRACIÓN SE AJUSTAN AL USUARIO. • AGUJA VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL POZO CON EXACTITUD DE 0.1MM. • LA DETECCIÓN DE VACÍO PERMITE PROCESOS DE LAVADO/ASPIRACIONES CONSISTENTES. • GRAN ELECCIÓN DE MÉTODOS DE LAVADO QUE PUEDEN COMBINARSE. • CUENTA CON UNA TAPA DE AEROSOL QUE PROTEGE AL USUARIO Y AL ÁREA DE TRABAJO. • FRASCO DE LAVADO, FRASCO DE ENJUAGUE Y FRASCO DE DESECHO, PEINE DE LAVADO DE 8 CANALES. • HASTA 75 PROTOCOLOS DE LAVADO ALMACENADOS EN LA MEMORIA, QUE PUEDE DEFINIR EL USUARIO. • DE 1-9 CICLOS. • MODOS DE LAVADO: EN TIRA O MODO PLACA FONDO U O V, CON POSIBILIDAD DE OMITIR LA TIRA. • EL USUARIO PUEDE DEFINIR LA ASPIRACIÓN Y LAS POSICIONES HORIZONTALES Y VERTICALES DE SUMINISTROS. • VOLUMEN DE LAVADO: 50 A 3000 MICROLITROS POR POZO. • EXACTITUD: ≤ 15%. • PRECISIÓN: ≤ + 10% CV. • VOLUMEN RESIDUAL < 6 MICROLITROS POR POZO. SIENDO ESTE UN LAVADOR DE MEJOR TECNOLOGÍA. <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO ES LIMITATIVO, SIN EMBARGO, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
58.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS DE SOPORTE, LECTOR SEMIAUTOMÁTICO PARA PLACAS DE ELISA.	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE EQUIPO SON EXCLUSIVAS PARA UNA SOLA MARCA, NOS PERMITA OFERTAR UN LECTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LECTOR DE MICROPLACAS POR ABSORBANCIA DE 8 CANALES. • CONTROLADO MEDIANTE UNA COMPUTADORA PERSONAL BASADO EN EL SOFTWARE WINDOWS 7. • LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED PARA UNA OPERACIÓN PROLONGADA Y SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO. • FUNCIÓN DE CC INTEGRAL CON PLACA DE REVISIÓN MÚLTIPLE. • LECTOR INDEPENDIENTE OPERADO A TRAVÉS DE UNA COMPUTADORA PERSONAL. • ANÁLISIS POTENTE DE DATOS CON ANÁLISIS EIA 	NO ES LIMITATIVO, SIN EMBARGO, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>CUALITATIVO Y CUANTITATIVO COMPLETO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRAZABILIDAD COMPLETA. • CABEZA LECTORA: 8 MEDICIONES, 1 CANAL DE REFERENCIA. • FUENTE DE LUZ: 4 DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) • RANGO DE MEDICIÓN: 0-4 DE. • RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 400-750 NM. • SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: FILTROS DE INTERFERENCIA (CARTUCHO DE 8 FILTROS) SUMINISTRADO: 405, 450, 492, 550 Y 620NM. ANCHO DE BANDA: 10NM A 50% DE TRANSMISIÓN. • TIEMPO DE MEDICIÓN: LONGITUD DE ONDA ÚNICA <15 SEG. • LONGITUD DE ONDA DOBLE <20 SEG. • EXACTITUD (450/492NM): 0.000-2.000 DE MEJOR QUE \pm (1.0% + 0.010 DE) • 2.000-3.000 DE MEJOR QUE \pm (1.5% + 0.010 DE) • PRECISIÓN: (450/492NM): 0.000-2.000 DE MEJOR QUE \pm (0.5% + 0.005 DE) • 2.000-3.000 DE MEJOR QUE \pm (1.0% + 0.005 DE) • LINEALIDAD:(450/492 NM) 0.000-2.000 DE MEJOR QUE \pm 1.0% • 2.000-3.000 DE MEJOR QUE \pm 1.5% • AGITACIÓN: AGITACIÓN LINEAL EN 4 MODOS DISTINTOS. SIENDO ESTE UNA MEJOR TECNOLOGÍA. <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
59.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CITOMETRÍA DE FLUJO, TIPO 1, NUMERAL. 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PODER CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, NOS PERMITA OFERTAR UNA PLATAFORMA ADICIONAL QUE DISTRIBUYE PARTES ALÍCUOTAS DE SANGRE Y REACTIVOS EN TUBOS HIJOS, AGREGA SOLUCIÓN DE LISIS Y MEZCLA LA MUESTRA DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS PRE-PROGRAMADOS O PERSONALIZADOS PARA AUTOMATIZAR EL FLUJO DE TRABAJO Y AUMENTAR LA EFICIENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
60.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), PÁGINA 70, NUMERAL 16.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO YA QUE CORRESPONDE AL MISMO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE ELIMINA EL NUMERAL 16. ANEXO 1.
61.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), PÁGINA 70, NUMERAL 14.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO AL CUAL HACE REFERENCIA ESTE PUNTO SE REFIERE A LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL DEL PARTICIPANTE.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁ INTEGRAR COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR LOCAL O NACIONAL.
62.	BASES, PAGINA 12, 5. OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.	SOLICITA COMO OBLIGACIÓN: B) SER UNA PERSONA "FÍSICA O JURÍDICA" CON EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASÍ COMO POSEER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, HUMANA Y TÉCNICA, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL PROCESO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR QUE EL PARTICIPANTE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE SE DEBERÁN ANEXAR DENTRO DE LOS ENTREGABLES, COPIA CERTIFICADA DE SU CERTIFICADO ISO 13485:2016 CON ALCANCE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LABORATORIO CLÍNICO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	
63.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR, PRUEBA NÚMERO 110 DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PILORY EN ALIENTO POR CARBONO 13</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN DE QUE EL NOMBRE HELICOBACTER PILORY ES EL PAQUETE AL QUE CORRESPONDE LA PRUEBA DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PILORY EN ALIENTO POR CARBONO 13</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NOMBRE ES DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PILORY EN ALIENTO POR CARBONO 13, CORRESPONDE A PRUEBAS ESPECIALES.</p>
64.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA PRE-ANALÍTICO TIPO 1</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS INCLUYENDO CENTRIFUGACIÓN, DESTAPADOR DE TUBOS, OBTENCIÓN DE ALÍCUOTAS, ETIQUETADO CON CÓDIGO DE BARRAS Y DISTRIBUIDOR DE ALÍCUOTAS Y TUBOS PREVIOS A SU ANÁLISIS EN LOS EQUIPOS DE LA MISMA MARCA. • QUE SE CONECTE CON MÓDULOS A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE. • QUE LA CENTRIFUGA CUENTE CON AUTO-BALANCEADOR • QUE CENTRIFUGUE MÍNIMO 200 PRUEBAS POR HORA. • DESTAPADOR DE TUBOS DE VARIOS TIPOS SIMULTÁNEAMENTE, CON UNA CAPACIDAD MÍNIMO DE 400 MUESTRAS POR HORA. • CAPAZ DE ALICUOTAR MÍNIMO 400 MUESTRAS POR HORA. • QUE CUENTE CON DETECTOR DE COÁGULOS Y VOLÚMENES INSUFICIENTE. • QUE TENGA PROGRAMADOR PARA VOLUMEN DE ASPIRACIÓN. • ETIQUETADO DE MUESTRA CON UNA MÍNIMA DE 450 MUESTRAS POR HORA. 	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> • ETIQUETAS CONFIGURABLES POR PARTE DEL USUARIO. • CAPACIDAD DE DISTRIBUIR TUBOS PRIMARIOS Y ALÍCUOTAS ETIQUETADAS, CON UN RENDIMIENTO DE MÍNIMO 500 MUESTRAS POR HORA. • CAPACIDAD DE PROCESAR MUESTRAS URGENTES. • INTERFAZ PARA TODO EL SISTEMA. • IMPRESORA INTEGRADA • 15. PANTALLA INTEGRADA <p>¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
65.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUÍMICA CLÍNICA TIPO 1</p>	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS PUBLICADAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANALIZADOR AUTOMATIZADO, DE ALTO RENDIMIENTO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA CON UNIDAD CORE. • QUE CUENTE CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO, POTENCIOMÉTRICO O TURBIDIMÉTRICO. • CONTAR CON MÓDULO DE ISE PARA NA, K Y CL. CON UN MÍNIMO DE 900 PRUEBAS POR HORA. • REALIZAR MÍNIMO 2000 PRUEBAS POR HORA. • SISTEMA EXPANDIBLE Y RECONFIGURABLE "IN-SITU" CAPAZ DE CONSOLIDAR QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. • VOLUMEN DE MUESTRA DE 1.5 A 50 MICROLITROS. • QUE CUENTE CON 70 CANALES DE REACTIVO MÁS 10 DE REAGENT MANAGER. • LECTOR DE REACTIVO POR RADIOFRECUENCIA. • CARGA CONTINUA DE REACTIVOS SIN INTERRUPCIÓN DE LA RUTINA. • QUE PROCESA MUESTRAS DE URGENCIA. 	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> • QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR SUERO, PLASMA, ORINA, LCR, SOBRENADANTE Y SANGRE TOTAL. • QUE CONTenga SISTEMA FOTOMÉTRICO CON 12 LONGITUDES DE ONDA DE 340 NM A 800NM. • QUE CUENTE CON 2 SONDAS DE PIPETEO PARA MUESTRA Y 4 SONDAS DE PIPETEO PARA REACTIVOS. • DETECCIÓN DE COAGULO Y DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO PARA UNA INTEGRIDAD MEJOR DE LA MUESTRA. • QUE CUENTE CON INTERFASE. • CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS Y DIAGRAMAS LEVEY-JENNINGS. • QUE ACEPTE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO, CUBETA Y MICROCUBETA. • PC, PANTALLA TÁCTIL, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADOS. • AUTODILUCION DE 3 – 121 VECES. <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS: QUE NO REQUIERA TUBERÍA NI DESAGÜE, QUE CUENTE CON PUNTAS DE MUESTREO DE USO INDIVIDUAL PARA ELIMINAR EL ARRASTRE, VOLUMEN DE MUESTRA CORRESPONDEN A LOS EQUIPOS DE LA MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, (HTTPS://WWW.ORTHOCLINICALDIAGNOSTICS.COM/ES-UY/HOME/PRODUCTS/VITROSXT7600)</p> <p>¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
66.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUIMICA CLINICA TIPO 2</p>	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS PUBLICADAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA. ○ QUE CUENTE CON ALGUNOS DE LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: COLORIMETRÍA, ENZIMÁTICA, POTENCIOMETRIA O TURBIDIMETRIA. ○ SISTEMA EXPANDIBLE Y RECONFIGURABLE "IN-SITU" CAPAZ DE CONSOLIDAR 	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARÁCTERISTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>QUÍMICA CLINICA E INMUNOLOGÍA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 1200 PRUEBAS POR HORA SIN ISE. ○ CAPACIDAD DE CARGA DE 150 MUESTRAS. ○ VOLUMEN DE 1 - 35 MICROLITROS. ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR SUERO, PLASMA, ORINA, LCR, SANGRE TOTAL Y OTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS. ○ DETECCIÓN DE COAGULO. ○ MEMORIA DE 10,000 RESULTADOS. ○ CALIBRACIÓN LINEAL, NO LINEAL MULTIPUNTO, DOS PUNTOS CON MÁS DE 180 CURVAS DE CALIBRACIÓN EN MEMORIA. ○ BAÑO DE INCUBACIÓN A 37 GRADOS CENTÍGRADOS. ○ DILUCIÓN AUTOMÁTICA. ○ SISTEMA FOTOMÉTRICO CON DOCE LONGITUDES DE ONDA (340NM. A 800NM.) ○ CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON GRAFICAS DE LEVEY-JENNINGS ○ QUE ACEPTE TUBO PRIMARIO, COPA Y MICROCOPIA. ○ CAPACIDAD DE CONTAR CON 60 POSICIONES DE REACTIVO ABORDO MÁS ELECTROLITOS POR ION SELECTIVO. ○ QUE CUENTE CON 170 PARÁMETROS PROGRAMABLES MÁS 3 DE ISE. ○ QUE CUENTE CON UNA INTERFASE BIDIRECCIONAL ○ SOFTWARE EN ESPAÑOL ○ NO-BRAKE ○ PC, MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADOS. <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS: QUE NO REQUIERA TUBERÍA NI DESAGÜE, QUE CUENTE CON PUNTAS DE MUESTREO DE USO INDIVIDUAL PARA ELIMINAR EL ARRASTRE, VOLUMEN DE MUESTRA CORRESPONDEN A LOS EQUIPOS DE LA MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, (HTTPS://WWW.ORTHOCLINICALDIAGNOSTICS.COM/ES-UY/HOME/PRODUCTS/VITROS-4600) ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
67.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS,	DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	QUIMICA CLINICA TIPO 3	<p>ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS PUBLICADAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE CARGA CONTINUA Y DE ACCESO ALEATORIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA. ○ QUE CUENTE CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: COLORIMÉTRIA, ENZIMÁTICA Y POTENCIOMETRIA. ○ VELOCIDAD MÍNIMA DE 300 PRUEBAS POR HORA. ○ VOLUMEN DE MUESTRA DE 1 – 35 MICROLITROS. ○ CAPACIDAD DE MUESTRAS A BORDO DE 108. ○ CAPACIDAD DE CONTAR CON UN MÍNIMO DE 45 POSICIONES PARA REACTIVOS A BORDO. ○ CAPAZ DE ACEPTAR TUBO PRIMARIO, COPA Y MICROCOPIA. ○ CONTROL DE CALIDAD CON GRAFICAS DE LEVEY-JENNINGS Y REGLAS DE WESTGARD EN TIEMPO REAL Y GRAFICAS DE YOUTDEN EN TIEMPO REAL. ○ ALMACENAMIENTO DE 10,000 RESULTADOS ○ SISTEMA DE INCUBACIÓN A 37 GRADOS CENTÍGRADOS. ○ REACTIVOS LISTOS PARA SU USO Y DE LA MISMA MARCA. ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR SUERO, PLASMA, ORINA, CSF Y SANGRE TOTAL. ○ SOFTWARE EN ESPAÑOL. ○ CON DETECCIÓN DE COÁGULOS. ○ CUBETAS DE REACCIÓN SEMIDESECHABLES. ○ QUE CUENTE CON UNA INTERFASE <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS: 40 MUESTRAS A BORDO, 60 POSICIONES DE REACTIVO ABORDO, QUE NO REQUIERA TUBERÍA NI DESAGÜE, QUE CUENTE CON PUNTAS DE MUESTREO DE USO INDIVIDUAL</p>	



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		PARA ELIMINAR EL ARRASTRE, VOLUMEN DE MUESTRA CORRESPONDEN A LOS EQUIPOS DE LA MARCA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, HTTPS://WWW.ORTHOCLINICALDIAGNOSTICS.COM/ES-UY/HOME/PRODUCTS/VITROS-350 ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	
68.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUÍMICA CLÍNICA TIPO 4, PUNTO 8.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN VOLUMEN DE MUESTRAS DE 2 A 35 MICROLITROS, SIN QUE ESTO INTERFIERA EN LOS RESULTADOS ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
69.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA TIPO 2.	DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS PUBLICADAS Y EL CUAL ES EL ESTÁNDAR DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA DESCRITAS A CONTINUACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> ○ EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO. ○ QUE CUENTE CON LA METODOLOGÍA: CROMATOGRFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN. ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR MUESTRAS URGENTES. ○ QUE UTILICE 20 MICROLITROS DE MUESTRA ○ CAPACIDAD PARA PERFORAR EL TAPÓN DEL TUBO. ○ QUE ACEPTE DISTINTOS TAMAÑOS DE TUBOS. Y VIALES. ○ CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ○ IMPRESORA INTEGRADA ○ PANTALLA INTEGRADA YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DE ELECTROFORESIS CAPILAR CORRESPONDEN AL EQUIPO CAPILLARYS 2 DE LA MARCA IL WERFEN. HTTPS://WWW.SEBIA.COM/ES/PRODUITS/CAPILLARYS-2-FLEX-PIERCING ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
70.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA TIPO 3	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANALIZADOR DE MESA PARA LA MEDICIÓN DE HBA1C. • CON EL SIGUIENTE MÉTODO: REACCIÓN DE AGLUTINACIÓN MONOCLONAL DE ANTICUERPOS. • MEDICIÓN POR TRANSMISIÓN ÓPTICA AUTOMÁTICA. • QUE UTILICE MÁXIMO 1 ML DE SANGRE TOTAL. • QUE CUENTE CON UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO. • SOFTWARE COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL. • CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. • CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. • REACTIVO EN CARTUCHO. • CAPAZ DE CONTAR CON UNA MEMORIA PARA 4000 REGISTROS DE CONTROL Y/O PACIENTES. • PANTALLA TÁCTIL A COLOR E IMPRESORA INTEGRADOS. <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DE REFLECTOMETRÍA ESPECTRAL CORRESPONDEN AL EQUIPO NYCOCARD HBA1C DE LA MARCA ABBOTT. HTTPS://WWW.ALERE.COM/ES/HOME/PRODUCT-DETAILS/NYCOCARD-HBA1C.HTML ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.
71.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COAGULACIÓN/COAGULACIÓN ESPECIAL TIPO 1, PUNTO 8	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD A BORDO DE 500 CUBETAS DE REACCIÓN CON ACCESO CONTINUO, SIN QUE ESTO AFECTE LOS RESULTADOS.</p> <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO ACLTOP 500 DE LA MARCA IL WERFEN HTTPS://WWW.INSTRUMENTATIONLABORATORY.COM/SITES/DEFAULT/FILES/2017-10/ACL%20TOP%20500%20SPECIFICATIONS%20SH EET.PDF ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
72.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COAGULACIÓN/C OAGULACIÓN ESPECIAL TIPO 1, PUNTO 10</p>	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 50 MUESTRAS, SIN QUE ESTO AFECTE LOS RESULTADOS.</p> <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO ACLTOP 500 DE LA MARCA IL WERFEN HTTPS://WWW.INSTRUMENTATIONLABORATORY.COM/SITES/DEFAULT/FILES/2017-10/ACL%20TOP%20500%20SPECIFICATIONS%20SH EET.PDF ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO AL LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
73.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COAGULACIÓN/C OAGULACIÓN ESPECIAL TIPO 2</p>	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> ○ EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN ○ QUE CUENTE CON LA SIGUIENTE METODOLOGÍA: COAGULOMETRICO, CROMOGÉNICO E INMUNOLÓGICO ○ CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 48 PRUEBAS SIMULTANEAS POR HORA PT,APTT,FIBRINOGENO ○ QUE CUENTE CON 3 LONGITUDES DE ONDA PARA SU MEDICIÓN (660NM, 405NM, Y 575NM) ○ QUE CUENTE CON 3 CANALES INDEPENDIENTES DE LECTURA ○ QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD DE ACEPTAR MUESTRAS EN TUBOS PRIMARIOS Y COPAS DE MUESTRAS ○ IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS POR MEDIO DE UN CÓDIGO DE BARRAS ○ CARGA DE MUESTRAS DE MÍNIMO DE 10 MUESTRAS EN GRADILLAS DE CARGA CONTINUA ○ GRADILLAS DE MUESTRAS CON DIVERSOS ADAPTADORES PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBO Y CAPACIDAD DE COMBINAR TUBOS Y COPAS EN LA MISMA GRADILLA ○ QUE SEA CAPAZ DE PROCESAR MUESTRAS URGENTES ○ QUE CUENTE CON 13 POSICIONES PARA CARGA DE REACTIVOS ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CONTAR CON MÍNIMO 60 CUBETAS E REACCIÓN ABORDO CON ACCESO CONTINUO AUTOMÁTICO ○ CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY – JENNINGS ○ CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA ○ QUE CUENTE CON UNA INTERFAZ BIDIRECCIONAL. ○ PANTALLA TÁCTIL E IMPRESORA INTEGRADOS <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN ACLTOP 300 DE IL WERFEN (HTTPS://WWW.INSTRUMENTATIONLABORATORY.COM/SITES/DEFAULT/FILES/2017-</p>	



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		10/ACL%20TOP%20300%20SPECIFICATIONS%20SH EET.PDF) ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	
74.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COAGULACIÓN/C OAGULACIÓN ESPECIAL TIPO 3	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN ○ CON PRINCIPIO DE MEDICIÓN: TURBO-DENSITOMETRICO Y OPTO-MECÁNICO ○ QUE CUENTE CON 2 CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES CON CUBIERTA PROTECTORA A LA LUZ ○ CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 60 PRUEBAS DE PT/ HORA Y 30 PRUEBAS POR HORA ○ QUE CUENTE CON UN MEZCLADOR DE MUESTRAS POR MEDIO DE AGITADORES MAGNÉTICOS BAJO LOS CANALES DE MEDICIÓN ○ QUE CUENTE CON 4 POSICIONES PARA REACTIVO A TEMPERATURA CONTROLADA DE 37.4 °C ○ QUE CUENTE CON MINIMO 30 POSICIONES DE INCUBACIÓN PARA CUBETAS ○ QUE CUENTE CON UNA INTERFAZ PARA UN SISTEMA DE LABORATORIO ○ QUE CUENTE CON UN TEMPORIZADOR INTEGRADO ○ 10. PANTALLA, IMPRESORA Y TECLADO INTEGRADO EN EL EQUIPO <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN CL ANALYZER DE IL WERFEN HTTPS://ES.WERFEN.COM/PRODUCTOS/HEMOSTASIA/ANALIZADORES/CL-ANALYZER.ASPX</p> ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
75.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GASES EN SANGRE TIPO 1	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LAS CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE AUTOMATIZADO ○ QUE SEA CAPAZ DE REALIZAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: PH, PH PLEURAL, PCO₂, NA, K, CA, CL, GLUCOSA Y LACTATO ○ PARÁMETROS CALCULADOS: PH (T), PCO₂ (T), PO₂ (T), HCO₃ACT, HCO₃, STD, BE(B), BE(ECF), CTKO₂CA(7.4), ANGAP, SO₂, O₂SAT (EST), HCT, BEO₂, PO₂(A-A) (T) PO₂ (A-A)(T), P₅₀, QSP-QT(T), QSP-QT(EST)(T), RI(T), PO₂-FIO₂, CTO₂, VO₂, DO₂ ○ PARÁMETROS COXIMETROS: THB, NBILI, SO₂, FO₂HB, FCOHB, FMETHB ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR 60 MUESTRAS POR HORA ○ QUE ACEPTE MUESTRAS EN: JERINGA Y CAPILAR Y CAPILAR HEPARINIZADOS ○ QUE ACEPTE EL SIGUIENTE TIPO DE MUESTRAS: SANGRE TOTAL, LIQUIDO PLEURAL Y LIQUIDO DE DIÁLISIS ○ VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 200 MICROLITROS ○ CONTROL DE CALIDAD INTERNO INTEGRADO A 3 NIVELES ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CALIBRAR DE MODO AUTOMÁTICO, MODO MANUAL, CALIBRACIÓN DE 1 PUNTO Y DE DOS PUNTOS ○ QUE CUENTE CON UN LECTOR DE CÓDIGO BARRAS ○ QUE CUENTE CON INTERFAZ HACIA UN SISTEMA 	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>INFORMÁTICO DEL LABORATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SOFTWARE COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL Y EN AMBIENTE WINDOWS ○ QUE UTILICE REACTIVOS CONTENIDOS EN CARTUCHOS ○ RESULTADOS IMPRESOS Y EN PANTALLA <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN GEM 3000 DE IL WERFEN HTTPS://ES.WERFEN.COM/PRODUCTOS/CRITICAL-CARE/ANALIZADORES/GEM-3000.ASPX ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
76.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INMUNOLOGIA TIPO 1	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS Y SON LAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS. ○ QUE CUENTE CON UNIDAD CORE. ○ QUE CUENTE CON LA TECNOLOGÍA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA ○ REALIZAR MÍNIMO 170 PRUEBAS POR HORA. ○ SISTEMA EXPANDIBLE Y RECONFIGURABLE "IN-SITU" CAPAZ DE CONSOLIDAR QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. ○ VOLUMEN DE MUESTRA DE 1.5 A 50 MICROLITROS. ○ QUE CUENTE 25 POSICIONES DE REACTIVOS ○ QUE CUENTE CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA REACTIVO. ○ QUE SEA CAPAZ DE PROGRAMAR MÍNIMO 88 PARÁMETROS 	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARÁCTERISTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> ○ DETECCIÓN DE COAGULO Y DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO PARA UNA INTEGRIDAD MEJOR DE LA MUESTRA ○ CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS Y DIAGRAMAS LEVEY-JENNINGS. ○ QUE ACEPTE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO, CUBETA Y MICROCUBETA. ○ CON AGITACIÓN MECÁNICA PARA REACCIÓN ○ CON UNA TEMPERATURA DE REACCION CONTROLADA DE 37 °C ○ PC, PANTALLA TÁCTIL, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADOS. ○ VOLTAJE DE 16 A, 3 X 2 230 V Y FRECUENCIA DE 50/60 HZ. <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO VITROS 3600 DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. CIERRES ORTHO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. • QUE CUENTE CON MÍNIMO 30 POSICIONES DE REACTIVO. • DETECCIÓN DE COAGULO Y DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO PARA UNA INTEGRIDAD MEJOR DE LA MUESTRA. <p>HTTPS://WWW.ORTHOCLINICALDIAGNOSTICS.COM/ES-MX/HOME/PRODUCTS/VITROS-3600</p> <p>¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
77.	<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INMUNOLOGIA TIPO 2</p>	<p>DE ACUERDO AL ARTICULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, LAS CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ANALIZADOR AUTOMATIZADO. ○ QUE CUENTE CON LA TECNOLOGÍA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA ○ REALIZAR MÍNIMO 90 PRUEBAS POR HORA. ○ QUE SEA CAPAZ DE PROCESAR SUERO, PLASMA Y ORINA. 	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> ○ VOLUMEN DE MUESTRA DE 10 A 50 MICROLITROS. ○ CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS. ○ CARGA CONTINUA DE MUESTRAS Y QUE PROCESA MUESTRAS URGENTES. ○ QUE CUENTE CON DETECCIÓN DE COÁGULOS. ○ QUE CUENTE 18 POSICIONES DE REACTIVOS ○ QUE CUENTE CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA REACTIVO. ○ REACTIVO LISTO PARA SU USO Y DE LA MISMA MARCA. ○ CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. ○ CALIBRACIÓN ESTABLE DE 30 DÍAS. ○ INTERFAZ BIDIRECCIONAL ○ CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS Y DIAGRAMAS LEVEY-JENNINGS. ○ QUE ACEPTE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO, CUBETA Y MICROCUBETA. ○ QUE ACEPTE TUBO DE DISTINTAS DIMENSIONES Y CUBETAS. ○ AUTODILUCIÓN ○ IMPRESORA Y PANTALLA INTEGRADA ○ NO-BRAKE <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO VITROS ECIQ DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. CIERRES ORTHO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. • QUE REALICE MÍNIMO 90 PRUEBAS POR HORA. • QUE CUENTE CON MÍNIMO 18 POSICIONES DE REACTIVO. • QUE CUENTE CON PUNTAS DE MUESTREO DE USO INDIVIDUAL PARA ELIMINAR EL ARRASTRE. <p>(HTTPS://WWW.ORTHOCLINICALDIAGNOSTICS.COM/ES-MX/HOME/PRODUCTS/VITROS-ECIQ) ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
78.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INMUNOLOGIA TIPO 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO ENCARECER EL SERVICIO, YA QUE IMPLICA LA ADQUISICIÓN DEL ACTIVO, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE MANEJARÁ LAS PLATAFORMAS SOLICITADAS, ASÍ COMO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, DIARIOS, SEMESTRALES O ANUALES DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; ASÍ COMO DE PERSONAL ADICIONAL POR PARTE DE LA CONVOCANTE PARA EL PROCESAMIENTO DE UNA SOLA PRUEBA: PROCALCITONINA; NOS PERMITA OFERTAR DICHA	SE ACEPTA SU PROPUESTA PODRÁ OFERTAR EN EL EQUIPO DE INMUNOLOGIA TIPO 1 O TIPO 3.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		PRUEBA EN LOS EQUIPOS DEL PAQUETE DE INMUNOLOGÍA TIPO 1 Y/O TIPO 2, ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	
79.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INMUNOLOGIA TIPO 3	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA DE PROCALCITONINA EN LAS PLATAFORMAS DE INMUNOLOGÍA TIPO 1 Y/O TIPO 2</p> <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DE ENSAYO INMUNOFLUOROMÉTRICO (ELFA), 30 PRUEBAS POR HORA CORRESPONDEN A UN EQUIPO MODELO MINIVIDAS MARCA BIOMERIEUX. https://www.biomerieux.es/diagnostico-clinico/productos/mini-vidasr ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
80.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UROANÁLISIS TIPO 1	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ EQUIPAMIENTO PARA LA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO <ul style="list-style-type: none"> ○ PRINCIPIO DE MEDICIÓN: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES ○ SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO ○ ANALITOS O ESTUDIOS MÍNIMOS A DETERMINAR: MÍNIMO 11 PARÁMETROS. (ERITROCITOS, 	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>LEUCOCITOS, CÉLULAS EPITELIALES NO ESCAMOSAS, CÉLULAS EPITELIALES ESCAMOSAS, CILINDROS HIALINOS, CILINDROS PATOLÓGICOS, BACTERIAS, ESPERMATOZOIDES, FILAMENTO MUCOSO, CRISTALES Y LEVADURAS).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRA: MÍNIMO 116 MUESTRAS POR HORA ○ LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS ○ VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA 2ML. ○ QUE CUENTE CON UN CONTROL DE CALIDAD INTERNO ○ QUE SEA CAPAZ DE ALMACENAR MÍNIMO 10,000 RESULTADOS INCLUYENDO IMÁGENES ○ SOFTWARE COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL ○ PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CONECTARSE A UN MODULAR DE LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA CONTROLADO POR EL MISMO ORDENADOR ○ EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA <ul style="list-style-type: none"> ○ PRINCIPIO DE MEDICIÓN: FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA, REFRACTOMETRIA Y TURBIDIMETRIA ○ QUE CUENTE CON CUATRO LONGITUDES DE ONDA PARA LA MEDICIÓN FOTOMETRICA ○ CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 240 MUESTRAS POR HORA ○ ANALITOS O ESTUDIOS MÍNIMOS A DETERMINAR: GRAVEDAD ESPECÍFICA, PH, LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEÍNA, GLUCOSA, CETONAS, UROBILINOGENO, BILIRRUBINA, ERITROCITOS Y HEMOGLOBINA, COLOR, ASPECTO ○ QUE OCUPE UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 2ML COMO MÁXIMO ○ QUE CUENTE CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRA 	



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> ○ QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO DE 75 MUESTRAS ○ SOFTWARE COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL ○ PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE ○ PANTALLA TÁCTIL, TECLADO Y RATÓN INTEGRADOS EN EL EQUIPO. ○ CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO ○ QUE CUENTE CON UN ALMACENAMIENTO INTERNO DE MÍNIMO 10,000 RESULTADOS ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CONECTARSE A UN MODULAR PARA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO CONTROLADO POR EL MISMO ORDENADOR <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO URILYZER DUO MARCA ANALYTICON (HTTPS://WWW.ANALYTICON-DIAGNOSTICS.COM/EN/PRODUCTS AND SOLUTIONS/URINE DIAGNOSTIC/ANALYZER/URILYZER DUO .HTML)</p> <p>¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
81.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UROANÁLISIS TIPO 2	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO ○ PRINCIPIO DE MEDICIÓN, FOTOMETRIA DE REFLECTANCIA ○ QUE CUENTE CON 3 LONGITUDES DE ONDA DE MEDICIÓN. ○ QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: GRAVEDAD ESPECÍFICA, PH, LEU, NITRI, PT, GLU, CET, UROBILINOGENO, BILI, SANGRE (ERITROCITOS-HB), COLOR. 	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN EMBARGO, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFE RENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> ○ QUE SEA CAPAZ DE PROCESAR MÍNIMO 600 PRUEBAS POR HORA. ○ QUE CUENTE CON UNA MEMORIA DE 1000 RESULTADOS DE PACIENTES Y 300 RESULTADOS DE CONTROLES. ○ CON SISTEMA EN LA TIRA QUE NO PERMITA LA INTERFERENCIA POR EL ÁCIDO ASCÓRBICO A TRAVÉS DE MAYA YODADA. ○ LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS. ○ PANTALLA INTEGRADA ○ IMPRESORA INTEGRADA. <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO URILYZER 500 MARCA ANALYTICON (HTTPS://WWW.ANALYTICON-DIAGNOSTICS.COM/EN/PRODUCTS AND SOLUTIONS/URINE DIAGNOSTIC/ANALYZER/URILYZER AUTO.HTML) ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
82.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MICROBIOLOGIA TIPO 1	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS, NEGATIVAS Y LEVADURAS, ASÍ COMO LA SENSIBILIDAD DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y NEGATIVAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS DE MUESTRAS CLÍNICAS. ○ PRINCIPIO COLORIMÉTRICO, TURBIDIMÉTRICO Y FLUOROMÉTRICO. UTILIZA PANELES REACTIVOS DE IDENTIFICACIÓN Y/O SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS. ○ PREPARACIÓN E INOCULACIÓN MEDIANTE ESTANDARIZACIÓN MANUAL O AUTOMATIZADA; TRAZABILIDAD Y CARGA AL MÓDULO DE LECTURA E INCUBACIÓN DE PANELES CON CÓDIGOS DE BARRA. 	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARÁCTERISTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFE RENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> ○ LECTURA A TRAVÉS DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN ÓPTICA DE LOS PANELES MIDIENDO LA INTENSIDAD COLORIMÉTRICA, TURBIDEZ Y/O FLUORIMÉTRICA DE LAS REACCIONES EN LOS POCILLOS DE LOS PANELES. ○ CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN EN BACTERIAS Y LEVADURAS, Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA EN BACTERIAS (50 PANELES - MODULAR). ○ SOFTWARE EN ESPAÑOL QUE MUESTRA JERÁRQUICAMENTE TODAS LAS PANTALLAS / FUNCIONES DEL SISTEMA, DISEÑADO PARA AYUDARLE A CONSEGUIR RESULTADOS RÁPIDAMENTE EN AMBIENTE WINDOWS, ALMACENAMIENTO DE DATOS, OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES INDIVIDUALES Y ESTADÍSTICOS PARA EL LABORATORIO Y DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA. ○ PANELES COMBOS (IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD) O SENCILLOS (INDIVIDUALES, IDENTIFICACIÓN O SUSCEPTIBILIDAD) CON CÓDIGO DE BARRAS IMPRESO. ○ EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS POR EL INSTRUMENTO PARA OBTENER UN PERFIL COMPLETO DE SUSCEPTIBILIDAD. ○ CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DE RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD EN UN DÍA CORRESPONDEN A UN EQUIPO VITEK 2 COMPACT MARCA BIOMERIEUX (HTTPS://WWW.BIOMERIEUX.COM.MX/MICROBIOLOGIA-INDUSTRIAL/VITEKR-2-COMPACT) ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
83.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MICROBIOLOGIA TIPO 2	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE PROTEÍNAS RIBOSOMALES, 	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>UTILIZANDO EL MÉTODO ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE IONIZACIÓN/DESORCIÓN LÁSER ASISTIDA POR MATRIZ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PRINCIPIO: ESPECTROMETRÍA DE MASAS ○ EL SISTEMA FORMA ESPECTROS CONSIDERANDO PROTEÍNAS RIBOSOMALES, LO CUAL PERMITE QUE ESTE SEA ESPECÍFICO. ○ LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y ADICIÓN DE REACTIVOS ES DE MANERA MANUAL; LA LECTURA ES AUTOMATIZADA. ○ SE PUEDE PROCESAR UN ALTO VOLUMEN DE PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN (CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR HASTA 150 MICROORGANISMOS POR HORA). ○ TRANSMISIÓN DE PULSOS DEL LÁSER POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA. ○ CAPACIDAD DE IDENTIFICAR CULTIVOS MIXTOS EN UNA SOLA MUESTRA. ○ INCLUYE TARJETA REUTILIZABLE DE ACERO (CON 96 ESPACIOS PARA MUESTRAS). ○ INCLUYE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA INGRESO DE DATOS DE LA MUESTRA Y SOFTWARE PARA CAPTURA DE DATOS, RECEPCIÓN DE DATOS DE PREPARACIÓN, TRANSFERENCIA DE RESULTADOS BRUTOS AL SERVIDOR Y VISUALIZACIÓN DE ESPECTROS Y CON CÁMARA INTERNA PARA VISUALIZACIÓN DE LA MUESTRA DE TRABAJO. ○ SOFTWARE EN ESPAÑOL, CON CAPACIDAD DE REGISTRAR NUEVOS PATRONES DE ESPECTRO SI ES QUE SE TIENE UN MICROORGANISMO MUESTRA QUE NO ESTÉ REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS Y POSTERIORMENTE LA POSIBILIDAD DE REGISTRARLO COMO UN NUEVO MICROORGANISMO TIPIFICADO ADEMÁS DE QUE TALES REGISTROS PUEDAN SER COMPARTIDAS EN RED PARA TRABAJOS DE COOPERACIÓN INTER LABORATORIOS. ○ SERVIDOR CON BASE DE DATOS: COBERTURA DE MÁS DE 5,600 ESPECIES A IDENTIFICAR EN SU LIBRERÍA ESTÁNDAR. ○ LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE DE IONES, SIN NECESIDAD DE APAGAR EL SISTEMA. ○ SISTEMA DE VACÍO DEL INSTRUMENTO LIBRE DE ACEITE. ○ INSTRUMENTO COMPACTO, SE PUEDE TRABAJAR SOBRE MESA. ○ CONEXIÓN A ESTACIÓN DE TRABAJO (CPU) MEDIANTE UN PUERTO DE COMUNICACIÓN PSI. ○ CONDICIONES AMBIENTALES: RANGO DE TEMPERATURA: 10 – 30° C, HUMEDAD OPERACIONAL: 5 – 85% 	



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<ul style="list-style-type: none"> o INSTALACIÓN: VOLTAJE DE 110 V. o NIVEL RUIDO: <30 DB EN CONDICIONES NORMALES. o TECLADO E IMPRESORA INTEGRADOS. o PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE. o REGULADOR DE VOLTAJE Y BATERÍA DE RESPALDO <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DE RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD EN UN DÍA CORRESPONDEN A UN EQUIPO VITEK MS MARCA BIOMERIEUX (HTTPS://WWW.BIOMERIEUX.COM.MX/MICROBIOLOGIA-INDUSTRIAL/VITEKR-MS) ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
84.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MICROBIOLOGIA TIPO 1	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO EL CUAL CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 533.342.1427</p> <p>MICROBIOLOGÍA, SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESPECIALIDAD(ES): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): LABORATORIO CLÍNICO.</p> <p>DESCRIPCIÓN: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS Y/O LEVADURAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS (ESTÉRILES O CONTAMINADAS) DE PACIENTES O AMBIENTALES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: PRINCIPIO: PANELES O TARJETAS REACTIVOS. PREPARACIÓN, INCUBACIÓN, ADICIÓN DE REACTIVOS MANUAL O AUTOMATIZADO. LECTURA AUTOMATIZADA DE LOS PANELES O TARJETAS REACTIVOS. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD. PROGRAMA PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN, PARA LA VALIDACIÓN DE ANTIBIOGRAMAS O RESISTENCIAS CRUZADAS EN AMBIENTE WINDOWS. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. TECLADO E IMPRESORA INTEGRADOS O ADICIONALES. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFACE. SOFTWARE EN ESPAÑOL. REGULADOR DE VOLTAJE Y BATERÍA DE RESPALDO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.
85.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) ANEXO 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR, PRUEBA No. 110	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA DE HELICOBACTER PILORY DERIVADO QUE LA PRUEBA EN COMENTO ES EL ÚNICO EXAMEN DE DIAGNÓSTICO QUE PUEDE DETERMINAR LA PRESENCIA DE LA H. PYLORI SIN EL USO DE UN ENDOSCOPIO. ES SEGURO, EXACTO, FÁCIL DE</p>	NO ES CORRECTA SU APECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PILORY EN ALIENTO POR CARBONO	<p>REALIZAR Y MUCHO MENOS COSTOSO QUE UNA ENDOSCOPIA Y BIOPSIA PARA DIAGNÓSTICO. DEBIENDO CONTAR CON AL MENOS LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SISTEMA DE MEDICIÓN: MÉTODO DE FILTRO DE INTERFERENCIA. ○ QUE CUENTE CON DETECTOR DE INFRAROJOS ○ INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MUESTRA ○ LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ○ CONTROL DE CALIDAD INTERNO ○ PANTALLA INTEGRADA ○ IMPRESORA INTEGRADA ○ ENERGÍA ELÉCTRICA 120 V CA, 60 HZ <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	
86.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MARCADORES CARDIACOS TIPO 1	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ANALIZADOR PORTATIL PARA MARCADORES CARDIACOS ○ QUE UTILICE TIRAS REACTIVAS INDIVIDUALES PARA LAS PRUEBAS ○ QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO ○ QUE CUENTE CON UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ○ QUE UTILICE SANGRE TOTAL HEPARINIZADA ○ QUE UTILICE MÁXIMO 150 MICROLITROS DE MUESTRA ○ QUE UTILICE UN CHIP DE CODIFICACIÓN PARA REALIZAR LA LECTURA DE LAS TIRAS REACTIVAS ○ QUE CUENTE CON UNA INTERFAZ ○ PANTALLA INTEGRADA <p>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN AL EQUIPO MODELO TRIAGE MARCA ALERE COMERCIALIZADO EN MEXICO POR IL WERFEN</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		HTTPS://ES.WERFEN.COM/PRODUCTOS/HUMANITY/BIOQUIMICA-POCT/TRIAGE.ASPX ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	
87.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DROGAS TERAPEUTICAS Y DE ABUSO TIPO 1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL PAQUETE DE DROGAS TERAPEUTICAS Y DE ABUSO EL EQUIPO TIPO 1 DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS: <ul style="list-style-type: none"> ○ SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO Y DE MESA PARA LA DETECCIÓN DE FÁRMACOS. ○ QUE REALICE UN MINIMO DE 133 PRUEBAS POR HORA ○ QUE CUENTE CON UNA CARGA MÍNIMA DE 50 MUESTRAS ○ QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR MUESTRAS URGENTES ○ QUE CUENTE CON UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS ○ PIPETA PARA MUESTRAS CON DETECCIÓN DE NIVEL Y AGITADOR INTEGRADO ○ QUE UTILICE MÁXIMO 30 MICROLITROS DE MUESTRA ○ TEMPERATURA DE MEDICIÓN CONTROLADA A 37 °C ○ QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO PARA LOS REACTIVOS ○ REACTIVOS LISTOS PARA SU USO ○ CAPAZ DE CONTAR CON UN RANGO DE MÍNIMO 8 LONGITUDES DE ONDA PARA LA MEDICIÓN DE LAS MUESTRAS ○ QUE CUENTE CON UNA UNIDAD DE LAVADO DE CUBETAS INTEGRADO ○ CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON REGLAS DE WESTGARD Y GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS ○ SOFTWARE AMIGABLE Y TOTALMENTE EN ESPAÑOL ○ QUE CUENTE CON INTERFAZ ○ PANTALLA TÁCTIL E IMPRESORA INTEGRADAS ○ CON LA CAPACIDAD DE PROCESAR LAS PRUEBAS DE TEOFILINA, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL, FENITOINA, ACIDO VALPROICO, DIGOXINA, METOTREXATE, BENZODIAZEPINAS, ALCOHOL ETILICO, ANTIDEPRESIVOS 	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		TRICICLICOS, COCAINA, CANABINOIDES, METANFETAMINAS, OPIACIOS, BARBITURICOS EL CUAL DEBERÁ SER INSTALADO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA PROLONGADA. FAVOR DE ACLARAR	
88.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CITOMETRIA DE FLUJO TIPO 1	DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> ○ EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS CD3/CD4/CD8/CD45. ○ QUE CUENTE COMO MÍNIMO CON UN LÁSER DE IONES DE ARGÓN DE 15MW Y 488NM, ASÍ COMO DETECTORES DE 3 PARÁMETROS DE FLUORESCENCIA. ADEMÁS DE UN SEGUNDO LÁSER DE DIODO ROJO DE 635NM Y UN DETECTOR ADICIONAL O MODULO SENSOR CON ÓPTICA DE EXCITACIÓN CON 3 LASER QUE PERMITA LA LECTURA A 6 A 8 COLORES. ○ DEBERÁ CONTAR CON CARGADOR CONTINUO PARA MUESTRAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 TUBOS. ○ QUE EL MISMO EQUIPO REALICE LA PREPARACIÓN, ASPIRACIÓN DE LA MUESTRA, ASPIRACIÓN DEL REACTIVO, INCUBACIÓN, LISIS Y LECTURA O TENGA CAPACIDAD DE CONECTARSE AUN PREPARADOR AUTOMATICO DE MUESTRAS ○ CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS Y DIAGRAMAS LEVEY-JENNINGS. ○ CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA O LIBRE DE CALIBRACIÓN ○ QUE CUENTE CON INTERFAZ BIDIRECCIONAL. ○ QUE CUENTE CON UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ○ QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CARGADOR INDEPENDIENTE PARA MUESTRAS DE URGENCIA ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
89.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARGA VIRAL TIPO 1	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE PREPARACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE MUESTRAS. ○ QUE SEA CAPAZ DE CONECTARSE CON OTROS MÓDULOS DE LA MISMA MARCA POR MEDIO DEL MISMO SOFTWARE. ○ DEBE DE CONTAR CON UN MÓDULO CONECTADO CON EL MISMO SOFTWARE DE LA MISMA MARCA CAPAZ DE PIPETEAR LA MUESTRA. ○ DEBE DE SER CAPAZ DE MONITOREAR LA MUESTRAS, REACTIVOS FUNGIBLES Y TEST PROCESADOS DE PRINCIPIO A FIN. ○ DEBE DE CONTAR CON TUBOS DE REACCIÓN CERRADOS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA MUESTRA. ○ QUE EL PIPETeadOR CUENTE MÍNIMO CON 8 CANALES DE PIPETEO. ○ CAPAZ DE REALIZAR AUTOMÁTICAMENTE LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE ÁCIDOS NUCLEICOS. ○ EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. ○ LOS RESULTADOS LOS DEBE DE EMITIR EN COPIAS/ML Y EN LOGARITMO BASE 10 (LOG10) ○ REACTIVOS LISTOS PARA SU USO ○ DEBE DE SER INTERFAZABLE CON UN ORDENADOR. ○ DEBERÁ CONTAR CON UNA IMPRESORA INTEGRADA. <p>¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
90.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INMUNOHISTOQ	DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:	LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DEL EQUIPO DEL PAQUETE 16 INMUNOHISTOQUIMICA NO CORRESPONDE A LA TECNOLOGÍA PROPUESTA EN SU PREGUNTA.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	UIMICA TIPO 1	<p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SISTEMA COMPLETO Y AUTOMÁTICO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PREPARACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y EL ANÁLISIS DE MUESTRAS, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE PCR EN TIEMPO REAL. ○ QUE CUENTE CON LA TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS DE ALTA CALIDAD, TECNOLOGÍA USANDO CÁMARA CCD. ○ QUE CUENTE CON UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA LAS MUESTRAS. ○ QUE CUENTE CON UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA LOS REACTIVOS. ○ QUE CUENTE CON SISTEMA ANTICONTAMINACIÓN MEDIANTE LUZ UV Y MÉTODOS DE SEGURIDAD PARA EVITAR GOTEOS SOBRE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. ○ QUE CUENTE CON SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DEL MATERIAL NECESARIO PARA PROCESAR LAS MUESTRAS SIN QUE EL EQUIPO SE DETENGA A LA MITAD DE LA CORRIDA POR FALTA DE CONSUMIBLES. ○ QUE CUENTE CON FILTROS DE EXCITACIÓN Y EMISIÓN PARA UNA DETECCIÓN MÚLTIPLE. <p>¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
91.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS DE SOPORTE TIPO 1, MICROSCOPIO ÓPTICO DE FLUORESCENCIA PARA SEROLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL FLUOROCROMO QUE DESEA TRABAJAR CON EL MÓDULO DE FLUORESCENCIA LED 470NM SOLICITADO PARA EL MICROSCOPIO ÓPTICO DE FLUORESCENCIA PARA EL ÁREA DE SEROLOGÍA. FAVOR DE INDICARNOS	Fluorocromo FITC (EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515)
92.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS DE SOPORTE TIPO 1,	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL FLUOROCROMO QUE DESEA TRABAJAR CON EL MÓDULO DE FLUORESCENCIA LED 365NM SOLICITADO PARA EL MICROSCOPIO ÓPTICO DE FLUORESCENCIA PARA EL ÁREA DE SEROLOGÍA. FAVOR DE INDICAR.	Fluorocromo DAPI (EX BP 365/12, BS FT 395, EM LP 397)



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	MICROSCOPIO OPTICO DE FLUORESCENCIA PARA SEROLOGIA		
93.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1) CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRADOR DE LABORATORIO TIPO 1	<p>DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59, NUMERAL 1, FRACCIÓN V QUE A LA LETRA DICE: 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LA CUALES SON DESCRITAS A CONTINUACIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO DESARROLLADO EN IDIOMA ESPAÑOL. BAJO AMBIENTE WINDOWS, COMPATIBLE CON LENGUAJES Y ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN HTML, HL7, DHTML, AJAX, XML, WEB SERVICES, JAVA Y JAVA SCRIPT LOS CUALES TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN EL MANEJO DE DATOS A TRAVES DE BASE DE DATOS RELACIONALES DE MICROSOFT SQL SERVER. EL SISTEMA SOFTWARE 100% WEB, QUE CUENTE CON DISEÑO MULTI-NAVEGADOR DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA). FUNCIONE EN SISTEMAS OPERATIVOS DE LA FAMILIA WINDOWS DESDE XP HASTA WINDOWS 7. CONFIGURABLE Y SE ADAPTE DE A MODIFICACIONES O ADICIONES QUE LA INSTITUCION REQUIERA. QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LLEVAR A CABO UNA GESTION INTEGRAL DE TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL LABORATORIO A TRAVES DE FUNCIONALIDADES DE CONFIGURACION, ADMISION, PRODUCCION Y ADMINISTRACION. CON RECURSOS TÉCNICOS SOBRE REDES CON TIPOLOGIA ETHERNET Y PROTOCOLO DE RED TCP/IP CON VELOCIDAD DE 100MBITS, REDES WAN Y LAN, CON REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN CONEXIONES Y SERVIDORES, CONSERVANDO UN AMBIENTE CENTRALIZADO. 	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>8. CON CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO REMOTO LAS 24 HORAS X 365 DIAS AL AÑO Y QUE ADEMÁS CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>QUE MANEJE LOS SIGUIENTES PROCESOS:</p> <p>PRE-ANALITICO:</p> <p>9. HERRAMIENTAS DEL PROCESO PRE-ANALITICO SE ENCUENTREN:</p> <p>10. REGISTROS E IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE.</p> <p>11. SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.</p> <p>12. MUESTRAS DE LABORATORIO NORMALES, URGENTES Y PRIORITARIAS.</p> <p>13. ASIGNACIÓN DE CITAS.</p> <p>14. SOLICITUD DE ESTUDIOS EN BLOQUE Y ASIGNACION DE PACIENTES.</p> <p>15. SOLICITUD DE ESTUDIOS EN BLOQUE.</p> <p>16. MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES BASADOS EN LAS REGLAS DE CONFIGURACIÓN.</p> <p>17. ENCUESTAS DE PRESOLICITUD.</p> <p>18. ENCUESTAS DE POST SOLICITUD.</p> <p>19. VERIFICACION DE MUESTRAS MEDIANTE LECTURA DE CODIGOS DE BARRAS.</p> <p>20. RECHAZO DE MUESTRAS.</p> <p>21. EMISION DE COMPROBANTES CON LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN, PARA LA REALIZACION DE LOS EXÁMENES AL PACIENTE.</p> <p>22. LISTADOS DE CONTROL TALES COMO, LISTA DE TRABAJO, LISTADO DE ORDENES PENDIENTES DE PROCESOS, MUESTRAS PENDIENTES, RECHAZADAS.</p> <p>23. COMENTARIOS EN BLOQUE PARA SOLICITUDES.</p> <p>24. ENVIO DE DATOS A ANALIZADORES Y OTROS SISTEMAS.</p> <p>25. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS INDIVIDUALES O POR SECCIONES</p> <p>ANALITICO:</p> <p>HERRAMIENTAS DEL PROCESO ANALITICO CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES PRINCIPALES:</p> <p>26. INGRESO DE RESULTADOS</p> <p>27. VALIDACION</p> <p>28. VERIFICACION</p> <p>29. COMENTARIOS CODIFICADOS</p> <p>30. PLANTILLAS PARA EXAMENES QUE LO REQUIERAN</p> <p>31. INGRESOS DE RESULTADOS EN BLOQUE</p> <p>32. LISTADOS PARA GESTION POR RANGO DE SOLICITUDES</p>	



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>33. LISTADOS POR SOLICITUDES PENDIENTES</p> <p>34. LISTADOS PARA GESTIÓN DE LABORATORIO.</p> <p>35. LISTADOS POR FECHA DE IMPRESIÓN.</p> <p>36. HOJAS DE TRABAJO</p> <p>37. VALIDACION EN BLOQUE</p> <p>38. PROCESOS DE PRIMERA Y SEGUNDA VALIDACION.</p> <p>POST-ANALITICO:</p> <p>HERRAMIENTAS DEL PROCESO POST-ANALITICO:</p> <p>39. IMPRESIÓN DE RESULTADOS.</p> <p>40. ENVIO DE RESULTADOS CORREO ELECTRONICO.</p> <p>41. RESULTADOS ENTREGADOS.</p> <p>42. DESPACHO DE RESULTADOS.</p> <p>43. CONSULTA RESULTADOS PAGINA WEB (PACIENTES Y MEDICOS).</p> <p>44. AUDITORIA DE LAS ORDENES DE TRABAJO.</p> <p>CONFIGURACION:</p> <p>HERRAMIENTA PERMITA GESTIONAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCION SE ADAPTEN A LAS NECESIDADES QUE CUENTE CON PARAMETROS:</p> <p>45. EXAMENES</p> <p>46. GRUPOS DE EXAMENES</p> <p>47. MUESTRAS</p> <p>48. TUBOS</p> <p>49. SECCIONES</p> <p>50. TECNICAS</p> <p>51. VALORES DE REFERENCIA</p> <p>52. RESULTADOS CODIFICADOS</p> <p>53. RASTREABILIDAD DE TODOS LOS PROCESOS</p> <p>54. AUDITORIA POR FECHA, HORA, USUARIO Y DIRECCION IP POR CADA TRANSACCION HECHA EN EL SISTEMA ES DECIR POR CADA ALTA, MODIFICACION O CANCELACION DE PACIENTES Y DE ESTUDIOS</p> <p>55. CON LA POSIBILIDAD DE DETERMINAR EL NIVEL DE ACCESO A LAS FUNCIONES DEL SISTEMA Y A LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION PARA USUARIOS FINALES</p> <p>CONECTIVIDAD (INTERFAZ):</p> <p>HERRAMIENTA QUE PERMITA UTILIZAR LA INFRAESTRUCTURATECNOLOGICA ALAMBRICA PARA COMUNICACIÓN CON DIFERENTES EQUIPOS DE ANALISIS DE MUESTRAS INDEPENDIENTEMENTE DEL ANALIZADOR.</p>	



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>56. CON CAPACIDAD DE RECONOCER Y ACEPTAR LOS DIFERENTES TIPOS DE ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACION A TRAVES DE PUERTOS SERIALES, ADAPTADORES DE RED, ARCHIVOS PLANOS, ETC. (HOST, HOSTQUERY, FULLHOSTQUERY).</p> <p>OTRAS CARACTERISTICAS:</p> <p>57. ARQUITECTURA WEB: QUE PERMITA EL ACCESO A LA SOLUCION DESDE MULTIPLES TERMINALES, SIN QUE SE REQUIERA DE LA INSTALACION DEL SOFTWARE EN CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>58. MULTI-NAVEGADORES: CON CAPACIDAD DE EJECUCION DESDE DIFERENTES NAVEGADORES DE INTERNET COMO LO SON MICROSOFT, INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, OPERA Y SAFARI.</p> <p>59. SISTEMA DESARROLLADO EN MODELO EN CAPAS COMPUESTAS POR: INTERFACE (INTERFACES WEB, INTERFACES WINDOWS), BUSINESS ACCESS LAYER, DATA ACCESS LAYER, DATABASE</p> <p>60. ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)</p> <p>61. PERMITA INTEGRARSE A TRAVES DE WEB SERVICES, TANTO ENTRE LOS MODULOS QUE LO COMPONEN, COMO CON LOS OTROS SISTEMAS.</p> <p>62. ESCALABILIDAD</p> <p>63. QUE PERMITA SOPORTAR UNA GRAN CANTIDAD DE USUARIOS, Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL CRECIMIENTO DEL LABORATORIO.</p> <p>64. CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR CORREOS ELECTRONICOS A PACIENTES DIRECTAMENTE.</p> <p>65. CON LA CAPACIDAD DE PROGRAMAR TAREAS RECURRENTE QUE SE DEBAN LLEVAR A CABO PARA SU EJECUCION AUTOMATICA</p> <p>66. CON LA CAPACIDAD DE RESPALDO Y ACTUALIZACION AUTOMATICA.</p> <p>67. CON LA CAPACIDAD DE GENERAR REPORTES Y ESTADISTICAS CON BASE EN NECESIDADES ESPECIFICAS DEL LABORATORIO PERMITIENDO CREAR MÚLTIPLES TIPOS DE REPORTES CON FUNDAMENTOS SOLIDOS BASADOS EN INFORMACION CONCRETA DE LA ORGANIZACION.</p> <p>¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
94.	BASES, CONVOCATORIA, PAGINA 4 41.	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN ELLOS ARTICULOS 49 NUMERAL 1 Y ARTICULO 55 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>ARTÍCULO 49</p> <p>1. LOS ENTES PÚBLICOS, EN SUS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE</p>	<p>LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CONTEMPLA UN PORCENTAJE DE COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES CON EL OBJETIVO DE CONSEGUIR LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>REQUIERAN, DEBERÁN DE OBSERVAR QUE AL MENOS EL 80% DE ESTOS SE ADQUIERAN A PROVEEDORES LOCALES Y DE ESE PORCENTAJE AL MENOS EL 10% DEBERÁ SER PARA EMPRESAS LOCALES EN CONSOLIDACIÓN.</p> <p>ARTÍCULO 55. 1. LAS LICITACIONES PÚBLICAS PODRÁN SER:</p> <p>I. MUNICIPALES, CUANDO ÚNICAMENTE PUEDAN PARTICIPAR PROVEEDORES DOMICILIADOS EN EL MUNICIPIO DE QUE SE TRATE. ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SOLAMENTE PODRÁ SER UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y PARAMUNICIPAL;</p> <p>II. LOCALES, CUANDO ÚNICAMENTE PUEDAN PARTICIPAR PROVEEDORES DOMICILIADOS EN EL ESTADO, ENTENDIENDO POR ELLOS, A LOS PROVEEDORES ESTABLECIDOS O QUE EN SU DEFECTO PROVEAN DE INSUMOS DE ORIGEN LOCAL O QUE CUENTEN CON EL MAYOR PORCENTAJE DE CONTENIDO DE INTEGRACIÓN LOCAL;</p> <p>III. NACIONALES, CUANDO PUEDAN PARTICIPAR PROVEEDORES DE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ENTENDIENDO POR ELLOS A LOS PROVEEDORES CONSTITUIDOS O ESTABLECIDOS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA QUE PROVEAN DE INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL QUE CUENTEN POR LO MENOS CON EL CINCUENTA POR CIENTO DE INTEGRACIÓN LOCAL; E</p> <p>IV. INTERNACIONALES, CUANDO PUEDAN PARTICIPAR PROVEEDORES LOCALES, NACIONALES Y DEL EXTRANJERO.</p> <p>2. SE REALIZARÁN LICITACIONES PÚBLICAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL CUANDO PREVIA CONSULTA AL SECG NO EXISTA OFERTA DE PROVEEDORES NACIONALES RESPECTO A BIENES O SERVICIOS EN CANTIDAD O CALIDAD REQUERIDAS, O SEA CONVENIENTE EN TÉRMINOS DE PRECIOS, DE ACUERDO CON LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y EXPONGA JURÍDICAMENTE CUALES FUERON LAS CAUSAS QUE MOTIVARON AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO A CONVOCAR LA PRESENTE LICITACIÓN CON ALCANCE NACIONAL.</p>	<p>PARA EL ESTADO DE JALISCO.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		FAVOR DE JUSTIFICAR.	
95.	BASES, CONVOCATORIA, PAGINA 5 41, PRIMER PÁRRAFO, OFICIO NÚMERO DGA/DRF/215/2018.	<p>ESTABLECE QUE EL PRESENTE PLIEGO CONCURSAL DISPONE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS TECHOS QUE SE ESPECIFICAN EN EL OFICIO NÚMERO DGA/DRF/215/2018.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y EXPONGA JURÍDICAMENTE CUALES FUERON LAS CAUSAS QUE MOTIVARON AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO EN UTILIZAR NUEVAMENTE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTABLECIDA EN EL OFICIO NÚMERO DGA/DRF/215/2018 A FIN DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-007-2019; QUE YA QUE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTABLECIDA EN EL OFICIO EN COMENTO, SUFRIÓ UNA MODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN RECIBIDA CON FECHA DEL 25 DE ENERO 2019 RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) RECIBIDO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO LO CUAL SE EXPUSO COMO UNA DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA CANCELACIÓN DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 PARA EL MISMO OBJETO DE CONTRATACIÓN QUE EL PRESENTE PLIEGO CONCURSAL.</p> <p>FAVOR DE JUSTIFICAR.</p>	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
96.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), ANEXO 1D, ANEXO 1E, ANEXO 1F Y EL ANEXO 1G.	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y EXPONGA JURÍDICAMENTE CUALES FUERON LAS CAUSAS QUE MOTIVARON AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO EL NO INCLUIR LAS UNIDADES MÉDICAS EN LOS ANEXO 1D, ANEXO 1E, ANEXO 1F Y EL ANEXO 1G DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LAS UNIDADES DE NUEVO HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO, CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADO TALPA, CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADO SAN JUANITO DE ESCOBEDO, CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADO MAZAMITLA, NUEVO HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA, UAEON DE SAN MARTIN DE LAS FLORES, UAEON SAN MIGUEL EL ALTO; YA QUE LA OMISIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS EN COMENTO, FUE UNA DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA CANCELACIÓN</p>	SE ACLARA EN ESTE EVENTO QUE SI SE CONTEMPLAN LAS UNIDAD MENCIONADAS.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DEL PASADO 25 DE ENERO 2019 DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 PARA EL MISMO OBJETO DE CONTRATACIÓN QUE EL PRESENTE PLIEGO CONCURSAL. FAVOR DE JUSTIFICAR.	
97.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), INCISO 6, NUMERAL VI. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS DE CÓMPUTO ASOCIADOS, PÁGINA 4 71.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y EXPONGA JURÍDICAMENTE CUALES FUERON LAS CAUSAS QUE MOTIVARON AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO A NO CONSIDERAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; YA QUE LA OMISIÓN EN COMENTO, FUE UNA DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA CANCELACIÓN DEL PASADO 25 DE ENERO 2019 DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 PARA EL MISMO OBJETO DE CONTRATACIÓN QUE EL PRESENTE PLIEGO CONCURSAL. FAVOR DE JUSTIFICAR.	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
98.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), INCISO 6, NUMERAL I. FASE PREANALÍTICA, PÁGINA 2 71.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y EXPONGA JURÍDICAMENTE CUALES FUERON LAS CAUSAS QUE MOTIVARON AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO A NO CONSIDERAR INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD Y LA CONSIDERACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CONCORDANCIA CON EL PROGRAMA "HOSPITAL SEGURO" EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; YA QUE LA OMISIÓN EN COMENTO, FUE UNA DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA CANCELACIÓN DEL PASADO 25 DE ENERO 2019 DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 PARA EL MISMO OBJETO DE CONTRATACIÓN QUE EL PRESENTE PLIEGO CONCURSAL. FAVOR DE JUSTIFICAR.	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
99.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-007-2019 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MÉDICO NUEVA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y EXPONGA JURÍDICAMENTE CUALES FUERON LAS CAUSAS QUE MOTIVARON AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO A NO CONSIDERAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA LA INCLUSIÓN DE LAS CAUSALES CANCELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN Y LAS CUALES FUERON UTILIZADAS COMO ARGUMENTOS DE SOPORTE PARA CANCELAR EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 EL CUAL COMPARTÍA EL MISMO OBJETO DE CONTRATACIÓN QUE ESTA LICITACIÓN: 1.- LA INCLUSIÓN DE UNIDADES MÉDICAS TALES COMO: NUEVO HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO, CENTRO DE SALUD CON SERVICIO	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFE RENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO".	AMPLIADO TALPA, CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADO SAN JUANITO DE ESCOBEDO, CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADO MAZAMITLA, NUEVO HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA, UAEON DE SAN MARTIN DE LAS FLORES, UAEON SAN MIGUEL EL ALTO. 2.- CONSIDERAR LA INCLUSIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 3.- CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DE LA BIOSEGURIDAD Y LA NORMATIVIDAD EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CONCORDANCIA CON EL PROGRAMA "HOSPITAL SEGURO". FAVOR DE JUSTIFICAR.	
100.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-007-2019 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO". REQUERIMIENTO S TÉCNICOS (ANEXO 1), CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAGINA 19 71.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO ACLARE, JUSTIFIQUE Y EXPONGA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y ECONÓMICAMENTE, CUALES FUERON LOS SOPORTES QUE MOTIVARON A CAMBIAR ÚNICA, COMPLETA Y ABSOLUTAMENTE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO EN EL "ANEXO 1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS" DESCRITOS EN LA PÁGINA 19 A LA 38 71 Y LO PUBLICADO EL "ANEXO 1B CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DEL "ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019. LA PREGUNTA ES DERIVADA DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS CAUSALES DE CANCELACIÓN QUE FUERON UTILIZADAS COMO ARGUMENTOS DE SOPORTE PARA CANCELAR EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 EL CUAL, COMPARTÍA UN OBJETO DE CONTRATACIÓN IDÉNTICO A LA PRESENTE LICITACIÓN; SIN EMBARGO, DENTRO DE LAS CAUSALES DE CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 NO SE HACE REFERENCIA EN EL ACTA DE CANCELACIÓN FECHADA EL 25 ENERO DE 2019 QUE EXISTIERON CAUSALES RELACIONADAS CON EL "ANEXO 1B CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DEL "ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" QUE CONTRIBUYERAN A SU CANCELACIÓN. FAVOR DE EXPONER.	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
101.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-007-2019 "SERVICIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO ACLARE, JUSTIFIQUE Y EXPONGA JURÍDICAMENTE, CUALES FUERON LOS SOPORTES QUE MOTIVARON A CAMBIAR EL ALCANCE DE LA PRESENTE	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFE RENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	INTEGRAL SUBROGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO", ANEXO BASES, NUMERAL 1.1, PAGINA 8 41.	LICITACIÓN A NACIONAL. LA PREGUNTA ES DERIVADA DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS CAUSALES DE CANCELACIÓN QUE FUERON UTILIZADAS COMO ARGUMENTOS DE SOPORTE PARA CANCELAR EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 EL CUAL, COMPARTÍA UN OBJETO DE CONTRATACIÓN IDÉNTICO A LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN OBLIGACIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS; SIN EMBARGO, DENTRO DE LAS CAUSALES DE CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-002-2019 NO SE HACE REFERENCIA EN EL ACTA DE CANCELACIÓN FECHADA EL 25 ENERO DE 2019 QUE EXISTIERON CAUSALES RELACIONADAS CON EL PUNTO 1.1.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL ANEXO DE BASES EN SU PÁGINA 8 40, EN EL CUAL SE CONTEMPLABA UNA FIGURA DE LICITACIÓN PÚBLICA CON UN ALCANCE LOCAL. FAVOR DE ACLARAR.	
102.	ANEXO 1E (COLUMNA K, FILA 11, CS500), ARCHIVO ELECTRÓNICO EXCEL DENOMINADO 02 ANEXO 1 E LABORATORIO (2), PAQUETE 8 UROANÁLISIS.	DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 56 Y ARTICULO 59 NUMERAL 1 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE: ARTÍCULO 56. 1. LAS CONVOCANTES DEBERÁN ESTABLECER LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS INTERESADOS, OTORGANDO IGUAL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LICITACIÓN A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE. TODA PERSONA QUE SATISFAGA LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, TENDRÁ DERECHO A PRESENTAR SU PROPUESTA. ARTÍCULO 59. 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: I. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA; PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	SE ACLARA QUE EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE SOLICITAN MARCAS SI NO TIPOS DE EQUIPAMIENTO.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>ACLARE, EXPONGA Y JUSTIFIQUE CUALES FUERON LOS SOPORTES TÉCNICO, OPERATIVOS, COMERCIALES, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE MOTIVARON A SOLICITAR UN MODELO DE EQUIPO PARA EL PAQUETE 8 UROANÁLISIS LLAMADO CS500, LO CUAL CORRESPONDE A LAS SIGLAS DE UN ANALIZADOR DE ORINA MODELO COMBISCAN 500, QUE ES UN NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO DE LA MARCA ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG, CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LA PÁGINA 30 71 DEL PAQUETE 8 UROANÁLISIS TIPO 2 DEL ANEXO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), EL CUAL HASTA 12 DE AGOSTO DEL 2016 IMPROMESA DE CV IMPORTABA A MÉXICO COMO TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO BAJO EL NÚMERO DE REGISTRO 1667E2003SSA Y POR UN CAMBIO DE NOMBRE EN EL MODELO URILYZER® 100/100 PRO SE IMPORTA A MÉXICO COMO TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO BAJO EL NÚMERO DE REGISTRO 3162E2013.</p> <p>HTTPS://WWW.GOB.MX/CMS/UPLOADS/ATTACHMENT/FILE/305189/REG_DM_2013.PDF</p> <p>HTTP://QUINTOELAB.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/11/BASE-DE-DATOS-DE-DISPOSITIVOS-AUTORIZADO-S-EN-ME%CC%81XICO-POR-COFEPRIS-2001-2018-1.XLSX</p> <p>HTTPS://WWW.GOB.MX/CMS/UPLOADS/ATTACHMENT/FILE/316982/REGISTROS_SANITARIOS_DISPOSITIVOS_MEDICOS_2018.PDF</p> <p>HTTPS://WWW.ANALYTICON-DIAGNOSTICS.COM/EN/PRODUCTS_AND_SOLUTIONS/URINE_DIAGNOSTIC/ANALYZER/URILYZER_500.HTML</p> <p>HTTPS://ES.SCRIBD.COM/DOCUMENT/131345238/ANALYTICON-COMBI-SCAN-500-USE R-MANUAL</p> <p>HTTPS://DOCPLAYER.ES/3054225-CLASE-DE-RIESGO-REGISTRO-SANITARIO-TITULAR-DEL-REGISTRO-INDICACION-DE-USO.HTML</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
103.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), INCISO 6, NUMERAL XII. ADECUACIONES FÍSICAS, AMBIENTALES, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E INFRAESTRUCTURA	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 56 Y ARTICULO 59 NUMERAL 1 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>ARTÍCULO 56. 1. LAS CONVOCANTES DEBERÁN ESTABLECER LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS INTERESADOS, OTORGANDO IGUAL</p>	SE ACLARA QUE EL PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE DISPONIBLE EN EL MERCADO. EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE MENCIONAN CARACTERÍSTICAS DEL MISMO.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	RA DE RED: PÁGINA 7 71.	<p>ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LICITACIÓN A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE. TODA PERSONA QUE SATISFAGA LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, TENDRÁ DERECHO A PRESENTAR SU PROPUESTA.</p> <p>ARTÍCULO 59.</p> <p>1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>II. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, EXPONGA Y JUSTIFIQUE CUALES FUERON LOS SOPORTES TÉCNICO, OPERATIVOS, SANITARIOS, COMERCIALES, JURÍDICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE MOTIVARON A SOLICITAR UN MODELO DE EQUIPO QUE CUYA CARACTERÍSTICA ESTA DESCRITA EN EL NUMERAL DE REFERENCIA (PURIFICADOR DE AIRE CON CARTUCHOS CON SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 17.5%), EL CUAL CORRESPONDE A UN PURIFICADOR DE AIRE QUE ÚNICAMENTE UNA MARCA EN EL MERCADO MEXICANO PUEDE PROVEER Y CORRESPONDE A AIRE MODELO AERTE AD 2.0, QUE ES UN NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO DE LA MARCA NOVAS, CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO DE PATÓGENOS QUE SE TRANSMITEN POR EL AIRE, IDÓNEO PARA LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES EN LAS ÁREAS MÁS CRÍTICAS DE LOS HOSPITALES.</p> <p>HTTP://NOVAS-SOLUCIONES.MX/PRODUCTOS/AERTE-AD-2-0/</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
104.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1), INCISO 6, NUMERAL XII. ADECUACIONES FÍSICAS, AMBIENTALES, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E INFRAESTRUCTU	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 56 Y ARTICULO 59 NUMERAL 1 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>ARTÍCULO 56.</p> <p>1. LAS CONVOCANTES DEBERÁN ESTABLECER LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS INTERESADOS, OTORGANDO IGUAL</p>	<p>SE ACLARA QUE EL PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE A SU ELECCIÓN DISPONIBLE EN EL MERCADO. EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE MENCIONAN CARACTERÍSTICAS DEL MISMO.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>RA DE RED; PÁGINA 7 71.</p>	<p>ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LICITACIÓN A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE. TODA PERSONA QUE SATISFAGA LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, TENDRÁ DERECHO A PRESENTAR SU PROPUESTA.</p> <p>ARTÍCULO 59. 1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y QUE ADEMÁS DESCRIBIRÁ LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>III. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL LICITANTE DE INSTALAR UN PURIFICADOR DE AIRE CON CARTUCHOS CON SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 17.5%; QUE ADEMÁS DE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SU APLICACIÓN DE USO RECOMENDABLE ES EN ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CRÍTICOS Y LO NO CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS USUARIAS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ENCARECIENDO EL SERVICIO SIN JUSTIFICAR EL COSTO-BENEFICIO DE LA SOLICITUD.</p> <p>HTTP://NOVAS-SOLUCIONES.MX/PRODUCTOS/AERTE-AD-2-0/</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>105.</p>	<p>BASES, CONVOCATORIA, PAGINA 4 41.</p>	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 NUMERAL 2 FRACCIÓN II DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>ARTÍCULO 49</p> <p>II. AL PROVEEDOR LOCAL SOBRE EL NACIONAL O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERO, PARA EL CASO DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, SE DARÁ PREFERENCIA AL PROVEEDOR DE ORIGEN MEXICANO CUYA EMPRESA ESTÉ LEGALMENTE ESTABLECIDA EN EL EXTRANJERO;</p> <p>PREGUNTA:</p>	<p>SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER POR PROVEEDOR LOCAL, A LAS EMPRESAS CUYO DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE INSCRITO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE JALISCO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
106.	BASES, CONVOCATORIA, PAGINA 4 41.	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 NUMERAL 2 FRACCIÓN III DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>ARTÍCULO 49</p> <p>III. A LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN MEJOR GRADO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE;</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER POR “PROVEEDORES QUE PRESENTEN MEJOR GRADO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE”, A LAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON DISTINTIVO ESR 2018 COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE OTORGADO POR EL CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA A.C. (CEMEFI), POR LO QUE SE DEBERÁ DE INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE DE DICHO DISTINTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
107.	BASES, CONVOCATORIA, PAGINA 4 41.	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 NUMERAL 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>ARTÍCULO 49</p> <p>IV. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.</p> <p>PREGUNTA:</p>	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER POR "PROVEEDORES QUE PRESENTEN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA"; A LAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON UN CERTIFICADO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS SANITARIOS CONFORME CON LA NORMA INTERNACIONAL UNE-EN ISO 13485:2016 CUYO ALCANCE COMPRENDA "SERVICIOS INTEGRALES PARA EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS (REACTIVOS, INSUMOS PARA LA COLECCIÓN, TRASPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS, AGENTES DE DIAGNÓSTICO) UTILIZADOS EN: LABORATORIO CLÍNICO (EQUIPOS PRE-ANALÍTICOS, EQUIPOS ANALÍTICOS, EQUIPOS POS-ANALÍTICOS, EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVOS Y AGENTES DE DIAGNÓSTICO, EQUIPOS AUXILIARES DE LABORATORIO); DIAGNÓSTICO MOLECULAR (EQUIPOS PRE-ANALÍTICOS, EQUIPOS ANALÍTICOS, EQUIPOS AUXILIARES DE LABORATORIO, INSTRUMENTOS PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INDUSTRIA EN GENÓMICA, PROTEÓMICA Y ANÁLISIS CELULAR) QUE INCLUYA LA COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS; EL MONITOREO Y CONTROL DE LA FIABILIDAD DE RESULTADOS"</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
108.	BASES, CONVOCATORIA, PAGINA 4 41.	<p>DERIVADO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 NUMERAL 1 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>ARTÍCULO 52.</p> <p>1.NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS O COTIZACIONES, NI CELEBRAR CONTRATOS O PEDIDO ALGUNO, LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SIGUIENTES:</p> <p>XII. LOS LICITANTES O PROVEEDORES QUE, TENIENDO YA VARIAS ADJUDICACIONES, A JUICIO DEL COMITÉ OBSTACULICEN LA LIBRE COMPETENCIA, EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD O EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA PRESENTACIÓN SATISFACTORIA DEL</p>	<p>SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p>TODOS LOS PROVEEDORES DEBERÁN APEGARSE A LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	REGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>SERVICIO. LO ANTERIOR A FIN DE EVITAR PRÁCTICAS DE ACAPARAMIENTO, ACTOS DE MONOPOLIO, SIMULACIÓN O MARGINACIÓN DE EMPRESAS LOCALES EN DESARROLLO; Y</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE UN LICITANTE O PROVEEDOR SE ENCONTRARÁ EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 52, NUMERAL 1 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; SI ÉSTE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DENUNCIADO POR ALGÚN ORGANISMO Y/O INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL POR PRESUNTAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y/O SE ENCUENTRE ACTUALMENTE SIENDO INVESTIGADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) POR PRESUNTAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
109.	BASES, NUMERAL 7.1, TABLA DE ENTREGABLES, ENTREGABLE 8.	<p>SOLICITA PRESENTAR LOS ÚLTIMOS 2 PAGOS DEL 2% SOBRE NÓMINA.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ENTREGABLE SE REFIERE A LA COPIA SIMPLE DEL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA DEL ESTADO DE JALISCO DEL PERSONAL ACTIVO A NOMBRE DEL LICITANTE, LO CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A POR LO MENOS LOS ÚLTIMOS 5 MESES (OCTUBRE 2018 A FEBRERO 2019).</p> <p>ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CUANDO SE TRATE UNICAMENTE DE PROVEEDORES LOCALES.
110.	BASES, NUMERAL 7.1, TABLA DE ENTREGABLES, ENTREGABLE 9.	<p>SOLICITA PRESENTAR LOS ÚLTIMOS 2 PAGOS DEL 2% SOBRE NÓMINA.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ENTREGABLE SE REFIERE A LA COPIA SIMPLE DEL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA DEL ESTADO DE JALISCO DEL PERSONAL ACTIVO A NOMBRE DEL LICITANTE, LO CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A POR LO MENOS LOS ÚLTIMOS 5 MESES (OCTUBRE 2018 A FEBRERO 2019).</p> <p>ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CUANDO SE TRATE DE UNICAMENTE PROVEEDORES LOCALES.
111.	BASES, DESCRIPCION DEL PROCESO, PÁGINA 8	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUE LA RAZÓN POR LA CUAL, PARA BENEFICIAR A PROVEEDORES QUE NO CUMPLEN CON EL ARTICULO 49 NUMERAL 1 DE LA LEY DE COMPRAS</p>	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENLÓN/REFE RENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, YA QUE SE MODIFICÓ EL CARÁCTER DE LOCAL A NACIONAL LA PRESENTE LICITACIÓN. FAVOR DE INDICAR.	
112.	BASES, 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, PAGINA 8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUE SI EN EL CASO DE LICITANTES CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRE FUERA DEL ESTADO DE JALISCO, SERÁ NECESARIA INTEGRAR COPIA DE LA LICENCIA SANITARIA VIGENTE SIMPLE A NOMBRE DEL PROVEEDOR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS PARA EL DEPÓSITO DE MATERIAL DE LABORATORIO Y DE LOS VEHÍCULOS DE TRASLADO DE PRUEBAS E INSUMOS CONFORME LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA EL CORRECTO MANEJO DE MATERIALES Y MUESTRAS.	NO ES NECESARIO, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
113.	BASES, CONVOCATORIA, PAGINA 4	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-007-2019 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO", ANEXO BASES, CONVOCATORIA	NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA.
114.	BASES, CONVOCATORIA, PÁGINA 4	LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR LO QUE SOLICITAMOS ACLARE LA RAZÓN DE DICHA OMISIÓN, CONFORME EL ARTÍCULO 45 NUMERAL 1 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. FAVOR DE ACLARAR.	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
115.	BASES, CONVOCATORIA, PÁGINA 5	ESTABLECE QUE EL PRESENTE PLIEGO CONCURSAL DISPONE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS TECHOS QUE SE ESPECIFICAN EN EL OFICIO NÚMERO DGA/DRF/215/2018. PREGUNTA: NO EXISTE OFICIO DE REFERENCIA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PARA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS SEA OTORGADO EL OFICIO DE REFERENCIA. FAVOR OTORGAR.	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
116.	BASES, CONVOCATORIA, PÁGINA 5	RESPECTO DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES ESPECIFICADOS PARA EL AÑO 2018 AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DGA/DRF/215/2018 SOLICITAMOS SE ACLARE QUE PORCENTAJES SERÁN APLICADOS A LOS SIGUIENTES PROCESOS: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-005-2019 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROPA REUSABLE QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>DIFERENTES UNIDADES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL SALME ESTANCIA BREVE</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-004-2019 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETÍ EN DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-001-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CURACIÓN.</p> <p>LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE SE TRATA DEL MISMO OFICIO PARA EL AÑO 2018 SIN ESPECIFICAR LOS PORCENTAJES A APLICAR A CADA EVENTO LICITATORIO POR EL AÑO 2019.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	
117.	ANEXO 1E (COLUMNA K, FILA 11, CS500), ARCHIVO ELECTRÓNICO EXCEL DENOMINADO ANEXO 1E LABORATORIO (2), PAQUETE 8 UROANÁLISIS.	<p>LA RAZÓN DE AUTORIZAR EL EQUIPO COMBISCAN 500 (CS500) PARA BENEFICIAR A LA EMPRESA IMPROMED S.A. DE C.V., QUIEN ES LA POSEEDORA DE LA LICENCIA SANITARIA 1667E2003 EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 51 NUMERAL 1, 52 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, 59 FRACCIÓN IX Y NUMERAL 3 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.</p>	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
118.	BASES, PAGINA 31,15.4.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.	<p>PARA EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ¿SERÁ NECESARIO UN ANEXO O SE PERMITE PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO EN COMENTO?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	DEBERÁ PRESENTAR UN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DONDE SE ESTABLEZCAN LAS OBLIGACIONES DE CADA PARTICIPANTE.
119.	MICROBIOLOGÍA. TIPO 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS PUNTO 2	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SISTEMA QUE PUEDA REALIZAR LAS PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN Y/O SUSCEPTIBILIDAD DE FORMA INDEPENDIENTE DEBIDO A QUE LA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS SE PUEDE REALIZAR EN EL SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA TIPO 2 POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS LO CUAL PERMITIRÁ OBTENER RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS A PARTIR DE 5 MINUTOS, LO CUAL, PERMITIRÁ AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO DE FORMA MÁS INMEDIATA Y PERMITIRÁ AYUDAR AL ÁREA MÉDICA A SER MÁS ASERTIVOS CON EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE, Y QUE EL RESULTADO PUEDA SER INTEGRADO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NUMERADO EN LA CARACTERÍSTICA 4.</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

NO.	RENGLÓN/REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
120.	MICROBIOLOGÍA. TIPO 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS: PUNTO 6	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE NUEVA GENERACIÓN CON CAPACIDAD DE 50 TEST DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD, ES DECIR SE TENDRÍA LA CAPACIDAD DE REALIZAR 50 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN Y 50 DE SUSCEPTIBILIDAD AL MISMO TIEMPO, QUE ES MODULAR PUDIENDO CONECTAR DE 1 HASTA 8 SISTEMAS Y QUE PUEDEN CONECTARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NUMERADO EN LA CARACTERÍSTICA 4.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
121.	MICROBIOLOGÍA. TIPO 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS PUNTO 7	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA QUE INCUBE EN DOS NIVELES DENTRO DEL MISMO SISTEMA Y QUE LA INCUBACIÓN SEA A 35.0°C YA QUE ES LA TEMPERATURA DE INCUBACIÓN QUE LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES COMO EL CLSI INDICAN COMO LA TEMPERATURA MEDIA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
122.	MICROBIOLOGÍA. TIPO 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS PUNTO 5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A UN SOLO SISTEMA, NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA QUE PERMITA HACER EL MISMO NÚMERO DE MUESTRAS EN 2 Y/O 4 CORRIDAS CONSIDERANDO QUE EL TAMAÑO MÍNIMO DE LA TARJETA O PLACA SOLICITADO ES DE 48 POCILLOS, Y QUE PERMITA ENTREGAR RESULTADOS EN UN MENOR TIEMPO (HASTA 150 MUESTRAS POR HORA) Y EN TIEMPO REAL SIN QUE SE TENGA QUE ESPERAR A VALIDAR TODA LA CORRIDA, LA CUAL PUEDE DETECTARSE COMO NO VÁLIDA, HASTA DESPUÉS DE CONCLUIR TODAS LAS LECTURAS, ESTO APOYARÍA A DAR VELOCIDAD EN EL TIEMPO DE RESULTADO.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

SOLUCIONES SODIMEDD, S.A. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	Paquete 14 Citometría de flujo tipo 1	Permite la convocante que ofertemos un equipo automatizado para la cuantificación de subpoblaciones de linfocitos CD3-FITC /CD8- PE /CD45- PerCP /CD4- APC que incluye tanto la marcación celular como un sistema interno de cuantificación tipo tubos troucount para las pruebas de subpoblaciones?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2.	Paquete 14 Citometría de flujo tipo 1 Cedula de Especificaciones Punto 5	Permite la convocante que se realice la preparación, aspiración de la muestra, aspiración del reactivo, incubación, lisis y lectura fuera del citometro?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
3.	Paquete 14 Citometría de flujo tipo 1 Cedula de Especificaciones Punto 9	Permite la convocante ofertar Que cuente con interfaz bidireccional e interfazado con el sistema salvar para mejor monitero de los pacientes?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
4.	Paquete 14 Citometría de flujo tipo 1 Cedula de Especificaciones Punto 11	Se solicita a la convocante que el cargador independiente para muestras de urgencia sea opcional para no favorecer la participación de una sola casa comercial. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
5.	Paquete 13 VIRUS DE PAPILOMA HUMANO, inciso 5	Para fomentar la libre competencia, Se solicita a la convocante nos permita ofertar un instrumento que utilice vial secundario con la muestra en solución que asegure el 100% de las células, desde el sistema de preparación de la muestra para el posterior cargado al sistema de PCR. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
6.	Paquete 15 CARGA VIRAL, inciso 5	Con la finalidad de evitar contaminaciones, se solicita a la convocante que acepte un sistema que cuente con dispositivos y métodos de seguridad que disminuyen el riesgo de contaminación cruzada. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
7.	Anexo A Cedula de Especificaciones Técnicas Microbiología Tipo 1	En las características técnicas solicitadas por el equipo de microbiología tipo 1 se menciona que el equipo cuente con la capacidad de realizar identificación y susceptibilidad de levaduras Gram negativas, Gram positivas y pruebas de susceptibilidad. Se debe entender que la convocante solicita un equipo de microbiología automatizado que realice tanto la identificación como la susceptibilidad en el mismo equipo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
8.	Requerimientos Técnicos Anexo 1 Numeral XVIII Sistemas de gestión de calidad y servicios de consultoría	Se entiende que para cumplir con este punto se deberán ofertar controles de calidad de tercera opinión ¿Es correcta nuestra apreciación?	PODRÁ OFERTARLOS SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.
9.	Marcadores Cardiacos	En las características técnicas solicitadas en el equipo de marcadores cardiacos tipo 1 menciona que el equipo se capaz de recibir resultados en tiempo máximo de 15 minutos, acepta la convocante ofertar un equipo con tecnología ELFA en la que la obtención de los resultados se tenga en un tiempo máximo de 60 minutos. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

HEMOSER, S.A. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	Con relación al Numeral 7.1.- Lineamientos para presentar la Propuesta Técnica, de las Bases de la Licitación, Pagina 19, Punto 5. del Cuadro de Entregables	Se sugiere a la convocante, se solicite que se cuente con la solvencia económica del 10% del total de la propuesta, a efecto de garantizar la solvencia del contrato.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
2.	Página 1 de las Bases de la Licitación.	<p>Solicitamos a la convocante, nos indique el nombre correcto del servicio ya que en las bases dice:</p> <p>“SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”.</p> <p>Y en los requerimientos técnicos (Anexo 1) dice:</p> <p>“SERVICIO DE INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MEDICO NUEVA GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA; DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”.</p>	<p>EL NOMBRE CORRECTO DE LA LICITACIÓN ES “SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE A PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN, GASTOS CATASTRÓFICOS Y POBLACIÓN ABIERTA DE LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”.</p>
3.	Con relación al Numeral XVIII.- Sistemas de Gestión de Calidad y Servicios de Consultoría, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1), Pagina 17.	<p>Solicitamos a la convocante, si también se puede presentar el ISO 9001:2008.</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LA NOM VIGENTE ES LA NOM: ISO 9001:2015.</p>
4.	Con relación al Numeral VII.- Instalación, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1), Pagina 5.	<p>Solicitamos a la convocante, si acepta la propuesta para modificar los días de la instalación de los equipos de 15 a 45 días, en virtud que se tendría que ver el periodo de la transición de la salida de los equipos, así como la logística en la instalación de los mismos.</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
5.	Con relación al Numeral VII.- Instalación, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1), Pagina 5.	<p>Con relación a nuestra pregunta anterior y en caso de ser favorable dicha petición, solicitamos a la convocante, Manifestamos Bajo Protesta en escrito de hoja membretada de la empresa lo siguiente: Durante el tiempo en el que el(los) equipo(s) durante la entrega, instalación y puesta en marcha del equipamiento pre analítico, equipamiento analítico, equipamiento accesorio, sistemas de tecnología de la información, equipo de cómputo y periféricos, mobiliario, reactivos, materiales e insumos necesarios para la correcta prestación del servicio, se proporcionara apoyo analítico en un laboratorio tercero que cumpla con la normatividad vigente y él será responsable de realizar las labores de recepción y transportación de muestras para el envío a análisis, así como también la entrega de resultados analíticos, a más tardar en 24 horas para pruebas de rutina y 8 horas para pruebas consideras como urgencias; haciendo extensivo el Servicio Integral de Pruebas</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		de Laboratorio Clínico a todas las unidades dentro de los Servicios de Salud Jalisco. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
6.	Con relación a la Pagina 7 subtítulo RELACIÓN DE ANEXOS de las Bases de la Licitación, Anexo 1.	Solicitamos a la convocante, nos indique cual es el anexo 1B, solicitado en este rubro, en virtud que no viene clasificado dentro de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	NO SERÁ REQUERIDO EL ANEXO 1B.
7.	Con relación al numeral 2.- Periodo de Contratación, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1), Pagina 1.	Solicitamos a la convocante, indicarnos correctamente la vigencia del servicio, ya que en este rubro indican que el periodo será del 01 de abril de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y en las bases de la licitación, numeral 15.3 indican que será conforme al punto 2 de las bases, lo cual no hay certeza el día que iniciará dicho servicio integral.	LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR DEL FALLO Y EN SU CASO DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
8.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 1</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante, considerar que el módulo de entrada/ salida, y el módulo de entrada y clasificación FLEX, es prácticamente el mismo, teniendo este ultimo las características de entrada/salida y clasificación de las muestras en uno solo. ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
9.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 10</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante aclarar el punto de la velocidad del etiquetado de la muestra, ¿se refiere a preparar tubos secundarios y dispensar alícuotas a partir de una muestra primaria en dichos tubos secundarios?	ES CORRECTA SU APRECIACION
10.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 10</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Con relación a mi pregunta anterior, y si la respuesta es afirmativa, solicitamos nos permita ofertar un equipo con una capacidad de procesamiento de 190 tubos / hora, esto sin ser limitativo para los demás participantes, ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
11.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 11</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante aceptar un tamaño de etiqueta de 24,5 x 39,5 mm, sin ser limitativo para otros participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
12.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 12</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante aclarar el punto de la velocidad del etiquetado de la muestra, ¿se refiere a preparar tubos secundarios y dispensar alícuotas a partir de una muestra primaria en dichos tubos secundarios?	ES CORRECTA SU APRECIACION
13.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 12</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Con relación a mi pregunta anterior, y si la respuesta es afirmativa, solicitamos nos permita ofertar un equipo con una capacidad de procesamiento de 190 tubos / hora y con un almacenamiento de 720 tubos secundarios, lo que le permitirá tener una productividad mejorada en los volúmenes actuales del laboratorio. ¿Se acepta nuestra propuesta, sin ser limitativo para los participantes?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
14.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 16</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Se solicita a la convocante aceptar un módulo alícuotador sin pantalla integrada ya que el control y monitoreo del equipo se realiza en el sistema middleware, ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
15.	Con relación a la Pagina 22 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Química Clínica Tipo 4, <u>Características Técnicas solicitadas punto 6</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Con relación a la tecnología ofertada no cuenta con la graficación levy jennings de forma directa, sin embargo, externamente se puede obtener los datos para su graficación por medio de software especializado, solicitamos a la convocante aceptar nuestra propuesta.	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION
16.	Con relación a la Pagina 22 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Química Clínica Tipo 3, <u>Características Técnicas solicitadas punto 5</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante, se nos permita la entrega de este panel de pruebas por medio de dos tecnologías, para complementar el panel completo. ¿se acepta nuestra propuesta?	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
17.	Con relación a la Pagina 22 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Química Clínica Tipo 5, <u>Características Técnicas solicitadas punto 5</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante permitir que el volumen mínimo de muestra sea de 50 microlitros de muestra, ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
18.	Con relación a la Pagina 22 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Química Clínica Tipo 5, <u>Características Técnicas solicitadas punto 7</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante, nos permita manejar solo dos niveles de calidad alto y bajo, ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
19.	Con relación a la Pagina 38 anexo 1C LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante, no indique el volumen y pruebas que se van a realizar por Unidad Médica Hospitalaria, a efecto de entregar una mejor propuesta para el Estado.	NO SE ESTÁ INDICANDO EL VOLUMEN Y PRUEBAS A REALIZAR POR UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA.
20.	Página 5 de las Bases de la Licitación	Solicitamos a la convocante, nos indique cuales son los montos mínimos y máximos presupuestales a adjudicar según OFICIO número DGA/DRF/215/2018.	LA INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PRESUPUESTALES NO ES PÚBLICA EN ESTA ETAPA DEL PROCESO.
21.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 5</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar lo siguiente; Que centrifugue mínimo 200 y máximo 400 pruebas por hora. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
22.	Con relación a la Pagina 19 subtítulo CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, paquete 1, Química Clínica Sistema Pre-Analíticos Tipo 1, <u>Características Técnicas solicitadas punto 10</u> , de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar lo siguiente; Etiquetado de muestra con una mínima de 200 y máxima de 400 muestras por hora. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
23.	Con relación a la Pagina 34 Paquete 14 CITOMETRIA DE FLUJO Tipo 1 puntos 2, 4, 5 y 11, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	En dicho rubro, se está describiendo las especificaciones únicas de un equipo en particular. Por lo anterior, se está limitando la libre competencia de otras marcas, que utilizando citómetros con otras especificaciones técnicas y que tienen iguales o mayores estándares de calidad, ofrecen productos que permiten la cuantificación de subpoblaciones de linfocitos	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>CD3/CD4/CD8/CD45, y que es el objeto del paquete 14, y no la adquisición de un citómetro con características particulares.</p> <p>Por lo cual, solicitamos a la convocante aceptar propuestas que oferten equipos con características diferentes a las señaladas en los numerales indicadas, pero que cumplen con la detección de subpoblaciones de linfocitos CD3/CD4/CD8/CD45 permitiendo de esta forma la libre competencia?, se acepta nuestra propuesta.</p>	
24.	<p>Con relación a la Pagina 30 Paquete 9 MICROBIOLOGIA Tipo 1, 2, 3 y 4, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).</p>	<p>La convocante acepta Sistema automatizado para detectar la presencia de crecimiento de microorganismos en muestras clínicas (sangre, y otros líquidos de cavidades estériles)</p> <p>Principio fluorométrico, el sistema es capaz de detectar el CO2 producido por el crecimiento de microorganismos (bacterias, levaduras y/o mycobacterias) generando una señal fluorescente la cual es detectada por los fotodetectores en cada estación.</p> <p>Estación o celdilla de incubación con detector de presencia de viales, sistema de medida con led fotoemisor, fotodetector de fluorescencia en cada estación.</p> <p>Capacidad mínima de 40 viales a bordo por modulo (FX40, modular hasta 4 módulos).</p> <p>Notificación inmediata de resultados positivos (alarma auditiva y visual).</p> <p>Permite el ingreso de diferentes botellas de plástico (bactec), con resinas capaces de inhibir el efecto de antibióticos contenidos en la muestra (aeróbicas, anaeróbicas o pediátricas).</p> <p>Reconocimiento inmediato de frascos mediante el escaneo del código de barras.</p> <p>Gestión de datos con una interfase de texto fácil de usar y puerto de comunicación para interfaz.</p> <p>Software en español.</p> <p>Sistema amigable, diseñado para ayudarle a conseguir resultados rápidamente en ambiente windows; almacenamiento de datos, obtención de información de reportes individuales y estadísticos.</p> <p>El equipo incluye manuales de usuario en español.</p> <p>Requerimientos eléctricos: Voltaje de entrada 100-240 VAC +/- 10%, corriente pico de 8 amperes, frecuencia de la línea de entrada 47-63 Hz, potencia de 800 W, calor 450 BTU/hora.</p> <p>Requerimientos ambientales: almacenamiento no operativo: temperatura -17.8° a 65°C, humedad 10% a 90% RH, condiciones de operación: temperatura 18° a 30°C.</p> <p>Especificaciones de instrumento: 39.1 x 67.5 x 58.5 cm (alto x ancho x profundo); espacio (posterior, izquierdo, derecho) 0, 7, 38 cm, frente 61 cm; peso (vacío) 31.8 kg</p>	<p align="center">NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
25.	Con relación a la Pagina 30 Paquete 9 MICROBIOLOGIA Tipo 1, 2, 3 y 4, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	<p>La convocante acepta Clave Cuadro Básico de Auxiliares de Diagnostico 533.819.0571</p> <p>DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.</p> <p>SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales.</p> <p>Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases.</p> <p>Gabinete de temperatura constante.</p> <p>Celdillas de incubación y cilindros de reflectancia e indicador fotométrico en cada una. Lector de código de barras.</p> <p>Puerto de comunicación para interfase. Software en español.</p> <p>Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo.</p> <p>Capacidad de almacenamiento de información.</p> <p>REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>lunes, 05 de marzo de 2018 154 del equipo.</p> <p>INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.</p> <p>OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.</p> <p>MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado.</p>	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION
26.	Con relación a la Pagina 30 Paquete 7 MICROBIOLOGIA Tipo 1, 2 y 3, de los Requerimientos Técnicos (Anexo 1).	Solicitamos a la convocante, si nos permite que el Herpes I y II, factor de crecimiento placentario y tiroglobulina, se podrían subrogar, se acepta nuestra propuesta.	DICHAS PRUEBAS PERTENECEN PRUEBAS ESPECIALES Y PODRAN SER ENVIADAS A LABORATORIOS EXTERNOS.
27.	Página 24, numeral 11.2.- Criterios de evaluación para la adjudicación de las Bases de la Licitación	<p>¿A qué forma de evaluación se refiere en la fracción I del artículo 67, puntos y porcentajes, o bien, costo beneficio?</p> <p>Artículo 67.</p> <p>1. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por</p>	NO SE REFIERE A PUNTOS Y PORCENTAJES. APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO MENCIONADO.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso: I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio;	
28.	Página 31, numeral 16.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/ CONTRATO de las Bases de la Licitación.	El monto del 15% corresponde a menor o igual que el 10% del monto total adjudicado?	LA GARANTÍA PARA EL INCUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/CONTRATO SERÁ DE 15% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO.
29.	Página 34, numeral 17.1.- Causales de rescisión del contrato.	¿Para la rescisión del contrato primero deben de agotarse las penas convencionales como lo contempla el artículo 85 de la ley? Artículo 85. 1. Los contratos celebrados podrán rescindirse administrativamente en caso de incumplimiento por parte de los proveedores, previa aplicación de las penas convencionales correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, para lo cual bastará únicamente la notificación que de dicha determinación se haga al proveedor de forma personal, sin necesidad de declaración judicial para que opere.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
30.	Página 35, numeral 17.3.- Causales de rescisión del contrato.	¿Las modificaciones se formalizan en convenios modificatorios?	ES CORRECTA SU APRECIACION.

INTERMET, S.A. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
1.	Punto 5 inciso d) y Anexo 1. Pág. 69. Documentación técnica que deberá presentar el licitante. Numeral 2 y 3.	Para cumplir con lo solicitado, entendemos que para los folletos, catálogos, o cualquier tipo de documento informativo que se presenten en idioma distinto al español, se deberá presentar traducción simple al español. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2.	Punto 7 inciso b)	Solicitamos atentamente a la Convocante nos permita presentar firma autógrafa en cada una de las cartas y anexos que integran la licitación y rúbrica al calce en todas y cada una de las hojas como; copia simple de registros sanitarios, folletos, etc. por la persona autorizada para ello conforme al Poder Notarial.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3.	Punto 7.1. Lineamientos para presentar en la Propuesta Técnica. Entregables	Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si los documentos solicitados en el Anexo 1 página 69 (Documentación técnica que deberá presentar el licitante) se integrarán dentro del Entregable 1 o al final del Entregable 9. Favor de aclarar.	DEBERÁN PRESENTARSE ANEXOS AL ENTREGABLE 1.
4.	Anexo 4	Solicitamos a la Convocante nos aclare si en la columna de "clave" se deberá colocar el objeto de la presente licitación "Servicio Integral Subrogado de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a Pacientes Afiliados al Seguro Popular	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
		<i>Seguro Médico Nueva Generación, Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del Estado de Jalisco". Favor de aclarar.</i>	
5.	Punto 8. Actos de Presentación de Propuestas técnicas y Económicas.	En el caso de que la propuesta técnica y económica se presente por una persona distinta al Representante Legal de la Empresa, solicitamos amablemente se acepte con carta poder simple. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6.	Anexo 6 Acreditación	Solicitamos a la convocante nos aclare si bastara con colocar la leyenda N/A no aplica dentro del recuadro Tomo debido a que una sociedad constituida en estado de México no cuenta con Tomo, así mismo para completar el Recuadro de Libro corresponde al Número de Volumen. Se acepta?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PODRÁ COLOCAR NO APLICA.
7.	Anexo 8 viñeta 4	Solicitamos a la convocante nos confirme si los años presentados en las declaraciones de pagos correspondientes podrán ser los últimos dos años. (2016 y 2017). Favor de aceptar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
8.	Propuesta Tecnica Anexo 1A y 1B	Solicitamos a la convocante nos indique cuales son los Anexos 1A y 1B mencionados en la Relación de Anexos pág. 7. Ya que únicamente aparecen integrados en las bases el Anexo 1 y 1C Favor de Aclarar	SE ACLARA QUE EL ANEXO 1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PUBLICADO CORRESPONDE AL ANEXO 1A PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DEL ORGANISMO https://info.jalisco.gob.mx EL ANEXO 1B NO SE REQUERIRÁ.
9.	Anexo 1. Inciso VII Instalación.	Entendemos que se aceptarán equipos en óptimas condiciones de funcionamiento y deberán de tener una fecha de fabricación no mayor de 4 años de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 1. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN LOS EQUIPOS OFERTADOS TÉCNICAMENTE, DEBERAN ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CON MENOS DE 4 AÑOS DE FABRICACIÓN, Y DE LA MEJOR CALIDAD Y QUE SE PODRÁ CONTAR CON REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
10.	Anexo 8 viñeta 13.	El punto menciona: Que en caso de tener asignación entregaré productos idénticos a los ofertados técnicamente, 100% nuevos en todos sus componentes y partes, no re manufacturados y de la mejor calidad. Solicitamos atentamente aclarar si se refiere a los insumos o equipamiento. De acuerdo a lo mencionado en el Anexo 1. Inciso VII. Instalación, favor de aclarar si se podrá modificar este punto en el Anexo 8. Es correcta nuestra apreciación.	SE ACLARA QUE EL TEXTO MENCIONADO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA; QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTO Y LOS PRODUCTOS QUE OFERTO SON IDÉNTICOS, QUE CORRESPONDEN 100% A LO REQUERIDO EN EL "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 1)" DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN/CONCURSO Y/O LO DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS MISMAS, QUE EN CASO DE TENER ASIGNACIÓN ENTREGARE PRODUCTOS IDÉNTICOS A LOS OFERTADOS TÉCNICAMENTE, EN OPTIMAS CONDICIONES DE



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
			FUNCIONAMIENTO, CON MENOS DE 4 AÑOS DE FABRICACIÓN, Y DE LA MEJOR CALIDAD Y QUE SE PODRÁ CONTAR CON REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
11.	Anexo 1 A Laboratorio, 6 Condiciones de la prestación del servicio Numeral VI Sistemas Informáticos y sistemas de cómputo asociados:	Solicitamos a la convocante nos aclare si este punto se refiere a que los datos generados por el sistema informático deberán ser propiedad de OPD, el software y las licencias son propiedad del licitante y es parte del servicio prestado durante la vigencia del contrato, es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
12.	Requerimientos Técnicos (anexo 1) Pág. 71 71	"ANEXO TÉCNICO DE ESPECIFICACIONES, MUESTRA FOTOGRAFICA." La muestra fotográfica se refiere a los folletos, catálogos y/o toda aquella documentación que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Es correcta nuestra apreciación.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
13.	Anexo 1 Cédulas de Especificaciones Técnicas Química Clínica Tipo 1	Especificación 9 que cuente con mínimo 120 parámetros. Se solicita a la convocante nos aclare si en la especificación de 120 parámetros se hace referencia a el número de pruebas abordó (menú) ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
14.	Anexo 1 Cédulas de Especificaciones Técnicas Química Clínica Tipo 4	Se entiende que para el equipo de química tipo 4 el volumen de muestra deberá estar en el rango de 1.5 a 35 micro litros ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
15.	Anexo 1 Cédulas de Especificaciones Técnicas Hemoglobina Glucosada Tipo 2	Especificación 3 que tenga la capacidad de procesar muestras urgentes. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un instrumento con capacidad automatización completa con carga continua en la toma de muestra directamente en los tubos primarios.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16.	Anexo 1 Cédulas de Especificaciones Técnicas Coagulación/ Coagulación especial Tipo 2	Especificación 4: que cuente mínimo con 8 canales de medición independientes. Garantizando una pronta entrega de resultados, así como la calidad de los mismos y cumpliendo perfectamente con el punto 3 del paquete 4/paquete 5 coagulación/coagulación especial tipo 2 que refiere a pruebas por hora ¿Se puede ofertar equipo que cuente mínimo con 2 canales de medición independientes con la capacidad exclusiva de obtener y calcular hasta 1100 puntos de lectura? ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17.	Anexo 1 Cédulas de Especificaciones Técnicas Uro análisis Tipo 2	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo semi automatizado con una velocidad de análisis de hasta 500 determinaciones por hora con los siguientes parámetros de lectura: leucocitos, nitritos, urobilinogeno, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, cetona, bilirrubinas, glucosa por metodología fotométrica con luz	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
		monocromática con un ciclo de medición de 7 seg., calibración automática y capacidad de 2,000 resultados en memoria. Especificaciones superiores a las solicitadas. Favor de aceptar.	
18.	Anexo 1 Cédulas de Especificaciones Técnicas Uro análisis Tipo 2	Por el tipo de equipamiento solicitado para mediano rendimiento se entiende que el equipo puede ser semiautomatizado, en el cual las tiras con muestra se colocan el equipo y automáticamente las lee. Favor de aclarar.	ES CORRECTO SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO.
19.	Anexo 1 Cédulas de Especificaciones Técnicas Microbiología Tipo 4	Debemos entender que se solicitan un equipo que utilice botellas o frascos ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
20.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Citometría de flujo Tipo 1	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con un láser de iones de argón de 488 nm así como detectores Multi parámetro, con un segundo laser de diodo rojo de 633 nm, que realice conteo absoluto de subconjunto de leucocitos, con incubación de las muestras de forma independiente de forma opcional, con un cargador de muestras automatizado ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Virus del papiloma humano tipo 1	Especificación 5: Que acepte muestras en tubo primario y viales de citología en base líquida. ¿Se podrá ofertar un equipo que acepta tubo primario y muestras de citología en base líquida que sea compatible en el tubo primario para su proceso, ofreciendo el mismo resultado de lo que las presentes bases solicitan? Favor de aceptar.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
22.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Virus del papiloma humano tipo 1	Especificación 8 Que cuente con un lector de código de barras para los reactivos. Paquete 13 Virus del Papiloma Humano Tipo 1. En el numeral 1 están solicitando Sistema completamente automatizado para la preparación de muestras combinado con la tecnología de PCR en tiempo real para la amplificación y detección o captura de híbridos para determinar Virus del Papiloma Humano como lo marca la NOM 014. Solicitamos atentamente lo a la convocante considerare también en el numeral 8 las siguientes características: El equipo ofertado no necesita código de barras para reactivos ya que cuenta con un software ScriptSelect que les da trazabilidad a los reactivos para su correcto funcionamiento, ofreciendo el mismo resultado de lo que las presentes bases solicitan. Favor de aceptar.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Carga viral tipo 1 Tipo 1	Especificación 2 Qué cuente con la tecnología de extracción de ácidos nucleicos de alta calidad, tecnología usando cámara CCD. Paquete 15 Carga Viral Tipo 1. De los 7 numerales solicitados por la convocante solicitamos atentamente acepte un equipo con: Tecnología de extracción de ácidos nucleicos de alta calidad con termociclador de sistema rotatorio con una resolución térmica de 0.02°C y sistema LEDs, ofreciendo el mismo resultado de	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
		lo que las presentes bases solicitan.	
24.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Carga viral Tipo 1	Especificación 6 Que cuente con sistema de aseguramiento del material necesario para procesar las muestras sin que el equipo se detenga a la mitad de la corrida por falta de consumibles. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con sensor óptico que compruebe que los consumibles están correctamente cargados en los cajones y que hay suficientes consumibles para la serie ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
25.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Documentación técnica que deberá presentar el licitante Numeral 2	Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar la carátula y las hojas de manual de los equipos que mencionen las características técnicas para dar cumplimiento a las especificaciones solicitadas y el manual completo en idioma español en electrónico ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
26.	Anexo 1 Documentación técnica que deberá presentar el licitante Numeral 6	Se solicita a la convocante nos permita presentar como certificado de calidad alguno de los siguientes: ISO,FDA, CE, TUV o certificado del país de origen ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27.	6 Condiciones en la presentación del servicio. Numeral I, II y III	Es correcto entender que bastará con una Carta bajo protesta de decir verdad de que se entregará todo lo solicitado en los numerales I, II y III del apartado Condiciones en la presentación del servicio. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
28.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Drogas terapéuticas y de abuso Paquete 11	Especificación 8: Que cuente con factores de auto dilución. Se le pide a la convocante aclarar si en este punto se refiere a las diluciones que el Analizador realiza en automático a la muestra. FAVOR DE ACLARAR	EL ANALIZADOR DEBERÁ REALIZAR DILUCIONES EN AUTOMÁTICO DE LAS MUESTRAS.
29.	Anexo 5 Propuesta Económica, No. 122 Paq 12	Paquete drogas terapéuticas y de abuso. Prueba Metrotreaxate. Debido al volumen de pruebas solicitado, se le pide a la convocante poder mandar a un laboratorio externo, ¿SE ACEPTA?	ESTA PRUEBA SE ENCUENTRA EN EL PAQUETE DE PRUEBAS ESPECIALES Y PODRÁ SER ENVIADAS A LABORATORIOS EXTERNOS.
30.	Anexo 5 Propuesta Económica, No. 125 Paq 12	Paquete drogas terapéuticas y de abuso. Prueba Antidepresivos tricíclicos. Debido al bajo volumen de pruebas solicitadas, se le pide a la convocante poder mandar a un laboratorio externo estas pruebas ¿SE ACEPTA?	ESTA PRUEBA SE ENCUENTRA EN EL PAQUETE DE PRUEBAS ESPECIALES Y PODRÁ SER ENVIADAS A LABORATORIOS EXTERNOS.
31.	Anexo 1 Laboratorio / ANEXO 1C Listado de Estudios a Ofertar	ANEXO 1C Listado de Estudios a Ofertar. PREGUNTA. Se le pide a la Convocante aclarar si la cantidad mencionada por analito hace referencia al tiempo de duración de la presente licitación, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
32.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Drogas terapéuticas y de abuso Tipo 1	Especificación 7 Solicitan: Control de calidad a tres niveles. Solicitamos a la amable convocante poder ofertar analizador de automático de electrolitos con control de calidad a dos niveles el cual cumple con todos los requerimientos mencionados. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
33.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Marcadores cardiacos Tipo 1	Especificación 10 Que utilice máximo 250 micro litros de sangre. Solicitamos a la amable convocante poder ofertar analizador para marcadores cardiacos que requiere de 300 micro litros de muestra y cumple con todos los requerimientos anteriormente mencionados. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
34.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Hemoglobina glucosilada Tipo 2	Solicitamos a la convocante nos proporcione el número de pruebas que se procesarán en este tipo de equipo, FAVOR DE ACLARAR	LA CANTIDAD APARECE EN EL ANEXO 1C "LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR"
35.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Hemoglobina glucosilada Tipo 3	Solicitamos a la convocante nos proporcione el número de pruebas que se procesarán en este tipo de equipos, FAVOR DE ACLARAR	LA CANTIDAD APARECE EN EL ANEXO 1C "LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR"
36.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Hemoglobina glucosilada Tipo 3	Especificación 10: Que cuente con interfaz bidireccional. Podemos ofertar equipo cuya interface es unidireccional, y no afectaría el reporte del resultado, ¿Se Acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
37.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Marcadores cardiacos Tipo 1	Especificación 6: Que utilice perfil para cada prueba. Se entiende que las pruebas deben procesarse por perfiles, por ejemplo, proporcione CK-MB, MIOGLOBINA Y TROPONINA I de formar simultánea y el BNP y Dimero-D en perfil separados, garantizando el número de pruebas solicitadas, ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
38.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Marcadores cardiacos Tipo 1	Especificación 12: Que cuente con interfaz bidireccional. Podemos ofertar equipo cuya interface es unidireccional, ya que al ser un parámetro de Urgencias los marcadores cardiacos, no se tendría lista de trabajo previa, y se procesarían como van llegando los estudios, ¿Se Acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
39.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Coagulación/ Coagulación especial tipo 1	Especificación 10: Capacidad de carga de muestras de mínimo 60 tubos. Garantizando una pronta entrega de resultados, así como respuesta pronta en el proceso de análisis. Se puede ofertar equipo que tenga capacidad de carga de muestras de mínimo 40 tubos, ¿Se acepta nuestra propuesta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
40.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Coagulación/ Coagulación especial tipo 1	Especificación 12: Que cuente con posiciones de almacenamiento de reactivo mínimo de 30 posiciones refrigeradas. Garantizando una adecuada conservación de los reactivos a bordo, así como una gestión optimizada de los mismos y sin demora de entrega de resultados. Se puede ofertar equipo que cuente con posiciones de almacenamiento de reactivo mínimo de 26 posiciones refrigerada, ¿Se acepta nuestra propuesta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
41.	Anexo 1 C Listado de estudios a ofertar	Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione el número de pruebas por unidad para realizar una mejor gestión y análisis de los equipos a ofertar, FAVOR DE ACLARAR	El número total de pruebas aparece tanto en el Anexo 1A como en el Anexo 5, las pruebas por unidad no es posible establecerlas porque dependerá de las necesidades reales de cada unidad durante la vigencia del servicio
42.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Administrador informático sistema informático administrador de laboratorio tipo 1 pagina 36/71 dice:	4. Funcione en sistemas operativos de la familia Windows desde xp hasta Windows 7, macos, linux. PREGUNTA: Se le solicita a la amable convocante que la versión de Windows sea mayor a la requerida debido a que las versiones Windows XP y Windows 7 están pasando a ser obsoletas, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
43.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Administrador informático sistema informático administrador de laboratorio tipo 1 pagina 37/71 dice:	7. Con recursos técnicos sobre redes con tipología ethernet y protocolo de red tcp/ip con velocidad de 100mbits, redes wan y lan, con requerimientos mínimos en conexiones y servidores, conservando un ambiente centralizado. PREGUNTA: Se le solicita a la amable convocante aclarar si todas Las unidades médicas que contarán con el sistema informático de laboratorio compartirán una sola base de datos, ya que solicitan en este punto un ambiente centralizado FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
44.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Administrador informático sistema informático administrador de laboratorio tipo 1 pagina 37/71 dice:	21. LISTADOS DE CONTROL TALES COMO, LISTA DE TRABAJO, LISTADO DE ORDENES PENDIENTES DE PROCESOS, MUESTRAS PENEDIENTES, RECHAZADAS. PREGUNTA: Se le solicita a la amable convocante aclarar si en este punto el sistema informático de laboratorio debe contar con un módulo de gradillas de forma digital para intercambio de muestras entre diferentes laboratorios (SEROTECA) FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
45.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Administrador informático sistema informático administrador de laboratorio tipo 1 pagina 37/71 dice:	ANALÍTICO PREGUNTA: Siendo el control de calidad una herramienta del proceso analítico para la validación de los estudios, solicitamos a la convocante que el sistema informático cuente con un módulo de control de control de calidad que maneje las reglas de westgard, gráfica de levey-jennings y distribución normal y conformidad rilibäk ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
46.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Administrador informático sistema informático administrador de laboratorio tipo 1 pagina 37/71 dice:	41. DESPACHO DE RESULTADOS. PREGUNTA: Solicitamos a la convocante que el sistema informático cuente con alertas que dan mayor control de los resultados de los pacientes y actuar en caso de alguna contingencia, estas alertas son: alertas delta check, alertas epidemiológicas y alertas de valores críticos en pantalla que indica que un valor esta fuera de rangos y podrían poner en riesgo el estado del paciente ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
47.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Sistema pre-analítico Tipo 1	Especificación 10: etiquetado de muestra con una mínima de 400 muestras por hora. Solicitamos nos permita ofertar un equipo con una capacidad de procesamiento de 190 tubos / hora, esto sin ser limitativo para los demás participantes, ¿se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
48.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Sistema pre-analítico Tipo 1	Especificación 11: etiquetas configurables por el usuario. Se solicita a la convocante aceptar un tamaño de etiqueta de 24,5 x 39,5 mm, sin ser limitativo para otros participantes. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
49.	Anexo 1 Cédula de Especificaciones Técnicas Sistema pre-analítico Tipo 1	Se solicita a la convocante aceptar un módulo alicuotador sin pantalla integrada ya que el control y monitoreo del equipo se realiza en el sistema middleware. ¿Se acepta?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
50.	Paquete 9. Microbiología. Tipo 1	La convocante acepta Sistema automatizado para la identificación de bacterias gram positivas, negativas y levaduras, así como la sensibilidad de bacterias gram positivas y negativas presentes en muestras biológicas de muestras clínicas. Principio colorimétrico, turbidimétrico y fluorométrico. Utiliza paneles reactivos de identificación y/o sensibilidad a antibióticos. Preparación e inoculación mediante estandarización manual o automatizada; trazabilidad y carga al módulo de lectura e incubación de paneles con códigos de barra. Lectura a través de sistema de transmisión óptica de los paneles midiendo la intensidad colorimétrica, turbidez y/o fluorimétrica de las reacciones en los pocillos de los paneles. Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación en bacterias y levaduras, y sensibilidad antibiótica en bacterias (50 paneles - modular). Software en español que muestra jerárquicamente todas las pantallas / funciones del sistema, diseñado para ayudarle a conseguir resultados rápidamente en ambiente windows, almacenamiento de datos, obtención de información de reportes individuales y estadísticos para el laboratorio y de importancia epidemiológica.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
		<p>Paneles combos (identificación y susceptibilidad) o sencillos (individuales, identificación o susceptibilidad) con código de barras impreso.</p> <p>El sistema de gestión de datos por el instrumento para obtener un perfil completo de susceptibilidad.</p> <p>Control de calidad integrado.</p> <p>Conexión bidireccional con la LIS y software en idioma español.</p> <p>El equipo incluye manuales de usuario en español.</p> <p>Requiere 90 – 264 VAC; 47 – 63 Hz, 15 amp circuito.</p> <p>Dimensiones 53.5 x 81.5 x 76.5 (alto, ancho, profundo), espacio 54.6 x 76.0 x 45.7 (derecho, izquierdo, frontal). Peso vacío 53.5 kg, peso lleno 57.6 kg</p>	
51.	Paquete 9. Microbiología. Tipo 1	<p>La convocante acepta Clave Cuadro Básico de Auxiliares de Diagnóstico 533.342.1427 MICROBIOLOGÍA, SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio: paneles o tarjetas reactivos. Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado. Lectura automatizada de los paneles o tarjetas reactivos. Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad. Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en ambiente Windows. Lector de código de barras. Teclado e impresora integrados o adicionales. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interface. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo.</p> <p>REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120, V/60 Hz.</p> <p>OPERACIÓN: Por personal especializado y de</p>	<p align="center">NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
		acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado.	
52.	Paquete 9. Microbiología. Tipo 2	<p>La convocante acepta Sistema de identificación de microorganismos a través de la medición de proteínas ribosomales, utilizando el método MALDI-TOF (espectrometría de masas de ionización/desorción láser asistida por matriz).</p> <p>Principio: Espectrometría de masas por medio del método MALDI-TOF (espectrometría de masas de ionización/desorción láser asistida por matriz).</p> <p>El sistema forma espectros considerando proteínas ribosomales, lo cual permite que este sea específico.</p> <p>La preparación de la muestra y adición de reactivos es de manera manual; la lectura es automatizada.</p> <p>Se puede procesar un alto volumen de pruebas de identificación (capacidad para identificar hasta 150 microorganismos por hora).</p> <p>Transmisión de pulsos del láser por medio de fibra óptica.</p> <p>Capacidad de identificar cultivos mixtos en una sola muestra.</p> <p>Incluye tarjeta reutilizable de acero (Con 96 espacios para muestras).</p> <p>Incluye lector de código de barras para ingreso de datos de la muestra y software para captura de datos, recepción de datos de preparación, transferencia de resultados brutos al servidor y visualización de espectros y con cámara interna para visualización de la muestra de trabajo.</p> <p>Software en español, con capacidad de registrar nuevos patrones de espectro si es que se tiene un microorganismo muestra que no esté registrado en la base de datos y posteriormente la posibilidad de registrarlo como un nuevo microorganismo tipificado además de que tales registros puedan ser compartidas en red para trabajos de cooperación Inter laboratorios.</p> <p>Servidor con base de datos: Cobertura de más de 5,600 especies a identificar en su librería estándar.</p> <p>Limpieza automática de la fuente de iones, sin necesidad de apagar el sistema.</p> <p>Sistema de vacío del instrumento libre de aceite.</p> <p>Instrumento compacto, se puede trabajar sobre mesa.</p> <p>Conexión a estación de trabajo (CPU) mediante un puerto de comunicación PSI.</p> <p>Condiciones Ambientales: Rango de temperatura: 10 – 30° C, Humedad operacional: 5 – 85%</p> <p>Instalación: Voltaje de 110 V.</p> <p>Nivel Ruido: <30 dB en condiciones normales.</p> <p>Dimensiones: 510 X 680 X 1093mm (largo-ancho-alto).</p>	<p align="center">NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>



Licitación Pública Nacional 43068001-007-2019
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete a
Pacientes Afiliados al Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación,
Gastos Catastróficos y Población Abierta de la Red de Laboratorios del
Estado de Jalisco.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuestas
		Teclado e impresora integrados. Puerto de comunicación para interfase. Regulador de voltaje y batería de respaldo.	

No habiendo más aclaraciones por la convocante, contestadas cada una de las dudas presentas por aquellos que quisieron intervenir en la presente etapa, se informa que la presente junta aclaratoria formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 punto 3 de la **LEY**.

Segundo. La fecha para la presentación de sus propuestas es conforme al punto 2, **EVENTOS DEL PROCESO.**

Tercero.- Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las 12:30 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

V E R S I Ó N P Ú B L I C A

F I R M A

 LIC. LUIS ADRIÁN JARERO FIGUEROA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO

F I R M A

 LIC. GILDARDO FLORES FREGOSO
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
 TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE
 COMPRAS

F I R M A

 DR. EMMANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE REGIONES
 SANITARIAS Y HOSPITALES
 ÁREA SOLICITANTE

GOBIERNO DEL ESTADO

