



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

**CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

JUNTA ACLARATORIA

ITP-005-2018

**EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO DESIERTOS DE
LICITACIÓN**

17 de julio de 2018



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Concurso por invitación a cuando menos tres personas

ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 13:00 horas del 17 de julio de 2018 en el Departamento de Adquisiciones del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de esta ciudad, ante la presencia de los servidores públicos designados por el ORGANISMO ello de conformidad al cuadro de Eventos del Proceso, al punto de la Primera Etapa de las bases que rigen la presente licitación y lo que observa el artículo 77 sexto párrafo del reglamento, registrándose los siguientes, **HECHOS** :

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

Primero.- La convocante informa lo siguiente: la Fecha máxima de entrega de bienes es de 45 días naturales, posteriores a la emisión del fallo de adjudicación, no habrá prórroga.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero.- La convocante informa que no se realiza acto de reunión para la junta aclaratoria, sin embargo si se da contestación a las dudas que realizan los participantes conforme a lo dispuesto en el artículo 77 sexto párrafo del reglamento:

“Cuando la convocante opte por no realizar junta de aclaraciones, en la invitación a cuando menos tres personas deberá indicarse la forma y términos en que podrán solicitarse las aclaraciones respectivas, de cuyas respuestas deberá informarse tanto al solicitante como al resto de los invitados”

De conformidad a la primera etapa de la convocatoria se verifica que no se recibieron preguntas en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, se realiza la revisión en la plataforma de Compra Net, donde solo se registró él envió de una sola empresa y la cual también opto por enviarla vía correo electrónico, en el correos electrónico se registró y recibió las dudas de la empresas que se enlistan abajo contestando así todas las preguntas recibidas por los conductos establecidos en la convocatoria:

Nombre del licitante: MEDICAL & INDUSTRIAL S.A DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	913 052 0064	Esterilizador de vapor autogenerado de mesa. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos indique la capacidad en litros	Deberá ofertar capacidad de 20 a 40 litros



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Concurso por invitación a cuando menos tres personas

ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación

		de la cámara, ya que no lo menciona en las características.	
--	--	-------------------------------------------------------------	--



Nombre del licitante: KOOLFER S.A DE C.V			
------------------------------------------	--	--	--

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	Cuadro de Eventos del Proceso	Sabemos que la Invitación es de carácter presencial, podemos subir la propuesta a través del Sistema de COMPRANET ya que el portal nos da la opción para subirla de manera electrónica y no hay una restricción del mismo?	No, solo se puede presentar propuestas de forma presencial.
2.	Anexo 1 renglón 15	Para la sabana térmica con aire caliente es solo la compra del equipo o se deberán cotizar también los consumibles?	Deberá ofertar solamente el equipo con las características mínimas solicitadas.
3.	Anexo 1 renglón 15	Para la sabana térmica con aire caliente cual sería el plazo de entrega?	Remitirse a las aclaraciones de la convocante.

Nombre del licitante: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A DE C.V			
------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	PARTIDA N° 4	Punto 1.- solicitan capnógrafo con oxímetro de mesa con medición de flujo lateral (sidestream), solicitamos que este punto sea de acuerdo a la tecnología de cada fabricante capnógrafo con oxímetro con medición de flujo microstream para pacientes intubados y no entubados ¿se acepta)	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
2.	PARTIDA N° 16	PUNTO 9, Solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido ofertar dimensiones de la unidad de secado de 190 cm de altura x 71 cm de ancho x 78 cm de fondo ¿se acepta nuestra solicitud?	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
3.	PARTIDA N° 16	PUNTO INSTALACIÓN, Es correcto entender que las adecuaciones y requisitos de instalación necesarios serán realizadas por la dependencia de acuerdo a la guía mecánica que proporcione el licitante ganador ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
4.	PARTIDA N° 16	PUNTO INSTALACIÓN, En caso de que nuestra pregunta anterior no haya sido correcta, solicitamos nos sea permitido realizar una	Remitirse a la respuesta anterior.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
Concurso por invitación a cuando menos tres personas
ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación



		visita al Hospital para poder verificar las áreas y suministros con que cuenta el Hospital ¿se acepta nuestra solicitud?	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nombre del licitante: BIO-STERIL S.A DE C.V

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	SIN PUNTO	Solicitamos a la Convocante nos aclare la manera cómo será la presentación de propuestas, Presencial, Electrónica o Mixta.	No, solo se puede presentar propuestas de forma presencial.
2.	PROPUESTA TÉCNICA	<p>DICE: El ANEXO 2, Propuesta de Especificaciones Técnicas deberá ser llenado en hoja membretada de la persona participante, en renglón separado y deberá presenta un solo sobre con el conjunto de hojas que conforme su propuesta,...</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, si se deberá presentar un ANEXO 2 por cada partida.</p>	Es correcta su apreciación deberá presentar el ANEXO 2 para cada partida
3.	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	<p>DICE: El ANEXO 2, Propuesta de Especificaciones Técnicas deberá ser llenado en hoja membretada de la persona participante, en renglón separado y deberá presenta un solo sobre con el conjunto de hojas que conforme su propuesta,...</p> <p>La propuesta Económica deberá presentarla en hoja membretada conforme al ANEXO 3, sin hacerle modificaciones al formato, deberá guardar el archivo ANEXO 3 en un medio digital de su preferencia tales como USB o disco compacto, en el formato de origen de MS-Excel. Tanto su propuesta impresa como digital deberá presentarla en un sobre cerrado señalando los datos de PARTICIPANTE y referir la información del proceso de licitación en el cual pretende participar.</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare si se deberá presentar las propuestas en sobre separados (un sobre propuesta técnica y otro sobre propuesta económica) o será un solo sobre que incluya ambas propuestas.</p>	Preferentemente dos sobres separados, sin embargo puede presentar un solo sobre identificando donde comienza la propuesta técnica y donde comienza la propuesta económica.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Concurso por invitación a cuando menos tres personas

ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación



4.	PROPUESTA ECONÓMICA	Solicitamos a la Convocante nos aclare si para la presentación del Anexo 3, Propuesta Económica se podrá eliminar las partidas por las que mi representada no participa.	Preferentemente dejar el formato en las condiciones originales, capturando solo la información solicitada.
5.	PROPUESTA ECONÓMICA	Solicitamos a la Convocante nos aclare si para la presentación del Anexo 3, Propuesta Económica en caso de eliminar las partidas por las que mi representada no participa, ¿será motivo de descalificación?	No, es motivo de descalificación pero evite hacerlo.
6.	PROPUESTA ECONÓMICA	DICE: La propuesta Económica deberá presentarla en hoja membretada conforme al ANEXO 3, sin hacerle modificaciones al formato, deberá guardar el archivo ANEXO 3 en un medio digital de su preferencia tales como USB o disco compacto, en el formato de origen de MS-Excel. Tanto su propuesta impresa como digital deberá presentarla en un sobre cerrado señalando los datos de PARTICIPANTE y referir la información del proceso de licitación en el cual pretende participar. DUDA: El no presentar la propuesta económica, ANEXO 3, en formato USB o disco compacto, ¿Será motivo de descalificación?	Son requisitos los cuales deberá presentar para participar en el presente proceso, la falta de un documento u otro elemento solicitado puede causar la descalificación.
7.	SEGUNDA ETAPA	DICE: ... Constancia de actualización del “proveedor” vigente, expedida en el Registro del Patrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno de Jalisco, de la Secretaría de Planeación, Administración Finanzas. DUDA: Solicitamos a la Convocante que este requisito sea opcional para los licitante se encuentren fuera del Estado de Jalisco, ¿Se acepta?	Son requisitos los cuales deberá presentar para participar en el presente proceso, la falta de un documento u otro elemento solicitado puede causar la descalificación.
8.		Solicitamos a la Convocante, en caso de ser distribuidores directos del fabricante, presentaremos la carta de distribución y la carta solicitada para los equipos ofrecidos firmada por nosotros como distribuidor autorizado, ¿Es correcto?	No, deberá presentar lascartas conforme se solicita en cada ficha técnica y los documentos solicitados en el cuerpo de las bases.
	RENLÓN 17	DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0099 SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION DUDA:	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Concurso por invitación a cuando menos tres personas

ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación



		Solicitamos a la Convocante y para realizar la compra de una tecnología superior y de calidad, el equipo deba incluir de pantalla LCD que indique contador de lotes, horas transcurridas, reloj y calendario, esto para que el personal del Organismo cuente con un equipo apto para las necesidades.	
	RENGLÓN 17	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0099 SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo que el equipo cuente el equipo deba incluir impresora incorporada que imprima fecha de sello, fecha de vencimiento, operador (nombre / código), esto para que el personal y el Organismo obtengan un registro que permita un adecuado control de inventario d e instrumental esterilizado, así como un mejor control.</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
	RENGLÓN 17	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0099 SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo que el equipo ofertado deba cumplir con almacenamiento de datos, aún cuando el dispositivo se encuentre apagado, esto para evitar la pérdida de registros e información derivado de la falta de energía.</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
	RENGLÓN 17	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0099 SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo que el equipo propuesto deba contar con un sensor óptico para la puesta en marcha de tal manera que cuando no se esté utilizando, se detenga. Esto ayuda a alargar la vida del bien, evitando el desgaste innecesario, así como un ahorro de energía para el Organismo.</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Concurso por invitación a cuando menos tres personas

ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación



	RENGLÓN 17	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0099 SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo y para que realizar una compra de un equipo de calidad y duradero, el equipo ofertado deba incluir control de temperatura con un microprocesador con tolerancia de temperatura $\pm\%$ 1 y que la temperatura pueda ajustarse entre 50°C y 250°C, para asegurar una operación precisa y eficiente en el sellado de los paquetes en CEYE, así como para evitar el desperdicio de materiales causados por un mal selle.</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
	RENGLÓN 17	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0099 SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo y para garantizar la seguridad del personal que el equipo ofertado deba cumplir con un apagado automático cuando la temperatura salga del rango de operación óptimo, esto para evitar accidentes para el personal usuario.</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
	RENGLÓN 9	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0076 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo y para garantizar un equipo ahorrador y evitar gastos excesivos de detergente, lo cual genera un ahorro en costos, el equipo a ofertar deba incluir un sistema dosificador de detergente.</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
	RENGLÓN 9	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0076</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Concurso por invitación a cuando menos tres personas

ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación



		<p>LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo que respecto al punto 5 de la cédula técnica en el cual solicitan 9 aspersores fijos y dos móviles y para permitir la libre participación nos permita ofertar un equipo con 10 aspersores internos, los cuales son suficientes para realizar el correcto lavado de bienes, lo cual no afecta la funcionalidad del equipo, ¿Se acepta?</p>	
	RENGLÓN 9	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0076</p> <p>LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo que para una mejora en la ergonomía del equipo en su operación y facilitar el manejo del mismo por el personal usuario, solicitamos al Organismo que se deba ofertar un equipo con apertura de puerta asistida por pedal, ¿Se acepta?</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
	RENGLÓN 9	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0076</p> <p>LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo que respecto al punto 9 de la cédula técnica en el cual solicitan sistema de desinfección de las tubería (PSD) por medio del cual todo el sistema de tubería y los aspersores son desinfectados en cada ciclo, solicitamos nos permita referenciar este punto con la generación de vapor, toda vez que al permitir la transición de vapor en cada tubería, lo cual asegura la alta desinfección a su paso.</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.
	RENGLÓN 9	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0076</p>	No fue negativa la respuesta anterior.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Concurso por invitación a cuando menos tres personas

ITP-005-2018 Equipamiento del Hospital Geriátrico Desiertos de Licitación



		<p>LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>DUDA: En caso de que la respuesta anterior sea negativa, solicitamos al Organismo nos aclare perfectamente a qué se refiere con lo solicitado en el punto 9 de la cédula.</p>	
	RENGLÓN 5	<p>DICE: PARTIDA 2018: 53101 CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 – 052 – 0064</p> <p>ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA</p> <p>DUDA: Solicitamos al Organismo y con la intención de minimizar espacios y se optimice el área del departamento de CEYE, se sugiere solicitar un volumen de cámara de 11 litros, ¿Se acepta?</p>	Podrá ofertar de acuerdo a su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.

Nombre del licitante: VIASIS OCC S.A DE C.V

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	CUADRO DE EVENTOS DEL PROCESO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA FORMA AMAS ATENTA NOS ACLARE EL PERIODO DE ENTREGA DE LOS BIENES A OFERTAR ASI COMO EL LUGAR DE LA MISMA.	Remitirse a las aclaraciones de la convocante

No habiendo más preguntas y dudas por aclarar y realizadas las aclaraciones por la convocante, se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las 14:57 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. (Versión pública de la presente Acta.)