

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC 4306800-025-2020

“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

Guadalajara, Jalisco a 11/09/2020



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020 “EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 11/09/2020, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **COMITÉ**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de las **BASES** y de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la **LEY**, así como también con los artículos 63, 64 y 65 de su **REGLAMENTO**, que rigen la presente **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL** que rigen la presente **LICITACIÓN**.

Se realizaron los siguientes,

H E C H O S :

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:

- NO HAY ACLARACIONES POR PARTE DE LA **CONVOCANTE**.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES .

Primero. - La **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, informa que se recibieron preguntas por parte de los **PARTICIPANTES** en la Junta de Aclaraciones:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	19
2	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	15
3	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	38

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020 “EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
4	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	3
5	OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	39
6	PRESEFA S.A. DE C.V.	7
7	SOLUCIONES DE INGENIRÍA EN AUTOMATIZACIÓN DE INVENTARIOS S.A DE C.V.	3
8	WASPMED S.A. DE C.V.	21
TOTAL DE PREGUNTAS:		145

1. ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTAS
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 7	Solicitan con capacidad de 10,000 eventos o 120 horas de alarma como mínimo. Dado que esta es característica solo una sola marca puede cumplirla solicitamos de la manera más atenta que esta característica sea de acuerdo a cada fabricante. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 9	Solicitan capacidad de visualizar las curvas, las tendencias y las gráficas numéricas de un paciente de al menos 120 horas. Dado que esta es una	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		característica propia de una sola marca solicitamos de la manera más atenta esta característica sea por al menos de 72 horas ¿Se acepta?	
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 18.5	Solicitan despliegue de curvas fisiológicas de al menos 15 curvas simultaneas. Debe entender que el equipo deberá poder mostrar las 12 derivaciones en forma simultánea. ¿Es esto correcto?	El equipo deberá desplegar 15 curvas simultáneas y además, poder mostrar despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 18.7.4	Solicitan detección de por lo menos 23 arritmias. Nuestro equipo detecta 10 tipos diferentes de arritmias el resto son por aprendizaje, solicitamos de la manera más atenta para no limitar la proveeduría nos permita referenciar esta característica de nuestro equipo ya que con esto cumplimos y acrecentamos lo requerido por la convocante ¿Se acepta?	Deberá comprobar que el equipo tiene capacidad de detección de 23 arritmias como mínimo.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 18.11.3	Solicitan con algoritmo que realice la medición automática de presión arterial no invasiva al	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		detectar cambios súbitos den relación con la onda de pulso y el trazo e ECG. Esta característica es propia de una sola marca, solicitamos del amañera más atenta esta característica sea opcional o acorde a cada fabricante, ¿Se acepta?	
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 18.25	Solicitan función de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación, debemos entender que para tener un programa completo de cálculos también se deberán ofertar los cálculos renales ¿Es esto correcto?	Podrá ofertar características superiores y adicionales a lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 18.30 y 18.33	Solicitan Gasto cardiaco por dos tecnologías diferentes, esto sin duda encarece significativamente el costo de la propuesta además de ser un parámetro redundante, solicitamos de la manera más atenta se pueda ofertar una de las dos tecnologías de acuerdo a cada fabricante ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 18.28, 18.29 y 18.31	EEG, Índice Biespectral, Saturación venosa central, Dado que estos parámetros no se utilizan comúnmente	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		en todos los monitores y al ser monitores modulares, con el fin de disminuir costos y ser más eficiente la terapia intensiva, solicitamos de la manera más atenta se pueda ofertar un solo módulo para los 5 monitores, ya que estos módulos se pueden intercambiar ¿Se acepta?	
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 19	Solicitan visualización remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica, ¿favor de aclarar si este punto es opcional o se tiene que ofertar?	Deberá integrarse como opción a futuro y demostrarse por medio de catálogos y/o manuales.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, Progresivo 1, Punto 20	Solicitan interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7. Favor de aclarar si solo se debe demostrar que lo hace o tendrá que adicionarse en nuestra propuesta económica esta característica.	Deberá integrarse como opción a futuro y demostrarse por medio de catálogos y/o manuales.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.	Solicitamos a la convocante nos aclare si los anexos en los cuales mi representada no participa con dichos	Para esos anexos se podrá establecer No Aplica o en su caso Omitirla dentro de su

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		progresivos, ¿es necesario presentarlos en la propuesta con la leyenda “No Aplica” o podemos omitirlos?	propuesta y deberá de referenciarla.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, Inciso cc, al kk., Anexo 30 al 38	¿Es correcto entender que en los anexos del 30 al 38 en caso de que mi representada no participe en alguno de los progresivos será necesario presentar un escrito en donde se coloque la leyenda “No Aplica” para cada documento?	Es correcto los licitantes podrán presentar un escrito en donde se coloque la leyenda “No Aplica” para cada documento de los anexos, de los progresivos que no se participe o cotice.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, Inciso K, Anexo 12	Es correcto entender que debemos presentar en la propuesta los manuales y/o catálogos dentro del mismo punto en dos ocasiones?	Es correcta su apreciación.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, Inciso “cc, al kk”	Solicitamos a la convocante nos aclare si en los incisos “cc” y kk” ¿Es necesario presentar los certificados de calidad en copia certificada o copia simple?	Para los Inciso “cc, al kk”, Se podrá presentar copia simple.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos	Solicitamos a la convocante nos aclare ¿Cuál es el tiempo de garantía de los bienes a ofertar?	La garantía para los equipos será de un año, a partir de la instalación y puesta en marcha de los equipos.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 2. Propuesta Técnica	¿Es correcto entender que, en la columna de descripción, se deba colocar las especificaciones del bien	Es correcto, se deberá establecer todas y cada una de las características, especificaciones y elementos

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		que mi representada ofertara?	adicionales que contengan los equipos.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 2. Propuesta Técnica	En caso que la respuesta de la pregunta anterior haya sido no, solicitamos a la convocante nos haga la aclaración	Esta pregunta se aclara con la respuesta anterior.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 3. Propuesta Económica	¿Es correcto entender que, en la columna de descripción, se deba colocar las especificaciones del bien que mi representada ofertara?	El texto “De conformidad en el anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos” colocado en la columna de DESCRIPCIÓN en el Anexo 3. Propuesta Económica tendrá que permanecer intacto y no colocar otra información.
Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	Anexo 3. Propuesta Económica	En caso que la respuesta de la pregunta anterior haya sido no, solicitamos a la convocante nos haga la aclaración	Esta pregunta se aclara con la respuesta anterior.

2. DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	REGUNTA	RESPUESTA
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 1: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (5 MONITORES) PUNTOS 18.28.- EEG., 18.28.1, 18.28.2, 18.28.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 1: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (5 MONITORES) PUNTOS 18.29.- INDICE BIESPECTRAL., 18.29.1, 18.29.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 1: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (5 MONITORES) PUNTOS 18.30.- GASTO CARDIACO., 18.30.1, 18.30.2, 18.30.3, 18.30.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 1: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (5 MONITORES) PUNTOS 18.31.- SATURACION VENOSA CENTRAL., 18.31.1,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 1: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (5 MONITORES) PUNTOS 18.33.- GASTO CARDIACO NO INVASIVO., 18.33.1,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR	
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 2: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (4 MONITORES) PUNTOS 18.28.- EEG., 18.28.1, 18.28.2, 18.28.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 2: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (4 MONITORES) PUNTOS 18.29.- INDICE BIESPECTRAL., 18.29.1, 18.29.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 2: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (4 MONITORES) PUNTOS 18.30.- GASTO CARDIACO., 18.30.1, 18.30.2, 18.30.3, 18.30.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 2: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (4 MONITORES) PUNTOS 18.31.- SATURACION VENOSA CENTRAL., 18.31.1,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR?	
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 2: CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO (4 MONITORES) PUNTOS 18.33.- GASTO CARDIACO NO INVASIVO., 18.33.1,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO PARA MOSTRAR ESTE PARAMETRO, SIN NECESIDAD DE OFERTAR	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 8: CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA (9) PUNTO 4.5.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm. a 77 cm. (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMA CON ALTURA MAXIMA DE 72.5 CM, LO QUE NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTA?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 8: CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA (9) PUNTO 7.- Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho, como mínimo.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONCEDA UNA TOLERANCIA DEL 2% EN ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertar equipos con una tolerancia de +/-7cm.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 8: CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA (9) PUNTO 15.- Con sistema de freno, neutral y	SOLICITAMOS QUE EL DIRECCIONAMIENTO SEA MECANICO PARA NO	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para el resto de los participantes.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020 "EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO"

	direccionamiento electrico con un solo toque.	AUMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 8:CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA (9) PUNTO 20.1.- Báscula digital que soporte 225 Kg como mínimo.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BASCULA QUE SOPORTE 200 KG COMO MINIMO PARA NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el punto PUNTO 20.1 del progresivo 8.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Progresivo 8:CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA (9) PUNTO 23. Terapia de sonido.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	Se acepta, sin que sea limitante para el resto de los participantes.

3. DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 3. Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior de 24" como mínimo.	Pregunta 1: Se solicita a la convocante permita ofertar pantalla a color con tecnología LCD TFT o tecnología superior de por lo menos 21.5", ya que estas características permiten la correcta visualización de las constantes vitales solicitadas. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 4. Despliegue simultáneo desde 1 hasta 6 curvas por paciente.</p>	<p>Pregunta 2: Se solicita a la convocante permita ofertar despliegue simultáneo de 2 hasta 8 curvas por paciente, esto con la finalidad de otorgar al usuario mayor flexibilidad en la configuración de la visualización. ¿Se acepta?</p>	<p>Podrá ofertar características superiores adicionales a lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 7. Con Capacidad de 10,000 eventos o 120 horas de alarmas como mínimo.</p>	<p>Pregunta 3: Con la finalidad de guardar los eventos relevantes relacionados al paciente de forma eficaz, se solicita a la convocante permita ofertar capacidad de almacenar por lo menos 1000 eventos de dos horas o 120 horas de alarmas como mínimo ya que esto no pone en riesgo la salud del paciente. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.5. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 15 curvas simultáneas.</p>	<p>Pregunta 4: Se solicita a la convocante permita ofertar despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas, con el objetivo de visualizar nítidamente cada una de las curvas y mostrar únicamente</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		la información relevante. ¿Se acepta?	
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.7.4. Detección de por lo menos 23 arritmias.	Pregunta 5: Se solicita a la convocante permita ofertar por lo menos 12 arritmias, las cuales cumplen con los estándares solicitados por CENETEC para un monitor de signos vitales avanzado y permiten otorgar al médico un apoyo eficaz durante el diagnóstico del paciente. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.10.1. Despliegue numérico de hasta 4 temperaturas	Pregunta 6: Se solicita a la convocante permita ofertar despliegue numérico de hasta 4 temperaturas: 2 cutáneas y 2 mediante métodos invasivos, con la finalidad de otorgar más opciones de monitoreo del paciente. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.11.3. Con algoritmo que realice la medición automática de presión arterial no invasiva al detectar cambios súbitos en relación	Pregunta 7: Con el objetivo de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permita ofertar como opción a futuro la medición continua de la presión arterial por métodos no invasivos de acuerdo a la	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	con la onda de pulso y el trazo de ECG	tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.12.1. En al menos dos canales. Con capacidad de crecimiento a futuro de al menos 7 canales	Pregunta 8: Se solicita a la convocante confirme que el equipo deberá contar con capacidad de crecimiento a futuro de al menos 8 canales, con el objetivo de otorgar al usuario más opciones de monitoreo. ¿Se acepta?	Podrá ofertar características superiores adicionales a lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.14. Curvas (full disclosure), Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos	Pregunta 9: Se solicita a la convocante permita ofertar curvas (full disclosure), Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. Ya que estas características no pone en riesgo la seguridad del paciente. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.31. Saturación venosa central	Pregunta 10: Se entiende que la medición de la saturación venosa central y despliegues de valores numéricos será una opción a	No es correcto, se deberá ofertar lo solicitado.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	18.31.1. Despliegue de valores numéricos	futuro. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 18.33. Gasto cardiaco no invasivo 18-33.1.- Con capacidad de medir estimulación de gasto cardiaco continuo de manera no invasiva, utilizando datos obtenidos en ECG, SpO2 y Presión No Invasiva (PANI)	Pregunta 11: Con el objetivo de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permita ofertar medición del gasto cardiaco de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto 19. Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de trabajo se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.	Pregunta 12: Se entiende que la visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de trabajo con hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, será integrada como opción a futuro y deberá demostrarse por medio de catálogos y/ o manuales. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5	Pregunta 13: Se entiende que la interface con el	Es correcta su apreciación.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	Monitores) Punto 20. Para interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.	sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 con hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, será integrada como opción a futuro y deberá demostrarse por medio de catálogos y/ o manuales. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 10 puntas en caso de requerir despliegue simultaneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica.	Pregunta 14: Se solicita a la convocante permita ofertar un cable troncal y un cable de paciente para ECG de por lo menos 6 puntas para desplegar 12 derivaciones de forma simultánea, de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	Puede ofertar siempre y cuando se garantice el despliegue simultáneo de 12 derivaciones.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto: Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales.	Pregunta 15: Se solicita a la convocante permita ofertar accesorios para CO2 por técnica microstream: 25 adaptadores para pacientes intubados, de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	Puede ofertar siempre y cuando se garantice el despliegue simultáneo de 12 derivaciones.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto Para impresora láser: 500 hojas de papel bond tamaño carta (21.6 x 27.9 cm ó 8.5 x 11 pulgadas) o En el caso de uso de registrador: 20 rollos de papel térmico.	Pregunta 16: Se solicita a la convocante confirme que este punto debe decir impresora láser: 500 hojas de papel bond tamaño carta o registrador: 20 rollos de papel térmico. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto EEG. Caja con 25 juegos reusables, un juego por paciente.	Pregunta 17: Se solicita a la convocante permita ofertar electrodos para EEG desechables o reusables, un juego por paciente, de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto Saturación venosa central: De acuerdo a la tecnología del fabricante.	Pregunta 18: Se entiende que la medición de saturación venosa central será como opción a futuro, ya que esto no demerita el funcionamiento del equipo. ¿Es correcto?	No es correcta su apreciación, se deberá ofertar lo solicitado por esta convocante.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 1 Central de monitoreo avanzado (5 Monitores) Punto: Cinco rollos de papel.	Pregunta 19: Se solicita a la convocante confirme que no será causa de descalificación ofertar diez rollos de papel. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación, se podrá ofertar características superiores adicionales a lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 3. Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior de 24” como mínimo.</p>	<p>Pregunta 1: Se solicita a la convocante permita ofertar pantalla a color con tecnología LCD TFT o tecnología superior de por lo menos 21.5”, ya que estas características permiten la correcta visualización de las constantes vitales solicitadas. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 4. Despliegue simultáneo desde 1 hasta 6 curvas por paciente.</p>	<p>Pregunta 2: Se solicita a la convocante permita ofertar despliegue simultáneo de 2 hasta 8 curvas por paciente, esto con la finalidad de otorgar al usuario mayor flexibilidad en la configuración de la visualización. ¿Se acepta?</p>	<p>Podrá ofertar características superiores adicionales a lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 7. Con Capacidad de 10,000 eventos o 120 horas de alarmas como mínimo.</p>	<p>Pregunta 3: Con la finalidad de guardar los eventos relevantes relacionados al paciente de forma eficaz, se solicita a la convocante permita ofertar capacidad de almacenar por lo menos 1000 eventos de dos horas o 120 horas de alarmas como mínimo ya que esto no pone en riesgo la salud del paciente. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.5. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 15 curvas simultáneas.</p>	<p>Pregunta 4: Se solicita a la convocante permita ofertar despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas, con el objetivo de visualizar nítidamente cada una de las curvas y mostrar únicamente la información relevante. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.7.4. Detección de por lo menos 23 arritmias.</p>	<p>Pregunta 5: Se solicita a la convocante permita ofertar por lo menos 12 arritmias, las cuales cumplen con los estándares solicitados por CENETEC para un monitor de signos vitales avanzado y permiten otorgar al médico un apoyo eficaz durante el diagnóstico del paciente. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.10.1. Despliegue numérico de hasta 4 temperaturas</p>	<p>Pregunta 6: Se solicita a la convocante permita ofertar despliegue numérico de hasta 4 temperaturas: 2 cutáneas y 2 mediante métodos invasivos, con la finalidad de otorgar más opciones de monitoreo del paciente. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.11.3. Con algoritmo que realice la medición automática de presión arterial no invasiva al detectar cambios súbitos en relación con la onda de pulso y el trazo de ECG</p>	<p>Pregunta 7: Con el objetivo de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permita ofertar como opción a futuro la medición continua de la presión arterial por métodos no invasivos de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.12.1. En al menos dos canales. Con capacidad de crecimiento a futuro de al menos 7 canales</p>	<p>Pregunta 8: Se solicita a la convocante confirme que el equipo deberá contar con capacidad de crecimiento a futuro de al menos 8 canales, con el objetivo de otorgar al usuario más opciones de monitoreo. ¿Se acepta?</p>	<p>Podrá ofertar características superiores adicionales a lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.14. Curvas (full disclosure), Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos</p>	<p>Pregunta 9: Se solicita a la convocante permita ofertar curvas (full disclosure), Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. Ya que estas características no pone en riesgo la</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		seguridad del paciente. ¿Se acepta?	
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.31. Saturación venosa central 18.31.1. Despliegue de valores numéricos	Pregunta 10: Se entiende que la medición de la saturación venosa central y despliegues de valores numéricos será una opción a futuro. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 18.33. Gasto cardiaco no invasivo 18-33.1.- Con capacidad de medir estimulación de gasto cardiaco continuo de manera no invasiva, utilizando datos obtenidos en ECG, SpO2 y Presión No Invasiva (PANI)	Pregunta 11: Con el objetivo de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permita ofertar medición del gasto cardiaco de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 19. Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de	Pregunta 12: Se entiende que la visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de trabajo con hardware y software de	Es correcta su apreciación.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	trabajo se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.	acuerdo con la tecnología del fabricante, será integrada como opción a futuro y deberá demostrarse por medio de catálogos y/ o manuales. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto 20. Para interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.	Pregunta 13: Se entiende que la interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 con hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, será integrada como opción a futuro y deberá demostrarse por medio de catálogos y/ o manuales. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 10 puntas en caso de requerir despliegue simultaneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica.	Pregunta 14: Se solicita a la convocante permita ofertar un cable troncal y un cable de paciente para ECG de por lo menos 6 puntas para desplegar 12 derivaciones de forma simultánea, de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	Puede ofertar siempre y cuando se garantice el despliegue simultáneo de 12 derivaciones.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto: Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales.</p>	<p>Pregunta 15: Se solicita a la convocante permita ofertar accesorios para CO2 por técnica microstream: 25 adaptadores para pacientes intubados, de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto Para impresora láser: 500 hojas de papel bond tamaño carta (21.6 x 27.9 cm ó 8.5 x 11 pulgadas) o En el caso de uso de registrador: 20 rollos de papel térmico.</p>	<p>Pregunta 16: Se solicita a la convocante confirme que este punto debe decir impresora láser: 500 hojas de papel bond tamaño carta o registrador: 20 rollos de papel térmico. ¿Es correcto?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto EEG. Caja con 25 juegos reusables, un juego por paciente.</p>	<p>Pregunta 17: Se solicita a la convocante permita ofertar electrodos para EEG desechables o reusables, un juego por paciente, de acuerdo a la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>
<p>Drager Medical México, S.A. de C.V.</p>	<p>Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto Saturación venosa central: De acuerdo a la tecnología del fabricante.</p>	<p>Pregunta 18: Se entiende que la medición de saturación venosa central será como opción a futuro, ya que esto no demerita el</p>	<p>No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</p>

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		funcionamiento del equipo. ¿Es correcto?	
Drager Medical México, S.A. de C.V.	Progresivo 2 Central de monitoreo avanzado (4 Monitores) Punto: Cinco rollos de papel.	Pregunta 19: Se solicita a la convocante confirme que no será causa de descalificación ofertar diez rollos de papel. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación. Podrá ofertar características superiores adicionales a lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes

4. ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
ECO DISTRIBUIDORA MÉDICA S.A. DE C.V.	2.PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	<p>En las bases se menciona que la entrega de los bienes, objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN deberán realizarse en una sola exhibición, en un periodo no mayor a 45 días naturales posteriores a la fecha de emisión y publicación del FALLO.</p> <p>Se solicita a la convocante y debido a que los bienes ofertados provienen del extranjero y la situación actual de la pandemia, se amplíe el plazo de entrega de</p>	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a los tiempos establecidos del numeral 2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de bases.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		45 días naturales a 60 días naturales. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
ECO DISTRIBUIDORA MÉDICA S.A. DE C.V.	TODAS LAS PARTIDAS	En las bases se solicita Carta de apoyo de fabricante de los equipos a ofertar, solicitamos a la convocante con el fin de no limitar y permitir la libre participación entre proveedores se nos permita presentar carta de distribuidor autorizado, ya que esto no repercute en la calidad o especificaciones de los equipos a ofertar y pueden ser verificadas por el área técnica requirente cuando así se requiera. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, se deberá de presentar carta de apoyo de fabricante de los equipos a ofertar.
ECO DISTRIBUIDORA MÉDICA S.A. DE C.V.	TODAS LAS PARTIDAS	Dentro de las especificaciones técnicas se solicitan Accesorios opcionales. Se solicita a la convocante nos especifique si son necesarios considerarlos y cotizarlos dentro de la propuesta ya que al incluirlos se eleva el costo de los bienes ofertados.	Los precios ofertados en la propuesta económica deberán incluir todos los costos involucrados y accesorios.



OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
Olympus América de México, S.A. de C.V.	4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES b.	Se solicita a la Convocante CONFIRMAR que el MANIFIESTO DE PERSONALIDAD deberá de ser requisitado por la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones y entregue el sobre cerrado.	Es correcto, el manifiesto de personalidad es requisito para la persona que presentará y asistirá al acto de presentación y apertura de proposiciones.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA a. Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su Representante Legal.	¿Es correcto entender que los documentos con firma autógrafa del representante legal del licitante únicamente aplica a los escritos, libres, anexos, cartas y formatos emitidos por el mismo licitante?	No es correcto, se deberá de apegar a lo establecido al numeral 7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA, inciso “a” - Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su Representante Legal.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA a. Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su Representante Legal.	En caso de ser afirmativa la respuesta anterior de mi representada. ¿Es correcto entender que la firma autógrafa por parte del representante legal del licitante no será necesaria en documentos emitidos por un tercero? Ejemplo: manuales, documentos legales,	No es correcto, se deberá de apegar a lo establecido al numeral 7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA, inciso “a” - Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA f. La PROPUESTA deberá estar dirigida al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco	certificados de calidad etc. Se solicita a la Convocante sí todos los anexos, cartas, formatos, escritos libres emitidos por el licitante serán dirigidos de la siguiente manera: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO PRESENTE. AT’N: Lic. L. C. P. Gildardo Flores Fregoso Director de Recursos Materiales	o su Representante Legal. Es correcto, todos los anexos deberán de emitirse con esas características.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA g. La oferta se presentará en Moneda Nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La PROPUESTA Económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.	Se solicita a la Convocante indicar si la propuesta económica se presentará a donde decimales truncados.	La PROPUESTA Económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA j. Toda la documentación	Se solicita a la Convocante indicar si en el caso de los folletos y/o catálogos la	La traducción de los folletos y/o catálogos será completa, con todas y cada una de las



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.	traducción simple que los acompaña podrá ser únicamente de las secciones o párrafos de referencia.	hojas que se componga.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA j. Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.	Se solicita a la Convocante que los licitantes únicamente presenten las páginas de referencia de los folletos y/o catálogos que presenta. ¿Se acepta nuestra solicitud?.	No se acepta la solicitud, para este proceso licitatorio se solicita folletos y/o catálogos completos.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA k. La Propuesta Técnica se requiere en formato digital en versión .doc y .pdf; la Propuesta Económica se requiere en formato digital	Se solicita a la Convocante que la información digital requerida sea presentada en un disco. ¿Se acepta nuestra solicitud?.	Se acepta la información almacenada en disco compacto.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020 “EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	formato digital en versión .xlsx y .pdf; y, los documentos solicitados en los Anexos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en versión .pdf almacenadas en memoria USB.		
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 7.1. Características adicionales de las propuestas. Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas.	Se solicita a la Convocante confirmar que todos los documentos originales y/o copias certificadas que se entregan para cotejo serán devueltos el 15 de septiembre de 2020 en el acto de presentación y apertura de propuestas.	Todos los documentos solicitados en originales para el cotejo se regresarán a los participantes al final del acto de presentación y apertura de propuestas.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 7.2. Estratificación	¿Es correcto entender que mi representada al no ser MIPYME podrá presentar el presente numeral con la leyenda NO APLICA y acompañar al mismo copia simple del oficio emitido por la Secretaría de Economía?	Es correcto, todos los participantes que no sean MIPYME podrá presentar el presente numeral con la leyenda NO APLICA y acompañar al mismo copia simple del oficio emitido por la Secretaría de Economía.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. Los PARTICIPANTES que concurren en el Acto, deberán entregar con firma autógrafa el Manifiesto de Personalidad,	Se solicita a la Convocante CONFIRMAR que el MANIFIESTO DE PERSONALIDAD deberá de ser requisitado por la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones y entregue el sobre cerrado.	El manifiesto de personalidad es requisito para la persona que presentará y asistirá al acto de presentación y apertura de proposiciones.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	adjunto a estas BASES, junto a una copia de su Identificación Oficial Vigente [...]		
Olympus América de México, S.A. de C.V.	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.</p> <p>EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p> <p>d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.</p> <p><i>Presentar copia simple legible del pago del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de máximo 60 días de antigüedad (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.</i></p>	¿Es correcto entender que si mi representada se encuentra ubicada en la CDMX el presente requisito NO APLICA a mi representada?.	<p>Es correcto ya que esta licitación trata de una Licitación Pública Local, de conformidad con el artículo 55, numeral 1, fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice:</p> <p><i>“II. Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado, entendiéndose por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumos de origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local;”.</i></p>
Olympus América de México, S.A. de C.V.	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y</p>	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior de mi representada se solicita a la Convocante	Esta pregunta se responde con la respuesta anterior, favor de remitirse a lo antes señalado.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	<p>Económicas. EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO): d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.</p> <p><i>Presentar copia simple legible del pago del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de máximo 60 días de antigüedad (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.</i></p>	<p>indicar el documento que los licitantes ubicados en la CDMX deberán presentar para cubrir el requisito.</p>	
<p>Olympus América de México, S.A. de C.V.</p>	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y</p>	<p>Se solicita a la Convocante que para cubrir el requisito, los licitantes ubicados en la Ciudad de México presenten Constancia de Situación Fiscal INFONAVIT y el <i>FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES anexando el pago correspondiente. ¿Se</i></p>	<p>No se acepta, ya que esta licitación trata de una Licitación Pública Local, de conformidad con el artículo 55, numeral 1, fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a</p>

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	<p>FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p> <p>d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.</p> <p><i>Presentar copia simple legible del pago del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de máximo 60 días de antigüedad (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.</i></p>	<p><i>acepta nuestra solicitud?.</i></p>	<p>la letra dice:</p> <p><i>“II. Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado, entendiéndose por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumos de origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local;”.</i></p>
<p>Olympus América de México, S.A. de C.V.</p>	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.</p> <p>EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p> <p>f. Anexo 7. (Estratificación). Obligatorio solo para PARTICIPANTES MiPyME.</p>	<p>Se solicita a la Convocante indicar si en caso de no aplicar el anexo 7 a mi representada podrá presentarse bajo la leyenda NO APLICA acompañado de copia simple del oficio de la Secretaría de Economía.</p>	<p>Es correcto, todos los participantes que no sean MIPYME podrá presentar el presente numeral con la leyenda NO APLICA y acompañar al mismo copia simple del oficio emitido por la Secretaría de Economía.</p>
<p>Olympus América de</p>	<p>9. PRESENTACIÓN DE</p>	<p>Dado que el presente</p>	<p>Para el Anexo 11 se deberá de</p>



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

México, S.A. de C.V.	<p>PROPUESTAS.</p> <p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.</p> <p>EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p> <p>j. Anexo 11. Copia legible y original de licencia municipal referente al giro correspondiente.</p>	<p>requisito no aplica a mi representada ¿Es correcto entender que para cubrir el requisito será suficiente con presentar: Aviso de Funcionamiento y un Manifiesto donde confirmemos nuestra Actividad Económica de acuerdo a la información que se menciona en la constancia de Situación Fiscal anexando este documento en dicho manifiesto?.</p>	<p>entregar dentro de la propuesta copia legible y original de licencia municipal referente al giro correspondiente.</p>
Olympus América de México, S.A. de C.V.	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.</p> <p>EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p> <p>w. Anexo 24. PROGRESIVO 7.</p>	<p>Se solicita a la Convocante que la referenciación de cada punto pueda realizarse mediante computadora (resaltando las selecciones y señalando cada punto). ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>No se acepta, todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su Representante Legal.</p>



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		Manual(es) y/o catálogo(s) del PANENDOSCOPIO, [...] <i>señalando con pluma y marcatextos los puntos establecidos en la ficha técnica.</i>		
Olympus América de México, S.A. de C.V.		9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO): w. Anexo 24. PROGRESIVO 7. Manual(es) y/o catálogo(s) del PANENDOSCOPIO, [...]	Se solicita a la Convocante indicar si en el caso de los folletos y/o catálogos la traducción simple que los acompaña podrá ser únicamente de las secciones o párrafos de referencia.	La traducción de los folletos y/o catálogos será completa, con todas y cada una de las hojas que se componga.
Olympus América de México, S.A. de C.V.		9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación	Se solicita a la Convocante que los licitantes únicamente presenten las páginas de referencia de los folletos y/o catálogos que presenta. ¿Se acepta nuestra solicitud?.	No se acepta la solicitud, para este proceso licitatorio se solicita folletos y/o catálogos completos.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO): w. Anexo 24. PROGRESIVO 7. Manual(es) y/o catálogo(s) del PANENDOSCOPIO, [...]	
Olympus América de México, S.A. de C.V.	9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO): x. Anexo 25. Carta de apoyo del fabricante del PANENDOSCOPIO, en la que respalde la propuesta del PARTICIPANTE (sólo aplica para PROGRESIVO 7).	Toda vez que mi representada es filial de los fabricantes, titular de los registros sanitarios, y representante de fábricas en México, se solicita a la Convocante que el presente anexo sea presentado por mi representada firmando el documento otro representante legal distinto al que firma la propuesta, anexando: copia simple del poder, identificación oficial y poder de distribución. ¿Se acepta nuestra solicitud?.	Se acepta su propuesta y para tales efectos se le cita el que deberá de acreditar su dicho documentalmente a efecto de integrarse como parte de la propuesta y expediente de contratación.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y	Se solicita a la Convocante indicar si el certificado deberá corresponder únicamente al equipo principal del	Es correcta su apreciación.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	<p>Económicas. EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO): ii. Anexo 36. Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485-2003 o ISO 9001-2000, para equipo médico de origen nacional. O, norma o certificado FDA ó CE ó JIS- TÜV ó ISO 13485-2003 o ISO 9001-2000, para equipo médico de origen extranjero. (sólo aplica para PROGRESIVO 7).</p>	<p>progresivo del que se participe.</p>	
<p>Olympus América de México, S.A. de C.V.</p>	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel</p>	<p>En caso de ser negativa la respuesta anterior a la pregunta de mi representada indicar si el certificado puede presentarse por familia de un mismo progresivo.</p>	<p>Esta pregunta se respondió con la respuesta anterior.</p>

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	<p>membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p> <p>ii. Anexo 36. Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485-2003 o ISO 9001-2000, para equipo médico de origen nacional. O, norma o certificado FDA ó CE ó JIS- TÜV ó ISO 13485-2003 o ISO 9001-2000, para equipo médico de origen extranjero. (sólo aplica para PROGRESIVO 7).</p>		
Olympus América de México, S.A. de C.V.	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.</p> <p>EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p>	¿Es correcto entender que los documentos correspondientes a este numeral con firma autógrafa del representante legal del licitante únicamente aplica a los escritos, libres, anexos, cartas y formatos emitidos por el mismo licitante?.	A lo establecido al numeral 7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA, inciso “a” - Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su Representante Legal.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p>	En caso de ser afirmativa la respuesta anterior de mi	A lo establecido al numeral 7. CARACTERÍSTICAS DE LA



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	<p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.</p> <p>EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p>	<p>representada. ¿Es correcto entender que la firma autógrafa por parte del representante legal del licitante no será necesaria en documentos emitidos por un tercero?. Ejemplo: manuales, documentos legales, certificados de calidad etc.</p>	<p>PROPUESTA, inciso “a” - Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su Representante Legal.</p>
<p>Olympus América de México, S.A. de C.V.</p>	<p>9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <p>9.1. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.</p> <p>EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):</p>	<p>Para los incisos de numeral de referencia que correspondan a los NÚMEROS PROGRESIVOS que no representada NO licitará, ¿Es correcto entender que deben de omitirse? O ¿Deberá presentarse un solo escrito donde se mencionen los incisos que NO APLICAN?.</p>	<p>El licitante podrá especificar en los progresivos y anexos que no participe mediante la leyenda “NO APLICA” o a su vez omitirlos.</p>
<p>Olympus América de México, S.A. de C.V.</p>	<p>“SOLICITUD PARA LA GLOSA Y TRÁMITE DE PAGO”</p>	<p>Se solicita a la Convocante proporcionar el contacto (nombre, cargo, teléfono y correo electrónico) de la persona encargada de este trámite y que podrá orientar</p>	<p>El área requirente proporcionará dentro de los 5 días hábiles posterior a la emisión y publicación del fallo a los proveedores adjudicados el nombre,</p>



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		al licitante ganador sobre el proceso de pago y dudas para requisitar la solicitud.	cargo, teléfono y correo electrónico sobre el proceso de pago y dudas para requisitar la solicitud.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA	¿Es correcto entender que se podrán suprimir del presente anexo los progresivos en los cuales mi representada no participará?	Es correcta su apreciación.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del Anexo técnico (Especificaciones) cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.	Es correcto entender que el presente anexo podrá elaborarse en formato libre para REFERENCIAR los puntos del catálogo de acuerdo al ANEXO 1. ¿CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS?	Es correcta su apreciación.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	TODOS LOS ANEXOS	¿Es correcto entender que todos los anexos, escritos libres y/o formatos que emita mi representada tendrán el lugar y la fecha de donde fueron emitidos? Ejemplo: Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2020. Ejemplo: Ciudad de México, a ___ de ___ del 2020.	Es correcta su apreciación.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

Olympus América de México, S.A. de C.V.	ANEXO 40. Formato libre a través del cual el proveedor se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el punto 22 de conformidad con lo establecido en el Anexo 39.	Es correcto entender que le anexo deberá presentarse bajo los siguiente términos: En caso de resultar adjudicado y que el monto total del CONTRATO incluyendo el I.V.A., sea superior a \$50,000.00 M.N. (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), mi representada entregará una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO con el I.V.A. incluido.	Es correcta su apreciación.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: “PANENDOSCOPIO”	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si requiere mantenimientos preventivos y correctivos, para que pueda ser considerado en la propuesta económica. ¿Se requiere este servicio?	Es correcta su apreciación, y que para el cuál estos servicios de mantenimientos preventivos y correctivos no generen costo adicional al objeto de la compra y que la misma se garantice dentro de la vigencia de la póliza de garantía como mínimo de 1 año.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: “PANENDOSCOPIO”	En caso de ser afirmativa la respuesta anterior a mi representada favor de dar detalles acerca del alcance: mantenimientos por año, periodicidad etc.	Favor de remitirse a la respuesta anterior otorgada.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: “PANENDOSCOPIO” REFACCIONES	Garantía de disponibilidad de piezas y partes originales por 5 años a partir de la fecha de entrega. ¿Es correcto entender que para cumplir con este punto será suficiente presentar una carta bajo protesta de decir verdad manifestando la garantía bajo los términos señalados?.	Es correcta su apreciación.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: “PANENDOSCOPIO”	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si se esta solicitando ofertar un Panendoscopio o un Colonovideoscopio, ya que el nombre de la partida corresponde a un PANENDOSCOPIO y en la descripción solicitada se refiere a las características de un COLONOVIDEOSCOPIO.	Lo solicitado por esta convocante dentro de su Progresivo 7 es un equipo denominado PANENDOSCOPIO, favor de ofertar lo solicitado por esta convocante.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: Numeral 12. Compatibilidad con fuente de luz y procesador de video de la misma marca	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si se esta solicitando ofertar también, el procesador de video y la fuente de luz compatible con el endoscopio. ¿Es correcta	No es correcta su apreciación, estas unidades o componentes deberán formar parte del equipo requerido por esta convocante.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: “ACCESORIOS OPCIONALES”:	nuestra apreciación? Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que al ser “ACCESORIOS OPCIONALES”, podrán o NO ofertarse, sin limitar la libre participación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, mas no es limitante para los demás participantes.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: “CONSUMIBLES” PINZA DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO ,FORCEPS PARA BIOPSIA	Debemos entender, que para garantizar la calidad de estos consumibles, los cuales entran en contacto con el paciente, será necesario agregar el registro sanitario de dichos consumibles. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, sin embargo, <u>en caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario</u> , deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.
Olympus América de México, S.A. de C.V.	PROGRESIVO 7: “CONSUMIBLES” PINZA DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO ,FORCEPS PARA BIOPSIA	Debemos entender, que para garantizar la calidad de estos consumibles, así como su correcto uso, los cuales entran en contacto con el paciente, deberán de ser compatibles y de la misma marca que el panendoscopio, fuente de luz y video-procesador. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, deberán de ser compatibles y funcionales con el equipo a ofertar.



PRESEFA S.A. DE C.V.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
PRESEFA SA DE CV	Progresivo 3: SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO Anexo 17. Carta de apoyo del fabricante del SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO, en la que respalde la propuesta del PARTICIPANTE (sólo aplica para PROGRESIVO 3).	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ADICIONAL A LA CARTA DE APOYO FIRMADA Y SELLADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE DEL EQUIPO NOS PERMITA ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION EN ESTE MISMO PUNTO: IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL COPIA DE GAFFETE QUE IDENTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL COMO EMPLEADO DE LA EMPRESA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TODO ESTO FIRMADO Y SELLADO	Se acepta que adicionalmente integre los documentos necesarios que crea que sean conveniente.
PRESEFA SA DE CV	Progresivo 3: SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUAL SERA LA MODALIDAD DE ADQUISICION DEL EQUIPO SOLICITADO, VENTA RENTA O COMODATO.	Para este proceso de licitación, todos los equipos mencionados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos los comprará el organismo por la necesidad el área requirente.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

<p>PRESEFA SA DE CV</p>	<p>Progresivo 3: SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUAL SERA LA MODALIDAD DE ADQUISICION DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES UTILIZANDO ESTA TECNOLOGIA.</p>	<p>La adquisición de los bienes, productos o consumibles serán adquiridos por esta convocante en otro evento de contratación pública, puesto que el objeto principal de esta convocatoria es la adquisición de equipo, mas no de los consumibles y que si bien, se deberá de determinar el consumo razonable y constancia de los bienes a partir de la obtención del equipo, es, por lo tanto, que la fuente de abasto y adquisición será objeto de otro evento.</p>
<p>PRESEFA SA DE CV</p>	<p>Progresivo 3: SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SOLICITARA MUESTRAS FISICAS DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO DE ESTA TECNOLOGIA.</p>	<p>Es correcta su apreciación, esta convocante requiere muestra total del producto, consumibles e insumos a efecto de que el área usuaria y requirente verifique la composición, estructura y elementos que lo conforman y con ello confrontar la calidad, eficiencia y ventajas técnicas ofertadas.</p>
<p>PRESEFA SA DE CV</p>	<p>Progresivo 3: SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA LA ADQUISICION DE ESTE EQUIPO</p>	<p>Se acepta su propuesta, más sin embargo está no será limitante para los demás participantes, pues con ello esta convocante determinará</p>

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		ESTA CONSIDERANDO EL SOFTWARE VERSION 8.2, EL CUAL ES LA ULTIMA VERSION ACTUALIZADA PARA EL SISTEMA DE ESTA TECNOLOGIA, Y QUE SERA NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA EL MANUAL DE USUARIO CORRESPONDIENTE.	las ventajas tecnológicas de los equipos que se ofrezcan sin que el hecho sea para inscribir la obsolescencia o desventajas tecnológicas, puesto que las propias actualizaciones que conlleven no deberán de ser objeto de modificar la compra del bien convocado o altere la naturaleza del equipo.
PRESEFASA DE CV	Progresivo 3: SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SOLICITARA MUESTRAS FISICAS DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO DE ESTA TECNOLOGIA.	Es correcta su apreciación, esta convocante requiere muestra total del producto, consumibles e insumos a efecto de que el área usuaria y requirente verifique la composición, estructura y elementos que lo conforman y con ello confrontar la calidad, eficiencia y ventajas técnicas ofertadas.
PRESEFASA DE CV	Progresivo 3: SISTEMA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO Y CON ESTA PARTIDA SERA REQUISITO PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES CORRESPONDIENTES, O EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE	Para efecto de esta convocatoria, es invariable que se presenten cabalmente los requisitos enlistados, y no obstante es fundamental el contar con los registros sanitarios vigentes, es por lo tanto que los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		<p>DEMUESTREN CORRESPONDIENTE SOMETIEMIENTO PRORROGA.</p>	<p>EL A</p> <p>documentos siguientes:</p> <p>1.- Copia del REGISTRO SANITARIO vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la ley general de salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave proposición. Así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del cuadro básico.</p> <p>En caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la ley general de salud, deberá presentar:</p> <p>1.- Copia Simple del Registro sanitario sometido a prórroga.</p> <p>2.- Copia Simple del Acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario vigente, presentado ante la COFEPRIS.</p>
--	--	---	--

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

			<p>3.- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.</p> <p><u>En caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario</u>, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.</p>
--	--	--	---

7. SOLUCIONES DE INGENIRÍA EN AUTOMATIZACIÓN DE INVENTARIOS S.A DE C.V.

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
------------------------	-----------------------------------	----------	-----------



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

SIAI MEDICS	ANEXO I, Progresivo 8, punto 4.8	Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar una cama sin posición de silla cardiaca, ya que actualmente no contamos con stock de camas con esta característica y adecuarla aplazaría tiempos de entrega y costos, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el punto 4.8 del progresivo 8 del Anexo 1. técnico Carta De Requerimientos Técnicos.
SIAI MEDICS	ANEXO I, Progresivo 8, punto 9	Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar una cama sin báscula integrada, ya que actualmente no contamos con stock de camas con esta característica y adecuarla aplazaría tiempos de entrega y costos, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el punto 9 del progresivo 8 del Anexo 1. técnico Carta De Requerimientos Técnicos.
SIAI MEDICS	ANEXO I, Progresivo 8, punto 20	Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar una cama sin posición de silla cardiaca, ya que actualmente no contamos con stock de camas con esta característica y adecuarla aplazaría tiempos de entrega y costos, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el punto 20 del progresivo 8 del Anexo 1. técnico Carta De Requerimientos Técnicos.



WSPMED S.A. DE C.V.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

DENOMINACIÓN LICITANTE	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
WASPMED S.A. DE C.V. WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 1.	Solicitamos a la convocante poder referenciar este punto de acuerdo a la terminología de nuestro fabricante como “Conexión via LAN/WLAN con 128 monitores” ya que es la misma función solicitada ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 3.	Solicitamos a la convocante que las pantallas sean con las características de acuerdo a la tecnología del fabricante para no limitar la libre participación ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.5.	Solicitamos a la convocante poder ofertar de acuerdo a la tecnología de nuestro fabricante “despliegue de 13 curvas”. Para no limitar la libre participación ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.7.4.	Solicitamos a la convocante poder ofertar de acuerdo a la tecnología de nuestro fabricante para no limitar la libre participación “detección de por lo menos 16 arritmias”. ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.10.1.	Solicitamos a la convocante poder ofertar de acuerdo a la tecnología de nuestro fabricante la medición de hasta dos temperaturas simultáneamente y obtener la diferencia de temperatura. Para promover una libre participación ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.11.3.	Solicitamos a la convocante poder ofertar la medición automática de presión arterial no invasiva de acuerdo a la tecnología de nuestro fabricante, para promover una libre participación ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.12.1.	Solicitamos a la convocante poder ofertar dos canales con crecimiento futuro a 4 canales. ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.12.2.	Solicitamos a la convocante sea opcional ofertar la “medición intracraneal” ¿se acepta?	Se deberá ofertar etiquetado del sitio de medición de al menos seis de los mencionados en el punto 18.12.2
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.28 EEG y sus subpuntos 18.28.1, 18.28.2, 18.28.3, 18.29 Índice Biespectral y sus subpuntos 18.29.1, 18.29.2. 18.31	Solicitamos a la convocante que dichos parámetros sean opcionales y no limitativos, debido a que la medición del EEG e Índice Biespectral se utilizan para procedimientos	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	Saturación venosa central y sus subpuntos 18.32.1, incluyendos sus accesorios y consumibles.	ajenos a la terapia intensiva y el requerimiento en cuestión es “EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”. Para promover una libre participación ¿se acepta?	
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, ACCESORIOS,	Solicitamos a la convocante que dichos accesorios sean opcionales y de acuerdo a la tecnología del fabricante, siempre y cuando se oferten los accesorios básicos para el funcionamiento del equipo y su correspondiente puesta en marcha ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
WASPMED S.A. DE C.V.	Anexo 1, Progresivo 1 y 2, Punto 18.33 y 18.33.1.	Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación poder ofertar la característica del “Gasto cardiaco” de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, ya que como se solicita hace referencia a un equipo en específico ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases
	Punto 7 Características de la propuesta. Inciso j. Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuesta Técnicas y Económicas. Incisos k) y m).	Mencionan que se podrá presentar una traducción simple al español de los folletos, catálogos o manuales. Entendemos que esta traducción simple podrá	La traducción de los folletos y/o catálogos será completa, con todas y cada una de las hojas que se componga.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		ser sólo de las partes donde estemos referenciando ¿es correcta nuestra apreciación?	
	Punto 7 Características de la propuesta. Inciso j. Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuesta Técnicas y Económicas. Incisos k) y m).	Entendemos que, en caso de referenciar las características técnicas solicitadas en manuales, podremos presentar el índice mencionado y sólo las páginas donde se esté referenciando (no el manual completo), con su traducción simple correspondiente en caso de ser necesario. Ya que en muchas ocasiones estos manuales son de basastantes páginas y es un desperdicio de todas las hojas que no se utilicen para referenciar. En el entendido que en caso de resultar adjudicados se entregaran los manuales correspondientes completos con la entrega de los equipos ¿Es correcta nuestra apreciación?	No se acepta la solicitud, para este proceso licitatorio se solicita folletos y/o catálogos completos.
	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuesta Técnicas y Económicas. Incisos L) y N).	Dado que los equipos que se ofertarán par estas partidas no se fabrican en México y serán de importación. Solicitamos amablemente a la	Es correcta su apreciación, al cual deberá de entregar Copia simple de la carta de apoyo del fabricante.



Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

		convocante por los cortos tiempos del proceso, poder presentar las cartas de apoyo del fabricante en electrónico impresas a color, en el entendido que en caso de resultar adjudicados presentaremos las cartas originales para la formalización del contrato ¿se acepta nuestra propuesta?	
	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuesta Técnicas y Económicas. Incisos L) y N).	Entendemos que podremos presentar carta de apoyo del fabricante al distribuidor en México (que aparece en el registro sanitario de los equipos) y carta de apoyo del distribuidor mencionado al licitante que presente la propuesta, para cumplir con estos incisos ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuesta Técnicas y Económicas. Incisos k) y m).	Solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar con imágenes las características de las fichas técnicas que por no podemos referenciar en la literatura de los folletos, catálogos o manuales ¿se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, la información debe ser completa, entendible y clara.

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	<p>Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuesta Técnicas y Económicas. Incisos k) y m).</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de no poder referenciar alguna característica de las fichas técnicas en los folletos, catálogos o manuales, se nos permita poder presentar para referenciarlos una carta bajo protesta de decir verdad del fabricante o distribuidor del fabricante, donde mencione que el equipo ofertado cuenta con dicha característica solicitada. Ya que de igual manera en bases menciona que las características serán verificadas a la entrega de los equipos. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con la información clara, precisa y que contenga todos los elementos necesarios para su entendimiento.</p>
	<p>Anexo 1, Progresivo 1 y 2, MANTENIMIENTO: Preventivo.</p>	<p>¿Con un mantenimiento preventivo dentro del periodo de garantía es suficiente? Ya que es lo que recomienda nuestro fabricante, favor de aclarar.</p>	<p>No es correcta su apreciación, deberá de otorgar los mantenimientos preventivos que sean necesarios por esta convocante dentro del periodo de la garantía.</p>
	<p>Anexo 1, Progresivo 1 y 2.</p>	<p>¿El periodo de garantía será de 1 año a partir de la entrega de los equipos en la Bodega de Inventarios? Favor de aclarar.</p>	<p>La garantía para los equipos será de un año, a partir de la instalación y puesta en marcha de los equipos.</p>

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

	Anexo 1, Progresivo 1 y 2.	¿Se requerirá de capacitación al personal usuario de los equipos, una vez que se encuentren instalados en el Hospital Geriátrico? o ¿Con la entrega de los manuales de usuario a la entrega de los equipos será suficiente? Favor de aclarar.	Para la totalidad de los progresivos se necesitarán dar capacitación al usuario, esto con antelación entre el área requirente y el proveedor adjudicado.
	Punto 9.1 Presentación y apertura de Propuesta Técnicas y Económicas. Incisos L) y N).	Entendemos que si se recorre la fecha inicial del calendario para la entrega de propuestas (15 de septiembre de 2020) las cartas de apoyo se podrán presentar con esa fecha dado que que es la fecha inicial publicada en bases. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.

Segundo. - Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio, siendo las 12:56 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.-----



L.C.P. GILDARDO FLORES FREGOSO
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D.
 SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D.
 SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR
 REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS
 DE SALUD JALISCO

ALEJANDRO ANTONIO ANGELINO LÓPEZ
 SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD
 CENTRALIZADA DE COMPRAS

Área Requirente / Técnica	Firma	Antefirma
DR. MICHEL BUREAU CHÁVEZ AREA REQUIRENTE DIRECTOR MÉDICO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO		
ING. GERARDO MARTÍNEZ CANCHOLA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN MEDICA DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO		

#	Participante	Firma	Antefirma
1	OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. MIGUEL CENTENO ALONSO		
2	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. JUANA ELIA MEJIA CANO		
3	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.		

Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020
“EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO”

AVISO
DE

	JORGE ALBERTO PULIDO ZAVALA		
4	PRESEFA S.A. DE C.V. RAUL ROCHA VALLE		
5	BAXTER S.A. DE C.V. ADRIAN ALEJANDRO ZAMARRIPA		
6	HOSPITER S.A. DE C.V. JUAN CARLOS		
7	MEDTRONIC S.A. DE C.V. EVERARDO CERVANTES GONZÁLEZ		
8	ECO DISTRIBUIDORA MÉDICA, S.A. DE C.V. FAVIOLA CERVANTES RAMÍREZ		

PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>.

Fin del Acta. -----