



## **GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS  
DE SALUD JALISCO

### **JUNTA ACLARATORIA** **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC 43068001-023-2020**

### **"EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN"**

GOBIERNO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco a 09 de julio de 2020.



Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "Glosario" descrito en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 horas del día 09 de julio de 2020, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en el punto 5, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes,

## HECHOS:

### ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

#### ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

**Aclaración.-** En el punto 9.1 punto j. Anexo 11 se solicita Copia legible y original de licencia municipal referente al giro correspondiente, por lo que se informa que el presente anexo será omitido en la relación de entrega de documentación en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, dejando de ser un documento obligatorio para la presente licitación, al tratarse de una Licitación Pública Nacional.

### PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

**Primero.-** La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del área requirente los siguientes participantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	10
2	SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED S.A. DE C.V.	13
3	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	17
4	DUPHARMA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	1



No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
	<b>Total de preguntas:</b>	<b>41</b>

Las preguntas presentadas se contestan a continuación:

DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener j. Anexo 11.	Copia legible y original de licencia municipal referente al giro correspondiente. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SE REFIERE AL LLENADO DEL ANEXO NUMERO 11 MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS, ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	Se informa que ambos documentos son completamente diferentes, en lo que respecta a la Copia legible y original de licencia municipal referente al giro correspondiente, se hace de su conocimiento que el anexo será omitido en la relación de entrega de documentación en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, dejando de ser un documento obligatorio para la presente licitación, al tratarse de una Licitación Pública Nacional.
2		EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE PRESENTAR EL ALTA ANTE LA SHCP DONDE SE INDICA EL GIRO DE LA EMPRESA LICITANTE. ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR	Se informa que ambos documentos son completamente diferentes, en lo que respecta a la Copia legible y original de licencia municipal referente al giro correspondiente, se hace de su conocimiento que el anexo será omitido en la relación de entrega de documentación en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, dejando de ser un documento obligatorio para la presente licitación, al tratarse de una Licitación Pública Nacional.



3	ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA	EN ESTE ANEXO DEBEMOS ANOTAR UNICAMENTE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPEMOS ELIMANDO LOS NUMEROS PROGRESIVOS QUE NO COTIZAREMOS, ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	Es correcta su apreciación.
4	NO. PROGRESIVO: 10 CUNA DE CALOR RADIANTE,	DEBE ENTENDERSE QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, ES ESTO CORRECTO?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
5	<b>NO. PROGRESIVO: 10 CUNA DE CALOR RADIANTE,</b>	<b>DICE 7.-FUNCION DE AUTO PRUEBA, DEBE ENTENDERSE QUE LA CUNA DEBE CONTAR CON FUNCION DE AUTO PRUEBA AL ENCENDER EL SISTEMA DE FORMA AUTOMATICA Y CONTINUA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, ES ESTO CORRECTO?.</b>	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
6	<b>NO. PROGRESIVO: 10 CUNA DE CALOR RADIANTE</b>	SERA NECESARIO QUE LA CUNA CUENTE CON INDICADO DE LA POTENCIA EN FORMA GRAFICA EN BARRA DE 20 SEGMENTOS CON INCREMENTOS DEL 5%, Y DE FORMA NUMERICA DE 0 A 100%, ES ESTO CORRECTO??	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
7	<b>NO. PROGRESIVO: 14 INCUBADORAS NEONATALES,</b>	<b>EN CONSUMIBLES DICE SENSOR DE OXIGENO, SE REFIEREN AL QUE EL EQUIPO LLEVA INTEGRADO, O REQUIEREN DE UNO ADICIONAL?, FAVOR DE ACLARAR, GRACIAS!!</b>	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
8	<b>NO. PROGRESIVO: 14 INCUBADORAS NEONATALES,</b>	<b>EN REFACCIONES DICE COLCHON CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE, SE REFIEREN AL QUE EL EQUIPO LLEVA COLOCADO, O REQUIEREN DE UNO ADICIONAL?, FAVOR DE ACLARAR, GRACIAS!!</b> <b>NO. PROGRESIVO: 14 INCUBADORAS NEONATALES, EN REFACCIONES DICE DEPOSITO DE HUMIDIFICADOR, SE REFIEREN AL QUE EL EQUIPO LLEVA INTEGRADO, O REQUIEREN DE UNO ADICIONAL?, FAVOR DE ACLARAR, GRACIAS!!</b>	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
9	<b>NUMEROS PROGRESIVOS 10 CUNA DE CALOR RADIANTE Y 14 INCUBADORA NEONATAL</b>	PROPONEMOS AMABLEMENTE SE SOLICITE CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, CON EL OBJETIVO DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA VERIFICAR EL RESPALDO DEL FABRICANTE AL LICITANTE, PARA EL TEMA DE CUMPLIR	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).





		CON LOS SERVICIOS POS VENTA. LLAMESE SERVICIO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACCIONES. DURANTE Y DEPUES DEL TERMINO DE LA GARANTIA SOLICITADA, <b>SE ACEPTA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DE NUESTRO FABRICANTE???</b>	
10	<b>NUMEROS PROGRESIVOS 10 CUNA DE CALOR RADIANTE Y 14 INCUBADORA NEONATAL,</b>	SERA NECESARIO PRESENTAR CATALOGOS TECNICOS REFERENCIADOS CON LA DESCRIPCION SOLICITADA, ES ESTO CORRECTO??	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

**SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED S.A. DE C.V.**

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
11	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 3. Máquina de anestesia Descripción	Solicitamos amablemente a la convocante se permita omitir el requerimiento de óxido nitroso, debido a que este gas ya no es utilizado en instituciones de salud para este tipo de procedimientos, además de considerarse dañino para el paciente.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
12	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 3. Máquina de anestesia Descripción	Solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar máquina de anestesia con un solo vaporizador, ya que esta puede llevar a cabo su función totalmente normal de esta manera y se evitaría un sobreprecio en el equipo.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
13	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 3. Máquina de anestesia Descripción	Solicitamos amablemente a la convocante se permita omitir el requerimiento de parámetros avanzados, como agentes anestésicos y relajación muscular. O bien, que se permita ofertar como opción de crecimiento a futuro, ya que no se requiere para procedimientos prolongados, así como para evitar que los precios en el equipo se eleven.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).



14	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 3. Máquina de anestesia Progresivo 5. Mesa quirúrgica Universal Mecánica Progresivo 6. Monitor de Signos Vitales Accesorios	Solicitamos amablemente a la convocante se confirme que los accesorios marcados como opcionales en las descripciones de los equipos, sean precisamente de carácter opcional, y que sólo serán necesarios los accesorios para su puesta en marcha.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
15	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 5. Mesa quirúrgica Universal Mecánica Descripción 16.6, 16.7, 16.8, 17.1	Solicitamos amablemente a la convocante se permita omitir el requerimiento de los accesorios enlistados en dichos puntos, o bien, que se puedan considerar como opción a futuro, ya que la mesa es para uso general y con la finalidad de evitar que los precios en el equipo se puedan elevar.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
16	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 6. Monitor de Signos Vitales Descripción	Solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar equipo con pantalla de 12 pulgadas como mínimo	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
17	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 6. Monitor de Signos Vitales. Accesorios	Solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar el equipo con sus accesorios estándar para la medición de presión invasiva; Kit de cable con 5 domos desechables.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
18	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 6. Monitor de Signos Vitales. Accesorios	Solicitamos amablemente a la convocante, se omita el requerimiento de adaptadores para el uso de CO2, ya que este no es necesario.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
19	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 6. Monitor de Signos Vitales. Accesorios	Solicitamos amablemente a la convocante, se permita omitir o considerar como opción a futuro el requerimiento de cable de ECG de 10 puntas, ya que con el cable de 5 puntas se pueden visualizar las 12 derivaciones.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
20	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos.	Solicitamos amablemente a la convocante, se incluya dentro de las especificaciones de	Deberá apegarse a lo establecido en las bases





	Progresivo 10. Cuna de calor radiante.	la cuna de calor radiante una pantalla LCD Inter construida que despliegue los valores primordiales para el cuidado del paciente y poder dar una atención eficaz.	y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
21	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 10. Cuna de calor radiante.	Solicitamos amablemente a la convocante, se incluya dentro de las especificaciones una canastilla para la colocación de tanque de oxígeno, siendo una alternativa fundamental para el correcto funcionamiento.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
22	ANEXO 1. Carta de requerimientos Técnicos. Progresivo 14. Incubadoras neonatales.	Solicitamos amablemente a la convocante, se incluya dentro de las especificaciones de la incubadora una pantalla LCD Inter construida que despliegue los valores primordiales para el cuidado del paciente y poder dar una atención eficaz.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
23	9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 9.1 Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas j. Anexo 11. Licencia municipal	Solicitamos amablemente a la convocante, se permita entregar aviso de funcionamiento ante COFEPRIS, ya que, al tratarse de equipo médico, dicho documento resulta de alta importancia y relevancia.	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
24	ANEXO 1 PROGRESIVO 1	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
25	ANEXO 1 PROGRESIVO 2	SOLICITO AMABLEMENTE A LA	Deberá apegarse a lo



		CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS	establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
26	ANEXO 1 PROGRESIVO 3	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
27	ANEXO 1 PROGRESIVO 4	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
28	ANEXO 1 PROGRESIVO 5	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
29	ANEXO 1 PROGRESIVO 6	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y





		TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
30	ANEXO 1 PROGRESIVO 7	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
31	ANEXO 1 PROGRESIVO 8	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
32	ANEXO 1 PROGRESIVO 9	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).



		UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	
33	ANEXO 1 PROGRESIVO 10	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
34	ANEXO 1 PROGRESIVO 11	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
35	ANEXO 1 PROGRESIVO 12	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).



36	ANEXO 1 PROGRESIVO 13	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
37	ANEXO 1 PROGRESIVO 14	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
38	ANEXO 1 PROGRESIVO 15	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
39	ANEXO 1 PROGRESIVO 16	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).



		SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	
40	ANEXO 1 PROGRESIVO 17	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO EN LO CAMPOS MARCADOS EN DESCRIPCION TECNICA COMO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS OPCIONALES YA QUE ESTOS SOLO MENCIONAN LO SIGUIENTE; LAS CANTIDADES SERAN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS POR LO QUE NECESITAMOS ACLAREN CANTIDADES REQUERIDAS CON EXCATITUD PARA PODER ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA FAVOR DE ACLARAR?	Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

DUPHARMA DE OCCIDENTE S.A DE C.V			
PROGRESIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
41	ANEXO 1 PROGRESIVO 1	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA EN CASO DE SER ASIGNADO ENTREGAR CON UN TIEMPO DE ENTREGA DE 15 DIAS HABILES UNA VEZ EMITIDO EL FALLO, ¿SE ACEPTA?	A Deberá apegarse a lo establecido en las bases y Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

Se procedió a dar un periodo de diez minutos para que los participantes pudieran dar lectura a las respuestas antes plasmadas, para que posteriormente pudieran estar en condiciones de hacer cuestionamientos, sobre las dudas de las respuestas emitidas por la convocante.

**Segundo.-** Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio, a las 12:46 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.



\_\_\_\_\_  
I.B. CONSTANTINO HUERTA CORTES  
DIRECTOR DE HOSPITALES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

\_\_\_\_\_  
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA  
COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS  
DE SALUD JALISCO

\_\_\_\_\_  
LIC. ALEJANDRO ANTONIO ANGELINO LÓPEZ  
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR  
DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

\_\_\_\_\_  
DR. MICHEL BUREAU CHAVEZ  
DIRECTOR MÉDICO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD  
JALISCO

**Participantes:**

Consecutivo	Participante	Representante	Firma
1	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Jose Regino López García	
2	SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED S.A. DE C.V.	Josepedro Hernández Madrigal	




3	KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.	Carlos Arturo Alvarado de la Torre	
---	-----------------------------------	------------------------------------	--

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

Fin del Acta. -----



# Jalisco

## GOBIERNO DEL ESTADO