



Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

914

014

0024

SET DE INSTRUMENTAL PARA FISTULA ARTERIOVENOSA

Descripción Técnica:	Set de instrumental totalmente en acero inoxidable grado medico que conste de los siguientes elementos:	
	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	MANGO DE BISTURI CORTO DEL No. 7.
	1	TIJERA METZEMBAUN CURVA, PUNTAS ROMA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 180 MM. DE LONG.
	1	TIJERA POTT-SMITH ANGULADA A 60 GRADOS, DE 185 MM. A 190 MM. DE LONG.
	6	PINZA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, DE 125 MM. A 130 MM. DE LONG.
	2	PINZA LOWER, DE 170 MM. A 180 MM. DE LONG.
	1	PINZA DISECCION ADSON CON 1 x 2 DIENTES, DE 120 MM. A 125 MM. DE LONG.
	1	PINZA DISECCION ADSON SIN DIENTES, DE 120 MM. A 125 MM. DE LONG.
	3	PINZA TIPO BULLDOG, DIEFFENBACH, RECTA, DE 30 A 40 MM. DE LONG.
	3	PINZA TIPO BULLDOG, DIEFFENBACH, CURVA, DE 30 A 40 MM. DE LONG.
	1	PINZA TIPO BULLDOG. DE BAKEY, CURVA, DE 115 MM. A 120 MM. DE LONG.
	1	TUNELIZADOR MALEABLE, DE 250 MM. A 300 MM. DE LONG.
	1	JUEGO DE 9 DILATADORES MALEABLES GARRET, CON DIAMETRO DE PUNTA DE 1 MM. A 5.5 MM. Y DE 210 MM. DE LONG.
	1	CANULA DE ASPIRACION DE BAKEY, CON MANDRIL E INTERRUPTOR DIGITAL DE ASPIRACION, DE 260 MM. A 270 MM. DE LONG.
	2	SEPARADOR DE SENN ó SENN MUELLER, GARFIOS AGUDOS, DE 160 MM. A 170 MM. DE LONG.
	1	SEPARADOR JANSEN, DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 100 A 105 MM. DE LONG.
	1	SEPARADOR WEITLANER DE 2 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 115 MM. DE LONG.
	1	PORTA AGUJAS VASCULAR, RYDER, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 130 MM. DE LONG.
	1	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 MM. A 160 MM. DE LONG.
	1	CONTENEDOR PARA EL INSTRUMENTAL
Accesorios	Cant	Descripción
	1	Charola para esterilización con capacidad de almacenamiento para el set completo.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

914

014

0024

SET DE INSTRUMENTAL PARA FISTULA ARTERIOVENOSA

Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica		Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique			
		Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
		Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos	1	años.	
		Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			