



Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

914

014

0014

SET DE INSTRUMENTAL PARA AMIGDALECTOMIA

Descripción Técnica:	Set de instrumental totalmente en acero inoxidable grado medico que conste de los siguientes elementos:				
	CANTIDAD	DESCRIPCION			
	1	TUJERA METZEMBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 200 A 205 MM. DE LONG.			
	1	TUJERA METZEMBAUMRECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 200 A 205 MM. DE LONG.			
	1	TUJERA HEYMANN ó HEYMANN-KNIGHT, DE 180 A 190 MM. DE LONG.			
	2	PINZA CRILE ó CRILE-RANKIN CURVA, DE 155 A 160 MM. DE LONG.			
	4	PINZA BACKHAUS DE 105 A 110 MM. DE LONG.			
	2	PINZA ALLIS ó THOMS-ALLIS, CON 6 x 7 DIENTES, DE 200 A 210 MM. DE LONG.			
	2	PINZA ALLIS ó JUDD-ALLIS, CON 3 x 4 DIENTES, DE 190 A 95 MM. DE LONG.			
	1	PINZA NASOFARINGEA, PARA ADENOIDES, MODELO SCHMEDEN, CON PUNTA TRIANGULAR.			
	1	PINZA NASOFARINGEA PARA ADENOIDES, MODELO HARTMAN, CON PUNTA DE ANILLOS.			
	1	JUEGO DE TRES ADENOTOMOS LA FORCE, CON HOJAS CORTANTES E INTERCAMBIABLES.			
	1	JUEGO DE CINCO ADENOTOMOS BECKMANN, DEL No. 0 AL No. 4.			
	2	DISECTOR HURD DE 215 A 225 MM. DE LONG.			
	1	SEPARADOR PARA PALADAR LOTHROP O LOVE, CON VALVA DE 18 MM. DE ANCHO.			
	1	ABAJA-LENGUA ANDREW.			
	1	ABAJA-LENGUA WIEDER O WEDER, CHICO.			
	1	ABREBOCA JENNINGS DE 150 MM.			
	1	ABREBOCA Mc IVOR CON JUEGO DE TRES ABATELENGUAS.			
	1	AMIGDALECTOMO TYDING, RECTO, 1 GUIA-ASA			
	1	CANULA ASPIRACION YANKAUER, DE 270 A 285 MM. DE LONG.			
	1	PORTA AGUJA METZEMBAUM, FENESTRADO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 180 A 190 MM. DE LONG.			
	1	CONTENEDOR PARA EL INSTRUMENTAL			
Accesorios	Cant	Descripción			
	1	Charola para esterilización con capacidad de almacenamiento para el set completo.			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
				Primer	Segundo
Documentos a entregar y	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

914

014

0014

SET DE INSTRUMENTAL PARA AMIGDALECTOMIA

requisitos de evaluación técnica	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos		1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		