

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>LABORATORIOS LICON, S.A.</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	<b>Apartado 1 A Y 1B grupo sanguíneo ABO y RH, solicitan Grupo sanguíneo en gel Tarjetas de gel y/o casetes de microesferas de vidrio.</b>	Se solicita atentamente a la convocante nos aclare si es correcta nuestra apreciación que para la determinación de grupo sanguíneo directo e inverso, se deberá de contemplar que se realice en un solo proceso, donde las tarjetas contengan anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, control RH , A1 y B, tal como lo establece la NOM-253-SSA1-2012.  ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Sí, es correcta su apreciación.
2	<b>Apartado 1 A. Solicitan Fenotipo del Rh en gel, Tarjetas de gel y/o casetes de microesferas de vidrio para fenotipo de RH.</b>	Se solicita atentamente a la convocante favor de aclarar si para cumplir con esta se deberá entregar tarjeta de gel para determinar antígenos del sistema RH (fenotipo C, c, E, e) con determinación de 2 pruebas por tarjeta.  ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

LABORATORIOS LICON, S.A.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
3	<p><b>Apartado 1 A solicitan que el proveedor que resulte adjudicado deberá incluir en su propuesta el análisis de 12 muestras anuales en un laboratorio especializado del país mediante Genotipificación, el cual, deberá consistir en el análisis de 29 Polimorfismos que determinan 37 antígenos eritrocitarios (RHCE, KELL, KIDD, DUFFY, MNS, DIEGO, DROMBROCK, COLTON, CARTWRIGHT Y LUTHERAN). Se deberá incluir en la propuesta técnica, carta de bajo protesta de decir verdad de que el proveedor asignado enviará las muestras a un Laboratorio certificado por “EMA”.</b></p>	<p>Se solicita atentamente a la convocante favor de aclarar, si se deberá incluir en la propuesta técnica para esta partida carta de apoyo solidario y registro sanitario por parte del proveedor del servicio para asegurar el servicio ante un laboratorio de subrogación autorizado para la realización de esta prueba.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

LABORATORIOS LICON, S.A.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
4	<b>Apartado 1B Y 1C para la prueba de compatibilidad en tubo solicitan Suero de Coombs Mono específico IgG-C3d.</b>	<p>Solicito atentamente a la convocante nos aclare si el producto que se está solicitado es Suero de Coombs Poli específico IgG-C3d.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	Se solicita por separado un anti suero mono específico IgG, y un suero mono específico C3d.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

LABORATORIOS LICON, S.A.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
5	<p><b>En características generales de los equipos solicitan Equipo automatizado Tipo 1 para pruebas de Inmunohematología que consta de:</b></p> <p><b>Equipo totalmente automatizado de alto rendimiento para realizar técnicas de inmunohematología en tarjetas de gel y/o casetes de microesferas de vidrio para las pruebas de grupo sanguíneo ABO, directo e inverso, factor Rh, fenotipo Rh, Coombs directo, rastreo e identificación de anticuerpos y pruebas.</b></p>	<p>Solicitamos a la convocante nos permita cotizar equipo completamente automatizado con capacidad de 66 grupos completos/ hora. Máxima velocidad: 100 tarjetas/hora (800 resultados /hora) y Capacidad de carga: 96 tubos de muestras, 48 frascos de reactivos, 400 tarjetas de gel.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>LABORATORIOS LICON, S.A.</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
6	<p><b>En características generales de los equipos solicitan Equipo automatizado Tipo 2 para pruebas de Inmunohematología que consta de:</b></p> <p><b>Equipo totalmente automatizado de mediano rendimiento para realizar técnicas de inmunohematología en tarjetas de gel y/o casetes de microesferas de vidrio para las pruebas de grupo sanguíneo ABO, directo e inverso, factor Rh, fenotipo Rh, Coombs directo, rastreo e identificación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad.</b></p>	<p>Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Equipo completamente automatizado que permita realizar de manera automática con productividad mínima de 22 grupos completos/hora, carrusel para 48 muestras, 16 reactivos y 2 diluyentes.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

LABORATORIOS LICON, S.A.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
7	<p><b>En el Apartado 1A solicitan sean entregados Paneles para demostrar la competencia de los analizadores de serología infecciosa, pruebas de ácidos nucleicos, citometría hemática y de inmu-hematología.</b></p>	<p>Solicito atentamente a la convocante nos aclare si será necesario entregar carta de respaldo del fabricante de dichos paneles.</p>	<p>Sí, es necesario entregar carta por parte del fabricante.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

TERUMO BCT MÉXICO SA DE CV			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	<b>Anexo 1</b> <b>APARTADO 1ª</b> <b>Fraccionamiento</b> <b>Equipo para inactivación de concentrados plaquetarios con amotosalen mediante luz UVA</b>	<p>Para no limitar la libre participación a los licitantes, se solicita amablemente a la convocante, permita ofertar un equipo de inactivación de patógenos, con las siguientes ventajas demostrables sobre el producto solicitado en bases:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Permita inactivar los mismos hemo componentes, a través de un producto más seguro para los pacientes, utilizando Riboflavina (vitamina B2) en lugar de Amotosalen.</i> Lo anterior considerando que el Amotosalen es un producto <b>TOXICO para el ser humano</b>, que debe ser retirado por filtración de (HASTA 14 HORAS) del hemo-componente inactivado.</li> <li>2. <i>Se reduce drásticamente la pérdida plaquetaria en los componentes inactivados.</i> Ya que con el equipo solicitado con Amotosalen se pierde entre 30 y 35 ml aprox.</li> <li>3. <i>Garantizando la disponibilidad del producto inactivado, sin tener que esperar las 14 horas de filtración para poder transfundir el producto inactivado a pacientes graves que lo requieren de forma inmediata.</i> Esto mejora la seguridad y disponibilidad de producto, con el mismo resultado clínico.</li> </ol> <p>¿se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

TERUMO BCT MÉXICO SA DE CV			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
2	<b>Anexo 1</b> <b>APARTADO 1ª</b> <b>Fraccionamiento</b> <b>Equipo para</b> <b>inactivación de</b> <b>concentrados</b> <b>plaquetarios con</b> <b>amotosalen</b> <b>mediante luz UVA</b>	De no aceptar la pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuáles son los motivos clínicos o técnicos por los cuales se prefiere solicitar un equipo que claramente está beneficiando a un sólo participante, y con el cuál está documentado que existe una pérdida en el rendimiento de las plaquetas y plasma, además de que contiene Amotosalen que es un producto TOXICO para el ser humano que debe ser filtrado para eliminar su toxicidad en el hemo-componente antes de poder ser transfundido en pacientes.  ¿Favor de aclarar?	No aplica, fue aceptada en la pregunta anterior.
3	<b>Anexo: 1</b> <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b> <b>Fraccionador automatizado</b>	Se solicita amablemente a la convocante, permita ofertar para el proceso de la bolsa con filtro en línea (Bolsa Tipo B) una centrifuga capaz de integrar en un solo procesos los procesos de Fraccionamiento, Balance de unidades, centrifugación, Sellado, y almacenamiento de datos, mejorando de esta forma el proceso de fraccionamiento, hacia un proceso totalmente automatizado. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

**TERUMO BCT MÉXICO SA DE CV**

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
4		En caso de no aceptar nuestra propuesta de las pregunta 3 favor de aclarar cuál es el motivo de rechazar un equipo con tecnología de vanguardia y cuyas características tecnológicas son mayores a las solicitadas por la convocante.  ¿Favor de aclarar?	No aplica, fue aceptada en la pregunta anterior.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

TERUMO BCT MÉXICO SA DE CV			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
5	<b>Punto 1.1. SERVICIO</b>	<p>Con base en el punto referido (punto. - 1.1) que a la letra dice:</p> <p>“Por ningún motivo se aceptarán servicios distintos a los especificados, por lo que la propuesta que presenten los participantes deberá señalar la descripción completa, así como las características solicitadas en cada una de las partidas”.</p> <p>Debido a que las características técnicas solicitadas por la convocante en el anexo 1, están firmemente dirigidas y cerradas con descripciones que solo pueden ser cumplidas por un fabricante de bolsas de donación, tecnologías de reducción de patógenos y aféresis; así como esta dirigida para que sea cumplida únicamente por el distribuidor IMPORMED o alguna de sus empresas filiales, y considerando que la presente licitación fue presentada en los medios como:</p> <p><b>Modelo de Licitación de Máxima Exposición Pública.</b></p> <p>Solicitamos <b>amablemente</b> a la convocante se permita la libre participación de todos los fabricantes de los insumos antes mencionados, y se nos permita ofertar características técnicas distintas y superiores a las descritas en el anexo 1.</p>	Dentro de la pregunta no especifica la modificación que pretende realizar dentro del apartado del anexo 1, por lo que no se acepta su propuesta.
6	<b>1.1 SERVICIO</b>	<p>De no aceptar la pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuáles son los motivos clínicos o técnicos por los cuales se prefiere solicitar TECNOLOGIAS que claramente están beneficiando a un sólo participante, y con las cuáles se está documentado que existe la limitación a la libre participación de ofertas.</p> <p>¿Favor de aclarar?</p>	Debido a que no especifico la modificación que pretende realizar conforme al anexo 1.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	<b>Licitación Pública Nacional LPN 43068001-017-2019</b>	Solicitamos a la Convocante atentamente nos proporcione las bases en Formato Word para un mejor manejo. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
2	<b>Punto 3.1 Generalidades de la propuesta, inciso a)</b>	Es correcto entender que la presente Convocatoria estará dirigida al:  <b>Gobierno del Estado de Jalisco</b> <b>Organismo Público Descentralizado</b> <b>Servicios de Salud Jalisco</b> ¿Es correcta nuestra apreciación	No, no es correcta, deberá estar dirigida al Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.
3	<b>Punto 3.1 Generalidades de la propuesta, inciso c)</b>	Solicitamos a la Convocante nos permita presentar firma autógrafa de nuestro representante legal en la última hoja del documento que las contenga en cada una de las cartas y anexos que integran nuestra Licitación, y rubrica en todas y cada una de las hojas de manual, registros y documentos que integran nuestra propuesta. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
4	<b>Punto 3.1 Generalidades de la propuesta, inciso j)</b>	Menciona la Convocante <i>“El participante deberá presentar su propuesta con las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.”</i> Entendemos que solo es sugerencia, y podemos presentar folio, ejemplo: <b>00001, 00002, 00003..</b> ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.
5	<b>Punto 3.2.1 Documentación Legal, Financiera y Contable</b>	Solicitamos a la Convocante nos aclare si el sobre cerrado de la Documentación Legal, Financiera y Contable será integrado en el sobre de la Propuesta Técnica o se presentarán <b>3 sobres cerrados (Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Documentación Legal, Financiera y Contable)</b> Favor de aclarar.	Deberá entregarse en dos sobres, técnica y económico. Mismas que señala el punto 3.1.1/ 3.2./ 3.2.1/ 3.2.1.1 /3.2.1.2 / 3.3 y 3.4. de conformidad con las presentes bases.
6	<b>Punto 3.2.1.2, Numeral 2 y 4</b>	Entendemos que se refiere como original a la constancia de situación fiscal con <b>cadena de originalidad y sello digital</b> que emite el Sistema de Administración Tributaria SAT ¿es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
7	<b>5.2 Acto de presentación y Apertura de Propuestas</b>	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita presentar carta poder simple de la persona que designe mi representada para la presentación de propuesta. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
8	<b>Anexo 4</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si bastara con colocar la leyenda N/A no aplica dentro del recuadro Tomo debido a que una sociedad constituida en estado de México no cuenta con Tomo, así mismo para completar el Recuadro de Libro corresponde al Número de Volumen. Se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
9	<b>Punto 3.1 Generalidades de la propuesta, inciso j)</b>	Entendemos que no es motivo de descalificación el presentar nuestra propuesta foliada únicamente en el Anverso de la hoja. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta, no será motivo de descalificación, mientras el orden del folio no se pierda la secuencia, misma que deberá ser legible el foliado.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
10	<b>Numeral 3.1. Generalidades de las propuestas. Inciso c) página 12. Solicitan “firmar de forma autógrafa el titular o su representante legal, todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el Participante”.</b>	Solicitamos a la convocante nos permita presentar firma autógrafa en cada una de las cartas y anexos que integran la licitación, así como rúbrica al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se sujetará de acuerdo al punto 3.1 inciso c) a que a la letra dice:  Deberá firmar de forma autógrafa el titular o su representante legal, todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el Participante, incluidos los folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo, con su respectiva traducción, en su caso. La no observancia de este inciso será motivo suficiente para desechar la propuesta.
11	<b>Numeral 3.1. Generalidades de las propuestas. Inciso b) página 12. Solicitan “que únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español en</b>	Solicitamos a la convocante permitirnos presentar únicamente las hojas de folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo, donde se presenten las características solicitadas en esta licitación. Esto para disminuir el número de impresiones y contribuir con la mejora del medio ambiente y sus recursos naturales. ¿se acepta?	No se acepta, por lo que deberá presentar los folletos, catálogos completos y demás requisitos solicitados de acuerdo a las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
12	<p><b>Numeral 3.1. Generalidades de las propuestas. Inciso i) página 13. Solicitan “que los participantes podrán ofertar en su propuesta características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente, para ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico”.</b></p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto, ya que se puede generar confusión y se podrían ofertar equipos con otras características que no solicita la convocante.</p>	<p>El numeral 3.1 Generalidades de la Propuesta inciso i) no habla de ofertar equipos que no solicita la convocante.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
13	<b>Numeral. 3.2.1.</b> <b>DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE. Página 13.</b> <b>Solicitan que los documentos públicos emitidos en el extranjero deben estar debidamente legalizados o apostillados.</b>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de que algún documento de nuestra propuesta no tenga con apostillado, nos permita presentar el documento en original y traducción al español con carta bajo protesta de decir verdad, firmada por nuestro representante legal confirmando la originalidad de los documentos.</p> <p>¿Se acepta como opción?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
14	<b>Numeral 3.2.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Numeral 6. Solicitan “Copia de los últimos dos pagos bimestrales del impuesto estatal correspondiente, sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo”.</b>	¿Es correcto entender que este requisito solo aplica para los licitantes que tengan domicilio en el estado de Jalisco y actividad económica, no siendo motivo de descalificación el que mi representada no lo presente por tener domicilio fuera del estado?	No es correcta su apreciación, por lo que el numeral 3.2.1.2 aplica para todos los participantes.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
15	<b>Numeral 3.2.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Numeral 6. Solicitan “Copia de los últimos dos pagos bimestrales del impuesto estatal correspondiente, sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo”.</b>	Solicitamos nos confirmen si, para este requisito es suficiente presentar carta bajo protesta de decir verdad y firmada por nuestro representante legal confirmando que este requisito no nos aplica. ¿Es correcto?	No es correcta su apreciación, por lo que deberá apegarse a lo determinado en numeral 3.2.1.2 REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
16	<p><b>Numeral 3.3.</b>  <b>Propuesta técnica.</b>  <b>Numeral I.</b></p> <p><b>Solicitan “Copia simple del Manual de Operación, catálogos, folletos, registro sanitario de los equipos y los reactivos que les correspondan para los equipos o reactivos que cuenten con descripción técnica dentro del Anexo 1”.</b></p>	<p>Solicitamos a la convocante nos permita entregar solamente copia de las hojas del manual utilizadas para referenciar las características de los equipos y el manual completo entregarlo al momento de la instalación, esto con la finalidad de agilizar la revisión, ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>No se acepta, por lo que deberá presentar los folletos, catálogos completos y demás requisitos solicitados, de acuerdo a las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
17	<p><b>Numeral 3.3. Propuesta técnica. Numeral I. Solicitan “registro sanitario de los equipos y los reactivos que les correspondan para los equipos o reactivos que cuenten con descripción técnica dentro del Anexo 1”.</b></p>	<p>Para el caso de los equipos o insumos que no requieran registro sanitario, solicitamos a la convocante nos permita entregar OFICIO DE NO REGISTRO emitida por COFEPRIS o copia del “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario” publicado en el DOF. ¿Se acepta?</p>	<p>Deberá apegarse al numeral 3.3 inciso 1, de acuerdo a las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
18	<b>Numeral 3.3.</b> <b>Propuesta técnica.</b> <b>Numeral II.</b> <b>Solicitan “Certificado de Libre Venta para cada uno de los equipos y pruebas de los paquetes 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9, 10, 11(no aplica si se oferta en paquete de pruebas especiales), 12, 13, 14, 15 y 16)”.</b>	Solicitamos a la Convocante aclare a que se refiere con pruebas de los paquetes, ya que en el Anexo 1 hace mención de únicamente 12 partidas, favor de aclarar.	Solo aplicará para las 12 partidas establecidas en el anexo 1 de las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
19	<b>Numeral 3.3.</b> <b>Propuesta técnica.</b>	Entendemos que se deberán integrar a la propuesta técnica los Certificados de Calidad ISO 9001 y/o ISO 13485 para los equipos y reactivos que cuenten con cédula de descripción técnica en el Anexo 1. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
20	<p><b>Numeral 3.3.</b>  <b>Propuesta técnica.</b>  <b>Numeral I.</b></p> <p><b>Solicitan “Copia simple del Manual de Operación, catálogos, folletos, registro sanitario de los equipos y los reactivos que les correspondan para los equipos o reactivos que cuenten con descripción técnica dentro del Anexo 1”.</b></p>	<p>Para las descripciones técnicas que no se puedan referenciar en manuales, catálogos y folletos, pero los equipos cuentan con dichas características o superiores, solicitamos a la convocante nos permita entregar carta bajo protesta de decir verdad donde se exponga que los equipos cumplen con lo solicitado en las presentes bases.                      ¿Se acepta?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Internet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
21	<p><b>Numeral 3.3.</b>  <b>Propuesta técnica.</b>  <b>Requisito IX.</b></p> <p><b>Solicitan “Carta membretada de apoyo solidario, en formato libre de parte del (de los) fabricante(s) o su filial en México o Importador primario en México para los reactivos y/o de los equipos propuestos que cuenten con descripción detallada en el Anexo 1”</b></p>	<p>Solicitamos atentamente, permita a mi representada presentar:</p> <p>Carta membretada de apoyo solidario, en formato libre de parte del (de los) fabricante(s) o su filial en México o Importador primario en México o titular de los registros sanitarios para los reactivos y/o de los equipos propuestos que cuenten con descripción detallada en el Anexo 1”</p> <p>¿Se acepta como opción?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>
22	<p><b>“ANEXO 5 PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. página 89.</b></p>	<p>¿Es correcto entender que en el formato ANEXO 5 “en la columna “DESCRIPCIÓN” se debe colocar la descripción referenciada de los equipos que ofertamos?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
23	<b>“ANEXO 5 PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. página 89.</b>	Solicitamos atentamente que para el llenado de la columna “CANTIDAD” del “ANEXO 5”, nos permita llenar con la leyenda “De acuerdo al contenido de las bases”. ¿Se acepta como opción?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
24	<b>“ANEXO 5 PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. página 89.</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si en la columna de “clave” se refiere al objeto de “Servicio Integral de Banco de Sangre”. Favor de aclarar.	Sí, es correcta su apreciación.
25	<b>Anexo 1. Características Técnicas. página 61.</b>	Con el propósito de fomentar la libre participación y ofrecer equipos especializados de alta tecnología. Solicitamos a la convocante que de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas y en caso de que mi representada sea adjudicada, nos permita ofertar e instalar uno o dos modelos de separadores de aféresis, en el entendido que se cubrirá al 100% la necesidad en relación a los procedimientos solicitados. ¿Se acepta como opción?	Deberá ofertar mínimo dos equipos, de acuerdo al anexo 1 de las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
26	<p><b>Anexo 1. Apartado 1 A. Material y suministro de laboratorio servicio integral de banco de sangre distribución CETS. página 32. Solicitan. Navajas para conexión estéril.</b></p>	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cartuchos con 1000 créditos para conexión estéril, el cual es compatible con el conector estéril que ofertamos. Los cartuchos no generan residuos, y al tener una gran capacidad aseguran la continuidad del servicio. ¿Se acepta como opción?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
27	<b>Anexo 1. Apartado 1 A. Material y suministro de laboratorio servicio integral de banco de sangre distribución CETS. página 40. Solicitan. Congelador de banco de sangre de 500 unidades,</b>	Solicitamos a la convocante permita ofertar Congelador vertical con capacidad para 464 bolsas de plasma. ¿Se acepta como opción?	No se acepta su opción, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
28	<b>3.4 Propuesta económica.</b>	Solicitamos amablemente la convocante nos proporcione el presupuesto asignado para este proceso licitatorio.	No es factible proporcionar dicho presupuesto, toda vez que, si se proporciona esta información, podría influir en resultado de esta Licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
29	<p><b>Anexo 1 Descripción detallada del servicio. Entrega de equipos, mantenimiento, capacitación y asistencia técnica. Página 29. Solicitan “Para efectos de control de equipos, el “PROVEEDOR” en conjunto con el personal de cada Unidad Hospitalaria, deberá de llenar un acta de instalación de los equipos donde se incluyan los siguientes puntos: Mantenimiento realizado y programa de mantenimiento preventivo.</b></p>	<p>Entendemos que en caso de que mi representada resulte adjudicada, el programa de mantenimiento preventivo se entregará cuando se instalen los equipos. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
30	<b>Anexo 1. Apartado 1C. Características generales. Solicitan “que se debe entregar calendario de mantenimiento preventivo y respetar fechas programadas al inicio del año”.</b>	Entendemos que en caso de que mi representada resulte adjudicada, se entregará dicho calendario de mantenimiento preventivo una vez que se instalen los equipos en los centros de colecta, depósitos temporales y CETS. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
31	<p><b>Apartado 1A.</b>  <b>Distribución CETS, proceso de fraccionamiento.</b></p> <p><b>Solicitan “Equipo para inactivación de concentrados plaquetarios con amotosalen mediante luz UVA”.</b></p>	<p>Entendemos que aquellos equipos que no poseen descripción técnica y no hay un consumo definido mensual para este, bastará con entregar carta bajo protesta de decir verdad que se instalará. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
32	<b>Anexo1,</b> <b>Características</b> <b>Generales.</b> <b>Solicitan Plataforma</b> <b>Automatizado para las</b> <b>pruebas in vitro para</b> <b>la detección</b> <b>simultanea de los tres</b> <b>virus en un solo tubo</b> <b>del Virus de la</b> <b>inmunodeficiencia</b> <b>humana Tipo 1 y Tipo</b> <b>2, Hepatitis C (HCV) y</b> <b>del Hepatitis B (HBV)</b> <b>en muestras de suero</b> <b>y plasma de donantes</b> <b>humanos (NAT).</b> <b>En el numeral 2.-</b> <b>Tecnología de</b> <b>enzimainmuno</b> <b>análisis,</b> <b>electroluminiscencia,</b> <b>quimioluminiscencia o</b> <b>por método</b> <b>colorimétrico. (El</b> <b>equipo no hace eso,</b> <b>son amplificación de</b> <b>ácidos nucleicos)</b> <b>(LOS EQUIPOS QUE</b> <b>TIENE SON ROCHE)</b>	Entendemos que la leyenda que se incluye en este numeral “LOS EQUIPOS QUE TIENE SON ROCHE” es un error de parte de la convocante, es correcta nuestra apreciación?.	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
33	<b>Anexo1, Características Generales.</b>	<p>Solicitan Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 y Tipo 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT).</p> <p>En el numeral 7 .- Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml.</p> <p>7.1 VHI (M y O),(VHI 2),(VHI 1M46.2IU/ml. VHI O 48.3c/VHI2 56.2c/.</p> <p>7 .2 Para (HC 6.8 IU/ML) ó 100,30 y 10 IU/ml.</p> <p>7.3. Para (VHB 2.3 IU/ML) ó 45 y 15 /MIUL</p> <p>Estas características de detección corresponden a un equipo en específico, solicitamos a la convocante nos permita proponer un equipo que cuenta con una capacidad de detección de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para HIV-1 ó dHIV en 100 c/ml o 200 y 60 IU /ml</li> <li>- Para HCV 100 c/ml ó 100,30 y 10 IU/ml</li> <li>- Para VHB 100 c/ml '0 45 y 15 IU/ml</li> </ul> <p>Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
34	<b>Anexo1, Partidas y Cantidades Generales. Partida 9, Pruebas de Grupo Sanguíneo ABO y Rh (Prueba Directo en Sangre Total) En tarjeta por Inmunocromatografía para la Unidad Móvil.</b>	Entendemos que estas pruebas serán utilizadas cuando se realicen las campañas de donaciones extramuros, para el caso de la Unidad Móvil, y que integremos en nuestra propuesta que técnica una carta que es caso de resultar asignados nos comprometemos a proporcionar una unidad móvil, es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Intermet, S.A. de C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
35	<p><b>Capítulo tercero, Propuestas, 3.1. Generalidades de las propuestas.</b></p> <p><b>b) Toda la documentación elaborada por el Participante deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español en hoja membretada del participante, para que pueda ser tomado en cuenta dicho documento.</b></p>	<p>Entendemos que se deben presentar traducciones simples en hoja membretada del participante siempre y cuando estas se utilicen para referenciar las características solicitadas en el “Anexo 1 Especificaciones técnicas requeridas”. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

ABALAT, S.A DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<b>APARTADO 1C, CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>  <b>Del Sistema Automatizado de Serología para la determinación de HIV Ag/Ab, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas</b>	Para continuar con el alto nivel de seguridad y rapidez en el procesamiento de los 5 ensayos (HIV Ag/Ab, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) ¿Se puede ofertar un instrumento similar al que actualmente utilizan que procese todo de manera completamente automatizada y simultánea, tener capacidad real de manejar urgencias, refrigeración a bordo de al menos 25 reactivos e identificar las muestras y reactivos con código de barras cuando aplique ?.	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
2		¿Se puede ofertar un equipo completamente automatizado con tecnología de vanguardia que no utilice puntas desechables y que se demuestre que no tiene arrastre o acarreo <0.1 ppm? Para con ello evitar el gasto adicional que la institución tiene que hacer por el manejo y desecho de materiales infecto contagiosos.	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

ABALAT, S.A DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
3		¿Todos los reactivos, controles y calibradores que se utilizan en las determinaciones serológicas de enfermedades infecciosas deberán estar listos para su uso, es decir no requerir preparación previa a su uso, para con ello evitar errores en las fases pre analíticas de las determinaciones serológicas ?.	Sí, es correcta su apreciación.
4		Para garantizar la seguridad de las 5 determinaciones serológicas (VIH, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) y así justificar su desempeño frente a cualquier sistema de calidad, acreditación y/o certificación nacional e internacional. ¿ Las 5 determinaciones serológicas deberán poder realizarse en suero o plasma humano así como en muestras cadavéricas (para el caso de transplantes) ?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

ABALAT, S.A DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
5		<p>Para la detección en suero o plasma de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2 y el Antígeno p24 del VIH.</p> <p>¿ Se debe ofertar un reactivo que realice una determinación combinada del antígeno p24 del Virus de la Inmunodeficiencia humana ( VIH ) y anticuerpos específicos contra el Virus de la inmunodeficiencia humana ( VIH ) del tipo 1 (grupo M y O) y/o tipo 2 (VIH 2) y para conseguir el más alto grado de seguridad de los componentes sanguíneos que su capacidad para la detección del antígeno p24 del VIH sea &lt; a 20 pg/ml?. Es correcta nuestra apreciación</p>	Sí, es correcta su apreciación.
6		<p>¿Se puede ofertar un instrumento para las 5 determinaciones serológicas (HIV Ag/Ab, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) que se alimenta de reactivos y consumibles sin afectar la rutina del banco de sangre?</p>	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

ABALAT, S.A DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
7		¿Puede ofertarse un instrumento que procese todo de manera completamente automatizada y simultánea, con capacidad de recibir mínimo 135 muestras y que utilice volúmenes de muestra de 10 a 100 uL y que tiene capacidad real de manejar urgencias, refrigeración a bordo de al menos 25 reactivos e identificar las muestras y reactivos con código de barras ?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
8		¿Se puede ofertar un equipo completamente automatizado con tecnología de vanguardia que no utilice puntas desechables y que se demuestre que no tiene arrastre o acarreo <0.1 ppm? Para con ello se evite el gasto adicional para la institución en manejo y desecho de materiales infecto contagiosos.	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

ABALAT, S.A DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
9		Para la detección en suero o plasma de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi ¿El ensayo deberá utilizar, al menos cuatro antígenos recombinantes diferentes con varios epítopes que se asocien con las diferentes formas del T. cruzi,?.	Si es correcta su apreciación, por lo que deberá utilizar cuando menos cuatro antígenos recombinantes diferentes con varios epítopes que se asocien con las diferentes formas del T. cruzi
10		Para la detección en suero o plasma del Antígeno de superficie del virus B de la Hepatitis ¿El reactivo deberá tener la capacidad de detectar los diferentes mutantes antigénicos del antígeno de superficie (HBsAg) del virus de la hepatitis B? para evitar falsos negativos que para el caso de Banco de Sangre, este tipo de resultados son muy graves y documentarlo con Bibliografía Científica indexada.	Sí, el reactivo debe de tener esa capacidad.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

ABALAT, S.A DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
11		Para mantener los altos estándares del CETS y la productividad del mismo y con el fin de obtener oportunamente los resultados de todo el Panel de a serología infecciosa (VIH, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) y tener disponibilidad de los componentes sanguíneos con el más alto grado de seguridad aún en urgencias ¿ las calibraciones de los cinco ensayos no deberán de correrse cada vez que se abra un kit o caja de reactivo para no comprometer la seguridad de los resultados ? es correcta nuestra apreciación	Sólo se calibra cambio de lote cuanto se cambia el reactivo.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<b>APARTADO 1C EQUIPO</b>	<p>PARA LA REALIZACION DE HEMOCULTIVOS USTEDES SOLICITAN TECNOLOGIA COLORIMETRICA CON SEÑAL POSITIVA VISUAL PARA LA DETECCION DE CULTIVOS POSITIVOS.</p> <p>ESTA ESPECIFICACIÓN ES EXCLUIVA DE LOS ANALIZADORES BACT ALERT 3D DE BIOMEIRIEUX, POR LO QUE CON AL FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS QUE ACEPTEN ADICIONAL A LA TECNOLOGIA COLORIMETRIA LA DE FLUORESCENCIA ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
2	<b>APARTADO 1C EQUIPO PARA LA REALIZACION DE HEMOCULTIVOS</b>	USTEDES SOLICITAN CON CAPACIDAD PARA PROCESAR MINIMO 60 BOTELLAS DE FORMA SIMULTANEA, DADO EL BAJO VOLUMEN DE FRASCOS DE HEMOCULTIVO, SOLICITAMOS SE ACEPTE EQUIPO CON CAPACIDAD DE 40 FRASCOS ADENTRO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
3	<b>APARTADO 1C EQUIPO PARA LA REALIZACION DE HEMOCULTIVOS</b>	<p>USTEDES SOLICITAN QUE UTILICE BOTELLAS PLASTICAS ADICIONALES ...SOLICITAMOS QUE SE ACEPTEN: QUE UTILICE BOTELLAS PLÁSTICAS ADICIONADAS DE UN SENSOR DE EMULSIÓN LIQUIDA QUE ES CONTROLADO CONTINUAMENTE POR FOTODETECTORES DE ESTADO SÓLIDO EN EL FONDO DE CADA BOTELLA QUE CAMBIAN DE COLOR CUANDO EL PH CAMBIA POR EL AUMENTO DE CO2 O COLORANTE EN EL SENSOR DEL VIAL SITUADO EN LA PARTE INFERIOR REACCIONANDO ANTE LA PRESENCIA DE CO2 PARA MEDIR LA CANTIDAD DE FLUORESCENCIA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE CO2.</p> <p>En 1. 2 Condiciones de servicio. El Proveedor deberá prestar el servicio descrito en “Anexo 1 Especificaciones técnicas requeridas”, Solicitan 15 días naturales a partir de la notificación del fallo para la prestación del mismo.</p> <p>Solicitamos sean ampliado el tiempo a máximo 45 días naturales para la implementación. ¿Se acepta?</p>	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
3		<p>En partidas 1 UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO A CON PRUEBAS DE NAT 2 UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO B CON PRUEBAS DE NAT, 3 UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO C CON PRUEBAS DE NAT y 4 PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS CON PRUEBAS DE NAT Y AFERESIS TERAPEUTICA SIN PRUEBAS NAT .</p> <p>Solicitamos que para la liberación de unidades sea en base a lo que indica la norma 253 en los puntos:</p> <p style="padding-left: 40px;">9.4.9 Detección de <i>Treponema pallidum</i></p> <p style="padding-left: 40px;">9.4.9.1 Tamizaje. Se deberá realizar mediante cualquiera de las pruebas siguientes:</p> <p style="padding-left: 80px;">a) Identificación de reaginas mediante una prueba de aglutinación de partículas, entre las siguientes:</p> <p style="padding-left: 80px;">b) Identificación de anticuerpos específicos mediante pruebas treponémicas con especificidad =98.50%</p> <p style="padding-left: 40px;">9.4.10 Detección del Virus B de la hepatitis</p> <p style="padding-left: 40px;">9.4.10.1 Tamizaje. Se deberá realizar mediante pruebas de detección del antígeno de superficie del virus B de la hepatitis, con pruebas que tengan una sensibilidad 99.5 % y especificidad 99.0 %</p> <p style="padding-left: 40px;">9.4.11 Detección del virus C de la hepatitis</p> <p style="padding-left: 40px;">9.4.11.1 Tamizaje. Se deberá realizar mediante pruebas de detección de anticuerpos contra el virus o detección simultanea de antígenos virales y anticuerpos contra el virus que tengan una sensibilidad 99.5% y especificidad 99%</p> <p style="padding-left: 40px;">9.4.12 Detección del virus de la inmunodeficiencia humana, tipos 1 y 2</p>	<p>No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
4		En apartado 1-A distribución de equipos CETS, solicitan 1 equipo para inactivación de concentrados plaquetarios con amotosalen mediante luz UVA. Sin embargo no indican material y/o suministro necesario. ¿Pueden confirmar si dicho equipo es requerido para el banco de sangre, así como las cantidades de material a requerir?	Si es requerido, sin embargo las cantidades podrán variar mes con mes.
5		De ser afirmativa la respuesta anterior. Solicitamos para no limitar la libre participación acepten un sistema de reducción de patógenos que emplea riboflavina y luz ultravioleta. ¿Se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
6		Los equipos que solicitan para biología molecular: plataforma para ácidos nucleicos (NAT), centrifuga serológica para 32 tubos, micropipetas de cantidad variable, agitador para tubos.  Al no ser por norma obligatorio las pruebas NAT para la liberación de unidades se solicita sea opcional la consideración de dichos equipos. ¿Se acepta?	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
7		En distribución equipos CETS para control de calidad solicitan equipo Citometro de Flujo para la realización de Leucocitos residuales. Equipo Analizador de pruebas de coagulación, cromogenicas, cronométricas e inmunoturbidimetricas, fibrinógeno de Clauss, Factor VIII y Factor de Von Willebrand. Analizador para la realización de Hemoglobina Libre. Equipo analizador para hemocultivos	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
8		<p>.- En características generales de equipos solicitan equipo para NAT.</p> <p>Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 y Tipo 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Equipo automatizado para determinar la amplificación y/o detección de ácidos nucleicos de microorganismos, en suero y/o plasma.</li> <li>2. Tecnología de enzima inmuno análisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia o por método colorimétrico. (El equipo no hace eso, son amplificación de ácidos nucleicos) (LOS EQUIPOS QUE TIENE SON ROCHE)</li> <li>3. Reacción en Cadena de la Polimerasa y/o Amplificación selectiva de ácidos nucleicos.</li> <li>4. Análisis o estudios a determinar: Para la detección de ARN del HIV-1, ARN del HCV, ADN del HBV.</li> <li>5. Rango de lectura de longitud de onda de acuerdo al modelo y marca del equipo.</li> <li>6. Velocidad de tiempo de lectura: (de acuerdo al volumen de muestras).</li> <li>7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:</li> <li>7.1 VHI M y O), (VHI 2), (VHI 1M 46.2UI/ml. VHI O 48.3 c/ VHI2 56.2 c/.</li> </ol>	<p>Es obligatorio hacer pruebas de ácidos nucleicos, por lo que la plataforma puede ser indistinta.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
9	<b>Equipo para la realización de Aféresis Plaquetaria / Procedimientos Especiales. Solicitan en punto 6.- Que cuente con manguito y brazaletes</b>	Solicitamos sea opcional dicha característica. De requerir esos “accesorios” de la máquina se permita considerar adicional la entrega de los mismos. ¿Se acepta?	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
10	<b>Equipo para la realización de Aféresis Plaquetaria / Procedimientos Especiales. Solicitan en punto 9. Cebado</b>	Solicitamos nos permita ofertar equipo en el cual se instalara el desechable y las soluciones necesaria y se le dará la indicación de cebado para que sea realizado dicho paso. ¿Se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
11	<b>Equipo Fraccionador automatizado. Solicitan en Punto 2. Compacto y que no utilice compresor de aire adicional.</b>	Solicitamos para no limitar participación permita ofertar equipo que utilice compresor de aire. ¿Se acepta?	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
12	<b>Equipo fraccionador. Solicitan Con Balanza de plasma para remoción automática de aire, cabeza de sellado integrada y pesaje con</b>	Solicitamos para no limitar la participación sea opcional la balanza de plasma para remoción automática de aire ya que el personal de fraccionamiento puede realizar la remoción de aire sin necesidad de que sea un proceso automático. ¿Se acepta?	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
13	<b>Equipo fraccionador. Solicitan Con Prensa “Top Press” inclinada para el rellenado del filtro controlada por</b>	Solicitamos para no limitar la participación permita ofertar prensa con ángulo superior equipada con detector de posición. ¿Se acepta?	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
14	<b>Equipo fraccionador. Solicitan Seis cabezales para: amarre de los tubos, sellado de los tubos, detección del estado del tubo (vacío, lleno), detección de los</b>	Solicitamos nos permita ofertar equipo con 5 cabezales y un detector óptico. ¿Se acepta?	No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
15	<b>Equipo fraccionador. Solicitan Con rompedor pasivo de lacre de bolsa.</b>	Solicitamos para no limitar la participación dicha característica sea opcional ¿Se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
16		solicitamos amablemente al convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad que se proporcionaran los equipos complementarios en esta licitación ( centrifuga, refrigerador, agitador , congelador, ultracongelador ) y que cumplen con las características solicitadas para cada servicio ¿se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
17	<b>ANEXO 1 PARTIDA 5 ,7,8,11,12 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD</b>	Solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como soporte tarjetas de gel, cassette de perlas de vidrio como lo solicitan en el APARTADO 1 A inmunología pruebas de compatibilidad ¿se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
18	<b>ANEXO 1 DEFINICION DE TIPO DE BOLSA</b>	Equipamiento e insumo de toma de muestra para grupo sanguíneo solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar como soporte tarjetas de gel, cassette de perlas de vidrio considerando que esta especificación viene en el cuerpo de las bases ¿se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
19	<b>ANEXO 1 PUESTOS DE SANGRADO CENTROS DE COLECTA APARTADO 1B PRUEBAS CRUZADAS , RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES</b>	solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como soporte tarjetas de gel, cassette de perlas de vidrio como lo solicitan en el APARTADO 1 A inmunología pruebas de compatibilidad ¿se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
20	<b>ANEXO 1 PUESTOS DE SANGRADO DEPOSITOS TEMPORALES 1C RUEBAS CRUZADAS , RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES</b>	solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como soporte tarjetas de gel, cassette de perlas de vidrio como lo solicitan en el APARTADO 1 A inmunología pruebas de compatibilidad ¿se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
21	<b>ANEXO 1 APARTADO 1A MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO PROCESO PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD Y GRUPO SANGUINEO</b>	solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como soporte tarjetas de gel, cassette de perlas de vidrio como lo solicitan en el APARTADO 1 A inmunología pruebas de compatibilidad ¿se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
22		solicitamos amablemente al convocante nos comente si es correcto entender que para esta prueba ANEXO 1 PARTIDA 5 ,7,8,11,12 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD se podrá ofertar tecnología de tarjeta de Gel o cassette de perlas de vidrio como se menciona en las especificaciones técnicas de los equipos de inmunohematología tipo 1 y tipo 2, ya que el enunciado en el cuerpo de las bases solo hace mención de la palabra GEL.  ¿es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.
23		.- solicitamos amablemente al convocante nos aclare si los insumos adicionales como albumina al 22 %, reactivo para elución etc. se podrán referenciar con una carta bajo protesta de que se entregaran ya que estos no son parte de los equipos a ofertar. ¿ Se acepta?	Se acepta su petición, sin embargo deberá ser obligatorio el proporcionar dicho reactivo.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
24	<b>REFERENCIA:</b> <b>Analizador para Biometría Hemática Tipo 1, Analizador para pruebas hematológicas para el CETS, Características técnicas</b>	<p>PREGUNTA: Las características solicitadas limitan la libre participación favoreciendo solo a una marca y modelo, por lo que solicitamos poder ofertar un equipo con las características siguientes:</p> <p>Analizador para 26 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW, MO%, MO#, LY%, LY#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA</p> <p>Auto cargador con carga inicial para 100 muestras</p> <p>Lector identificador de barras</p> <p>Rendimiento 80 muestras por hora.</p> <p>Principio de medición: impedancia y citoquímica</p> <p>Volumen de muestra no mayor a 60 micro litros</p> <p>Capacidad para reportar en la pantalla y en papel los resultados en gráficas, números absolutos y porcentuales.</p> <p>Base de datos para un mínimo de 8,000 pacientes</p> <p>RS232C host transmisión</p> <p>Control de calidad integrado.</p>	<p>No se acepta su petición, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
25	<b>REFERENCIA:</b> <b>Analizador para Biometría Hemática Tipo 2, Para cada uno de los CENTROS DE COLECTA y unidad móvil de donación con las siguientes, Características técnicas</b>	<p>PREGUNTA: Las características solicitadas limitan la libre participación favoreciendo solo a una marca y modelo, por lo que solicitamos poder ofertar un equipo con las características siguientes:</p> <p>Analizador con un mínimo de 18 parámetros: WBC, RDW, RBC, MPV, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PCT*, PDW*, LY%, LY#, MO%, MO#, GR% Y GR#</p> <p>Capacidad de análisis 60 muestras por hora</p> <p>Calibración automatizada</p> <p>Principio de medición: impedancia</p> <p>Volumen de muestra 12 microlitros</p> <p>Pantalla touch screen</p> <p>Control de calidad con graficas de Levey-Jennings</p> <p>Almacenamiento para resultados de pacientes</p> <p>Con puerto de comunicación para interfaz RS232.</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DICIPA, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
26	<b>REFERENCIA:</b> <b>Analizador para la realización de pruebas de coagulación, Características técnicas</b>	PREGUNTA: Las características solicitadas limitan la libre participación favoreciendo solo a una marca y modelo, por lo que solicitamos poder ofertar un equipo con las características siguientes:  Sistema semi-automatizado  Dos canales de medición  Metodología óptico mecánica  60 TP pruebas por hora  Pruebas (TP seg., TP %, INR, TTP, Fbg, TT y Pbas. Especiales)  Posicion de reactivos con incubación  Computadora controlada por microprocesador  Pantalla e Impresora Integradas  Curvas de referencia  Capacidad de interfase RS-232C MINI-DIN	No sé acepta, favor de apegarse al anexo 1 de las bases de licitación de las bases de licitación.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<b>CAPITULO PRIMERO DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PÁG. 5</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que se podrán ofertar especificaciones técnicas superiores a las solicitadas, respetando la óptima calidad del servicio.  Favor de aclarar.	Si, es correcto se pueden ofrecer especificaciones técnicas superiores a las solicitadas, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
2	<b>CALENDARIO DE ACTIVIDADES, ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES PÁG. 4</b>	Dado que es un evento de máxima exposición, solicitamos amablemente a la convocante que el evento de aclaración de dudas se realice en el Auditorio “Cristóbal de Oñate de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO), donde se llevarán a cabo los actos de Presentación y apertura de propuestas. Favor de considerar	No es posible, toda vez que en calendario de licitación, se estableció esta actividad para ser realizada en el domicilio de Baeza Alzaga número 107 (ciento siete), auditorio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.
3	<b>1.1 SERVICIO PÁG. 5</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que la contratación del servicio integral objeto de esta licitación es por prueba realizada y reportada como se indica en el punto 1.1; y por lo tanto el servicio se entrega una vez realizada y reportada la prueba. Favor de aclarar.	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
4	<b>1.2 CONDICIONES DEL SERVICIO PÁG. 5</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare, ¿quién es el área requirente?, ya que para efectos de pago de los servicios proporcionados por el proveedor es necesario que la factura correspondiente sea sellada y firmada por el director del área requirente. Favor de aclarar.	Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Jalisco
5	<b>1.3 CONDICIONES DE PAGO PÁG. 5</b>	Solicitamos amablemente a la convocante que ajuste el plazo para el pago a 20 días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, de acuerdo al artículo 87 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; ya que el plazo mencionado en bases se contrapone a la Ley.	El pago deberá apegarse al numeral 1.3 de las presentes bases, de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
6	<b>1.3 CONDICIONES DE PAGO PÁG. 5</b>	Solicitamos a la convocante eliminar la entrega de la copia del contrato, evitando así la acumulación innecesaria de copias del mismo contrato.	No se acepta toda vez que es parte del proceso administrativo de pago.
7	<b>2.8.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PÁG. 9</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si la rescisión del contrato por suspensión del servicio, aplica siempre y cuando la suspensión del servicio sea por causas imputables al proveedor, ¿es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
8	<b>2.8.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PÁG. 9</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare que no se podrá rescindir la relación contractual derivada de la presente licitación, si las causas de la suspensión del servicio son imputables a la convocante o al área requirente, favor de aclarar.	Deberá de apegarse a lo establecido en el numeral 2.8.1 de las presentes bases, donde especifica los puntos señalados.
9	<b>2.10 GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que la fianza para el cumplimiento del contrato tendrá una vigencia a partir de la fecha del contrato y hasta el término del mismo. ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	Sí, es correcta su apreciación.
10	<b>2.11.1 PENALIZACIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las penalizaciones serán aplicadas cuando las causas de la suspensión sean imputables al proveedor, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	Sí, es correcta su apreciación.
11	<b>2.11.1 PENALIZACIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que no se aplicarán penalizaciones por concepto de suspensión del servicio, si las causas de la suspensión del servicio son imputables a la convocante o al área requirente, favor de aclarar.	ESí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
12	<b>2.11.1 PENALIZACIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que las sanciones aplicables por suspensión del servicio serán sobre el monto total de lo incumplido, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	Sí, es correcta su apreciación.
13	<b>2.12 CONFIDENCIALIDAD</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare ¿a qué se refiere con la información relacionada con la adquisición del servicio? Favor de aclarar.	La información obtenida en la prestación del servicio es propiedad de la Convocante y no de la empresa prestadora del servicio.
14	<b>3.1 GENERALIDADES DE LAS PROPUESTAS (INCISO B)</b>	Solicitamos a la convocante nos permita integrar dentro de la propuesta traducción simple de los documentos que sean emitidos de origen en idioma diferente al español, ¿Se acepta?	Si, se acepta de conformidad a lo establecido en bases en el inciso b) del apartado 3.1.
15	<b>3.2.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PUNTO 2</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que por original de la opinión positiva de cumplimiento de Obligaciones Fiscales se refiere a la impresión desde el portal del SAT, ya que actualmente son emitidas de forma digital. Favor de aclarar.	Si, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
16	<b>3.2.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PUNTO 3</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que por original de la declaración anual ISR de 2018 se refiere a la impresión desde el portal del SAT, ya que actualmente son emitidas de forma digital. Favor de aclarar	Si, es correcta su apreciación.
17	<b>3.2.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PUNTO 4</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que por original de la opinión positiva de cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social se refiere a la impresión desde el portal de internet, ya que actualmente son emitidas de forma digital. Favor de aclarar.	Si, es correcta su apreciación.
18	<b>3.4 PROPUESTA ECONÓMICA</b>	Solicitamos a la convocante nos confirme si dentro de la propuesta económica presentada por los licitantes sólo se deberán incluir los documentos señalados en los puntos I y II. Favor de aclarar.	Si, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
19	<b>3.4 PROPUESTA ECONOMICA PUNTO I</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que las condiciones de pago están sujetas a lo que marca la Ley en su artículo 88, donde estipula un plazo de 20 días para el pago de las facturas correspondientes a la prestación del servicio. Favor de aclarar.	El pago se realizará de conformidad a lo establecido en el punto 1.4 de las bases de la licitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
20	<b>4.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare ¿cuál es la razón de limitar al estado a recibir propuestas económicas con precios más competitivos al limitar ofertar insumos por debajo de los precios del estudio de mercado? Favor de aclarar.	Es incorrecta su apreciación, toda vez que no se limita la oferta de insumos por debajo de los precios del estudio de mercado de conformidad al último párrafo del punto 4.5 de las bases de licitación
21	<b>4.6 ADJUDICACIÓN A LA SEGUNDA PROPUESTA</b>	Solicitamos a la convocante elimine el texto “escuchando previamente al área operativa que corresponda”, derivado que si la segunda oferta fue aceptada cumple con los requisitos solicitados en las presentes bases y las modificaciones derivadas de la (s) juntas de aclaraciones.	No es procedente su solicitud, toda vez que es necesario tener la opinión del área operativa.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
22	<b>5.1 JUNTA DE ACLARACIONES</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si siendo este un evento de máxima exposición, ¿Por qué la junta de aclaraciones no es llevada a cabo en el auditorio de la CANACO como es el caso del evento de presentación de propuestas? Favor de aclarar	No es posible, toda vez que en el calendario de bases, se estableció esta actividad en el domicilio de Dr. Baeza Alzaga # 107 Auditorio del OPD Servicios de Salud Jalisco.
23	<b>5.2.1 INICIO DEL ACTO</b>	Solicitamos a la convocante que por lo menos un participante y un miembro del comité rubriquen todas las propuestas técnicas y económicas, sin omitir ningún documento; ya que forman parte integral de las propuestas y su inobservancia es causal de descalificación.	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
24	<b>CAPITULO TERCERO 3.1 GENERALIDADES DE LAS PROPUESTA INCISO G) ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA PÁG. 12</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare la información contenida en el ANEXO 10 propuesta económica, ya que lo establecido en la presente convocatoria no coincide con los reportes mensuales a cobro solicitados en el ANEXO 1B. Favor de aclarar.	Referenciarse a las aclaraciones de la convocante.
25	<b>CAPITULO TERCERO 3.1 GENERALIDADES DE LAS PROPUESTA INCISO J)</b>	Se deberá entender que, para el foliado de la propuesta, tendrá que ser de manera consecutiva a partir del 1 hasta la totalidad de los documentos que integran la misma. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Si, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
26	<b>CAPITULO TERCERO 3.2.1.2 REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. PUNTO N°5 PÁG. 14</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que se anexara copia de alta de IMSS de su personal activo, y se entiende que para no poner en riesgo el servicio solicitado, la empresa participante tendrá que contar con suficiente personal para brindar el servicio de acuerdo a la estratificación de las empresas publicado por el diario oficial de la federación. Favor de aclarar.	Deberá apegarse a lo establecido en el numeral 5, capítulo tercero 3.2.1.2, requisitos financieros contables y seguridad social.
27	<b>CAPITULO TERCERO 3.3 PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL I. PÁG. 15</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para cumplir con lo solicitado en este punto se anexaran, hojas de manual, catálogos, folletos, registro sanitario, utilizados en la referenciación de las especificaciones técnicas solicitadas en los equipos correspondientes al ANEXO 1. Favor de aclarar.	Si, es correcta su apreciación.
28	<b>CAPITULO TERCERO 3.3 PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL II. PÁG. 15</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que los certificados de libre venta a los que se refiere, corresponden a los equipos con características técnicas solicitados en el Anexo 1, ya que en la presente convocatoria no existen los paquetes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 y 16. Favor de aclarar	Solo aplicará para las 12 partidas establecidas en el anexo 1.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
29	<b>CAPITULO TERCERO 3.3 PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL X. PÁG. 15</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que se refiere con un sistema de comunicación móvil. Favor de aclarar.	Deberá de otorgar el equipo necesario de comunicación, con la finalidad de tener contacto directo con el responsable del servicio.
30	<b>APARTADO UNO A, UNO B Y UNO C, PÁGINAS 30, 42 Y 47</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender, que, para cumplir con lo establecido en dichos Apartados, se anexa carta bajo protesta en la que el participante se compromete a que una vez adjudicado brindara a la institución el equipamiento complementario necesario para cada proceso. Favor de aclarar.	Deberá de cumplir con los apartados uno A, uno B, uno C, anexando protesta de decir verdad.
31	<b>ANEXO 1 DEFINICIONES DE TIPO DE BOLSA PÁG. 22</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto que se deberá ofertar bolsa wb pediátrica con filtro desleucocitador, ya que actualmente es utilizada en el centro estatal de la transfusión sanguínea de Jalisco, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	Deberá apegarse, de conformidad al Apartado 1 A, Bolsa transfer múltiple pediátrica, de las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
32	<b>ANEXO 1</b> <b>CARACTERÍSTICAS</b> <b>GENERALES SISTEMA</b> <b>AUTOMATIZADO DE</b> <b>SEROLOGÍA PARA LA</b> <b>DETERMINACIÓN DE</b> <b>HIV Ag/AC, HCV,</b> <b>HBSAG, SÍFILIS Y</b> <b>CHAGAS</b>	<p>De acuerdo al artículo 59, numeral 1, fracción v que a la letra dice: 1. La convocatoria a la licitación, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento, y que además describirá los requisitos de participación, deberá contener:</p> <p>V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar un equipo con características superiores a las publicadas descritas a continuación: Equipo completamente automatizado que cuente con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sistema automatizado de piso.</li> <li>○ Con capacidad de recibir alimentación de muestras en acceso continuo o en lotes.</li> <li>○ Con capacidad de recibir hasta 135 muestras.</li> <li>○ Con capacidad de recibir contenedores para muestra de manera universal.</li> <li>○ Con software en idioma español con operación intuitiva.</li> <li>○ Software con la capacidad de registrar abordo tareas de mantenimiento.</li> <li>○ Con la capacidad de llevar el mantenimiento diario menor a 20 minutos.</li> <li>○ Con la capacidad de acceso al software operativo vía remota.</li> <li>○ Que cuente con un principio de medición por quimioluminiscencia.</li> <li>○ Con la capacidad de refrigeración abordo para 25 posiciones de reactivos.</li> <li>○ Identificación de muestras y reactivos a través de código de barras.</li> <li>○ Con la capacidad de realizar una sola plataforma analítica la determinación para la identificación de la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis b, la presencia antígeno p24 del virus de la inmunodeficiencia humana y anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) del tipo 1 (grupo m y o) y/o tipo 2 (vih2), presencia de anticuerpos contra hcv, presencia de anticuerpos contra trypanosoma cruzi y presencia de anticuerpos contra treponema pallidum.</li> <li>○ Que cuente con validación por parte del centro nacional de la transfusión sanguínea para las 5 determinaciones analíticas (antígeno de superficie de la hepatitis b, antígeno p24 del virus de la inmunodeficiencia humana y anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) del tipo 1 (grupo m y o) y/o tipo 2 (vih2), anticuerpos contra hcv, anticuerpos contra trypanosoma</li> </ul>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
33	<b>ANEXO 1</b> <b>CARACTERÍSTICAS</b> <b>GENERALES</b> <b>PLATAFORMA</b> <b>AUTOMATIZADO PARA</b> <b>LAS PRUEBAS IN</b> <b>VITRO PARA</b> <b>DETECCIÓN</b> <b>SIMULTANEA DE LOS</b> <b>TRES VIRUS EN UN</b> <b>SOLO TUBO DEL</b> <b>VIRUS DE</b> <b>INMUNODEFICIENCIA</b> <b>HUMANA TIPO 1 Y</b> <b>TIPO 2, HEPATITIS C</b> <b>(HCV) Y DEL</b> <b>HEPATITIS B (HBV) EN</b> <b>MUESTRAS DE SUERO</b> <b>Y/O PLASMA DE</b> <b>DONANTES HUMANOS</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que equipo se refiere al mencionar (El equipo no hace eso, son amplificación de ácidos nucleicos). Favor de aclarar	No tomar en cuenta “El equipo no hace eso, son amplificación de ácidos nucleicos”, toda vez que se trató de un error al momento de analizar las bases.
34	<b>ANEXO 1</b> <b>CARACTERÍSTICAS</b> <b>GENERALES</b> <b>PLATAFORMA</b> <b>AUTOMATIZADO PARA</b> <b>LAS PRUEBAS IN</b> <b>VITRO PARA</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a quien se refiere con el texto (Los equipos que tiene son ROCHE) Favor de aclarar.	No tomar en cuenta “Los equipos que tiene son ROCHE”, toda vez que se trató de un error al momento de analizar las bases.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
35	<b>ANEXO 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES PLATAFORMA AUTOMATIZADO PARA LAS PRUEBAS IN VITRO PARA</b>	Solicitamos amablemente a la convocante elimine este punto, ya que no existe en el mercado ninguna marca que realice (NAT) con las tecnologías mencionadas. Favor de eliminar	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.  No se tomará en cuenta las metodologías mencionadas.
26	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES ANALIZADOR PARA BIOMETRÍA HEMÁTICA TIPO 1 PÁG. 51</b>	Solicitamos amablemente a la convocante que derivado de las necesidades referidas para un banco de sangre nos permita ofertar un equipo que procese 31 parámetros. ¿Se acepta nuestra propuesta como opción?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
37	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES ANALIZADOR PARA BIOMETRÍA HEMÁTICA TIPO 1 PÁG. 51</b>	Solicitamos amablemente a la convocante que derivado de las necesidades referidas para un banco de sangre nos permita ofertar un equipo que utilice un máximo de 90ul. ¿Se acepta nuestra propuesta como opción?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
38	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES ANALIZADOR PARA BIOMETRÍA HEMÁTICA TIPO 2 POR CADA UNO DE LOS CENTROS DE</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que se tendrá que anexar a la propuesta una unidad móvil, que cuente con las características necesarias para la donación extramuros. Favor de aclarar	Si, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
39	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE HEMOCULTIVOS PÁG. 61	Se solicita a la convocante permita ofertar sistema con Tecnología Fluorométrica, con detección mediante el sistema automatizado de cultivos positivos con alarma visual y sonora, permitiendo que la lectura sea más específica y evitando errores de interpretación visual. Esta solicitud también obedece a que no se limite la participación a un solo proveedor. ¿Se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
40	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE HEMOCULTIVOS PÁG. 61	Se solicita a la convocante permita ofertar sistema con capacidad mínima de 40 botellas de forma simultánea, el cual, se puede configurar como modulable de 1 hasta 4 sistemas (40 a 160 botellas). Esta solicitud también obedece a que no se limite la participación a un solo proveedor. ¿Se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
41	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE HEMOCULTIVOS PÁG. 61	Se solicita a la convocante permita ofertar sistema Que utilice botellas plásticas adicionadas de un sensor de emulsión líquida que es controlado continuamente por fotodetectores de estado sólido en el fondo de cada botella con Tecnología de Fluorescencia debido a la detección de incremento de CO2, permitiendo que la lectura sea más específica y evitando errores de interpretación visual. Esta solicitud también obedece a que no se limite la participación a un solo proveedor. ¿Se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

**DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V**

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
42	<b>CONTROL DE CALIDAD EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE HEMOCULTIVOS PÁG. 61</b>	<p>Se solicita a la convocante ofrecer equipo de acuerdo a las siguientes características sin afectar el desarrollo de la prueba ni el resultado.</p> <p>Sistema automatizado para detectar la presencia de crecimiento de microorganismos en muestras clínicas (sangre, y otros líquidos de cavidades estériles)</p> <p>Principio fluorométrico, el sistema es capaz de detectar el CO2 producido por el crecimiento de microorganismos (bacterias, levaduras y/o mycobacterias) generando una señal fluorescente la cual es detectada por los fotodetectores en cada estación.</p> <p>Estación o celdilla de incubación con detector de presencia de viales, sistema de medida con led foto emisor, fotodetector de fluorescencia en cada estación.</p> <p>Capacidad mínima de 40 viales a bordo por modulo (FX40, modular hasta 4 módulos).</p> <p>Notificación inmediata de resultados positivos (alarma auditiva y visual).</p> <p>Permite el ingreso de diferentes botellas de plástico (bactec), con resinas capaces de inhibir el efecto de antibióticos contenidos en la muestra (aeróbicas, anaeróbicas o pediátricas).</p> <p>Reconocimiento inmediato de frascos mediante el escaneo del código de barras.</p> <p>Gestión de datos con una interfase de texto fácil de usar y puerto de comunicación para interfaz.</p> <p>Software en español.</p> <p>Sistema amigable, diseñado para ayudarle a conseguir resultados rápidamente en ambiente Windows; almacenamiento de datos, obtención de información de reportes individuales y estadísticos.</p> <p>El equipo incluye manuales de usuario en español.</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p> <p style="text-align: right; color: blue;">Página 70   128</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
43	<b>3.3 PROPUESTA TÉCNICA INCISO I)</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita incluir manuales de operación en electrónico debido al volumen de la propuesta técnica y solo incluir copia simple de las hojas de los manuales en las que se hace referencia a las características técnicas solicitadas, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud, deberá apegarse al 3.3. PROPUESTA TÉCNICA inciso 1 de las bases.
44	<b>ANEXO 1 PÁG. 22 TABLA DE PARTIDAS Y CANTIDADES MENSUALES, PARTIDA 9</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el proveedor adjudicado deberá proporcionar una unidad móvil de donación de sangre, en donde serán utilizadas las tarjetas de por inmunocromatografía para la determinación de grupo sanguíneo ABO y RH (prueba directa en sangre total), ¿es correcta nuestra apreciación?	Si, es correcta su apreciación.
45	<b>ANEXO 1 DEFINICIONES DE TIPO DE BOLSA</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que para el genotipado de sistemas sanguíneos de las unidades/tipo de bolsa “A”, “B” y “C”, únicamente se contemplarán 12 muestras anuales como se indica en la página 39, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	Si, es correcta su apreciación.
46	<b>ANEXO 1 DEFINICIONES DE TIPO DE BOLSA</b>	Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que por “Criometría Hemática”, se refiere a Biometría Hemática, favor de aclarar.	Si, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
47	<b>ANEXO 1 DEFINICIONES DE TIPO DE BOLSA</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que para las unidades/tipo de bolsa “A”, “B” y “C”, el licitante deberá integrar dentro de su propuesta técnica las plataformas analíticas para realizar las pruebas confirmatorias o suplementarias para las unidades que resulten reactivas para VIH, Hepatitis C, Hepatitis B, Sífilis, Brucella, T. cruzi, tal y como se establece en las definiciones de tipo de bolsa. ¿es correcto?	Si, es correcta su apreciación.
48	<b>ANEXO 1 DEPÓSITOS TEMPORALES</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare la cantidad de depósitos temporales y sus direcciones ya que en la página 25 se mencionan catorce y en la tabla de las páginas 26 a la 28 sólo se enumeran 13. Favor de aclarar	Se aclara que son doce en función y dos por apertura.
49	<b>ANEXO 1 DEPÓSITOS TEMPORALES</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si el depósito temporal del Hospital de Primer Contacto Colotlán que está funcionando actualmente, seguirá siendo parte del servicio integral, ya que no se menciona dentro de la tabla de las páginas 26 a la 28. Favor de aclarar	Se aclara que actualmente Colotlán continúa como servicio de transfusión con depósito temporal.
50	<b>ANEXO 1 APARTADO 1A DISTRIBUCION CETS</b>	Solicitan equipo tipo 2 para Biometría Hemática para la unidad móvil de donación, ¿es correcto entender que el licitante deberá presentar dentro de su propuesta técnica una unidad móvil de donación en donde será instalado el equipo? Favor de aclarar	Si, es correcta su apreciación.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
51	<b>ANEXO 1 APARTADO 1A PÁG. 42</b>	Solicitan proporcionar auditoria requerida para obtener o mantener las certificaciones actuales ISO 9001:2015; sin embargo, actualmente el CETS cuenta además con una acreditación ISO 15189:2015. Entendemos el licitante ganador deberá proporcionar la auditoria requerida para mantener estas certificaciones y/o acreditaciones, manteniendo así la calidad y mejora continua del CETS.	Si, es correcta su apreciación.
52	<b>ANEXO 1 APARTADO 1A PÁG. 42</b>	Solicitan que los insumos y materiales deban ser compatibles con los equipos instalados, entendemos que deberán ser de la misma marca que los equipos instalados y no deberán ser genéricos. ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	Si, es correcta su apreciación.
53	<b>ANEXO 1B</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que, para los reportes de las pruebas realizadas en el CETS, los centros de colecta y/o depósitos temporales deberán ser elaborados y validados con la firma del jefe de laboratorio del CETS, el Vo.Bo. del jefe del departamento técnico del CETS y autorizados por el director de cómo se indica en los formatos de las páginas 68 a la 84, ¿es correcta nuestra apreciación?	Si, es correcta su apreciación.
54	<b>ANEXO 1B UNIDAD/BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO A, B Y C CON PRUEBAS DE NAT</b>	Solicitamos amablemente a la convocante elimine la columna de número de seguro popular derivado que los donadores de sangre, no necesariamente están afiliados al seguro popular. Favor de considerar.	No, se acepta su propuesta.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
55	<b>ANEXO 1B</b> <b>UNIDAD/BOLSA</b> <b>ENTREGADA Y</b> <b>LIBERADA TIPO A, B Y</b> <b>C CON PRUEBAS DE</b> <b>NAT</b>	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que en la columna de “nombre del paciente” se deberá registrar el nombre del donador, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	No es correcta su apreciación. Deberá agregarse una columna con los datos del donador.
56	<b>ANEXO 1 C</b> <b>NORMATIVIDAD</b>	Solicitan carta bajo protesta de decir verdad en donde el licitante se compromete a cumplir con las normas que tienen relación con los procedimientos para la obtención, procesamiento y conservación de la sangre y sus componentes con fines terapéuticos, en las que se incluye la ISO 15189:2012, por lo que entendemos que el licitante ganador deberá proporcionar todo lo necesario para el cumplimiento de la misma, incluyendo calibración de los equipos de medición que sean utilizados para la realización de los mantenimientos preventivos o correctivos, y/o los equipos de monitoreo de la temperatura, medición de masas, y demás equipos de medición, por un organismo acreditado ante la EMA ¿es correcta nuestra apreciación?	Si, es correcta su apreciación.
57	<b>ANEXO 5 PROPUESTA</b> <b>DE</b> <b>ESPECIFICACIONES</b> <b>TÉCNICAS</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la cantidad que se debe colocar en dicho anexo, ya que en todo el pliego de las bases no se especifican ni cantidad de equipos ni cantidad de pruebas para los equipos con especificaciones técnicas solicitados en el ANEXO 1. Favor de indicar.	Se le indica que a partir de la página número 24 de las bases, se especifica las cantidades requeridas.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
58	<b>ANEXO 5 PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione la tabla de distribución de equipamiento con especificaciones técnicas descritos en el ANEXO 1, para poder colocar la cantidad solicitada en el ANEXO 5. Favor de proporcionar	Se le indica que a partir de la pagina número 24 de las bases, se especifica la distribución a través de una tabla en la que se menciona: Hospital, Domicilio, teléfono y demás datos necesarios.
59	<b>ANEXO 7 CARTA COMPROMISO, PÁG. 93</b>	Solicitan equipos 100% nuevos en todos sus componentes y partes, no remanufacturados y de la mejor calidad. Solicitamos amablemente aclarar si podrán ser equipos en óptimas condiciones de uso en todos sus componentes y partes, no remanufacturados y de la mejor calidad, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

HEMOSER S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	<b>PUNTO 3.1.1</b>	<p>I) Índice que haga referencia al numero de hojas y orden de los documentos.</p> <p>II) Hojas simples de color que separen cada sección de la propuesta.</p> <p>¿Solicitamos amablemente a la convocante, nos confirme si la omisión de estos puntos es motivo suficiente para desechar la propuesta?</p>	No es motivo para desechar la propuesta.
2	<b>PUNTO 3.3.</b> <b>X) Proporcionar un sistema de comunicación móvil y efectivo en un máximo de 15 días.</b>	¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las características del equipo serán móvil será a consideración del licitante o la convocante emitirá las especificaciones de tal sistema de comunicación?	Será a consideración del licitante, siempre y cuando reúnan los requisitos mencionados en el punto: 3.3 de la fracción X de las bases.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

HEMOSER S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
3	<b>PUNTO 3.3</b>  <b>IX) Carta membretada de apoyo solidario, en formato libre de parte del fabricante o su filial en México o importador primario en México para los reactivos y/o de</b>	Se solicita amablemente a la convocante que las Cartas membretadas de apoyo solidarias por parte del fabricante se soliciten y se entreguen una vez que el participante haya sido adjudicado.  ¿SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido por las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>HEMOSER S.A. DE C.V.</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
4	<b>PUNTO 3.3</b> <b>IX) Carta membretada de apoyo solidario, en formato libre de parte del fabricante o su filial en México o importador primario en México para los reactivos y/o de los equipos propuestos.</b>	Se solicita amablemente a la convocante que se acepten cartas de apoyo del Distribuidor Primario y/o Titular de Reigistro Sanitario.  ¿SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido por las bases de licitación.
5	<b>PUNTO 3.2.1.2</b> <b>REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLE Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  <b>NUMERAL 2, 4 Y 5</b>	Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de que mi representada se encuentre en contrato con un tercero de Outsourcing, se nos permita presentar además de lo solicitado el Contrato de Servicios Profesionales junto con la documentación solicitada. SE ACEPTA?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.  Deberá incluir el documento de IMSS, el cual hace mención del ALTA de los empleados.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

HEMOSER S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
6	<b>PUNTO 3.3 PROPUESTA TECNICA NUMERAL I. COPIA SIMPLE DEL MANUAL DE USUARIO...ETC.</b>	Solicitamos a la convocante se acepten solo las hojas del manual donde se referencien las características solicitadas. SE ACEPTA?	Favor de apegarse al punto 3.3 de las bases, ya que los manuales forman parte de la evaluación técnica.
7	<b>CONVOCATORIA</b>	Solicitamos a la convocante que nos proporcioné si en este evento nos entregaran los formatos para referenciar los equipos solicitados, ya que solo enuncian las características generales de algunos equipos o en su defecto nos indique cuales equipos se tendrán que referenciar. ¿FAVOR DE ACLARAR?	Se deberá referenciar de acuerdo al anexo 1 de especificaciones técnicas requeridas y sus apartados.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>HEMOSER S.A. DE C.V.</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
8	<b>ANEXO 1</b>	Solicitamos a la convocante nos indique si en la Pág. 22 En la UNIDAD/ Tipo de Bolsa “A” en el párrafo 2. Dice: Equipamiento e insumos para realizar toma de muestras, Criometria Hemática... en realidad se refiere a Biometría Hemática. Favor de aclarar.	Sí, es correcta su apreciación.
9	<b>APARTADO 1-A PAG. 33</b>	Entendemos la importancia de la activación de patógenos hoy en día, por ello solicitamos a la Convocante no cerrar la libre participación a ésta convocatoria y se permita ofertar tecnología De inactivación de patógenos por luz UVA SIN Amotosalen, ya que ésta tecnología sólo puede ser ofertada por el integrador local que tenga contrato de exclusividad con el proveedor fabricante. SE ACEPTA?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>HEMOSER S.A. DE C.V.</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
10	<b>ANEXO 1</b> <b>DESCRIPCION</b> <b>DETALLADA DEL</b> <b>SERVICIO... ETC;</b> <b>PRUEBAS DE</b> <b>INMUNOHEMATO</b> <b>LOGIA</b>  Donde se mencionan pruebas de INMUNOHEMATOLOGIA con tecnología de GEL...	Solicitamos se permita ofertar estas pruebas en tecnología de MICROESFERAS DE VIDRIO , lo anterior a fin de ser congruentes con lo solicitado en el apartado 1A, 1B y 1C donde se menciona esta tecnología, solicitamos amablemente a la convocante se acepte ofertar MICROESFERAS DE VIDRIO, SE ACEPTA?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
11	<b>Anexo 1 , página</b> <b>22 dice:</b> <b>En la Unidad Tipo</b> <b>de Bolsa A:</b> <b>Solicitan Tamizaje</b> <b>e identificación de</b> <b>anticuerpos</b> <b>irregulares</b> <b>incluidas pruebas</b> <b>de adsorción y</b> <b>elución.</b>	Solicitamos a la convocante muy amablemente se eliminen las pruebas de adsorción y elución, dado que este rubro solo lo maneja un proveedor en el país, lo que limita la libre participación, por lo que se pueden seguir ofertando pruebas de tamizaje e identificación de anticuerpos irregulares de otras casas comerciales que siguen teniendo optimos resultados de interes clinico. SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido por las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

<b>HEMOSER S.A. DE C.V.</b>			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
12	<b>PUNTO 2.11.1 PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>  <b>DICE: En caso de caso de incumplimiento parcial, la pena se ajustará proporcionalmente al porcentaje incumplido.</b>	Se solicita a la convocante aclare la proporcionalidad en caso de incumplimiento parcial, ya que la tabla de porcentaje señala la penalización por suspensión total del servicio.	Dentro del numeral 2.11.1 se establece la tabla de porcentajes correspondientes a la penalización del servicio.
13	<b>PUNTO 2.11.2 PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO</b>	DICE: Se aplicará una pena convencional equivalente al momento de la garantía de cumplimiento prevista en el punto 2.10, de este capítulo, al licitante adjudicado que incumpla cualesquiera de las obligaciones a su cargo, la que a elección del organismo podrá ser deducida de algún pago que se le adeude con motivo del contrato respectivo; haciendo efectiva la garantía de cumplimiento otorgada o reclamarla por cualquier otro medio legal a su alcance.  <b>Pregunta:</b> En caso de aplicación de una pena convencional equivalente al 10% ¿no se estaría ejecutando el total de la garantía? solicito a la convocante aclarar dicha situación.	No toda vez que la aplicación de la pena convencional se relaciona con lo establecido en el numeral 2.11.1 y su tabla anexa y no a la fianza.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

HEMOSER S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
14	<b>PUNTO 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS</b>	<p>DICE: EN todos los casos la convocante verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación quedando a cargo del área requirente la evaluación de los aspectos técnicos del bien o servicio licitado se establece como criterios de evaluación el criterio “Binario”, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio mas conveniente conforme al articulo 134 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando los criterios establecidos en propia Ley, en este supuesto, la convocante evaluara al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estar solvente, se evaluaran las que les sigan en precio, para cumplir con los requisitos especificados en el anexo 1.</p> <p><b>Pregunta:</b> Solicito a la convocante señale si la evaluación de propuestas técnicas y económicas serán a través del método binario, en caso de ser afirmativa su respuesta; solicito a la convocante establezca porque determino la utilización de este método ya que la contratación se trata de un servicio</p>	<p>Se determinó de conformidad al artículo 66, numeral 2) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>1.2 CONDICIONES DE SERVICIO</b>  <b>PLAZO DE LA ENTREGA</b>	<p><b>DICE:</b> El Proveedor deberá prestar el servicio descrito en el “Anexo 1 Especificaciones técnicas requeridas”, de conformidad con las características y especificaciones establecidas en dicho anexo y las presentes bases, en un plazo máximo de 15 días naturales a partir de la notificación del fallo, hasta el 31 de diciembre 2019.</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes, se defina un tiempo de entrega minimo de 45 días posteriores a la firma del contrato; lo anterior derivado de que se solicita una cantidad considerable de equipamiento y accesorios que para la mayoría de los fabricantes y proveedores no es viable tenerlo en México en su almacen por lo que deberan pasar por procesos de importación, retiro de la aduana, traslado al estado de Jalisco así como un proceso de entrega en 22 unidades diferentes, razón por la cual un plazo de entrega de 15 días no es viable y este periodo requerido solamente favorece al proveedor actual de la institución y no promoviendo condiciones similares de libre competencia para todos los</p>	<p>No se acepta su petición, por lo que deberá de apegarse a lo establecido en punto 1.2 condiciones del servicio de las bases de licitación.</p>
2	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>1.4 PARTICIPACIÓN CONJUNTA</b>	<p><b>DICE:</b> Para la contratación de los “BIENES y SERVICIOS”, NO se aceptará en este “PROCESO” licitatorio la posibilidad de participación conjunta para personas Físicas o Morales.</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Le solicitamos de la manera mas atenta a la convocante, nos clarifique y se os comparta el sustento legal para limitar la participación conjunta de compañías para este evento; Lo anterior refiriendo que esto no permite la libre participación de los licitantes.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>De conformidad a los Artículo 23, 24, fracción I, XI, XII, Artículo 35 fracción I, V y IX, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
3	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>2.9. OBLIGACIONES AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.</b>	<p><b>DICE:</b> Al término de la vigencia de la contratación, el Proveedor se obliga a retirar de las unidades médicas, en un plazo no mayor de 15 días todos los equipos, sistemas de información, hardware y mobiliario instalados, asumiendo por su cuenta y cargo los gastos que se generen por este concepto y sin responsabilidad jurídica para el Organismo.</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos clarifique si es correcto entender que el retiro se debera realizar de manera independiente a si la institucion cuento aun con insumos para dichos analizadores</p> <p>Favor de aclarar</p>	Sí, es correcta su apreciación.
4	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b> <b>3.1. GENERALIDADES DE LAS PROPUESTAS.</b>	<p><b>DICE:</b> b) Toda la documentación elaborada por el Participante deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español en hoja membretada del Participante, para que pueda ser tomado en cuenta dicho documento.</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solictamos de la manera mas atenta a la convocante nos clarifique si es correcrto entender que derivado de la cantidad de hojas de los manuales y folletos para cada una de las partidas, se podra presentar como referencia a lo solicitado unicamente la o las hojas a las que haga referencia el punto solicitado, permitiendo entregar solo esta hoja así como la traducción simple de la misma.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	No es correcta su apreciación, deberá de apegarse a lo solicitado en 3.1 generalidades de las propuestas de las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
5	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>3.1. GENERALIDADES DE LAS PROPUESTAS.</b>	<p><b>DICE:</b> El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente, para ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos clarifique si es corecto entender que se aceptaran propuestas la cuales sea equivalentes y/o superiores a lo solicitado en las bases, de igual manera nos indique si es correcto entender que con base en ello los licitantes podremos referenciar en formato libre equivalente las características de nuestras propuestas y que esto no sera causa de descalificación de nuestras propuestas.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>No se acepta su propuesta en formato libre o equivalente, por lo que deberá de apegarse a los requisitos solicitados en las bases,</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
6	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>3.1. GENERALIDADES DE LAS PROPUESTAS.</b>	<p><b>DICE:</b> i) El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente, para ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos clarifique de que manera o con base a que condiciones o características se definira si un equipo es equivalente o superior al solicitado, quienes son los responsables de evaluar este criterio y si este personal responsable conoce a profundidad todas las características especificas de cada producto de cada proveedor que permita validar que el producto cuenta o no con características equivalentes y/o superiores.</p> <p>Como ejemplo mencionamos el inactivador de patogenos, actualmente existen dos en el mercado nacional y al que hacen referencia pertenece a la marca CERUS comercializado en México por la Compañía Grifols, por otro lado existe la Marca Terumo con el fin de uso equivalente pero de características diferentes y que usa otro principio para la inactivación, incluso de menor tiempo y sin riesgo tóxico, como se determinaria que esta opcion es equivalente y mejor?</p> <p><i>: Favor de aclarar?</i></p>	<p>El responsable de evaluación es el área requirente, por lo que para determinar los equipos será acuerdo a las referencias bibliográficas, de disminución de patógenos de cada uno de los equipos.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
7	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>3.1. GENERALIDADES DE LAS PROPUESTAS.</b>	<b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos indique la vigencia del presente evento  <b>DICE:</b> El participante deberá presentar su propuesta con las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.  <b>PREGUNTA:</b>  Derivado de la cantidad de hojas a presentar, solicitamos de la manera mas atenta a la convocante se nos permita foliar la propuesta en orden progresivo y creciente por ejemplo: 001,002,003, etc y no de manera limitada al formato solicitado.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	La vigencia será al 31 de diciembre del 2019.  Por lo que la propuesta se permitirá foliar de manera progresiva, sin ser limitante para los demás participantes.
8	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>3.3. PROPUESTA TÉCNICA</b>	<b>DICE:</b> Copia simple del Manual de Operación.....  <b>PREGUNTA:</b>  Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare si es correcto entender que se refiere a la entrega solo de las hojas que contengan la referencia solicitada y que el manual se entregará una vez que se instale el equipos,a que componentes de medicamento se refiere.  ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, por lo que deberá de sujetarse a lo solicitado en 3.3 de las presentes bases.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
9	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>3.3. PROPUESTA TÉCNICA</b>	<b>DICE:</b>  II. Copia simple del Certificado de Libre Venta vigente emitido por las autoridades sanitarias del país de origen  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y derivado de los tiempos y procesos de renovación de certificados de libre venta, en el supuesto caso de que alguno de estos documentos de algún proveedor se encuentre en renovación, se permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que dicho documento se encuentra sometido a proceso y que será entregado en cuanto la liberación del país de origen se envíe a México.  ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
10	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>3.3. PROPUESTA TÉCNICA</b>	<b>DICE:</b> IX. Carta membretada de apoyo solidario.....  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare si es correcto entender que las cartas de apoyo solidario que deben presentarse son para los equipos de  Bolsa, Aféresis, Hematología, Serología, Inmunohematología y Sistema de Informática.  Y que para todos los demas accesorios, equipos perifericos y/o servicios será suficiente entregar una carta bajo protesta de decir verdad en la que se especifique que se instalaran equipos o bien se dará el servicio solicitado.  ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
11	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>3.3. PROPUESTA TÉCNICA</b>	<p><b>DICE:</b>XIV Escrito libre por parte del Participante donde se comprometa a brindar acceso total al Software para Banco de Sangre, al personal que determine el organismo a través del área requirente</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare si es correcto entender que el acceso total al que se refiere es relacionado como usuario del sistema y no al de programador ni acceso al código fuente del mismo, lo anterior a que este tiene restricciones por parte del fabricante así como derechos de patente y registro que no puede proporcionarse a ninguna persona no capacitada ni fuera de la compañía con la que el fabricante tenga comtrato de distribución</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	Es correcta su apreciación

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
12	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>Anexo 1</b>	<p>DEFINICIONES DE TIPO DE BOLSA UNIDAD/TIPO DE BOLSA “A”, “B”, “C”, CENTROS DE COLECTA, DEPOSITOS TEMPORALES</p> <p><b>DICE:</b>Equipamiento e insumos para realizar toma de muestras, Criometría Hemática, Grupos sanguíneos ABO y Rh en gel y tubo en forma manual y automatizada.....</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la participación de los licitantes en igualdad de condiciones y con base a lo mencionado en el Anexo 1 Descripción detallada del Servicio , Partidas y Cantidades Mensuales y definiciones de Tipo de Bolsa , hacen mención a pruebas de relacionadas al áreas de inmunohematología como lo son Grupo Sanguíneo ABO y Rh, Sistemas sanguíneos fuera del sistema ABO, tamizaje e identificación de anticuerpos irregulares incluidas pruebas de adsorción y elución con tecnología de GEL , solicitamos se permita ofertar estas pruebas en tecnología de microesferas de vidrio , lo anterior a fin de ser congruentes con lo solicitado en el apartado 1A, 1B y 1C donde se menciona esta tecnología de microesferas de vidrio</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
13	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>CAPACIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO</b></p> <p><b>TRANSPORTACIÓN</b></p>	<p><b>DICE:</b>La transportación ordinaria se llevara a cabo de acuerdo a la logística establecida y proporcionada en vehículos en cantidad suficiente, adecuados para asegurar la conservación de las muestras para pruebas serológicas, muestras para pruebas de NAT, la sangre y sus hemocomponentes durante su transportación, apegado a la normatividad vigente, autorizado y coordinado por el “CETS” y correrá por cuenta y riesgo del “PROVEEDOR”, responsabilizándose de que el servicio objeto de este “PROCESO”, se efectué en lugar y el tiempo requerido incluyendo eventos extraordinarios (urgencias las 24 horas) y los 365 días del año.</p> <p><b>PREGUNTA:</b></p> <p>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare si es correcto entender que derivado de que nosotros como proveedores no contamos con los permisos ni autorizaciones necesarios para el transporte de hemocomponentes entre diversas unidades, la institución por medio de cada una de las unidades y responsables de cada uno de ellos, nos proporcionaran los oficios pertinentes para el transporte de de los mismos entre las diferentes unidades y poder contar con un respaldo legal por parte de la institución.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>No es correcta su apreciación ya que deberá contar con los documentos legales y permisos correspondientes.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
14	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE DISTRIBUCIÓN CETS:</b>	<b>DICE:</b> Equipo de Biometrías Hemáticas, Equipo portátil para la determinación de Hemoglobina Total no invasivo  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes se permita ofertar sistemas equivalentes para esta medición con principio de medición de transmisión/absorción con un tiempo de entrega de resultados de 10 segundos, lo anterior con base a que el equipo solicitado es exclusivo de la marca Or Sense que es distribuido en México por un solo proveedor, limitando con esto la libre participación de los demas oferentes.  Además de que el equipo solicitado en esta cédula no viene el material o a entregar	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
15	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A</b> <b>MATERIAL Y</b> <b>SUMINISTRO DE</b> <b>LABORATORIO</b> <b>SERVICIO INTEGRAL</b> <b>DE BANCO DE SANGRE</b> <b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b>	<b>DICE:</b> Fraccionamiento, Equipo para la inactivación de concentrados paquetarios con amotosalen mediante luz UV  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes se permita ofertar sistemas equivalentes para esta proceso, lo anterior con base a que el equipo solicitado es exclusivo de la marca Cerus que es distribuido en México por un solo proveedor, limitando con esto la libre participación de los demas oferentes.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
16	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A</b> <b>MATERIAL Y</b> <b>SUMINISTRO DE</b> <b>LABORATORIO</b> <b>SERVICIO INTEGRAL</b> <b>DE BANCO DE SANGRE</b> <b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b>	<p><b>DICE:</b>Biología Molecular Plataforma para pruebas de ácidos nucleicos (NAT) Pruebas, controles de calidad internos y controles de calidad externos para pruebas de ácidos nucleicos de Hepatitis B, Hepatitis C y HIV.</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos al ofertante, con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar una propuesta de Plataforma para pruebas de ácidos nucleicos (NAT) que incluya un equipamiento automatizado para la extracción y preparación automatizadas de las muestras y reacciones de PCR y un segundo equipamiento para la detección por PCR en tiempo real y que incluya como material y/o suministro pruebas cuantitativas con estándares de cuantificación, controles de calidad internos y control negativo para pruebas de ácidos nucleicos de Hepatitis B, Hepatitis C y HIV.</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
17	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A</b> <b>MATERIAL Y</b> <b>SUMINISTRO DE</b> <b>LABORATORIO</b> <b>SERVICIO INTEGRAL</b> <b>DE BANCO DE SANGRE</b> <b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b>  <b>INMUNOHEMATOLOGIA</b>	<p><b>DICE:</b>Pruebas de compatibilidad en gel, equipo automatizado tipo 1, uno tarjetas de gel y/o castete de microesferas de vidrio para pruebas de compatibilidad</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos aclare si es correcto entender, de manera independiente a la descripción del proceso de pruebas compatibilidad en gel, que se podra ofertar un pruebas de compatibilidad en microesferas de vidrio, tomando como base que en la entrega de consumibles si se define esta presentación como aceptable dentro de las bases. De igual manera entender que esta mismo solicitud aplicaria para todas los procesos (grupos sanguíneos y Rh, prueba curzadas,tamizaje de anticuerpos, etc), equipos y consumibles que estan descritos dentro de este evento y que es viable ofertar micoesferas de vidrio así como el tipo de equipamiento y sus características acorde a la marca</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
18	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>APARTADO 1 A</b></p> <p><b>MATERIAL Y</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE</b></p> <p><b>LABORATORIO</b></p> <p><b>SERVICIO INTEGRAL</b></p> <p><b>DE BANCO DE SANGRE</b></p> <p><b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b></p> <p><b>INMUNOHEMATOLOGIA</b></p>	<p><b>DICE:</b> Grupo Sanguíneo, Soluciones para Eluidos para anticuerpos y para antigenos.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos aclare si es correcto entender, y de acuerdo a lo mencionado en el parrafo:</p> <p>“3.1. GENERALIDADES DE LAS PROPUESTAS.</p> <p>i) El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente, para ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico”</p> <p>Que en caso de que la tecnologías ofertada sea equivalente o superior y que por características inherentes a su desarrollo y metodología, no sea necesario ofertar esta solución, se podra sustituir por esta alterniativa sin que esto sea motivo de descalificación,.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
19	<b>PREGUNTA 19.-</b>  <b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A</b> <b>MATERIAL Y</b> <b>SUMINISTRO DE</b> <b>LABORATORIO</b> <b>SERVICIO INTEGRAL</b> <b>DE BANCO DE SANGRE</b> <b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b>  <b>INMUNOHEMATOLOGIA</b>	<b>DICE:</b> Grupo Sanguíneo prueba directa en sangre total por inmunocromatografía  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes esta partida se adquirida de forma directa por la institución o bien sea suprimida del presente evento, lo anterior derivado de que las características aquí solicitadas son exclusivas de la marca Grifols distribuida en México de forma exclusiva por un proveedor, limitando con esto la libre participación de los licitantes.  Actualmente en la mayoría del país, la metodología de tubo para este tipo de uso es la mas común y accesible para las instituciones.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
20	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>APARTADO 1 A MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE DISTRIBUCIÓN CETS:</b></p> <p><b>INMUNOHEMATOLOGIA</b></p>	<p><b>DICE:</b>Antisueros fuera del sistema ABO</p> <p>El proveedor que resulte adjudicado deberá uncluir en su propuesta el análisis de 12 muestras anuales en un laboratorio especializado del país mediante Genotipificación, el cual deberá consistier en el análisis de 29 polimorfismos que determinan 37 antígenos eritrocitarios ( RHCE, KELL, KIDD, DUFFY, MNS, DIEGO , DROMBORCK, COLTON, CARTWRIGHT Y LUTHERAN) , se deberá incluir en la propuesta técnica Carta bajo protesta de decir verdad de que el proveedor asignado enviará las muestras a un laboratorio certificado por EMA</p> <p><b>PREGUNTA:</b></p> <p>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos aclare si es correcto entender que para cumplir con este punto es suficiente la entrega de carta bajo protesta de decir verdad del licitante que se cumplira con lo solicitado en este punto; lo anterior con base a que actualmente en México solamente el Instituto Licon puede proveer este servicio y que por otro lado derivado de los tiempos del evento no es posible que se obtenga una carta de apoyo en original de un proveedor internacional que proveea el mismo servicio y limitando con este requerimiento la libre participacion.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Deberá contar con una carta de apoyo en Original acreditado por EMA o por FDA.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
21	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>APARTADO 1 A MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO</b></p> <p><b>SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE DISTRIBUCIÓN CETS:</b></p> <p><b>CONTROL DE CALIDAD</b></p>	<p><b>DICE:</b>Control de calidad, citometro de flujo para la realizació de leucocitos residuales, Equipo Analizador de pruebas de coagulación, cromogenicas, cronométricas e inmunoturbidimetricas, fibrinógeno de Clauss, Factor VIII y Factor de Von Willebrand. Analizador para la realización de Hemoglobina Libre. Equipo analizador para hemocultivos</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes, así como homologar los criterios dentro de esta misma convocatoria, la realización de estas prueba pueda ser subrogada a un laboratorio de referencia.</p> <p>Lo anterior teniendo como base que otras pruebas equivalentes en importancia y relevancia en este mismo evento si esta permitida la subrogación de dichas pruebas como se define en el punto:</p> <p><b>PROCESO:</b> Pruebas confirmatorias</p> <p><b>EQUIPAMIENTO:</b> Pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B, VIH tipo 1/2, Brucella, Sífilis y Chagas acorde a NOM-253- SSA1-2012, estas se podran realizar en un laboratorio de referencia</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Las pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B, VIH tipo 1/2, Brucella, Sífilis y Chagas acorde a NOM-253- SSA1-2012, estas se podrán realizar en un laboratorio de referencia, cuando sea requerido como una eventualidad del centro estatal para otorgar un resultado rápido en caso de una prueba reactiva.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
22	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>Anexo 1</b>  <b>BANCO DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN</b>  <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>  <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEROLOGIA INFECCIOSA</b>  <b>EL EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO</b>	DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  <b>DICE:</b>  3. CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 120 MUESTRAS EN UNA SOLA CARGA.  <b>PREGUNTA:</b>  Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes se permita ofertar un sistema, que con base a la productividad y numero de pruebas solicitadas, con una carga inicial de cuando menos 80 muestras de rutina y 10 de urgencias dedicadas y que ademas cuenta con carga continua.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido por las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
23	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A</b> <b>MATERIAL Y</b> <b>SUMINISTRO DE</b> <b>LABORATORIO</b> <b>SERVICIO INTEGRAL</b> <b>DE BANCO DE SANGRE</b> <b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>DICE:</b> Control de calidad, citometro de flujo para la realizaci3n de leucocitos residuales, Equipo Analizador de pruebas de coagulaci3n, cromogenicas, cronom3tricas e inmunoturbidimetricas, fibrin3geno de Clauss, Factor VIII y Factor de Von Willebrand. Analizador para la realizaci3n de Hemoglobina Libre. Equipo analizador para hemocultivos  <b>PREGUNTA:</b> En caso de ser negativa la respuesta a nuestra petici3n anterior, solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos explique la justificaci3n t3cnica y legal que fundamente el criterio para lo cual para una pruebas si se autoriza la subrogaci3n y para otras no.  Favor de explicar.	Las pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B, VIH tipo 1/2, Brucella, Sifilis y Chagas acorde a NOM-253- SSA1-2012, estas se podr3n realizar en un laboratorio de referencia, cuando sea requerido como una eventualidad del centro estatal para otorgar un resultado r3pido en caso de una prueba reactiva.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
24	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A</b> <b>MATERIAL Y</b> <b>SUMINISTRO DE</b> <b>LABORATORIO</b> <b>SERVICIO INTEGRAL</b> <b>DE BANCO DE SANGRE</b> <b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b>  <b>DEBE PROPORCIONAR</b> <b>SERVICIO DE</b> <b>SOFTWARE,</b> <b>REACTIVOS Y</b> <b>CONSUMIBLES</b>	<b>DICE</b>  ... así como la capacidad de realizar videoconferencias desde el CETS Jalisco hacia los centros de colecta y los servicios de transfusión con depósito temporal,.....  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos aclare si es correcto entender que para cumplir con este punto es suficiente la entrega de una carta donde se defina que se instalara una paqueteria independiente del sistema de gestion de bancos de sangre, que permitirá la realización de videoconferencias.  Lo anterior derivado de que los sistemas de gestion no cuentan con la función de realizar videoconferencias.  ¿ Es correcta nuestra apreciación?	Si es correcta su apreciación, de acuerdo apartado 1 A de las bases de licitación..



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
25	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>APARTADO 1 A</b> <b>MATERIAL Y</b> <b>SUMINISTRO DE</b> <b>LABORATORIO</b> <b>SERVICIO INTEGRAL</b> <b>DE BANCO DE SANGRE</b> <b>DISTRIBUCIÓN CETS:</b>  <b>DEBE PROPORCIONAR</b> <b>SERVICIO DE</b> <b>SOFTWARE,</b> <b>REACTIVOS Y</b> <b>CONSUMIBLES</b>	<b>DICE:</b> ... así como la capacidad de realizar videoconferencias desde el CETS Jalisco hacia los centros de colecta y los servicios de transfusión con depósito temporal,.....  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos aclare si la institución sera la responsable de proveer el servicio de internet, así como el Hardware necesario para la realización de estas videoconferencias.  Favor de aclarar	El responsable de proveer el servicio de internet, será el proveedor adjudicado.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
26	<p><b>PREGUNTA 26.-</b></p> <p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b></p>	<p><b>DICE:</b>Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 y Tipo 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT).</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos al ofertante, con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar una Plataforma automatizada para las pruebas in vitro para la detección armonizada de virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y hepatitis C (HCV) en tubos de muestras de plasma individuales y Hepatitis B en tubos de muestras de plasma por separado.</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
27	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b></p>	<p><b>DICE:</b>Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 y Tipo 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT).</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la la detección del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2 debido a que se contradice este párrafo señalado en el documento de la Licitación Pública Nacional LPN 43068001-017-2019 “SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO” más adelante en el numeral 4 donde se especifica solamente que se requieren los análisis o estudios a determinar para HIV tipo 1 (HIV-1). Se agrega a continuación lo que el numeral 4 señala textualmente: 4. Análisis o estudios a determinar: Para la detección de ARN del HIV-1, ARN del HCV, ADN del HBV.</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Solo se requiere el equipamiento para la detección de ARN del HIV-1, y 2, así como ARN del HCV, ADN del HBV.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
28	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>	<b>DICE:</b> 2. Tecnología de enzaimnuno análisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia o por método colorimétrico. (El equipo no hace eso, son amplificación de ácidos nucleicos) (LOS EQUIPOS QUE TIENE SON ROCHE)  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos al ofertante, con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el permitir que se ofrezca una tecnología de detección por fluorescencia y que no se limite la participación de los licitantes y/o fabricantes señalando una marca en específico.  ¿Se acepta la propuesta?	No se acepta, por lo que se necesita la detección del DNA y del RNA viral, en tiempo real, por lo que deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
29	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>	<b>DICE:</b>  7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:  7.1 VHI M y O), (VHI 2), (VHI 1M 46.2UI/ml. VHI O 48.3 c/ VHI2 56.2 c/.  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la detección del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2 debido a que se contradice este párrafo señalado en el documento de la Licitación Pública Nacional LPN 43068001-017-2019 “SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO” más adelante en el numeral 4 donde se especifica solamente que se requieren los análisis o estudios a determinar para HIV tipo 1 (HIV-1). Se agrega a continuación lo que el numeral 4 señala textualmente: 4. Análisis o estudios a determinar: Para la detección de ARN del HIV-1, ARN del HCV, ADN del HBV y nuevamente se contradice en el subapartado 7.1 del numeral 7 página 51.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	En el numeral 7.1 se amplio las especificaciones de lo requerimientos técnicos para integración de la propuesta.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
30	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b></p>	<p><b>DICE:</b></p> <p>7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:</p> <p>7.1 VHI M y O), (VHI 2), (VHI 1M 46.2UI/ml. VHI O 48.3 c/ VHI2 56.2 c/.</p> <p><b>PREGUNTAS</b>Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la capacidad de detección del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 a un solo valor y permita ofertar suministros y plataformas que cuentan con capacidad de detección diferente a la solicitada pero de valor y relevancia en la interpretación clínica de la detección de VIH-1 (Subtipos M) mayores a 46.2 UI/ml y menores a 100 UI/ml.</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
31	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>	<b>DICE:</b>  7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:  7.2 Para (HC 6.8 UI/ML) ó 100, 30 y 10 IU/ml.  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la capacidad de detección del virus de hepatitis C a valores fijos y nos aclare si es posible aceptar una capacidad de detección en un intervalo de 10-100 UI/ml?  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
32	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>	<b>DICE:</b>  7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:  7.3 Para (VHB 2.3 UI/ML) ó 45 y 15 IU/ml  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la capacidad de detección del virus de hepatitis B a valores fijos y nos aclare si es posible aceptar una capacidad de detección en un intervalo de 2.3-45 UI/ml?  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
33	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>	<b>DICE:</b> 9. Controles y calibradores incluidos.  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar materiales que incluyan estándares de cuantificación positivos que no requieran de calibradores para realizar una curva estándar confiable y controles negativos.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá de contar con controles y calibradores, requeridos, apegandose a lo establecido por las bases de licitación.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
34	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b> <b>Analizador para Biometría Hemática Tipo 1,</b> <b>Analizador para pruebas hematológicas para el CETS, Características técnicas</b>	<b>PREGUNTA:</b> Con el objetivo de que la convocante este en posibilidades de recibir un número mayor de propuestas se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un equipo con las características siguientes:Analizador para 26 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW, MO%, MO#, LY%, LY#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BAAuto cargador con carga inicial para 100 muestrasLector identificador de barrasRendimiento 80 muestras por hora.Principio de medición: impedancia y citoquímicaVolumen de muestra no mayor a 60 micro litrosCapacidad para reportar en la pantalla y en papel los resultados en gráficas, números absolutos y porcentuales.  Base de datos para un mínimo de 8,000 pacientes  RS232C host trasmisión  Control de calidad integrado  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá de apearse a lo especificado en Analizador para Biometría Hemática Tipo 1, de las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
35	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b> <b>Analizador para Biometría Hemática Tipo 2, Analizador para pruebas hematológicas para el CENTROS DE COLECTA y unidad móvil de donación, Características técnicas</b>	<b>PREGUNTA:</b> Con el objetivo de que la convocante este en posibilidades de recibir un número mayor de propuestas se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un equipo con las características siguientes: Analizador con un mínimo de 18 parámetros: WBC, RDW, RBC, MPV, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PCT*, PDW*, LY%, LY#, MO%, MO#, GR% Y GR#Capacidad de análisis 60 muestras por hora Calibración automatizada Principio de medición: impedancia Volumen de muestra 12 microlitros Pantalla touch screen Control de calidad con graficas de Levey-Jennings Almacenamiento para resultados de pacientes Con puerto de comunicación para interfaz RS232 ¿ Se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
36	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>Sistema Informático para la Administración de Donadores en Banco de Sangre y CENTROS DE COLECTA.</b>	<b>DICE:</b> Módulo para la gestión de embarazadas. Estadísticas. Listados. Configuraciones flexibles  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes nos clarifique ¿Qué funciones específicas de banco de sangre debe cubrir este módulo en donantes o en pacientes?  Favor de explicar	Hardware y software para el registro e historia clínica del donador, con interfaz a balanza mezcladora, fraccionadores, plataforma de pruebas serológicas y plataforma de análisis de ácidos nucleicos, equipos para determinación de grupos sanguíneos, Pruebas de compatibilidad, tamizaje e identificación de anticuerpos irregulares, Pruebas de antiglobulina Directa e indirecta. Interfaz a centros de colecta y Servicios de Transfusión.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
37	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>Analizador para la realización de pruebas de coagulación, Características técnicas</b></p>	<p><b>DICE:</b>Módulo para la gestión de embarazadas. Estadísticas. Listados. Configuraciones flexibles</p> <p><b>PREGUNTA:</b>Con el objetivo de que la convocante este en posibilidades de recibir un número mayor de propuestas se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un equipo con las características siguientes:</p> <p>Sistema semi-automatizado</p> <p>Dos canales de medición</p> <p>Metodología óptico mecánica</p> <p>60 TP pruebas por hora</p> <p>Pruebas (TP seg., TP %, INR, TTP, Fbg, TT y Pbas. Especiales)</p> <p>Posicion de reactivos con incubación</p> <p>Computadora controlada por microprocesador</p> <p>Pantalla e Impresora Integradas</p> <p>Curvas de referencia</p> <p>Capacidad de interfase RS-232C MINI-DIN</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>No se acepta, favor de apegarse al anexo 1 de las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
38	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>Equipo para la realización de Hemocultivos</b>	<b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes se permita ofertar sistema con la tecnologia colorimetria la de fluorescencia, con capacidad de 40 frascos adentro, que utilice botellas plásticas adicionadas de un sensor de emulsión liquida que es controlado continuamente por fotodetectores de estado sólido en el fondo de cada botella que cambian de color cuando el ph cambia por el aumento de co2 o colorante en el sensor del vial situado en la parte inferior reaccionando ante la presencia de co2 para medir la cantidad de fluorecencia equivalente a la cantidad de co2 que son características equivalentes a las aquí solicitadas.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
39	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>Equipo para la realización de Aféresis Plaquetaria / Procedimientos Especiales.</b></p>	<p><b>DICE:</b></p> <p>Punto 6.- Que cuente con manguito y brazaletes</p> <p><b>PREGUNTA:</b></p> <p>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de los licitantes se permita sea opcional dicha característica. De requerir esos “accesorios” de la máquina se permita considerar adicional la entrega de los mismos</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
40	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>Equipo para la realización de Aféresis Plaquetaria / Procedimientos Especiales.</b></p>	<p><b>DICE:</b></p> <p>Punto 9. Cebado automatizado.</p> <p><b>PREGUNTA:</b></p> <p>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se nos permita ofertar equipo en el cual se instalara el desechable y las soluciones necesaria y se le dará la indicación de cebado para que sea realizado dicho paso</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
41	<p><b>PUNTO DE LAS BASES:</b></p> <p><b>Equipo Fraccionador automatizado</b></p>	<p><b>DICE:</b> Compacto y que no utilice compresor de aire adicional. Con Balanza de plasma para remoción automática de aire, cabeza de sellado integrada y pesaje con función de auto tara. Con Prensa “Top Press” inclinada para el relleno del filtro controlada por sensor. Solicitan Seis cabezales para: amarre de los tubos, sellado de los tubos, detección del estado del tubo (vacío, lleno), detección de los eritrocitos.</p> <p>Con rompedor pasivo de lacre de bolsa</p> <p><b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se nos permita ofertar: Equipo que utilice compresor de aire. Sea opcional la balanza de plasma para remoción automática de aire ya que el personal de fraccionamiento puede realizar la remoción de aire sin necesidad de que sea un proceso automático</p> <p>Prensa con ángulo superior equipada con detector de posición</p> <p>equipo con 5 cabezales y un detector óptico</p> <p>Con rompedor pasivo de lacre de bolsa que sea opcional</p> <p>¿ Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>No se acepta, su solicitud, deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.</p>



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
42	<b>PUNTO DE LAS BASES:</b>  <b>Apartado B</b>	<b>DICE:</b> Pruebas Serologicas Manuales Descripción Técnica  <b>PREGUNTA:</b> Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos aclare si con carta bajo protesta de decir verdad se cubriram las pruebas requeridas para:  Pruebas de Nitrocelulosa para prueba confirmatoria de VIH 1/2 y HCV.  Prueba confirmatoria para Brucella  Prueba suplementaria de Anticuerpos Anti-Tripanosoma Cruzi  Prueba confirmatoria para Diagnostico de Sífilis  Lo anterior derivado de que en uno de los anexos de esta convocatoria se permite la subrogación de estas pruebas.  ¿ Se acepta nuestra solicitud?	Las pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B, VIH tipo 1/2, Brucella, Sífilis y Chagas acorde a NOM-253- SSA1-2012, estas se podrán realizar en un laboratorio de referencia, cuando sea requerido como una eventualidad del centro estatal para otorgar un resultado rápido en caso de una prueba reactiva.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Canaima Consultores S.A. de C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1		<p>En las características generales para el sistema automatizado de serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, solicitan en la decima viñeta “ con la capacidad de refrigeración abordo mínimo de 30 posiciones de reactivos” esta característica es única de un solo equipo de una casa comercial, para no limitar la libre participación tal como se señala en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo automatizado que cuente con capacidad de refrigeración abordo 25 posiciones de reactivos, se acepta?</p>	<p>No se acepta su petición, por ser características inferiores a las requeridas, por lo que deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.</p>
2		<p>En las características generales para el sistema automatizado de serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la viñeta doce es correcto entender que deberá de determinar la identificación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) del tipo 1 (grupo M y O) y tipo 2 (VIH2), es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Canaima Consultores S.A. de C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
3		En las características generales para el sistema automatizado de serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la viñeta catorce solicitan estabilidad a bordo de los reactivos de 80 días, esta característica no mejora el buen funcionamiento del servicio ya que la presentación de la mayoría de los reactivos es de 100 ó 200 pruebas, mismas que en un banco de sangre como el de ustedes se estarían consumiendo en máximo una semana, con esta características se limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que tenga una estabilidad a bordo del reactivo de 28 días, se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.
4		En las características generales para el sistema automatizado de serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la viñeta diecisiete solicitan un volumen muerto de 35 µL esta característica no mejora el buen funcionamiento del servicio ya que la cantidad de muestra que se le toma al donador (quien debe ser una persona adulta sana) es suficiente para realizar sin problema cualquier estudio que señala la norma vigente para servicios de medicinal transfusional, con esta características se limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo utilice un volumen muerto de 50µL, se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Canaima Consultores S.A. de C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
5		En las características generales para el sistema automatizado de serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la viñeta diecinueve solicitan un equipo con la capacidad de alimentación continua de reactivos y consumibles de operación sin la necesidad de pausar el equipo, para no limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos amablemente a la convocante que esta característica sea opcional siempre y cuando con una carga inicial de reactivos y consumibles se termine todo el trabajo del día del servicio, se acepta?	No se acepta su petición, toda vez que no cumple con los requerimientos establecidos en el anexo 1, por lo que deberá apearse a lo establecido en las bases de licitación.
6		En las características generales para el sistema automatizado de serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la viñeta veinticuatro solicitan que el equipo con dispensación con puntas de plástico desechable para evitar contaminación por arrastre, para no limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que utilice puntas de acero inoxidable que beneficia en la <b>NO</b> generación de residuos sólidos RPBI, mismo que generarían un gasto adicional para la convocante, se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Canaima Consultores S.A. de C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
7		En las características generales para la Plataforma Automatizada para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT). Es correcto entender que la detección de los tres virus en un solo tubo es para cada muestra individual y no por pool para tener mayor exactitud en el resultado, es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.
8		En las características generales para la Plataforma Automatizada para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT), para el cumplimiento del punto 2, es correcto que la tecnología requerida es por amplificación de ácidos nucleicos, es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Canaima Consultores S.A. de C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
9		En las características generales para la Plataforma Automatizada para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT), es correcto entender que se requiere una plataforma totalmente automatizada que en un solo modulo realice todos los procesos en forma automatizada desde que se coloca la muestra hasta que entregue los resultados, es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.
10		En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática Tipo 1, solicitan con un mínimo de 33 parámetros y diferencial de 5 partes. WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLC, PCT, MPV, PDW, P- LCR, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%, para no limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que reporte 25 parámetros y diferencial de 5 partes. WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLC, MPV, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%, que cubre los parámetros requeridos por la norma vigente para los servicios de medicina transfusional, se acepta?	No se acepta su petición, por ser características inferiores a las requeridas, por lo que deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Canaima Consultores S.A. de C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
11		En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática Tipo 1, solicitan que realice 90 pruebas por hora, el flujo de trabajo del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, quien es el de mayor captación es de realizar la Biometría Hemática en forma secuencial por lo solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que realice 84 pruebas por hora, se acepta?	No se acepta su petición, por ser características inferiores a las requeridas, por lo que deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
12		En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática Tipo 1, solicitan que utilice un volumen de 20 µL de muestra, al tratarse de adultos sanos los candidatos a donar, se toma tubos con suficiente volumen para realizar la Biometría Hemática, por lo anterior solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar un equipo que utilice 150µL en modo abierto y 250µL en modo cerrado, se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019**  
**“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.**

FECHA: 28 de junio de 2019

Canaima Consultores S.A. de C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
13		En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática Tipo 2, solicitan tamaño de muestra de mínimo 30µL de sangre completa y de mínimo 10 µL muestras con diluyente prediluido, al tratarse de predonante quienes son adultos sanos, solicitamos que sea opcional la característica de muestras con diluyente prediluido, adicional a que la tecnología de cada fabricante incluye funciones internas apropiadas para realizar sus análisis y emitir sus resultados, se acepta?	No se acepta su petición, por lo que deberá apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
14		En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática Tipo 2, solicitan que tenga impresora térmica incluida, para no limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos amablemente a la convocante que permita que la impresora sea integrada o adicional, se acepta?	Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes, respetando las características mínimas solicitadas en las bases de licitación.