



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0055

**ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO**

Descripción Técnica:	1.- Estuche de diagnóstico con LED.					
	2.- Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo.					
	2.1.- Lente con 2.5 aumentos como mínimo.					
	2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo.					
	2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas.					
	2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos.					
	2.5.- Vida útil del LED de 10,000 horas o 7 años como mínimo.					
	2.6.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin.					
	3.- Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo.					
	3.1.- Con al menos 6 aperturas y 3 filtros. 3.2.- Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40. 3.3.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin.					
	4.- Mango metálico de acabado rugoso o estriado.					
	4.1.- Control de intensidad de luz.					
	4.2.- Recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador y baterías de la misma marca del equipo.					
	4.3.- Para uso con baterías alcalinas tamaño o tipo “C”.					
	5.- Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico de giro.					
	6.- Con estuche rígido para guardar los accesorios.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0055

ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO

	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		