

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

052

0069

LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIADescripción
Técnica:

- 1.- Lámpara quirúrgica portátil para emergencia de LED
- 2.- Montaje:
 - 2.1.- Columna fija a pedestal rodable
 - 2.2.- Pedestal con freno en cada rueda.
 - 2.3.- Manija de direccionamiento en barra de pedestal.
- 3.- Brazo porta lámpara:
 - 3.1.- Con giro rotatorio de 360°
 - 3.2.- Ajuste a +/- 35° como mínimo.
 - 3.3.- Articulado.
- 4.- Lámpara:
 - 4.1.- Libre de sombras a la interposición de cuerpos.
 - 4.2.- Fuente de luz:
 - 4.2.1.- LED blanco, sin emitir ningún tipo de rayos infrarrojos. No mayor a 32 bulbos de LED.
 - 4.2.2.- Ensamblado en base de aluminio.
 - 4.2.3.- Tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo.
 - 4.2.4.- Al menos 10 niveles de ajuste de intensidad de luz, entre 20%-100%
 - 4.2.5.- Al menos tres modos de iluminación para diferentes requisitos de cirugías como modo iluminación general, modo iluminación completa y modo iluminación ambiental para cirugías de mínima invasión.
 - 4.2.6.- Capacidad de reemplazar solo el led en mal estado, en caso de requerirse. No se acepta reemplazo del módulo general.
 - 4.2.7.- Consumo de energía no mayor a 85 W
 - 4.3.- Temperatura de color en el rango de 4350 grados Kelvin.
 - 4.4.- Índice de rendimiento de color de 96 como mínimo.
 - 4.5.- Tamaño del campo de trabajo:
 - 4.5.1.- Diámetro de iluminación de 18 a 30 cm como mínimo.
 - 4.5.2.- Profundidad de iluminación de 120 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque.
 - 4.6.- Energía de radiación de 3.6 W/m²*lux
 - 4.7.- Intensidad luminosa homogénea de 160,000 luxes a 1 m de distancia de la fuente.
 - 4.8.- Mango:
 - 4.8.1.- Desmontable
 - 4.8.2.- Esterilizable.
 - 4.8.3.- Plástico.
 - 4.8.4.- Ensamble rápido no enroscable.
 - 4.9.- Panel de control electrónico táctil de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa.
 - 4.10.- Cabezal redondo con superficie externa lisa, diseño doble hueco para no interferir en el flujo laminar, fácil limpieza y desinfección.
 - 4.11.- Diámetro de cabezal no mayor a 600 mm
 - 4.12.- Peso del cabezal no mayor a 12 kg.
 - 4.13.- Grosor de cabezal no mayor a 50 mm.
- 5.- Batería recargable:
 - 5.1.- Interruptor principal
 - 5.2.- Indicador de nivel de carga en panel de batería recargable.
 - 5.3.- Indicador de corriente eléctrica
 - 5.4.- Tiempo de la batería en uso mínimo 220 minutos. 110 minutos a energía máxima.
 - 5.5.- Funcionamiento continuo.
 - 5.6.- Sin variaciones en la calidad de la iluminación.
- 6.- Cable alimentación:
 - 6.1.- Longitud de 3 metros como mínimo.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

052

0069

LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			