



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0049

**CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS**

Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Cama hospitalaria para cuidados intensivos.</li> <li>2.- Que soporte un peso de 240 Kg como mínimo.</li> <li>3.- Controles eléctricos interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente.</li> <li>4.- Que permita dar las siguientes posiciones de forma eléctrica:             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1.- Trendelenburg de 12° como mínimo.</li> <li>4.2.- Trendelenburg inverso de 12° como mínimo.</li> <li>4.3.- Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 70° como mínimo.</li> <li>4.4.- Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 25° como mínimo.</li> <li>4.5.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 39.5 cm. a 72 cm. (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo.</li> <li>4.6.- Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP) manual a cada lado de la cama y eléctrico desde el control de enfermería con un solo botón</li> <li>4.7.- Posición vascular o elevación de pies.</li> <li>4.8.- Posición de silla cardiaca.</li> </ol> </li> <li>5.- Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos.</li> <li>6.- Con 4 indicadores de ángulo independientes en ambos lados de la cama y del respaldo. de 0 a 30° como mínimo.</li> <li>7.- Dimensiones de la superficie del paciente 200 cm. de largo x 91 cm. de ancho, como mínimo.</li> <li>8.- Dimensiones de la cama: Longitud total 230 cm. Ancho total 106 cm. Con cabecera, piecera y barandales arriba.</li> <li>9.- Con cubierta radiotransparente al menos en la región dorsal y que permita el acceso del intensificador de imágenes ( Arco en "C" ).</li> <li>10.- Cabecera y piecera des montables de material de alta resistencia a golpes y solventes.</li> <li>11.- Barandales laterales abatibles en un solo movimiento, que permitan la transferencia segura del paciente, resistentes al alto impacto, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.</li> <li>12.- Con protectores o para choques en las cuatro esquinas.</li> <li>13.- Colchón activo de la misma marca.             <ol style="list-style-type: none"> <li>13.1.- Con redistribución de presión.</li> <li>13.2.- Con sistema de control de presión de aire.</li> <li>13.3.- Antiestático, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con funda removible para lavado.</li> <li>13.4.- De poliuretano.</li> <li>13.5.- Ajustable a diferentes tipos de paciente.</li> <li>13.6.- Con sistema de doble densidad</li> </ol> </li> <li>14.- Con ruedas antiestáticas de 15 cm. de diámetro.</li> <li>15.- Pedal colocado en las ruedas de la piecera que permite el bloqueo total, de conducción y movimiento libre</li> <li>16.- Capacidad de colocar e l poste porta soluciones en las cuatro esquinas.</li> <li>17.- Ganchos para bolsas d e soluciones en ambos lados de la cama.</li> <li>18.- Que cuente con batería de seguridad en caso de falla eléctrica para todos los movimientos.</li> <li>19.- Alarma visual de :             <ol style="list-style-type: none"> <li>19.1.- Falla de energía eléctrica.</li> <li>19.2.- Estado de batería baja.</li> </ol> </li> <li>20.- Báscula integrada de la misma marca que la cama.             <ol style="list-style-type: none"> <li>20.1.- Báscula digital que soporte 240 Kg como mínimo.</li> <li>20.2.- Despliegue del peso digital en kilogramos y libras.</li> <li>20.3.- Sensibilidad de 100 gramos o menor.</li> <li>20.4.- Con TARA (ajuste a cero ).</li> <li>20.5.- Situada en ambos lados de la cama.</li> <li>20.6.- Sistema de alarmas para indicar cuando el peso medido exceda el peso programado.</li> </ol> </li> </ol>
-------------------------	--

# O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0049

## CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

	20.7.- Cálculo del IMC (Indice de Masa Coporal) 20.8.- Botones de control 20.7.- Funciones:            20.7.1.- Modo monitoreo 20.7.2.- Función de pausa 20.7.3.- Función de registro de peso 21.- Alarma audible de salida de paciente de la cama. 22.- Un poste de altura variable para soluciones intravenosas (portavenoclísis ). 23.- Con espacios entre cabecera y barandales reducidos para incrementar la seguridad del paciente. 24.- Barra de ayuda para ponerse de pie.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	<b>Segundo</b> <b>Tercer</b>	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> años.					1
	1					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Certificados de calidad opcionales:				