



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0081

MESA PARA AUTOPSIAS DE METAL

Descripción Técnica:	1.-Tablero que proporciona una superficie de trabajo en procedimientos post mortem y disecciones del cuerpo entero, para contener y drenar líquidos procedentes del cadáver y también para facilitar su limpieza y descontaminación con el fin de evitar la acumulación de microorganismos. La superficie superior es lisa y pulida de acero inoxidable, sin uniones, tornillos ni remaches, y presenta bordes elevados, esquinas redondeadas y una superficie plana que se inclina hacia un desagüe en la mesa o hacia el fregadero. 2.-Fabricada en acero inoxidable AISI 316. 3.-Dimensiones 255 + 5cm de largo x 75 + 5 cm de ancho. Altura mínima de 85 cm. 4.-Con triturador eléctrico. 5.-Fregadero o tarja en acero inoxidable: 6.-Con grifo de llave monomando frío/caliente, con maneta clínica. 7.-Con ducha monomando fría/caliente y maneta clínica. Incluye flexo de silicona o manguera de 2,5 m de longitud como mínimo. 8.-Con maneta clínica monomando para formar cortina de agua a lo largo de la superficie de la mesa y facilitar la autolimpieza permanente. 9.-Con control para hidroaspirador. 10.-Con orificios a lo largo de la superficie de la mesa para generar la cortina de agua. 11.-Hidroaspirador reversible (succión e inyección de agua) con conexión para sonda desechable. 12.-Con doble drenaje independiente: para zona de trabajo y fregadero. 13.-Con drenaje central en la zona de trabajo. 14.-Superficie de drenaje con declive que permita que los líquidos confluyan al drenaje central en la zona de trabajo. 15.-Con charolas o apoya cuerpos de acero inoxidable desmontables. 16.-Con sistema de elevación electromecánico para ajuste de altura de la mesa. 17.-Control interconstruido a la mesa para accionamiento del sistema de elevación. 18.-Con graduación en centímetros a lo largo de la mesa. 19.-Con al menos 2 tomas eléctricas con sistema de protección de falla a tierra. 20.-Consumibles: Sonda desechable para hidroaspirador.				
Accesorios	Cant	Descripción			
1	Mesa para instrumental. Soporte para cabeza desmontable. Báscula periférica para órganos.				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
1	Corriente eléctrica 120 ó 220 v / 60 Hz. Tomas de agua fría y caliente. Desagüe.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	052	0081
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

MESA PARA AUTOPSIAS DE METAL

	Productos de origen extranjero	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			