

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0086

MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO

Descripción Técnica:	<p>1.- Monitor configurado con pantalla de 12.1 pulgadas como mínimo.</p> <p>2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.</p> <p>3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.</p> <p>4.- Pantalla</p> <p>4.1.- A color tecnología LCD</p> <p>4.2.- Sensible al tacto con perilla selectora</p> <p>5.- Dimensiones de 273 × 362 × 122 mm</p> <p>6.- Peos de 3.7 kg como máximo para fácil transporte</p> <p>7.- Protección contra descarga de desfibrilador.</p> <p>8.- Detección de marcapasos.</p> <p>9.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:</p> <p>9.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.</p> <p>9.2.- ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 7 derivaciones o más, con análisis del segmento ST</p> <p>9.3.- Pletismografía.</p> <p>9.4.- Respiración por impedancia</p> <p>10.- Con análisis de al menos 23 tipos de arritmias</p> <p>11.- Despliegue numérico de:</p> <p>11.1.- Frecuencia cardíaca.</p> <p>11.2.- Frecuencia respiratoria.</p> <p>11.3.- Saturación de oxígeno.</p> <p>11.4.- Frecuencia de Pulso</p> <p>11.5.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).</p> <p>11.6.- Temperatura.</p> <p>12.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 o 480 min</p> <p>13.- Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.</p> <p>14.- Almacenamiento de 100 alarmas y eventos manuales y ondas de parámetros asociados.</p> <p>15.- 1000 conjuntos de mediciones de PNI</p> <p>16.- Almacenamiento de 100 eventos de arritmias y ondas y parámetros asociados</p> <p>17.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.</p> <p>18.- Batería de Litio</p> <p>19.- Con batería interna recargable con duración de al menos dos horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.</p> <p>20.- Tiempo de carga total de la batería de menos de 4.5 horas</p> <p>21.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros:</p> <p>21.1.- Saturación de oxígeno.</p> <p>21.2.- Frecuencia cardíaca.</p> <p>21.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).</p> <p>21.4.- Temperatura.</p> <p>21.5.- Frecuencia respiratoria.</p> <p>22.- Alarma de apnea.</p> <p>23.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.</p> <p>24.- Con silenciador de alarmas.</p> <p>25.- Interface, menús y mensajes en español.</p> <p>26.- Con puertos de Comunicación:</p> <p>26.1 Salida Multifunción</p> <p>26.2.- Con puertos USB</p> <p>26.3.- Salida VGA</p>
----------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0086

MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO

	26.4.- Capacidad de Conectarse a red de Monitoreo 27.- Capacidad a futuro de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de trabajo. 28.- Capacidad a futuro de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			