

Licitación Pública Local LPL 43068001-037-2019
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ULTRASONÓGRAFOS PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD
JALISCO”

MESSIS INVESTIGACION Y SALUD, S.A. DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1 PUNTO 3.1	Solicitan, “Con orientación Ajustable de +90°/-180°”, ¿esto se refiere a los movimientos del monitor?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	ANEXO 1 PUNTO 12	Solicitan, “Rango dinámico del sistema de mínimo 230 dB o mayor”, para dar una libre participación en la licitación de diferentes tecnologías, solicitamos a ustedes se pueda ampliar el rango a 220dB o mayor. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS
3	ANEXO 1 PUNTO 21.1	Solicitan, “Transductor Convexo con ancho de banda de 1 MHz o menor a 8 MHz o mayor”, este rango de valores es específico de una marca comercial, por lo que solicitamos se amplíe el rango de valores a 1.8mhz o menor a 6mhz o mayor, esto es para permitir la libre participación en esta licitación, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS
4	ANEXO 1 PUNTO 21.2.1	Solicitan, “Con una apertura o un campo de visión de 200° o mayor”, estos valores en el transductor son específicos de una casa comercial, por lo que solicitamos se amplíe el rango a 190° o mayor, para permitir la libre participación en la licitación, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS