

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

Jalisco Motors, S.A.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	NUMERAL 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR PROPUESTA TECNICA PUNTO 14 DE LOS ENTREGABLES SOLICITAN: "Original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los equipo médicos	Solicitamos a la convocante sean aceptados: Original o copia de los catalogos o fichas técnicas de los fabricantes o distribuidores de los equipos médicos.	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes. Sin embargo siendo el caso deberá acompañarse al idioma español.
2.	ANEXO 1 TECNICO PARA EL VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA MENCIONAN : ISO, CE, REGISTRO SANITARIO Y FDA	Se solicita a la convocante poder presentar aparte de el registro sanitario, cualquiera de los tres certificados de calidad internacional (CE, ISO, FDA) En cumplimiento con lo señalado. Es aceptada nuestra propuesta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
3.	ANEXO 1 TECNICO SOLICITAN: UNIDADES NUEVAS AÑO MODELO 2018 <ul style="list-style-type: none"> MOTOR 3.6L, 24V VVT. 6 CILINDROS. POTENCIA 280 CF @ 6,400 RPM. TORQUE 260 LB-PIE @ 4,175 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. TRACCIÓN DELANTERA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON STRUT.	Con el fin de no limitar la participacion de los licitantes, se solicita a la convocante sea aceptada: UNIDAD NUEVA AÑO 2018 Motor 3.7L. Ti-VCT V6 Potencia 275hp@6000rpm Torque 260 lb-pie@1500rpm Transmisión automática electrónica de 6 velocidades con SelectShift Tracción trasera Relación de eje delantero 4.1	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

<ul style="list-style-type: none"> • SUSPENSIÓN TRASERA HOTCHKISS. • ALTERNADOR 220 AMP. • PESO BRUTO VEHICULAR 4,037 KGS. • PESO VEHICULAR 2,165 KGS. • CAPACIDAD DE CARGA 1,872 KGS. • CAPACIDAD DE ARRASTRE 2,313 KGS. <p>DIMENSIONES EXTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LONGITUD TOTAL 5,413 MM. • ANCHO DE CARROCERÍA 2,050 MM. • ALTURA TOTAL 2,254 MM. • DISTANCIA ENTRE EJES 3450 MM. <p>DIMENSIONES DEL ÁREA DE CARGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LONGITUD 3,124 MM. • ANCHO 1,864 MM. • ALTURA 1,930 MM. • ALTURA PARA CARGA DEL PISO 533 MM. • PUERTA TRASERA ANCHO/ALTO 1,575 / 1,778 MM. • PUERTA LATERAL ANCHO/ALTO 1,245 / 1,778 MM. • BOLSAS DE AIRE FRONTALES. • CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD. • SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN. • CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD. • SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE 	<p>CAPACIDADES:</p> <p>Peso bruto vehicular 4,100kg.</p> <p>Numero de pasajeros: 2</p> <p>Capacidad de carga 1,900kg.</p> <p>Volumen de carga 10.1 m3</p> <p>Tanque de combustible de 100L.</p> <p>Alternador de 220Amp.</p> <p>Batería de 12v. 72 amp./hr.</p> <p>Suspensión delantera independiente McPherson, con barra estabilizadora y amortiguadores</p> <p>SUSPENSION:</p> <p>Suspensión trasera de eje rígido con muelles y amortiguadores de trabajo pesado</p> <p>LLANTAS:</p> <p>Rin de acero 16" llanta sencilla</p> <p>llantas 235 65 R16 BSW tyre</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR:</p> <p>Defensa delantera y trasera en plástico color gris</p> <p>Parrilla de plástico en color negro</p> <p>Luz de freno trasera central en parte alta</p> <p>Espejos de brazo corto abatibles con espejo convexo</p> <p>Apertura de puertas trasera de 18 grados</p> <p>Puerta lateral deslizable trasera del lado del pasajero</p> <p>tapacubos</p>	
---	---	--

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

<p>LLANTAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO. • BOLSAS DE AIRE LATERALES (EN ASIENTO). • BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA. • SISTEMA ANTIRROBO (ALARMA). • ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE. • FRENOS TRASEROS DE DISCO. • FRENOS ABS. <ul style="list-style-type: none"> • AIRE ACONDICIONADO. • ASIENTO BUTACA TELA. • AJUSTE DE ALTURA ASIENTO DE CONDUCTOR. • CRISTALES ELÉCTRICOS. • DEFENSA (FASCIA) DELANTERA DE TRES PIEZAS. • ESPEJOS MANUALES ABATIBLES. • LÁMPARA EXTERIOR DE CARGA. • PREPARACION PARA RADIO. • 4 BOCINAS. • RIN 115/112R NEXEN ROADIAN CT8 HL. • SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS. • PUERTAS TRASERAS CON APERTURA DE 260°. • LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA. • CERRADO REMOTO DE PUERTAS. • VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. • GUANTERA CON LLAVE. 	<p>Limpiaparabrisas (delanteros de dos velocidades con lavado eléctrico)</p> <p>INTERIOR:</p> <p>Cámara de reversa en espejo retrovisor</p> <p>Asientos delanteros en tela, (De conductor con ajuste manual de 6 posiciones)</p> <p>Tablero de instrumentos al color del interior con guantera y compartimientos de almacenaje</p> <p>Computadora de viaje</p> <p>Toldo parcial con interior en tela al color de la vestidura y luz interior con ahorrador de batería de 30 minutos</p> <p>Vestiduras de puertas de plástico al color del interior con porta mapas</p> <p>Atenuador de luz de cortesía delantera</p> <p>Seguros de puerta eléctricos con control remoto y cierre centralizado</p> <p>Cubierta de piso de vinil en cabina</p> <p>Consola portaobjetos montado en techo</p> <p>Cinturones de tres puntos para todos los pasajeros</p> <p>Viseras (conductor y pasajero)</p> <p>Volante color negro con ajuste telescópico y de altura</p> <p>FUNCIONAL:</p> <p>Aire acondicionado frontal</p> <p>Frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo (ABS)</p> <p>Programa electrónico de estabilidad (ESP)</p> <p>Control de tracción (TC)</p> <p>Sistema adaptativo de carga (LAC)</p> <p>Sistema de distribución de frenado (EBD)</p>	
---	---	--

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

	<p>• PUERTO DE CARGA USB.</p> <p>PAQUETE AMBULANCIA ORIGINAL DE PLANTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO 2. VENTANAS TRASERAS CON DEFROSTER 3. PREPARACION DE INTERFASE DE CONEXIONES 4. PUERTA LATERAL CON VENTANA 5. LLAVE DE VALET 6. ASIENTO DOBLE COPILOTO 7. MAMPARA DIVISORIA CON VENTANA DESLIZABLE 	<p>Sistema electrónico de asistencia de frenado(EBA)</p> <p>Sistema para arranque en pendientes</p> <p>Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero</p> <p>Radio AM/FM con 4 bocinas y entrada auxiliar</p> <p>toma auxiliar de corriente de 12v.</p> <p>ES ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
--	--	--	--

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	REF. 16.2 INCISO A	REFERENTE AL PLAZO DE ENTREGA LA CONVOCANTE SEÑALA 60 DIAS POR MOTIVOS DE LA INSTALACION Y ADAPTACIONES DE CIERTOS EQUIPOS EN LAS AMBULANCIAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS CONCEDA 75 DIAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
2.	REF. 19 UNICO RENGLON	LA CONVOCANTE MENCIONA EN LAS BASES QUE NO HAY UN ANTICIPO. POR FAVOR SE PODRIA SER FLEXIBLE EN SOLICITARLE UN 50% DE ANTICIPO? PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS INICIALES DE OPERACIÓN, O DAR ANTICIPOS CONTRA ENTREGAS PARCIALES?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
3	REF. 8 DE LOS ENTREGABLES	MENCIONA CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA; SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DISTRIBUIDOR DE LOS VEHICULOS O DE LAS EMPRESAS DE CONVERSION DE AMBULANCIAS?	EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEBERÁ SER ENTRE EL FABRICANTE ESPECIALIZADO Y EL DISTRIBUIDOR DE LOS VEHICULOS.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

UNIDADES MOVILES EL DORADO, S.A. DE C.V.			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	NUMERAL 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR PROPUESTA TECNICA PUNTO 14 DE LOS ENTREGABLES SOLICITAN: “Original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los equipo médicos	Solicitamos a la convocante sean aceptados: Original o copia de los catalogos o fichas técnicas de los fabricantes o distribuidores de los equipos médicos.	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes. Sin embargo siendo el caso deberá acompañarse al idioma español.
2.	ANEXO 1 TECNICO PAGINA 24 PARA EL VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA MENCIONAN : ISO, CE, REGISTRO SANITARIO Y FDA	Se solicita a la convocante poder presentar aparte de el registro sanitario, cualquiera de los tres certificados de calidad internacional (CE, ISO, FDA) En cumplimiento con lo señalado. Es aceptada nuestra propuesta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
3	ANEXO 1 TECNICO SOLICITAN: UNIDADES NUEVAS AÑO MODELO 2018 <ul style="list-style-type: none"> MOTOR 3.6L, 24V VVT. 6 CILINDROS. POTENCIA 280 CF @ 6,400 RPM. TORQUE 260 LB-PIE @ 4,175 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. TRACCIÓN DELANTERA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON STRUT. SUSPENSIÓN TRASERA HOTCHKISS. ALTERNADOR 220 AMP. PESO BRUTO VEHICULAR 4,037 KGS. PESO VEHICULAR 2,165 KGS. 	Con el fin de no limitar la participacion de los licitantes, se solicita a la convocante sea aceptada: UNIDAD NUEVA AÑO 2018 Motor 3.7L. Ti-VCT V6 Potencia 275hp@6000rpm Torque 260 lb-pie@1500rpm Transmisión automática electrónica de 6 velocidades con SelectShift Tracción trasera Relación de eje delantero 4.1 CAPACIDADES: Peso bruto vehicular 4,100kg.	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE CARGA 1,872 KGS. • CAPACIDAD DE ARRASTRE 2,313 KGS. <p>DIMENSIONES EXTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LONGITUD TOTAL 5,413 MM. • ANCHO DE CARROCERÍA 2,050 MM. • ALTURA TOTAL 2,254 MM. • DISTANCIA ENTRE EJES 3450 MM. <p>DIMENSIONES DEL ÁREA DE CARGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LONGITUD 3,124 MM. • ANCHO 1,864 MM. • ALTURA 1,930 MM. • ALTURA PARA CARGA DEL PISO 533 MM. • PUERTA TRASERA ANCHO/ALTO 1,575 / 1,778 MM. • PUERTA LATERAL ANCHO/ALTO 1,245 / 1,778 MM. • BOLSAS DE AIRE FRONTALES. • CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD. • SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN. • CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD. • SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS. • SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO. • BOLSAS DE AIRE LATERALES (EN ASIENTO). • BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA. • SISTEMA ANTIRROBO (ALARMA). 	<p>Numero de pasajeros: 2 Capacidad de carga 1,900kg. Volumen de carga 10.1 m3 Tanque de combustible de 100L. Alternador de 220Amp. Batería de 12v. 72 amp./hr. Suspensión delantera independiente McPherson, con barra estabilizadora y amortiguadores</p> <p>SUSPENSION: Suspensión trasera de eje rígido con muelles y amortiguadores de trabajo pesado</p> <p>LLANTAS: Rin de acero 16" llanta sencilla llantas 235 65 R16 BSW tyre</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR: Defensa delantera y trasera en plástico color gris Parrilla de plástico en color negro Luz de freno trasera central en parte alta Espejos de brazo corto abatibles con espejo convexo Apertura de puertas trasera de 18 grados Puerta lateral deslizable trasera del lado del pasajero tapacubos Limpiaparabrisas (delanteros de dos velocidades con lavado eléctrico</p> <p>INTERIOR:</p>	
--	---	--

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

<ul style="list-style-type: none"> • ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE. • FRENOS TRASEROS DE DISCO. • FRENOS ABS. • AIRE ACONDICIONADO. • ASIENTO BUTACA TELA. • AJUSTE DE ALTURA ASIENTO DE CONDUCTOR. • CRISTALES ELÉCTRICOS. • DEFENSA (FASCIA) DELANTERA DE TRES PIEZAS. • ESPEJOS MANUALES ABATIBLES. • LÁMPARA EXTERIOR DE CARGA. • PREPARACION PARA RADIO. • 4 BOCINAS. • RIN 115/112R NEXEN ROADIAN CT8 HL. • SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS. • PUERTAS TRASERAS CON APERTURA DE 260°. • LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA. • CERRADO REMOTO DE PUERTAS. • VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. • GUANTERA CON LLAVE. • PUERTO DE CARGA USB. <p>PAQUETE AMBULANCIA ORIGINAL DE PLANTA:</p>	<p>Cámara de reversa en espejo retrovisor</p> <p>Asientos delanteros en tela, (De conductor con ajuste manual de 6 posiciones)</p> <p>Tablero de instrumentos al color del interior con guantera y compartimientos de almacenaje</p> <p>Computadora de viaje</p> <p>Toldo parcial con interior en tela al color de la vestidura y luz interior con ahorrador de batería de 30 minutos</p> <p>Vestiduras de puertas de plástico al color del interior con porta mapas</p> <p>Atenuador de luz de cortesía delantera</p> <p>Seguros de puerta eléctricos con control remoto y cierre centralizado</p> <p>Cubierta de piso de vinil en cabina</p> <p>Consola portaobjetos montado en techo</p> <p>Cinturones de tres puntos para todos los pasajeros</p> <p>Viseras (conductor y pasajero)</p> <p>Volante color negro con ajuste telescópico y de altura</p> <p>FUNCIONAL:</p> <p>Aire acondicionado frontal</p> <p>Frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo (ABS)</p> <p>Programa electrónico de estabilidad (ESP)</p> <p>Control de tracción (TC)</p> <p>Sistema adaptativo de carga (LAC)</p> <p>Sistema de distribución de frenado (EBD)</p> <p>Sistema electrónico de asistencia de frenado(EBA)</p> <p>Sistema para arranque en pendientes</p> <p>Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero</p> <p>Radio AM/FM con 4 bocinas y entrada auxiliar</p>	
--	--	--

	<p>1. PREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO</p> <p>2. VENTANAS TRASERAS CON DEFROSTER</p> <p>3. PREPARACION DE INTERFASE DE CONEXIONES</p> <p>4. PUERTA LATERAL CON VENTANA</p> <p>5. LLAVE DE VALET</p> <p>6. ASIENTO DOBLE COPILOTO</p> <p>7. MAMPARA DIVISORIA CON VENTANA DESLIZABLE</p>	<p>toma auxiliar de corriente de 12v.</p> <p>ES ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
4	<p>En el Punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Técnica señalan una serie de ENTREGABLES en el cual el Numero 11 señala : Presentar Carta original del fabricante del CHASIS en hoja membretada, señalando que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes de la marca que oferta y que cuenta con respaldo para entrega, garantía y servicio. Debiendo contar con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 de Estados, debiendo anexar domicilios y teléfonos de estos centros de servicio lo cual será verificado para poder asegurar el buen funcionamiento y servicio de los Equipos.</p>	<p>Con la finalidad de proteger las condiciones optimas de funcionamiento de las Ambulancias y sus equipos, objeto de la presente Licitacion, asi como se pide carta para el fabricante del chasis, solicitamos tambien sea requerida carta original notariada del fabricante del equipo de advertencia en hoja membretada, señalando que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes de la marca que oferta y que cuenta con respaldo para entrega, garantía y servicio, debiendo contar con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 estados, debiendo anexar domicilios y teléfonos de estos centros de servicio, lo cual será verificado para poder asegurar el buen funcionamiento y servicio de los equipos.</p> <p>ES ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>

5	<p>En el Punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Técnica señalan una serie de ENTREGABLES en el cual el Numero 13 señala : Presentar carta bajo protesta de decir verdad expedida por el participante (Distribuidor del chasis y fabricante especializado) donde este manifieste que cuenta con un taller acreditado y autorizado de la marca en la zona metropolitana de Guadalajara, con el fin de poder otorgar a las Ambulancias servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de manera rápida, señalando domicilio del mismo, firmada por el representante legal.,</p> <p>deberá contar con personal calificado y capacitado para atender cualquier situación que surgiera de la conversión de las ambulancias.</p>	<p>Entendemos que para el entregable 13 solicitan dos cartas, una del fabricante del chasis y otra del fabricante de la ambulancia donde se compruebe que ambos cuentan con un taller acreditado en la zona metropolitana de Guadalajara, con el fin de otorgar a las ambulancias el servicio preventivo y correctivo de manera rápida. Con personal calificado y capacitado.</p> <p>Estas deberán señalar domicilio y se comprobará la existencia del mismo con documentos oficiales tales como licencia municipal y RFC, para corroborar que no sean de reciente creación contando al menos con 5 años de establecido en la zona metropolitana de Guadalajara.</p> <p>ES Correcta nuestra apreciación?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER UNA CARTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD DEL DISTRIBUIDOR DEL VEHICULO O CHASIS Y UNA CARTA DEL FABRICANTE DE LAS AMBULANCIAS DONDE AMBOS MANIFIESTEN EN ESTAS, QUE CUENTAN CON UN TALLER ACREDITADO Y AUTORIZADO DE LA MARCA EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE PODER OTORGAR A LOS VEHICULOS Y CONVERSIONES DE AMBULANCIAS EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA RÁPIDA, SEÑALANDO DOMICILIO DEL MISMO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE ELLOS.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO PARA ATENDER CUALQUIER SITUACIÓN QUE SURGIERA DE LA CONVERSIÓN DE LAS AMBULANCIAS Y LOS VEHICULOS</p> <p>PARA CORROBORAR QUE DICHOS TALLERES NO SON DE RECIENTE CREACIÓN, POR LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR LAS LICENCIAS MUNICIPALES DEL AÑO 2017 Y 2018</p>
---	---	---	--

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

		CON GIRO ACORDE AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.
--	--	---

MILENIO MOTORS, SA de CV			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	ANEXO TECNICO PAG. 1 DE 26	<p>SOLICITAN CAMIONETAS NUEVAS AÑO MODELO 2018 MOTOR 3.6L, 24VVVT, 6CILINDROS, POTENCIA 280 CF @ 6,400RPM. TORQUE 260 LB-PIE @ 4,175RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. TRACCIÓN DELANTERA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON STRUT. SUSPENSIÓN TRASERA HOTCHKISS. ALTERNADOR 220 AMP. PESO BRUTO VEHICULAR 4,037 KGS. PESO VEHICULAR 2,165 KGS. CAPACIDAD DE CARGA 1,862 KGS. CAPACIDAD DE ARRASTRE 2,313 KGS. LONGITUD TOTAL 5,182 MM. ANCHO DE CARROCERÍA 2,050 MM. ALTURA TOTAL 2,225 MM. DISTANCIA ENTRE EJES 3450 MM. CONSTRUCCIÓN DE LA CARROCERÍA UNIBODY. LONGITUD 3,124 MM. ANCHO 1,864 MM. ALTURA 1,930 MM. ALTURA PARA CARGA DEL PISO 533 MM. PUERTA TRASERA ANCHO/ALTO 1,575 / 1,778 MM. PUERTA LATERAL ANCHO/ALTO 1,245 / 1,778 MM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATENTAMENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE ACEPTAR NUESTRA CAMIONETA VAN MARCA CHEVROLET CARGO VAN MODELO 2018, CON MOTOR 4.3L, SIDI VVT, 6 CILINDROS POTENCIA 285 hp @ 5300 rpm, TORQUE 305 lb/ft @ 3900 rpm TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VEL, TRACCIÓN TRASERA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE RESORTES HELICOIDALES CON AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSIÓN TRASERA CON AMORTIGUADORES Y MUELLES MULTIHOJAS. ALTERNADOR DE 145 AMP. PESO BRUTO VEHICULAR CAPACIDAD 	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

		DE CARGA 1,966 KGS CAPACIDAD DE ARRASTRE 3,266 KGS, LONGITUD TOTAL 5,692 MM ALTURA 2,146 MM. DISTANCIA ENTRE EJES 3,429 MM ¿SE ACEPTA?	
--	--	---	--

CAMARENA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Dentro de las especificaciones técnicas del equipamiento, normas y certificaciones ejemplo: ISO 9001:2018, etc. Como un PLUS, pero se pueden ofertar ambulancias con todas las características solicitadas, pero que pudieran no tener alguna norma o certificación, pero con las calidad y garantía similar a las que pudieran ofrecer otros proveedores favor de aceptar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS Y NORMAS SOLICITADAS DE ACUERDO AL ANEXO 1
2.	Punto 19 Anticipos	Por cuestiones financieras y en caso de resultar adjudicados, pudieran proporcionarnos un anticipo inicial de al menos el 30% para poder solventar todo el proceso de entrega de unidades, favor de aceptar	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
3.		Solicitarán el balizamiento de las unidades, o eso se realizará por separado ¿favor de aclarar?	SI SE SOLICITARÁ EL BALIZAMIENTO DE LAS UNIDADES, Y ES DE ACUERDO AL ANEXO 1
4.	Punto 8 Convenio de Participación Conjunta	En caso de participar en forma conjunta como distribuidor autorizado junto con el proveedor y fabricante de los equipos de ambulancia, solicitamos nos permitan participar con el proveedor que aunque no tuviera domicilio establecido en el estado de Jalisco, nosotros como distribuidor podemos proveer	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

	nuestro taller autorizado para que ahí se hagan las reparaciones necesarias por parte del proveedor para mantener en buen estado las ambulancias? Favor de aceptar	
--	--	--

SYC MOTORS, S.A. DE C.V.			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas		----- -----
2.	Punto No 19 Anticipo		----- -----
3.	Documentación Administrativas	Favor de indicar en el anexo 14 a que se refieren con clave	EN ESTE PROCESO NO APLICA EL APARTADO "CLAVE" PARA EL ANEXO 14. SOLO DEBERA REFERENCIAR EL NUMERO DE RENGLÓN AL CUAL TIPO DE AMBULANCIA ESTA PARTICIPANDO
4.	Documentación Administrativas	Relación de entregables propuesta técnica punto 10 sugerimos además el escrito solicitado demostrar experiencia del fabricante mediante dictamen técnico de cumplimiento emitido por alguna asociación y laboratorio de reconocimiento internacional a unidades similares en donde se testifique que la ambulancia ya terminada se apegue y cumple con estándares de calidad internacionales KKK-A-1822F y NFPA 1917	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE LA NORMA KKK-A-1822F QUE DESEAN PRESENTAR ES UNA NORMA DE LOS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y NO APLICA PARA MEXICO
5	Documentación Administrativas	Documentos propuesta técnica 14 Solicitan original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los Equipos médicos, solicitamos a la convocante nos permita presentar impresiones de los catálogos dado que muchas empresas de equipo médico manejan sus catálogos de manera digital, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
6	Documentación Administrativas	Condiciones de entrega Indican que el licitante adjudicado deberá entregar copia legible de la licencia y la vigencia del BIEN a entregar y deberá corresponder al que señale en su propuesta técnica, solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con licencia y vigencia del bien.	EL INCISO E) DEL PUNTO 16.2 QUEDA SIN EFECTO EN EL PRESENTE PROCESO
7	Documentación Administrativas	Documentos adicionales propuesta técnica Solicitan copia certificada del ISO-9001: 2015 del fabricante de las Ambulancias que se encuentre vigente con alcance para el proceso de diseño, fabricación y servicio post-venta de ambulancias y unidades móviles especializadas, Hacemos de su conocimiento que la norma ISO no garantiza la calidad de su producto final o el cumplimiento de las normas internaciones, el ISO 9001 solo certifica, "procesos" los cuales son diseñados y establecidos por la misma empresa fabricante, es decir, una empresa certificada ISO está cumpliendo con sus propios procesos previamente establecidos, pero en ningún momento con procedimiento o estándares de calidad o cumplimiento a normas de referencia nacionales y/o internacionales, solicitamos para no limitar nuestra participación, solicitamos aceptar que se entreguen certificados, en cumplimiento de la norma internacional KKK-A-1822F, que es la reguladora de ambulancias, para los procesos de fabricación, desempeños y calidad de las mismas, lo cual dará real garantía a la Convocante de que sus unidades serán fabricadas con estricta calidad, se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE LA NORMA KKK-A-1822F QUE DESEAN PRESENTAR ES UNA NORMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y NO APLICA PARA MEXICO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

8	Documentación Administrativas	Condiciones de entrega Indican que el licitante adjudicado deberá entregar copia legible de la licencia y la vigencia del BIEN a entregar y deberá corresponder al que señale en su propuesta técnica, solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con licencia y vigencia del bien.	EL INCISO E) DEL PUNTO 16.2 QUEDA SIN EFECTO EN EL PRESENTE PROCESO
9	Documentación Administrativas	En el documento 8, Convenio Participación Conjunta, de los entregables, nos podrá exolicar a que se refiere en este punto?	EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEBERÁ SER ENTRE EL FABRICANTE ESPECIALIZADO Y EL DISTRIBUIDOR DE LOS VEHICULOS.
10	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Solicitamos nos permitan ofertare una unidad con puerta trasera ancho/ alto de 1,245/ 1,524 mm, se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
11	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Favor de indicar a que se refieren con paquete ambulancia original de planta.	DICHAS ESPECIFICACIONES ESTAN CLARAMENTE MENCIONADAS DENTRO DEL ANEXO 1
12	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Favor de aclarar a que se refieren con preparación de interfase de conexiones.	SISTEMA DEL VEHICULO QUE PERMITE INTERCONECTAR LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE LA CONVERSION
13	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	A que se refieren con llave de valet?	LLAVE ADICIONAL A LAS ORIGINALES Y REPUESTO DEL VEHICULO
14	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Sugerimos que el asiento del copiloto sea solo uno para permitir colocar una puerta deslizable entre el área de conducción y el área de atención con ventana deslizable.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN LOS REQUERIMIENTOS NO SE SOLICITA PUERTA DESLIZABLE
15	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Sugerimos que las paredes, el techo y los gabinetes interiores sean fabricados de madera tratada contra la humedad y forrada de formaica en color claro, este tipo de muebles son más resistentes que los paneles plastificados solicitados	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

16	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Solicitamos nos permitan ofertar la colocación de la tabla rígida de acuerdo al diseño de cada fabricante, para no ver limitada la participación	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
17	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	El asiento de RCP será especial para ambulancias no hechizo correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
18	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	<p>El sistema eléctrico es el utilizado por un solo fabricante de este tipo de unidades, solicitamos nos permitan ofertar el sistema eléctrico multiplexado que cumple con las siguientes características;</p> <p>El sistema eléctrico está equipado con un múltiplex y un sistema de control. La unidad de cuatro (4) controles de 20 amperios y dos (2) circuitos de 30 amperes, con una capacidad de hasta 130 amperios, las funciones de relevo, seis (6) botones de control del panel. Programación seleccionable se instala para todos los interruptores en el panel, incluso momentánea, o modos de secuenciación. Cambiar el modo es fácilmente seleccionable mediante ajustes de los interruptores DIP en el centro de energía (PDC) del módulo.</p> <p>El estado LED proporciona para cada circuito y microprocesador. El panel de control con botones distintivos de goma conductora y personalizable se inserta la leyenda grafica para identificar las funciones del interruptor para el usuario. Estos interruptores de fácil uso con retro iluminación cambian de color cuando se activan.</p> <p>Las siguientes características se proporcionan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de control multiplex • (2) salidas de 30 amp controlado por relays • (4) salidas de 20 amp controlado por relays • Fusibles reemplazables • LED de diagnóstico completo en todas las entradas y salidas • Leyenda de inserciones intercambiables desde la parte frontal del panel para cada interruptor • Máxima corriente continua, 130 amp 	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

		<ul style="list-style-type: none"> Luz de fondo independiente control de brillo Programación de secuenciación Carga programable de funcionalidad con brillo seleccionable Alta funcionalidad inactiva 	
19	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Sugerimos en lugar del switch selector de baterías un cortador de corriente automático, el cual en caso de que se quedase encendido el sistema de emergencia por descuido del operador, este cortará la corriente eléctrica a los 5 minutos para protección de las baterías y del sistema eléctrico, se acepta?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS DEMAS PARTICIPANTES
20	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Sugerimos el inversor de corriente de por lo menos 1500 watts	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
21	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	La descripción de la torreta es la mínima a cumplir correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
22	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Iluminación exterior Seis módulos de 4 leds autodesollantes, sugerimos en lugar de esos módulos 6 luces de leds de 3"x7" para mejor intensidad de luz	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
23	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	La luz de escena trasera de qué medida la requieren?	CADA PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MEDIDA DE SUS MODULOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LO MINIMO REQUERIDO EN LAS BASES
24	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Los 5 módulos de leds 3 leds por módulo de que medida y color los requieren?	LA MEDIDA ES DE 89MM X 32MM Y EL COLOR DEBERÁ SER ROJO
25	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Los equipos descritos se ofertarán por separado o deben de cotizarse dentro del precio de la Ambulancia	SE COTIZA JUNTO CON EL PRECIO DE LA AMBULANCIA
26	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Las características de los equipos médicos son las mínimas a cumplir correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION

27	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Solicitamos nos permitan ofertar los portasueros de acuerdo al diseño de cada fabricante	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
28	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Urgencias Básicas	Requieren que las unidades cuenten con cargador de baterías con eyector automático?	NO SE REQUIERE.
29	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Solicitamos nos permitan ofertare una unidad con puerta trasera ancho/ alto de 1,245/ 1,524 mm, se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
30	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Favor de indicar a que se refieren con paquete ambulancia original de planta.	DICHAS ESPECIFICACIONES ESTAN CLARAMENTE MENCIONADAS DENTRO DEL ANEXO 1
31	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Favor de aclarar a que se refieren con preparación de interfase de conexiones.	SE REFIERE AL SISTEMA DEL VEHICULO QUE PERMITE INTERCONECTAR LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE LA CONVERSION
32	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	A que se refieren con llave de valet?	SE REFIERE A LA LLAVE ADICIONAL A LAS ORIGINALES Y REPUESTO DEL VEHICULO
33	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Sugerimos que el asiento del copiloto sea solo uno para permitir colocar una puerta deslizable entre el área de conducción y el área de atención con ventana deslizable.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE AL ANEXO TECNICO, EN LOS REQUERIMIENTOS NO SE SOLICITA PUERTA DESLIZABLE

34	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Sugerimos los gabinetes interiores fabricados de madera tratada contra la humedad y forrada de formaica en color claro, este tipo de muebles son más resistentes que los paneles plastificados solicitados	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
35	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Solicitamos nos permitan ofertar la colocación de la tabla rígida de acuerdo al diseño de cada fabricante, para no ver limitada la participación	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
36	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	El asiento de RCP será especial para ambulancias no hechizo correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
37	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	<p>El sistema eléctrico es el utilizado por un solo fabricante de este tipo de unidades, solicitamos nos permitan ofertar el sistema eléctrico multiplexado que cumple con las siguientes características:</p> <p>El sistema eléctrico está equipado con un múltiplex y un sistema de control. La unidad de cuatro (4) controles de 20 amperios y dos (2) circuitos de 30 amperes, con una capacidad de hasta 130 amperios, las funciones de relevo, seis (6) botones de control del panel. Programación seleccionable se instala para todos los interruptores en el panel, incluso momentánea, o modos de secuenciación. Cambiar el modo es fácilmente seleccionable mediante ajustes de los interruptores DIP en el centro de energía (PDC) del módulo.</p> <p>El estado LED proporciona para cada circuito y microprocesador. El panel de control con botones distintivos de goma conductora y personalizable se inserta la leyenda grafica para identificar las funciones del interruptor para el usuario. Estos interruptores de fácil uso con retroiluminación cambian de color cuando se activan.</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

		<p>Las siguientes características se proporcionan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de control multiplex • (2) salidas de 30 amp controlado por relays • (4) salidas de 20 amp controlado por relays • Fusibles reemplazables • LED de diagnóstico completo en todas las entradas y salidas • Leyenda de inserciones intercambiables desde la parte frontal del panel para cada interruptor • Máxima corriente continua, 130 amp • Luz de fondo independiente control de brillo • Programación de secuenciación • Carga programable de funcionalidad con brillo seleccionable • Alta funcionalidad inactiva. 	
38	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Sugerimos en lugar del switch selector de baterías un cortador de corriente automático, el cual en caso de que se quedase encendido el sistema de emergencia por descuido del operador, este cortará la corriente eléctrica a los 5 minutos para protección de las baterías y del sistema eléctrico, se acepta?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
39	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Sugerimos el inversor de corriente de por lo menos 1500 watts	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
40	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	La descripción de la torreta es la mínima a cumplir correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
41	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Iluminación exterior Seis módulos de 4 leds autodesallantantes, sugerimos en lugar de esos módulos 6 luces de leds de 3"x7" para mejor intensidad de luz	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

42	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	La luz de escena trasera de qué medida la requieren?	CADA PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MEDIDA DE SUS MODULOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LO MINIMO REQUERIDO EN LAS BASES
43	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Los 5 módulos de leds 3 leds por módulo de que medida y color los requieren?	LA MEDIDA ES 89MM X 32MM Y EL COLOR DEBERA SER ROJO
44	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Los equipos descritos se ofertarán por separado o deben de cotizarse dentro del precio de la Ambulancia	SE COTIZA JUNTO CON EL PRECIO DE LA AMBULANCIA
45	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Las características de los equipos médicos son las mínimas a cumplir correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
46	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Solicitamos nos permitan ofertar los portasueros de acuerdo al diseño de cada fabricante	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
47	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Requieren que las unidades cuenten con cargador de baterías con eyector automático?	NO SE REQUIERE.
48	Anexo 1 Especificaciones Técnicas Ambulancia Tipo II de Terapia Intensiva	Favor de aclarar si se deben de considerar 2 kit de reanimadores o solo uno.	UN KIT DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1

GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	14	1. Solicitan original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los Equipos médicos, pedimos amablemente a la convocante aceptar catálogos impresos por cada licitante, se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para el resto de los participantes
2.	16	2. Documentos propuesta técnica 16 En la propuesta técnica solicitan incluir copia legible de los registros sanitarios y certificados de calidad de acuerdo al Equipamiento Médico, solicitamos se elimine este requisito ya que son documentos que solo tienen distribuidores de equipo médico lo cual limita nuestra partición, se acepta?	No se acepta su propuesta.
3.	1	1.- Favor de aclarar a que se refieren con preparación de interfase de conexiones.	SE REFIERE SISTEMA DEL VEHICULO QUE PERMITE INTERCONECTAR LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE LA CONVERSION
4.	1	2.- Podemos ofertar un solo asiento de copiloto para poder colocar puerta con intersección entre área médica y cabina?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EN LOS REQUERIMIENTOS NO SE SOLICITA PUERTA DESLIZABLE
5.	1	3.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar muebles de madera forrados con formaica debido a que son más resistentes y su vida útil es más larga a comparación de muebles plastificados?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

6.	1	4. Solicitamos nos permitan ofertar la colocación de la tabla rígida de acuerdo al diseño de cada fabricante, para no ver limitada la participación	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
7.	1	5.- Entendemos que el asiento de RCP es de fabricación especial para este tipo de unidades, correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
8.	1	6.- El sistema multiplexado que solicitan corresponde a una sola empresa lo cual le da una ventaja sobre los demás licitantes, solicitamos a la convocante ofertar el sistema multiplexado de acuerdo a las características de cada licitante, se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
9.	1	11.- Para no limitar nuestra participación solicitamos amablemente a la convocante ofertar inversor de corriente de acuerdo a cada licitante, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
10.	1	12.- La especificación de la torreta solicitada es la mínima a cumplir correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
11.	1	13.- Solicitamos a la convocante ofertar sistema de luces de acuerdo al diseño de cada fabricante, se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
12.	1	14.- Podrían indicarnos de que medida y color requieren Los 5 módulos de leds 3 leds	LA MEDIDA ES 89MM X 32MM Y EL COLOR DEBERA SER ROJO
13.	1	15.- Entendemos las características de los equipos médicos son las mínimas a cumplir correcto por lo que podemos ofertar equipos con características superiores, correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACION
14.	1	16.- Solicitamos nos permitan ofertar la ambulancia de acuerdo al diseño de cada fabricante	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA,

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

15.	1	17.- Indican que la Iluminación exterior 6 módulos de 4 leds autodestellantes, sugerimosnos permitan ofertar 6 luces de leds de 3"x7" se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
16.	1	18.-Podría indicarnos que media será la La luz de escena trasera?	CADA PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR LA MEDIDA DE SUS MÓDULOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LO MÍNIMO REQUERIDO EN LAS BASES
17.	1	19.- Los equipos descritos se ofertarán por renglón o deben de cotizarse junto con el precio de la Ambulancia	SE COTIZA JUNTO CON EL PRECIO DE LA AMBULANCIA
18.	1	20. solicitamos a la convocante nos proporcione el Anexo I especificaciones técnicas en Word para evitar omitir alguna información de lo solicitado	EL FORMATO SOLICITADO ANEXO I SERÁ PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA CONVOCANTE HTTPS://INFO.JALISCO.GOB.MX/CONVOCATORIAS/17076

ADAMED, S.A. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	<p>PUNTO 7.1, NUMERAL 13</p> <p>PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EXPEDIDA POR LOS PARTICIPANTES (DISTRIBUIDOR DE CHASIS Y FABRICANTE ESPECIALIZADO) DONDE MANIFIESTEN QUE CUENTAN CON UN TALLER ACREDITADO Y AUTORIZADO DE LA MARCA EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE PODER OTORGAR A LAS AMBULANCIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA RÁPIDA, SEÑALANDO DOMICILIO DEL MISMO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL., DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO PARA ATENDER CUALQUIER SITUACIÓN QUE SURGIERA DE LA CONVERSIÓN DE LAS AMBULANCIAS.</p>	<p>Se le solicita de a la Convocante poder participar con carta bajo protesta de decir verdad expedida por los PARTICIPANTES (Distribuidor de CHASIS y fabricante especializado) donde manifiesten que cuentan con un taller acreditado y autorizado de la Marca en la zona metropolitana de Guadalajara, con el fin de poder otorgar a las Ambulancias servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de manera rápida, señalando domicilio del mismo, firmada por el representante legal, deberá contar con personal calificado y capacitado para atender cualquier situación que surgiera de la conversión de las ambulancias; donde el distribuidor podrá tener un centro de servicio con más de dos años de antigüedad debiendo comprobar esto bajo un contrato privado y así asegurando que el licitante otorga las garantías y servicio local.</p> <p>Favor de considerar tomando en cuenta el Art. No. 18 LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO.</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

	<p>SIN EMBARGO EN LA JA ACEPTARON LA PROPUESTA DE CONSTATAR CON CUALQUIER DOCUMENTO OFICIAL DE QUE DICHO TALLER NO SEA DE RECIENTE CREACIÓN, ES DECIR QUE TENGA AL MENOS 3 AÑOS DE ESTABLECIMIENTO EN LA ZONA.</p> <p>ADEMÁS DE VALIDAR DICHO TALLER ACREDITÁNDOLO MEDIANTE CONSTANCIA FISCAL Y/O LICENCIA MUNICIPAL.</p>		
2.	<p>ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, TARJETA ELECTRÓNICA, PAGINA 97</p>	<p>Se solicita a la Convocante nos permita ofertar un centro de carga con tarjeta electrónica con las siguientes funciones: un arreglo de 15 circuitos protegidos con fusibles independientes de tipo automotriz e identificación de falla de forma visual y audible, de estos 13 son por medio de relevador electromecánicos con diferentes valores de corriente (amperaje) y controlados con micro controladores. Se tiene dos circuitos que controlan de forma independiente el ancho de pulso para el extractor y para el ventilador. Para una mayor facilidad en la conexión se contempla un conector de tipo automotriz de 15 vías con su respectiva contra para el arnés de la unidad. Un sistema que detecta y activa la señal de puerta abierta con su</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>

		respectivo fusible fuera de servicio y señal audible intermitente y al mismo tiempo un testigo luminoso el cual informa cuando las puertas del área de pacientes están abiertas. La intercomunicación entre paneles de control con el centro de carga se realiza por medio de un sistema micro controlado, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.	
3.	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, PANEL DE CONTROL DELANTERO, PAGINA 97	Se solicita a la Convocante nos permita ofertar un tablero de control para la cabina de conducción con las siguientes funciones: Cuenta con 9 botones digitales tipo push botón, Se considera un botón para el encendido y apagado del módulo y 8 restantes que van distribuidos acorde a las funciones del área del conductor. Tiene implementado dos voltímetros con despliegue de información en forma digital, el primero monitorea el estado de la batería principal y el segundo monitorea el estado de la batería auxiliar, toda la información es visualizada en una pantalla de LCD. Todos los botones mencionados anteriormente cuentan con testigo luminoso, y también acústico con despliegue de la información vía texto en pantalla. Cuenta con un indicador de puerta abierta de tipo luminoso intermitente. Semáforo de vida visualizado por medio de leds en color rojo, amarillo y verde los cuales identifican el estado del paciente. Este tablero de control contempla las funciones de la torreta, luces de emergencia	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA,.

		perimetrales, sistema Hide a Way o estrobos, luces de trabajo (izquierda, derecha), puerta abierta y voltímetros, se acepta nuestra oferta?, favor de considerar.	
4	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PANEL DE CONTROL TRASERO, PAGINA 97	Se solicita a la Convocante nos permita ofertar un tablero de control para el área medica con las siguientes funciones: Cuenta con 9 botones digitales tipo push botón, Se considerar un botón para el encendido y apagado del módulo, un segundo con función de tres pasos para el semáforo de vida con sus respectivos leds en color rojo, amarillo y verde para indicar el estado de la paciente y 7 restantes que van distribuidos acorde a las funciones del área de pacientes, la aplicación de un termómetro digital el cual monitorea la temperatura del área y visualiza el valor en grados centígrados en la pantalla de LCD. Cada botón cuentan con testigo luminoso, acústico mostrando en modo texto la función ejercida. Con este tablero de control contempla las funciones de iluminación interior en sus dos intensidades alta y baja, aplicación del semáforo de vida, control de la ventilación y la extracción de aire, accionamiento del sistema de succión, luz de mesa de trabajo y control de inversor, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

5	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, VOLTÍMETRO INTEGRADO AL PANEL DE CONTROL TRASERO, PAG 97	Solicitamos a la Convocante proporcionar mas información en cuanto al tipo de voltímetro que requieren en el panel trasero, ya que este puede ser de para voltaje continuo 12VCD o voltaje alterno 120VCA. Favor de aclarar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1
6	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, VOLTÍMETRO INTEGRADO AL PANEL DE CONTROL TRASERO, PAG 97	Se solicita a la Convocante nos acepten que el voltímetro vaya integrado al panel de control del área de conducción como ofertamos en la pregunta 2, se acepta nuestra oferta? Favor de considerar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
7	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL, AUDITIVA Y DE COMUNICACIÓN, ILUMINACIÓN EXTERIOR, PAG 98 SEIS (6) MODULOS DE 4 LED'S AUTODESTELLANTES Y CON SINCORONIZADO AUTOMATICO PAR CONFORMAR UN SISTEMA DE ALERTA EN COLOR ROJO BLANCO, LAS CUALES SE INSTALARAN 2 EN LA PARTE FRONTAL (PARRILLA DEL VEHICULO), DOS EN LAS SALPICADERAS DELANTERAS A	Solicitamos a la Convocante que nos permita ofertar que las 6 luces sean con dimensiones de 7"x3" con tecnología led, ¿se acepta nuestra oferta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

	MANERA DE LUZ DE INTERSECCION Y DOS EN LAS PUERTA TRASERAS.		
8	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO MEDICO, REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA, PAG 100.	Se le informa a la Convocante que en el mercado se encuentra descontinuado la medida de reanimadores para pediátrico de 750ml, siendo comerciales solo 3 en las siguientes medidas: neonatal de 250ml, lactante de 550ml y adulto de 1500ml, solicitamos de la manera más atenta a la dependencia poder aceptar estas tres medidas ya especificadas, se acepta nuestra oferta? favor de considerar	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
9	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO MEDICO, RIEL PORTA VENOCCLISIS, PAG 101.	Se solicita a la Convocante poder ofertar dos porta sueros fabricado en hule de goma abatible con base circular de aluminio de sobreponer en el techo de la unidad con cinta velcro para la sujeción de soluciones, se acepta nuestra oferta?, favor de considerar.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
10	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO MEDICO, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL, PAG 102.	Para facilitar la presentación de la propuesta, se solicita a la Convocante aceptar/presentar además del registro sanitario cualquiera de los tres certificados que requieren (FDA, CE, ISO), se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

11	BASES, 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 14, PAGINA 19 DE 41.	Solicitamos a la Convocante sean aceptados: original o copia de los catálogos o fichas técnicas de los fabricantes o distribuidores de los equipos médicos.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
12	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, TARJETA ELECTRÓNICA, PÁGINA 108.	Se solicita a la Convocante nos permita ofertar un centro de carga con tarjeta electrónica con las siguientes funciones: un arreglo de 15 circuitos protegidos con fusibles independientes de tipo automotriz e identificación de falla de forma visual y audible, de estos 13 son por medio de relevador electromecánicos con diferentes valores de corriente (amperaje) y controlados con micro controladores. Se tiene dos circuitos que controlan de forma independiente el ancho de pulso para el extractor y para el ventilador. Para una mayor facilidad en la conexión se contempla un conector de tipo automotriz de 15 vías con su respectiva contra para el arnés de la unidad. Un sistema que detecta y activa la señal de puerta abierta con su respectivo fusible fuera de servicio y señal audible intermitente y al mismo tiempo un testigo luminoso el cual informa cuando las puertas del área de pacientes están abiertas. La intercomunicación entre paneles de control con el centro de carga se realiza por medio de un sistema micro controlado, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA,

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

13	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, PANEL DE CONTROL DELANTERO, PAGINA 108.	Se solicita a la Convocante nos permita ofertar un tablero de control para la cabina de conducción con las siguientes funciones: Cuenta con 9 botones digitales tipo push botón, Se considera un botón para el encendido y apagado del módulo y 8 restantes que van distribuidos acorde a las funciones del área del conductor. Tiene implementado dos voltímetros con despliegue de información en forma digital, el primero monitorea el estado de la batería principal y el segundo monitorea el estado de la batería auxiliar, toda la información es visualizada en una pantalla de LCD. Todos los botones mencionados anteriormente cuentan con testigo luminoso, y también acústico con despliegue de la información vía texto en pantalla. Cuenta con un indicador de puerta abierta de tipo luminoso intermitente. Semáforo de vida visualizado por medio de leds en color rojo, amarillo y verde los cuales identifican el estado del paciente. Este tablero de control contempla las funciones de la torreta, luces de emergencia perimetrales, sistema Hide a Way o estrobos, luces de trabajo (izquierda, derecha), puerta abierta y voltímetros, se acepta nuestra oferta?, favor de considerar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
----	---	--	----------------------------

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

14	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PANEL DE CONTROL TRASERO, PÁGINA 108.	Se solicita a la Convocante nos permita ofertar un tablero de control para el área medica con las siguientes funciones: Cuenta con 9 botones digitales tipo push botón, Se considerar un botón para el encendido y apagado del módulo, un segundo con función de tres pasos para el semáforo de vida con sus respectivos leds en color rojo, amarillo y verde para indicar el estado de la paciente y 7 restantes que van distribuidos acorde a las funciones del área de pacientes, la aplicación de un termómetro digital el cual monitorea la temperatura del área y visualiza el valor en grados centígrados en la pantalla de LCD. Cada botón cuentan con testigo luminoso, acústico mostrando en modo texto la función ejercida. Con este tablero de control contempla las funciones de iluminación interior en sus dos intensidades alta y baja, aplicación del semáforo de vida, control de la ventilación y la extracción de aire, accionamiento del sistema de succión, luz de mesa de trabajo y control de inversor, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
15	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, VOLTÍMETRO INTEGRADO AL PANEL DE CONTROLTRASERO, PAG 108.	Solicitamos a la Convocante proporcionar mas información en cuanto al tipo de voltímetro que requieren en el panel trasero, ya que este puede ser de para voltaje continuo 12VCD o voltaje alterno 120VCA. Favor de aclarar.	DEBERA SER VOLTAJE CONTINUO 12VCD

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

16	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMA ELECTRICO, VOLTÍMETRO INTEGRADO AL PANEL DE CONTROL TRASERO, PAG 108.	Se solicita a la Convocante nos acepten que el voltímetro vaya integrado al panel de control del área de conducción como ofertamos en la pregunta 2, se acepta nuestra oferta? Favor de considerar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
17	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL, AUDITIVA Y DE COMUNICACIÓN, ILUMINACIÓN EXTERIOR, PAG 109. SEIS (6) MODULOS DE 4 LED'S AUTODESTELLANTES Y CON SINCORONIZADO AUTOMATICO PAR CONFORMAR UN SISTEMA DE ALERTA EN COLOR ROJO BLANCO, LAS CUALES SE INSTALARAN 2 EN LA PARTE FRONTAL (PARRILLA DEL VEHICULO), DOS EN LAS SALPICADERAS DELANTERAS A MANERA DE LUZ DE INTERSECCION Y DOS EN LAS PUERTAS TRASERAS.	Solicitamos a la Convocante que nos permita ofertar que las 6 luces sean con dimensiones de 7"x3" con tecnología led, se acepta nuestra oferta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

18	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO MEDICO, REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA, PAG 111.	Se le informa a la Convocante que en el mercado se encuentra descontinuado la medida de reanimadores para pediátrico de 750ml, siendo comerciales solo 3 en las siguientes medidas: neonatal de 250ml, lactante de 550ml y adulto de 1500ml, solicitamos de la manera más atenta a la dependencia poder aceptar estas tres medidas ya especificadas, se acepta nuestra oferta? favor de considerar	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
19	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO MEDICO, RIEL PORTA VENOCCLISIS, PAG 112.	Se solicita a la Convocante poder ofertar dos porta sueros fabricado en hule de goma abatible con base circular de aluminio de sobreponer en el techo de la unidad con cinta velcro para la sujeción de soluciones, se acepta nuestra oferta?, favor de considerar.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
20	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO MEDICO, DESFIBRILADOR-MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETROS, PAG 114.	Para facilitar la presentación de la propuesta, se solicita a la Convocante aceptar además del registro sanitario cualquiera de los tres certificados que requieren (FDA, CE, ISO), se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
21	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPO MEDICO, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO-NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA HFO, PAG 117.	Para facilitar la presentación de la propuesta, se solicita a la Convocante aceptar presentar además del registro sanitario cualquiera de los tres certificados que requieren (FDA, CE, ISO), se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

22	BASES, 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 14, PAGINA 19 DE 41.	Solicitamos a la Convocante sean aceptados: original o copia de los catálogos o fichas técnicas de los fabricantes o distribuidores de los equipos médicos.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
----	---	---	---

AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1	NUMERAL 20.1	En el numeral 20.1 de las bases mencionan que el pago se realizará a los 30 días naturales a partir de la fecha de presentación de las Facturas, Solicito amablemente a la Convocante realizar dicho pago a los 15 días naturales.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.		pregunta administrativa: pagina 18 punto 11 12. solicitamos no limitar la participación con la solicitud de la carta de apoyo del fabricante, creemos que es suficiente presentar una carta de apoyo de un distribuidor primario reconocido por la marca del chasis, donde mencione que apoya en temas de garantías de acuerdo al manual del fabricante y soporte técnicos acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
2.		pregunta administrativa: pagina 19 punto 13. sugerimos a la convocante agregar que el fabricante de las conversiones para ambulancias cuente con un Call Center , las 24 horas los 365 del año así mismo capacidad de responder en talleres móviles equipados para dar servicio en campo soporte técnico correctivo y correctivo, se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
3.		Es correcto que el taller que solicitan debe ser del fabricante de las ambulancias y no de la agencia que provee la unidad.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
4		Solicitamos a la convocante permita ofertar un diseño para acomodo de las luces de acuerdo a las normas nacionales e internacionales garantizando siempre mayo iluminación y mejor tecnología	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

5		Solicitamos a la convocante permita ofertar otra opción de vehículo con características similares o mejores a las solicitadas, se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
6		Solicitamos a la convocante sea requerido constancia de NFPA, hacia la empresa que fabrica la conversión, garantizando que el producto es fabricado han base a lineamientos internaciones de seguridad	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
7		Solicitamos a la convocante permitir luces de emergencia con mayor intensidad, garantía de por vida, con diseño aerodinámico permitiendo la visibilidad ampliada con certificación ISO, que abala la garantía en cada uno de sus procesos de calidad	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
8		Es correcto que las empresas participantes deberán ser 100% fabricantes de vehículos de emergencia pudiendo demostrar en su objeto social, garantizando que la convocante recibirá un productor de calidad y con soporte técnico pos-venta local	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
9		Solicitamos a la convocante que los participantes presenten ISO-9000 para cuestiones de calidad en cada uno de los procesos	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
10		Es correcto que el taller del fabricante de las ambulancias debe estar certificado por un instancia internacional garantizando que cuenta con personal certificado para servicio pos-venta	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

11		En las características de la conversión solicitan “un asiento de rcp anatómico abatible con respaldo alto tapizado en vinil de alta resistencia, con cinturón de seguridad de 3 puntos grado automotriz con hebilla de acero importado”. aceptaría la convocante que ofertáramos “un asiento de rcp anatómico fijo con respaldo alto tapizado en vinil de alta resistencia, con cinturón de seguridad de 2 puntos grado automotriz con hebilla de acero importado”. favor de aceptar	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
12		Solicitamos a la convocante se permita eliminar la torreta para montar una pieza de fibra de vidrio con tres veces mayor resistencia a impactos donde se alberguen mínimo seis plafones 7x3” garantizando mayor iluminación a 180 grados	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
13		Para las luces de emergencias exteriores solicitamos para mayor seguridad y durabilidad del usuario en situaciones extremas sea requerido una luz tipo led en barra de ultima tecnología 100% sumergible en líquidos sin filtrar al interior, así como perder iluminación al cambio de los patrones de flasheo, esto quiere decir que debe tener una luz secundaria le led que siempre este encendida en los costados laterales viendo la luz de frente seria derecho e izquierdo con una garantía de por vida	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
14		En las características del sistema eléctrico solicitan “voltímetro integrado al panel de control trasero” aceptaría la convocante que los voltímetros de la batería	

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

		principal y de la batería auxiliar estuvieran colocados en el panel de control delantero? esto ya que el operador de la unidad es quien debe de estar monitoreando los voltímetros y no el técnico en urgencias medicas. favor de aceptar	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
15		En las características del equipo de señalización visual solicitan “2 plafones de escena en los costados, uno 9x7” en el costado izquierdo y otro 7x3” en el costado derecho”. la convocante aceptaría la convocante que los dos plafones de escena fueran de cómo mínimo 7x3”, ya que la configuración solicitada haría que la unidad no fuera estética. favor de aceptar	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
16		Los muebles de área medica podrán ser de fibra de vidrio y resinas plásticas o madera	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES S CORRECTA SU APRECIACION
17		En las características del equipo de señalización visual solicitan “4 plafones de 124 leds 9x7” color rojo los cuales se instalaran en los costados”. aceptaría la convocante que los 4 plafones fueran medidas 7x3” o 6x4”, ya que la medida 9x7” no cabe en los costados delanteros de la unidad. favor de aceptar	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
18		En las características del equipo de señalización visual solicitan “5 módulos de led ultima generación de 3 leds por modulo, armazón negro, colocados en el marco de las puertas traseras”. aceptaría la convocante que ofertemos 4 plafones medias 7x3”, 2 en color rojo y 2 en	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

		color ámbar colocados sobre una base de fibra de vidrio tipo spoiler arriba del marco de las puertas, esto con la finalidad de ofrecer mayor alerta visual por las características de los plafones y la colocación ya que no importa si las puertas están abiertas o no, siempre estará el señalamiento visual. favor de aceptar.	
19		1. En las características del equipo de señalización visual y auditiva solicitan “sirena de 200 watts con una bocina de 100 watts y que la sirena tenga los controles de el equipo de señalización visual”. aceptaría la convocante que ofertáramos una sirena de 100 watts con una bocina de 100 watts sin controles del equipo de señalización visual (estos se colocaran en el tablero de control de la cabina de conducción), ya que la sirena de 200 watts no se utilizara en su totalidad y el impacto en precios considerable. favor de aceptar.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
20		En la partida correspondiente al glucómetro se solicita a la convocante nos permita ofertar un glucómetro con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • método de la prueba: glucosa oxidasa biosensor • linealidad: 10-600mg/dl(0.6 – 33.3 mmol/l) • tiempo de reacción: 5 segundos • volumen de muestra: 0.9µl • tipo de muestra: sangre total ó plasma • unidades: mg/dl,mmol/l • memoria: 400 resultados 	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

“Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco”

FECHA: 19 de junio de 2018

		<ul style="list-style-type: none"> funciones: promedio de resultados de 7, 14, y 30 días, apagado automático dimensiones: medidor: 44x 92x 18 (mm) tiras: 30 x 5.5 0.53 (mm) peso: 50gr batería: 3v tipo cr2032 	
21		en la partida correspondiente al termómetro digital se solicita a la convocante nos permita ofertar un termómetro digital con las siguientes características ya que en el mercado hay disponibles nuevas tecnologías que reducen la invasión al paciente con los dispositivos médicos	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
22		termómetro digital: termómetro infrarrojo. sin contacto. medición de temperatura corporal, alimentos, objetos. medición en °c y °f. lectura instantánea. capacidad para 10 memorias. apagado automático después de 1 minuto. indicador de batería baja. pantalla LCD con luz. luz roja en caso de fiebre. distancia de operación entre 4 y 6 cm. peso 120 gr. con batería incluida. utiliza 2 baterías "AAA" incluidas	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
23		en la partida correspondiente al desfibrilador – monitor portátil multiparametros la convocante solicita que la batería cuente con un indicador de visual de carga lo cual es exclusivo de un solo fabricante, lo que no permite la libre participación de los demás licitantes. se solicita nos permita ofertar un equipo con batería sin indicador	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-032-18

"Adquisición de Ambulancias para diferentes Unidades del O.PD. Servicios de Salud Jalisco"

FECHA: 19 de junio de 2018

		de nivel de carga ya que todos los equipos del mercado manejan el nivel de carga en la pantalla del desfibrilador	
24		Para permitir la libre participación favor de mencionar el monitor desfibrilador que solicitan o permitan ofertar características mas abiertas	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
25		en la partida de laringoscopios, no se indica que tipo de luz se requiere por lo que se pide a la convocante nos permita ofertar luz de fibra óptica	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
26		en la partida de nebulizador con dosificador de oxígeno la convocante solicita que tenga batería interna; lo cual limita nuestra participación. solicitamos se nos permita ofertar un nebulizador con baterías recargables convencionales de alta duración	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
27		se solicita a la convocante explique a detalle el punto "11.0 pantalla que muestre el estado optimo del equipo" en la partida del desfibrilador automático portátil	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES
28		se solicita a convocante nos permita presentar uno de los siguientes certificados ce, iso9001, ssa, fda, según corresponda , ya que todos garantizan la calidad y el buen funcionamiento de los equipo	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADO QUE NO REFERENCIA AL PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES