

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-036-2019**
**SEGUNDA VUELTA**
**SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DENTALES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

Guadalajara Jalisco., 22 de Noviembre del 2019

<b>REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S.A. DE C.V.</b>			
<b>Consecutivo Licitante</b>	<b>Partida Y/O Punto De Convocatoria</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
1	Bases	Solicitamos a la convocante que sea de carácter obligatorio el uso de un software especializado con la finalidad de que la convocante pueda visualizar el porcentaje de avance al término del día, respecto al mantenimiento contratado.	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a los requisitos solicitados en las bases y sus anexos.
2	Anexo 12	Solicitamos a la convocante dar libre participación con una Licencia Municipal con giro comercial Oficina Administrativa y Venta de Insumos Médicos, ya que la naturaleza del bien a dar servicio entra dentro de esta categoría.	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a los requisitos solicitados en las bases y sus anexos.
3	Anexo 12	Solicitamos a la convocante nos permita comprobar conocimiento técnico en mantenimiento de equipos dentales mediante los certificados que se emiten a nuestros Técnicos que asisten a dichas capacitaciones, ya que éstos son a título personal de quienes aprueban el curso.	El participante deberá acreditar que las constancias y certificados presentados acrediten ser de su personal, mediante copia simple del alta del IMSS del personal capacitado. En caso de ser persona física las constancias o certificados pueden estar a nombre del representante legal.

<b>Industria Médica en Movimiento S.A. DE C.V.</b>			
<b>Consecutivo Licitante</b>	<b>Partida Y/O Punto De Convocatoria</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
1	Especificaciones Técnicas	Solicitamos a la convocante aclarar el formato de visita a las unidades, ya que no se encuentra anexo.	No aplica, en atención a la respuesta a la pregunta 2.
2	Especificaciones Técnicas	Solicitamos a la convocante elimine la visita a las 40 unidades ya que no se especifica el formato de visita.	Se acepta su propuesta.
3	Especificaciones Técnicas	Solicitamos a la convocante elimine el soporte de mantenimiento y refacciones a las marcas Ritter Dental, Siemens Dental y FONDA Dental, ya que, en ninguna de las regiones sanitarias mencionadas en el directorio anexo en las presentes bases, cuentan con unidades dentales de dichas marcas.	Se aclara que el proveedor que resulte adjudicado deberá realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos propiedad del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco que se encuentran en diversas unidades médicas. asimismo, los participantes deberán presentar las cartas de apoyo de refacciones

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-036-2019**
**SEGUNDA VUELTA**
**SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DENTALES DEL OPD SERVICIOS DE  
SALUD JALISCO**

			coincidentes con las marcas de las unidades dentales a reparar.
4	Especificaciones Técnicas	En caso de que la respuesta sea negativa a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante indicar donde se encuentran dichas unidades para contemplarlas dentro nuestro recorrido junto a fedatario público, para dar legalidad y fe de la existencia de dichas unidades dentales y proceder a solicitar los apoyos solicitados.	No aplica
5	Especificaciones Técnicas	Solicitamos a la convocante quitar el punto 14 de la descripción del mantenimiento preventivo, ya que éste es un mantenimiento correctivo.	Se acepta, sin embargo, deberá proveer ese servicio dentro del mantenimiento correctivo.
6	Bases	Solicitamos a la convocante indicar el tiempo en el cual se darán los mantenimientos, ya que no se especifica en dichas bases.	A partir de los 3 días posteriores al fallo de la licitación y hasta el 31 de diciembre del 2019.
7	Bases	Solicitamos a la convocante aplazar el tiempo de entrega de la documentación, ya que las bases no especifican puntos importantes a considerar para su valoración.	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el calendario de actividades de las bases de la licitación.
8	Bases	Solicitamos a la convocante especifique el procedimiento de comprobación de los mantenimientos a contratar indicando el personal autorizado para dar validez a dichos servicios efectuados.	Deberá presentar orden de servicio de la empresa la cual debe especificar: -Lugar -Datos generales del equipo como marca, modelo y serie -nombre del técnico de la empresa -Diagnóstico y procedimiento realizado de mantenimiento -Sello y firma de la unidad médica -Sello y firma de visto bueno del personal que opera la unidad (administrador de cada unidad médica o la coordinadora estatal del programa salud bucal) -Realizar el llenado de la bitácora de mantenimiento de la unidad médica con los datos mencionados anteriormente