

# **GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

## **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

### **JUNTA DE ACLARACIONES**

#### **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-049-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  
PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**GOBIERNO DEL ESTADO**

Guadalajara, Jalisco a 11 de noviembre de 2022.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-049-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ  
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL  
PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE  
SALUD JALISCO”**

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 11 de noviembre de 2022, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la Presente **LICITACIÓN**. Se realizaron los siguientes.

**HECHOS:**

**1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE**

No hay aclaraciones por parte de la **CONVOCANTE**.

**2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.**

**Primero.** - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas las preguntas y el manifiesto de interés en participar que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	5
2	KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.	10
<b>Total</b>		<b>15</b>

<b>SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.</b>			
No.	Partida y/o Punto de Convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos Partida 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos señale si es necesario presentar los certificados ISO 9001:2015 y Certificado que acredite la resistencia y durabilidad de los bienes señalados en el anexo1 Carta de requerimientos técnico en original o copia certificada ante notario publico y copia simple para su cotejo.	Copia simple, la convocante se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos presentados antes de la emisión y publicación del fallo.
2	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos Partida 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17	¿Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos señale si será necesario que los participantes de los productos a ofertar debemos presentar cartas de respaldo en original del fabricante en caso de ser distribuidor de los mismos?	Para este punto el participante deberá atender los documentos solicitado en cada uno de los anexos de las partidas de esta convocatoria.
3	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos Partida 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17	Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos aclare si, es necesario; que para demostrar la calidad que ofrezcamos los participantes en productos metálicos es necesario presentar certificados que avalan que los productos entregables son libres de	Los participantes podran adjuntar cualquier documento que acredite que los bienes ofertados son libres de emisiones toxicas y en su fabricación se considera el cuidado al medio ambiente.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-049-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ  
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL  
PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE  
SALUD JALISCO"**

		emisiones toxicas para los usuarios y el cuidado de la gestión ambiental.	
4	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos Partida 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17	Solicitamos de la forma más atenta a la convocante nos aclare si, debemos presentar las cartas en original del fabricante en el que respalda al distribuidor haciendo mención que se cumple con las especificaciones originalmente convenidas	Para este punto el participante deberá atender los documentos solicitado en cada uno de los anexos de las partidas de esta convocatoria.
5	Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos Partida 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17	Solicitamos de la forma más atenta a la convocante nos aclare si, debemos presentar Catalogos e Isometricos haciendo referencia Marca, modelo y las características solicitadss en el anexo 1 Carta de requerimientoos Técnicos	Para este punto el participante deberá atender los documentos solicitado en cada uno de los anexos de las partidas de esta convocatoria.

<b>KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.</b>			
<b>No.</b>	<b>Partida y/o Punto de Convocatoria</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
1	4	Se solicita a la convocante presentar una báscula con estadimetro que cuente batería interna, por lo que la puede operar a través de su cable de alimentación o desconectada, ¿se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
2	6	Se solicita a la convocante especificar si la mesa de trabajo debe ser fija o móvil.	La mesa de trabajo debe ser fija.
3	6	Se solicita a la convocante se permita ofertar una mesa de trabajo con dimensiones de largo 1. 219 mts, ancho 0. 762 mts, alto 0.863 mts, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, los participantes podrán ofertar para la mesa de trabajo en acero inoxidable, con una variación en las dimensiones del bien de +/- 10%.
4	7	Se solicita a la convocante se permita ofertar una mesa pasteur con dimensiones de largo 64cm, ancho 47cm, altura 100cm, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, los participantes podrán ofertar para la mesa pasteur en acero inoxidable, con una variación en las dimensiones del bien de +/- 10%.
5	12	Se solicita a la convocante ofertar un banco giratorio de acero cromado con un descansa pies de tubo de acero calibre No. 18 de 16 mm (5/8") de diámetro ¿se acepta?	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
6	12	Se solicita a la convocante ofertar un banco giratorio de acero cromado con una estructura de tubo de acero calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, los participantes podrán ofertar para el banco giratorio de acero cromado con respaldo, con una variación en las dimensiones del bien de +/- 10%.
7	13	Se solicita a la convocante se permita ofertar un archivero metálico con dimensiones de frente 47cm, fondo 65cm, alto 130 cm, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, los participantes podrán ofertar para el archivero metálico de 4 gavetas, con una variación en las dimensiones del bien de +/- 10%

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-049-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ  
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL  
PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE  
SALUD JALISCO”**

8	14	Se solicita ofertar un escritorio con dimensiones de 180 x 75 x 75 cm con dos gavetas papeleras y dos cajones, ¿se acepta?	No se acepta. Los participantes deberán ofertar de acuerdo con lo solicitado por el área requirente para la partida 14 en el Anexos 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
9	16	Se solicita a la convocante presentar un locker con dimensiones de ancho 30 cm, profundidad 46cm, altura 183 cm, ¿se acepta?	No se acepta. Los participantes deberán ofertar de acuerdo con lo solicitado por el área requirente para la partida 16 en el Anexos 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
10	16	Se solicita a la convocante presentar un locker con un grosor de puerta de calibre 16, al igual que de puerta trasera, laterales y repisas de calibre 24, ¿se acepta?	No se acepta. Los participantes deberán ofertar de acuerdo con lo solicitado por el área requirente para la partida 16 en el Anexos 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

**Segundo. – PARTICIPANTE SALUS SPA S.A. DE C.V.,** envió escrito de interés en participar en la licitación, sin realizar preguntas.

**Tercero. –** Se procedió a dar lectura a las respuestas contenidas en el acta, para que posteriormente el **PARTICIPANTE** pudiera estar en condiciones de hacer cuestionamientos sobre las dudas de las respuestas emitidas por la **CONVOCANTE**, a lo que respondió no tener ninguna.

**Cuarto. –** Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:22 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Coordinador de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco		
C. Luis Francisco López González	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		
C. Estefanía Montserrat Alcántara García	Representante del Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco		

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-049-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ  
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL  
PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE  
SALUD JALISCO”**

Dr. Aarón Jesús Fuentes Ramos	Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
-------------------------------	---	--	--

**PARTICIPANTE:**

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>ANTEFIRMA</b>
SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	Manuel López Castro		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>

----- **FIN DEL ACTA** -----

**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO