

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD
JALISCO

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-050-2021 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA PERTENECIENTE AL O.P.D. SERVICIOS
DE SALUD JALISCO”

Guadalajara, Jalisco a 02 de diciembre de 2021.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las bases que rigen al presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 02 de diciembre de 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Adquisiciones, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la presente **LICITACIÓN**. Se realizaron los siguientes.

HECHOS:

1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

No hay Aclaraciones por parte de la **CONVOCANTE**.

2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	Antonio Navarro Hernández	25
Total de preguntas:		25

Antonio Navarro Hernández			
No.	Partida y/o Punto de Convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	Anexo I. Partida 2 Balanza Granataria Electrónica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 2 Balanza Granataria Electrónica se menciona: Temperatura de Operación: rango inferior: +10 °C a +15°C; rango superior: +30C° a +45°C. Se solicita amablemente a la convocante permitir ofertar un equipo con límite de operación inferior de 5°C y superior de 35°C, los cuales entran dentro de lo mencionado por el licitante.	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
2	Anexo I. Partida 2 Balanza Granataria Electrónica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 2 Balanza Granataria Electrónica se menciona: Equipada con pantalla gráfica y luz de fondo. Se solicita a la convocante el poder ofertar equipo sin luz de fondo al ser una característica que algunos fabricantes consideran como opcional o no	No se acepta, para la Partida 2 <i>Balanza Granataria Electrónica</i> , el participante deberá ofertar lo solicitado por el área requirente en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las Bases a la Convocatoria.

		incluida al no tratarse de una característica que influya en el correcto funcionamiento del equipo.	
3	Anexo I. Partida 2 Balanza Granataria Electrónica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 2 Balanza Granataria Electrónica se menciona: Plato circular de acero inoxidable 85mm de diámetro (mínimo) . Se solicita a la convocante el poder ofertar equipo con plato cuadrado en lugar de circular, siempre y cuando cumpla con la medida mínima requerida o superior.	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
4	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo en el apartado Documentos adicionales para productos de origen internacional se menciona Copia simple de certificado ISO 9001:2015 y 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado . Se solicita a la convocante aceptar el ISO 9001:2015 en lugar del ISO 9001:2008	Para la partida 3, se solicita copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 y 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado y copia simple de certificado ISO 9001:2015 y 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado, como está señalado en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos, de las Bases a la Convocatoria.
5	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo en el apartado Documentos adicionales para productos de origen internacional se menciona Copia simple de certificado ISO 9001:2015 y 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado . Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar solamente un estándar internacional de calidad, en este caso el ISO 9001:2015, ¿se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
6	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo en el apartado Documentos adicionales para productos de origen internacional se menciona Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado . Se solicita amablemente a la convocante nos permita omitir la presentación del FDA/CE/JIS ya que el equipo no requiere registro sanitario, se anexará en la propuesta copia del acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014 para su revisión, ¿se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
7	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo en el apartado Documentos adicionales para productos de origen internacional se menciona Copia simple de certificado ISO 9001:2015 y 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado . Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar solamente un estándar internacional de	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.

		calidad, en este caso el ISO 9001:2015 para cumplir con este punto, ¿se acepta?	
8	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo se menciona: Con circulación de aire forzado, con dos ventiladores en cámara interior, ajustable en pasos de 10 % . Se le solicita a la convocante el permitir ofertar un equipo que cumple con la circulación de aire forzado aunque no realiza pasos de 10%, ¿se acepta?	No se acepta, para la Partida 3 <i>Incubadora de Cultivo</i> , el participante deberá ofertar lo solicitado por el área requirente en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las Bases a la Convocatoria.
9	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo se menciona: Con dos sensores PT 100 clase A Se le solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo con un solo sensor PT100 clase A que detecta la temperatura de la cámara, ya que el diseño de algunas marcas fabricantes solo incluyen uno de éstos y no afecta el correcto funcionamiento del equipo, ¿se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
10	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo , se menciona: Capacidad desde 200 hasta 250 litros . Se permita ofertar incubadora con 252L de capacidad, ¿se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
11	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo se menciona: Temporizador de programación para minutos, horas y días . Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con programación de minutos y horas, ya que algunos fabricantes solo cuentan con esta característica al programar días a partir de horas.	Se acepta, siempre y cuando cumpla el margen de hasta 96 horas.
12	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo se menciona: Programa de esterilización fijado para la cámara interior . Se le solicita a la convocante nos indique a qué se refiere con este punto. En este caso el equipo a ofertar permite programar los parámetros de la incubadora, ¿se acepta?	Se acepta, si dentro de sus programas incluya la esterilización de la cámara. Este punto refiere a que cuando el equipo se deje de usar se pueda sanitizar mediante esterilización de calor.
13	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo se menciona: Requerimiento de energía: 220 V, 50/60 Hz , 2,000 W . Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con requerimiento de 120V 50/60 Hz y 450 Watts, ¿se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
14	Anexo I. Partida 3 Incubadora de Cultivo	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 3 Incubadora de Cultivo se menciona: Ajuste de pre-mezcla de aire fresco calentado por válvulas de aire . Se le solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo que realiza una premezcla de aire fresco con aire ambiente del exterior sin necesidad de válvulas. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.

15	Anexo I. Partida 4 Horno de Convección Mecánica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 4 Horno de Convección Mecánica en el apartado Documentos adicionales para productos de origen internacional se menciona Copia simple de certificado ISO 9001:2015 y 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar solamente el ISO 13485:2016 para cumplir con este punto.	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
16	Anexo I. Partida 4 Horno de Convección Mecánica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 4 Horno de Convección Mecánica en el apartado Documentos adicionales para productos de origen internacional se menciona Copia simple de certificado ISO 9001:2015 y 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. Se solicita a la convocante aceptar el ISO 13485:2016 en lugar del ISO 13485:2003	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
17	Anexo I. Partida 4 Horno de Convección Mecánica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 4 Horno de Convección Mecánica se menciona: Rango de Temperatura 35 a 250 °C. Se solicita amablemente a la convocante aceptar un rango de temperatura a partir de 50 a 250°	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
18	Anexo I. Partida 4 Horno de Convección Mecánica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 4 Horno de Convección Mecánica en el apartado Documentos adicionales para productos de origen internacional se menciona Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. Se solicita amablemente a la convocante nos permita omitir la presentación del FDA/CE/JIS ya que el equipo no requiere registro sanitario, se anexará en la propuesta copia del acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014 para su revisión.	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
19	Anexo I. Partida 4 Horno de Convección Mecánica	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 4 Horno de Convección Mecánica se menciona: Consumo 2000 W. Se solicita a la convocante permitir ofertar un equipo de 2100 W al no tratarse de una característica que influya en el correcto funcionamiento del equipo, ¿se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para los demás participantes.
20	Anexo I. Partida 5	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 5 Microscopio en el numeral 5 se menciona: Sistema de iluminación con LED, halógena 6 V/30 W. Se solicita amablemente a la convocante nos indique si se debe cumplir con una de estas dos opciones, ya sea LED o halógeno, ¿es correcta nuestra apreciación?	El equipo tendrá que contar con sistema de iluminación LED.
21	Anexo I. Partida 5	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 5 Microscopio en el numeral 5 se menciona: Temperatura de color con 6V 2800k. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con una variante distinta de temperatura, ¿se acepta?	Su pregunta esta mal formulada, en el numeral 5 se hace mención del sistema de iluminación con LED, halógena 6 V/30 W.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-050-2021 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE
PUERTO VALLARTA PERTENECIENTE AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

22	Anexo I. Partida 5	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 5 Microscopio en el numeral 11 se menciona: Temperatura de color con 6V 2800k . Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con una variante distinta de temperatura, ¿se acepta?	Se acepta, siempre y cuando el mínimo de temperatura de color sean 2800 °K
23	Anexo I. Partida 5	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 5 Microscopio en el numeral 8 se menciona: Objetivo plan – acromático 4X/ 0.12 . Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con objetivo plan 4x/0.10, ¿se acepta?	No se acepta, para la Partida 5 <i>Microscopio</i> , el participante deberá ofertar lo solicitado por el área requirente en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las Bases a la Convocatoria.
24	Anexo I. Partida 5	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 5 Microscopio en el numeral 13 se menciona: Ocular PL 10X/ 18 Br Foc Pos 13 . Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo ocular 10X/20, ¿se acepta?	No se acepta, para la Partida 5 <i>Microscopio</i> , el participante deberá ofertar lo solicitado por el área requirente en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las Bases a la Convocatoria.
25	Anexo I. Partida 5	En el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, Partida 5 Microscopio en el numeral 4 se menciona: Platina 75 x 30 CN objetos con palanca derecha condensador con accionamiento derecho y cable de red . Se solicita amablemente nos indique a qué se refiere con cable de red.	El equipo tendrá que contar con cable de red eléctrica.

Segundo. – Se advierte que no se registraron participantes para el **ACTO DE JUNTA ACLARATORIA**.

Tercero. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las **12:28 horas**, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Coordinador de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco		
Lic. Hilda Beatriz Hernández Parra	Representante de la Dirección de Recursos Materiales del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-050-2021 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE
PUERTO VALLARTA PERTENECIENTE AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Lic. Abril Alejandra Ballina Aguiar	Representante del Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco		
C. Luis Francisco López González	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		
Dra. Janett Alvarado González	Directora Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Área Requirente / Técnica		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO