



## **GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS  
DE SALUD JALISCO

### **JUNTA ACLARATORIA**

### **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC 43068001-050-2020**

# **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”**

GOBIERNO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco a 05 de noviembre de 2020.



Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el **“Glosario”** descrito en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 14:30 horas del día 05 de noviembre de 2020, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en el punto 5, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes,

## **H E C H O S :**

### **A C L A R A C I O N E S D E L A C O N V O C A N T E .**

**Aclaración.-** En el punto 9.1 punto s. Anexo 20 y punto u. Anexo 22 se solicita en ambos puntos Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente (sólo aplica para el PROGRESIVO 5). Por lo que se informa que el punto u. Anexo 22 será omitido en la relación de entrega de documentación en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, toda vez que es un documento que se solicita dos veces en los mismos términos, debiendo presentar únicamente el punto s. Anexo 20.

### **P R E G U N T A S D E L O S P A R T I C I P A N T E S .**

**Primero.-** La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del área requirente los siguientes participantes:

<b>No.</b>	<b>NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</b>	<b>NÚMERO DE PREGUNTAS</b>
1	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO S.A DE C.V.	20
2	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	3
<b>Total de preguntas:</b>		<b>23</b>



Las preguntas presentadas se contestan a continuación:

ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO S.A DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN EL RECUADRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS DICE HORA 19:00 HRS Y APERTURA DE PROPUESTAS DICE 19:30 HRS	¿ESTE ES EL HORARIO CORRECTO, PARA EL EVENTO?	De conformidad con el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las <b>BASES</b> , el <b>REGISTRO</b> PARA LA <b>PRESENTACION DE PROPUESTAS</b> es de las 19:00 a las 19:29 horas y el evento para la <b>PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS</b> es a las 19:30 horas.
2	PUNTO 7 INCISO K DICE: LA PROPUESTA TÉCNICA SE REQUIERE EN FORMATO DIGITAL EN VERSIÓN .DOC Y .PDF	SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI DEBEN SER AMBOS FORMATOS O CUALQUIERA DE LOS DOS	La <b>CONVOCANTE</b> confirma que, para este punto, se deberá presentar la documentación solicitada en el inciso K del punto 7 en <b>AMBOS FORMATOS</b> .
3	PUNTO 7 INCISO K DICE: LA PROPUESTA ECONÓMICA SE REQUIERE EN FORMATO DIGITAL FORMATO DIGITAL EN VERSIÓN .XLSX Y PDF	SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI DEBEN SER AMBOS FORMATOS O CUALQUIERA DE LOS DOS	La <b>CONVOCANTE</b> confirma que, para este punto, se deberá presentar la documentación solicitada en el inciso K del punto 7 en <b>AMBOS FORMATOS</b> .
4	PUNTO 7 INCISO K DICE: LA PROPUESTA TÉCNICA SE REQUIERE EN FORMATO DIGITAL EN VERSIÓN .DOC Y .PDF; LA PROPUESTA ECONÓMICA SE REQUIERE EN FORMATO DIGITAL FORMATO DIGITAL EN VERSIÓN .XLSX Y .PDF; Y, LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, EN VERSIÓN .PDF ALMACENADAS EN MEMORIA USB.	SE DEBERA ALMACENAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN ESTE PUNTO DOS MEMORIAS USB UNA CON LA PROPUESTA TECNICA Y OTRA CON LA PROPUESTA ECONOMICA, ES CORRECTO? .	Para este punto será suficiente con que la totalidad de la documentación solicitada en el inciso K del punto 7 sea presentada en una sola memoria USB.
5	LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, EN VERSIÓN .PDF ALMACENADAS EN MEMORIA USB.	FAVOR DE INDICAR EN QUE PROPUESTA SE INTEGRAN EN LA TECNICA O EN LA ECONOMICA? .	De conformidad con lo establecido en el punto 7. Características de la propuesta, inciso K. de las <b>BASES</b> del <b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN</b> , deberá referenciarse la PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA y cada uno de los ANEXOS en la memoria USB.
6	PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. INCISO S (ANEXO 20) E INCISO U ( ANEXO 22) AMBOS DICEN : CARTA ORIGINAL DE APOYO SOLIDARIO EN LA LICITACIÓN DEL FABRICANTE O, CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL Y COPIA DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN DEL FABRICANTE VIGENTE (SÓLO APLICA PARA EL PROGRESIVO 5).	SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL DE LOS DOS ANEXOS DEBERA UTILIZARSE.	Deberá apegarse a lo establecido en la Aclaración 1 de la presente acta de Junta de Aclaraciones.
7	ANEXO 1: CARTA DE REQUERIMIENTOS “PROGRESIVO 3”: MESAS DE TRABAJO” DICE: PATAS DE PLASTICO PARA NIVELACION:	SE REFIERE A REGATON NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE CON INTERIOR DE PLASTICO? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Es correcta su apreciación, sin ser limitante para los demás participantes.
8	ANEXO 1: CARTA DE REQUERIMIENTOS “PROGRESIVO 3”: MESAS DE TRABAJO DE	FAVOR DE INDICAR, CALIBRE DE LA CUBIERTA, CALIBRE DE LA REPISA Y	Se solicita cubierta calibre 18 y repisa calibre 20, ambas de acero inoxidable.



	ACERO INOXIDABLE” DICE: PATAS TIBULARES DE ACERO DE 1 5/8” DE DIAMETRO CON REPISA INFERIOR AJUSTABLE:	SI AMBAS SON DE ACERO INOXIDABLE	
9	ANEXO 1: CARTA DE REQUERIMIENTOS “PROGRESIVO 3”: MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE:	SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL ACERO INOXIDABLE PARA LA MESA DEBE SER TIPO AISI TIPO 304, ACABADO SANITARIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación, los participantes deberán considerar en sus propuestas técnicas y económicas mesas de trabajo de acero inoxidable tipo 304 acabado sanitario.
10	ANEXO 1: CARTA DE REQUERIMIENTOS “PROGRESIVO 5”: REFRIGERADORES SOLARES:	SE PIDE A LA CONVOCANTE QUE EN ESTA PARTIDA, CON BASE EN LOS RETRASOS DE MATERIAS PRIMAS POR LA PANDEMIA ACTUAL, PUEDA AMPLIARSE LA ENTREGA A 8 SEMANAS. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta. Los participantes deberán considerar la entrega de los bienes ofertados a más tardar el 21 de diciembre del presente.
11	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 17</b> dice: Graficador externo de temperatura, con rango de al menos -35°C a +15°C y/o monitor electrónico con soporte de batería, que permite el registro y almacenamiento de datos de al menos 7 días.	Nuestro equipo cumple con el monitor electrónico mediante un control de temperatura digital, con comunicación bluetooth a teléfonos, Tablet o computadoras para acceso inmediato sin costos de cables, papel o licencias, da almacenamiento de 40 días, facilidad para descargar graficas sin restricciones sin necesidad de puertos especiales ¿esto satisface las necesidades del usuario para gráficos de temperatura?	El participante deberá ofertar el equipo de conformidad con las características señaladas para el progresivo 5 punto 17, especificadas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos.
12	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 22</b> dice: Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	Solicitamos a la convocante, nos indique que características adicionales se deben considerar para cubrir sus necesidades.	No se requieren características adicionales a las especificadas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos). Para el progresivo 5.
13	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 25.</b> Dimensiones aproximadas 1395 x 739x 903 mm +/- 100 mm.	De acuerdo a las normas aplicables, se acepta un a tolerancia en las dimensiones de equipos a ofertar de mas - menos 10% , se acepta ofertar con esta tolerancia?	Se acepta 1395 x 739x 903 mm +/- 10%
14	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 26.</b> Capacidad útil de almacenamiento al menos 150 dm3 o 5.29 pies3.	De acuerdo a la ley de adquisiciones, es viable ofertar equipos de una capacidad mayor a la solicitada, ¿se acepta una propuesta con una tolerancia de mas 10%?	Se acepta una tolerancia de +/- 10%
15	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 28.</b> Control microprocesado de temperatura con display digital, pantalla touchscreen que despliegue la temperatura del refrigerador en dígito y en gráfica, temperatura con 2 dígitos y punto decimal, lecturas mínimas y máximas, indicador de batería baja con batería recargable de 72hrs con protección de password para programar los parámetros de control.	En el punto 15 del mismo anexo ya solicitaban un control de temperatura, y lo repiten en el punto 28, ¿Solicitan dos control de temperatura por equipo o con uno es suficiente?	Se solicita un control por equipo.
16	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 28.</b> Control microprocesado de temperatura con display digital, pantalla touchscreen que despliegue la temperatura del refrigerador en dígito y en gráfica, temperatura con 2 dígitos y punto decimal, lecturas mínimas y máximas, indicador de batería baja con batería recargable de 72hrs con protección de password para programar los parámetros de control.	Solicitan control con batería para 72 hrs, pero en el punto 24 requieren que el equipo funcione de manera autónoma por 5 días, se acepta ofertar un solo control – datalogger con capacidad de funcionar de manera autónoma por 5 días, con display digital de temperatura, con dos dígitos y punto decimal, registro de temperatura máxima y mínima, indicador de falla de temperatura, falla eléctrica, falla de puerta abierta, el equipo cumple con el monitoreo electrónico de temperatura digital, con comunicación bluetooth a teléfonos, Tablet o computadoras para acceso	El participante deberá ofertar el equipo de conformidad con las características señaladas para el progresivo 5 punto 28, especificadas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).



		inmediato a reportes de graficas, sin costos de cables, papel o licencias, da almacenamiento de 40 días, facilidad para descargar graficas sin restricciones sin necesidad de puertos especiales ¿esto satisface las necesidades del usuario para gráficos de temperatura y control de temperatura?	
17	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 29.</b> Almacenamiento de datos de temperatura, alarmas y deshielos (con intervalo programable), mínimo de 1,000,000 de lecturas.	Solicitan registro de 1,000,000 lecturas , nuestro equipo tiene la capacidad de registrar y almacenar la temperatura para 40 días,de manera continua, ilimatada, y autónoma por 5 días sin suministro eléctrico ¿esto satisface las necesidades del usuario para almacenamiento de gráficos de temperatura?	El participante deberá ofertar el equipo de conformidad con las características señaladas para el progresivo 5 punto 29, especificadas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
18	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 30.</b> Descarga de datos directo a memoria USB en formato .XLS.	El equipo que solicitan con decarga usb, implica costos de cables y puertos, existen nuevas tecnologías como la bluetooth, ¿se acepta esta mejora para la propuesta en este punto sin costos adicionales de consumibles o accesorios?	El participante deberá ofertar el equipo de conformidad con las características señaladas para el progresivo 5 punto 30, especificadas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
19	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 42.</b> Instalación del sistema de alimentación solar a mínimo 6 metros del equipo, incluye cableado, herrajes y puesta en marcha.	Indican mínimo de 6 metros y solicitamos indicar si el máximo tolerable seria de 8 m. ¿se acepta?	El participante deberá ofertar el equipo de conformidad con las características señaladas para el progresivo 5 punto 42, especificadas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos), con los metros necesarios para su instalación y puesta en operación.
20	<b>Anexo1, Progresivo 5, punto 44.</b> Curvas sanitarias en el área de almacenamiento que permitan la fácil limpieza.	El solicitar curva sanitaria reducirá casi un 10 % el almacenamiento dentro del congelador, ¿puede esto ser opcional, a fin de optimizar la capacidad de almacenamiento?	El participante deberá ofertar el equipo de conformidad con las características señaladas para el progresivo 5 punto 44, especificadas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL S.A. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
21	Progresivo 5: 46 Refrigeradores solares para vacunas (pág. 36):	Punto 23. Equipo horizontal con Sistema de alimentación eléctrico y solar. Se solicita amablemente a la convocante aceptar la participación con un equipo vertical con la finalidad de no limitar la libre participación.	El participante deberá ofertar el equipo de conformidad con las características señaladas para el progresivo 5 punto 46, especificadas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
22	Progresivo 5: 46 Refrigeradores solares para vacunas (pág. 36):	Punto 23. Equipo horizontal con Sistema de alimentación eléctrico y solar. Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se requiere incluir la instalación de paneles	Se requiere la instalación y puesta en marcha del equipo en unidad, con todos sus accesorios para el correcto funcionamiento.



		solares para el funcionamiento del equipo.	
23	Progresivo 5: 46 Refrigeradores solares para vacunas (pág. 37):	Punto 33. Capacidad de conectarse y enviar información vía WIFI. Se solicita amablemente a la convocante permitir la descarga de información con una memoria USB con la finalidad de no limitar la libre participación.	Se requiere capacidad de conectarse y enviar información vía WIFI y descargar datos directos a memoria USB.

\_\_\_\_\_  
DR. CARLOS ARMANDO RUIZ ESPARZA

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD DEL  
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

\_\_\_\_\_  
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA

COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS  
DE SALUD JALISCO

\_\_\_\_\_  
LIC. ROXANA GPE. LIZARRARAS DURAN

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR  
DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ DANIEL ALCALÁ CORTÉS

REPRESENTANTE ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE



**Participantes:**

Consecutivo	Participante	Representante	Firma
1	HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	Gilberto Sánchez Huerta	

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

Fin del Acta. -----

