



## **GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**JUNTA ACLARATORIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LSCC-045-2020 SEGUNDA VUELTA**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDAD  
MOVIL DE COLPOSCOPIA PARA EL PROGRAMA DE  
CANCER DE LA MUJER**

**GOBIERNO DEL ESTADO**

Guadalajara, Jalisco a 17 de noviembre de 2020.



Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “**Glosario**” descrito en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 14:00 horas del día 17 de noviembre de 2020, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en el punto 5 de las bases que rigen la presente licitación, se dieron los siguientes,

## **HECHOS :**

### **ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE .**

**Aclaración.-** No existen aclaraciones por parte de la convocante.

### **PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES .**

**Primero.-** La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** los siguientes participantes:

<b>No.</b>	<b>NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</b>	<b>NÚMERO DE PREGUNTAS</b>
1	KYC MEDICAL S DE RL DE CV	3
<b>Total de preguntas:</b>		<b>3</b>

GOBIERNO DEL ESTADO



Las preguntas presentadas se contestan a continuación:

PROGRESIVO	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA
1	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	Se solicita a la convocante especifique la descripción General del Servicio: Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres. Sobre <b>Laminado y pintura general en mismo color, esmalte poliuretano</b> : se solicita a la convocante agregue fotos de la unidad móvil o en su caso una visita de verificación o levantamiento. Esto con el fin de elaborar una propuesta económica más acertada a los requerimientos de la convocante.
2	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	Se solicita a la convocante especifique la descripción General del Servicio: Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres. Sobre <b>Mantenimiento a 3 equipos de aires acondicionados e instalar tapa faltante de uno</b> .se solicita a la convocante mencione el modelo y marca de los equipos de aire acondicionado y el mantenimiento a efectuar. Esto con el fin de elaborar una propuesta económica más acertada a los requerimientos de la convocante.
3	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	Se solicita a la convocante especifique la descripción General del Servicio: Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres. Sobre <b>1 Rehabilitación de mesa ginecológica</b> . se solicita a la convocante agregue fotos de la mesa ginecológica y la rehabilitación efectuar. Esto con el fin de elaborar una propuesta económica más acertada a los requerimientos de la convocante.

Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO



**RESPUESTAS.**

PROGRESIVO	RESPUESTAS
1	<p>En base al cronograma de la unidad Móvil se puede realizar la visita de verificación o levantamiento a partir del 21/11/2020, ya que se encuentra de comisión en Colotlán del 16/11/2020 hasta el día 20/11/2020, Se anexan fotos.</p> <div data-bbox="506 558 1110 894"></div> <div data-bbox="1163 526 1692 911"></div>

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO



2

Carrier AIRV HC.

1. Comprobar que no existen fugas de gas refrigerante
2. Verificación del estado de los soportes de los equipos, asegure que estén bien instalados para evitar posibles ruidos y accidentes.
3. Eliminar toda obstrucción, limpiar el dren.
4. Limpiar el polvo de la rejilla, la suciedad reduce el rendimiento y aumenta el consumo eléctrico además de ser un foco de infección,
5. Limpieza de filtros con agua o cambiarlo si fuera necesario,



6. Desinfectar el tubo y la bandeja que recoge el agua, aplicar bactericidas en caso de ser necesarios.
7. Revisar el funcionamiento de los termostatos, asegúrese de que está programado para funcionar a la temperatura adecuada,

Se anexa fotografía y "SERVICE MANUAL for MODEL AirV Rooftop Air Conditioning Systems".



3

- \*Reparación y mantenimiento al Sistema de elevación de la mesa
  - \*Acojinamiento de espuma de poliuretano de 24kg/m<sup>3</sup> de densidad y 5cm de espesor, forrado en tapiz plástico color negro hipoalergénico y no absorbente.
- Sistema de fijación y ajuste de asiento, respaldo y piecera, posición trendelenburg

# Jalisco

## GOBIERNO DEL ESTADO



GOBIERNO DEL ESTADO



Se procedió a dar un periodo de diez minutos para que los participantes pudieran dar lectura a las respuestas antes plasmadas, para que posteriormente pudieran estar en condiciones de hacer cuestionamientos, sobre las dudas de las respuestas emitidas por la convocante.

**Segundo.-** Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio, a las 14:24 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO





\_\_\_\_\_  
DR. CARLOS ARMANDO RUIZ ESPARZA  
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD DEL  
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

\_\_\_\_\_  
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA  
COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS  
DE SALUD JALISCO

\_\_\_\_\_  
LIC. ROXANA GPE. LIZARRARAS DURAN  
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR  
DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga:  
<http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

Fin del Acta. -----