



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0284

REFRIGERADOR VERTICAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 13 PIES CUBICOS

Descripción
Técnica:

- Enfriamiento por aire forzado mediante difusor colocado en la parte superior para tener temperatura homogénea y constante. El difusor para con la puerta abierta. Se tiene uniformidad de +/- 1°C (con certificación de calibración de planta).
- Deshielo automático con desagüe al exterior y evaporación del deshielo.
- Control por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°C a 8°C (configurable) en temperaturas ambientales de hasta 42°C. Controla el funcionamiento completo del refrigerador.
- El controlador cuenta con un retardador de voltaje de 4 minutos.
- Display de temperatura y alarmas con 2 dígitos y un punto decimal.
- Alarmas audible y visuales con batería de respaldo autorecargable para 48 horas (Cuenta con indicador en caso de batería baja) para los siguientes casos:
 - Temperaturas mayores a 8°C y menores a 2°C (configurable).
 - Falla de suministro eléctrico.
 - Apertura de puerta después de 1 minuto (configurable).
 - Falla del sensor de temperatura.
 - Batería baja.
 - Sistema de alarma con la capacidad de conectar a varias alarmas remotas.
- Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles. Con manija ergonómica y sistema de auto cierre, empaque magnético que ofrece un sellado hermético y cerradura de seguridad con llave por duplicado que no contacta el interior.
- Paneles externos en lámina galvanizada electrolíticamente cubierto con pintura epóxica.
- Panel interior en Acero Inoxidable 304. Sin partes filosas, rebabas o sobrantes de material.
- Asilado con Poliuretano de 38kgs/m3 de 5 cms de espesor, libre de CFC.
- Compresor herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento.
- Refrigerante Ecológico libre de CFC (R134a).
- Condensador libre de mantenimiento.
- Iluminación interior en luz blanca (Luz fría) con switch en el exterior.
- 4 patas con base aislante niveladoras.
- Alimentación eléctrica: 115V a 60Hz con clavija polarizada.
- NOM-003
- NOM-022.
- ISO 9001-2008 con alcance a Equipos Biomédicos.
- Certificado de calibración del Graficador ó Data Logger.
- Certificados de COFEPRIS.
- Capacidad de 14 Pies Cúbicos +/- 1 Pie

Accesorios

Cant

Descripción

Instalación de la
unidad solicitante:

Cant

Descripción

Nivel de atención

1

Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.

Primer

Segundo

Tercer

Documentos
a entregar y
requisitos de

Manual de usuario y guía rápida en español

Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete

Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas



Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	052	0284
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

REFRIGERADOR VERTICAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 13 PIES CUBICOS

evaluación técnica	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601
		Certificados de calidad opcionales:			
		CE	FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio