



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0205

CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA

Descripción
Técnica:

DESCRIPCIÓN:

1. Pantalla LCD de 5.6" con despliegue de distintos modos:
 - 1.1 Modo manual: potencia de calefactor con valores numéricos
 - 1.2 Modo bebe: temperatura de control y monitorización del infante
 - 1.3 Fototerapia tiempo programado y transcurrido de fototerapia. Horas vida de las lámparas.
 - 1.4 Cronometro de apgar indicador visual y luminoso a 1.5 y 10 minutos
 - 1.5 Control de oxígeno: concentración de oxígeno de control y monitorizado
 - 1.6 Temperatura periférica del bebe: despliegue de alarmas diversas para cada uno de los modos
Graficas de tendencia de temperatura central y periférica del bebe, potencia de calefactor y concentración de oxígeno. Reflector y calefactor cerámico.
2. Bacinete con:
 - 2.1 Graduación en barandales y coordenadas de ubicación
 - 2.2 Porta cartuchos de rayos X con coordenadas de ubicación coincidentes las marcas de los barandales
 - 2.3 Sistema de detección con indicador de barandal abatido
 - 2.4 Inclinación eléctrica continua del bacinete +/- 13° con indicador luminoso de posición 0°
3. Luz de examinación de alta eficiencia con tecnología de LEDS con duración mayor a *100,000 hrs
4. Columna altura variable c/botonera.
5. Repisa central
6. Repisa lateral.
7. Módulo Bacinete de ajuste eléctrico continuo para posiciones Trendelenburg y Contratrendelenburg
8. Módulo Gabinete de puertos con una sonda de control
9. Módulo controlador principal con pantalla LCD
10. Lámpara multifunción con calefactores y luz exploración blanca de leds
11. Modo Manual de control de calefactor, Modo Servocontrolado de Temperatura central de infante y Módulo de tendencias
12. Módulo Báscula interconstruida
13. Módulo servocontrolado de Colchón térmico de gel
14. Módulo Resucitación para neonato

ACCESORIOS:

15. 1 Cable de Alimentación
16. Puerto de comunicación RS232
17. Cajón Accesorios. Cajón Ropero

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0205

CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA

- 18. Báscula Integrada con resolución de 5g. en rango de 0 a 10 kg
- 19. Módulo tanque tipo E con canastilla, regulador flujómetro y humedecedor
- 20. Módulo Puerto de entrada de aire y tromba de succión
- 21. Soporte para infusiones de 2 ganchos.
- 22. Módulo puerto de entrada de oxígeno
- 23. Sistema de humidificación
- 24. Monitor

CONSUMIBLES: 1 Sonda reusable de temperatura 60 parches reflejantes

Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos				1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						