

Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	052	0227
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

INCUBADORA DE TRASLADO

Descripción Técnica:	DESCRIPCIÓN:
	1. Módulo controlador con Pantalla LCD de 5.6” con despliegue de:
	1.1 Potencia de calefactor con valores numéricos
	1.2 Barra de 20 segmentos de potencia de calefactor
	1.3 Modo aire: temperatura programada y medida del aire
	1.4 Modo bebe: temperatura programada y medida del infante. Temperatura periférica del infante
	1.5 Porcentaje de Humedad: monitoreo del porcentaje de humedad pasiva
	1.6 Módulo gráfico de Tendencias: despliegue de periodos 24, 48, 72 y 96 hrs. Graficas de tendencias de temperatura del aire, temperatura del bebe central y periférica potencia de calefactor y porcentaje de humedad.
	1.7 Sistema de respaldo, indicador de fuente de alimentación: corriente alterna, corriente directa u operación autónoma por el sistema de baterías. Indicador de nivel de carga de batería distribuido en 8 segmentos.
	2. Capacete
	2.1 Con paneles frontal y cefálico
	2.2 Cuatro puertos para accesorios
	2.3 Cortina de aire a través de la doble pared
	3. Carro plegable de altura variable con sistema de amortiguador que permite un uso seguro en ambulancia terrestre y aérea
	4. Charola extraíble hacia la puerta de acceso cefálico que permite maniobra de reanimación e intubación.
	5. Arnés ajustable de cinco puntos que inmoviliza cómodamente al bebe.
	6. Humidificador pasivo con sistema de esponja que evita derrames y permite mantener niveles de humedad saludables

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0227

INCUBADORA DE TRASLADO

ACCESORIOS

7. Cable de Poder
8. Puerto de comunicación *RS232
9. Juego básico de baterías de respaldo recargables
10. Juego de baterías extra para respaldo de 3 hrs.
11. Luz de examinación de LEDs con duración mayor a 100,000 hrs.
12. Soporte para 2 tanques oxígeno Tipo E
13. Tanque de oxígeno Tipo E con regulador, humedecedor y manguera
14. Segundo Tanque de oxígeno Tipo E
15. Monitor de signos vitales (Opcional)
16. Ventilador Neonatal (Opcional)

CONSUMIBLES:

17. Sonda reusable de infante por lo menos tres piezas
18. Tubo conector de oxígeno por lo menos una pieza
19. Sonda patrón para calibración del equipo por lo menos una pieza
20. Esponjas reusables para sistema de humedad pasiva por lo menos tres pares
21. Cojines reflejantes por lo menos sesenta piezas
22. Mangas iris por lo menos tres piezas
23. Filtros de aire por lo menos dos piezas

INSTALACIÓN:

24. Conexión 12 VDC
25. Conexión 28 VDC

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0227

INCUBADORA DE TRASLADO

Accesorios	Cant	Descripción					
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención		
					Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique						
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas						
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos					1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Certificados de calidad opcionales:					