

# O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

152

4448

ESTUFA DE CULTIVO O INCUBADORA DE CONVECCIÓN MÉCANICA, RANGO DE OPERACIÓN DE +5°C A 100°C, CON RESOLUCIÓN DE 0.1°C, PANTALLA LCD PARA OBSERVAR TEMPERATURA DE OPERACIÓN Y PROGRAMA, CON ALARMA PARA LÍMITES ALTO Y BAJO DE TEMPERATURA, DETECCIÓN DE FALLAS Y BAJAS DE VOLTAJE, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TEMPLADO Y LUZ INTERIOR, GABINETE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y GABINETE EXTERIOR EN ACERO TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO, VOLTAJE 120VOLTS, 5 AMP. VOLUMEN DE 222LITROS, DIMENSIONES INTERIORES: FONDO 520MM, ANCHO 540MM, ALTO 760MM, SUPERFICIE ÚTIL DE 520X485MM, DIMENSIONES EXTERIORES FONDO 790MM, ANCHO 760MM Y ALTO 1095MM, TENSIÓN DE 230V, POTENCIA 5W. MARCA UNCUCCELL 222-ECO LINE, CON SISTEMA DE CONTROL POR MICROPROCESADOR.

Descripción Técnica:	Estufa de cultivo o incubadora de convección mecánica, rango de operación de +5°C a 100°C, con resolución de 0.1°C, pantalla lcd para observar temperatura de operación y programa, con alarma para límites alto y bajo de temperatura, detección de fallas y bajas de voltaje, puerta interior de vidrio templado y luz interior, gabinete interior en acero inoxidable y gabinete exterior en acero terminado en esmalte anticorrosivo, voltaje 120volts, 5 amp. volumen de 222litros,dimensiones interiores: fondo 520mm, ancho 540mm, alto 760mm, superficie útil de 520x485mm, dimensiones exteriores fondo 790mm, ancho 760mm y alto 1095mm, tensión de 230v, potencia 5w. Marca Uncucell 222-eco line, con sistema de control por microprocesador.						
Accesorios	Cant	Descripción					
	1						
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español						
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique						
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas						
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Certificados de calidad opcionales:					