

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0200

## CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE

Descripción Técnica:	1.- Camilla radiotransparente en todo el cuerpo. 2.- Que soporte un peso de 250 Kg como mínimo. 3.- Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidráulica y/o neumática: 3.1.- Trendelenburg de 18º como mínimo. 3.2.- Trendelenburg inverso de 18º como mínimo. 3.3.- Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 90º como mínimo. 3.4.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 57 cm. a 90 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo. 4.- Superficie de la camilla rígida. 5.- Dimensiones de la superficie del paciente 191 cm. de largo x 64 cm. de ancho, como mínimo. 6.-Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): longitud total en el rango de 211 cm. Ancho total en el rango de 76cm. 7.- Superficie del paciente radiotransparente a todo lo largo de la camilla para uso en Rayos X 8.- Que sea accesible al cassette de rayos X alrededor de toda la camilla 9.- Porta chasis a todo lo largo de la camilla con sistema de sujeción. 10.- Barandales laterales abatibles para la transferencia del paciente 11.- La parte superior del barandal lateral está diseñado en forma de T, mantiene los tubos de drenaje del paciente en el centro del carril lateral 12.- Doble sistema de bloqueo para el descenso de los barandales, dando seguridad al transporte del paciente 13.- Indicador de ángulo de inclinación 14.- Parachoques perimetral de la camilla en cada esquina. 15.- Colchón de poliuretano de 8 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. 16.- Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente. 17.- Ruedas antiestáticas de 20 cm de diámetro como mínimo. 18.- Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de la rueda central. 19.- Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas por medio de pedales localizados a cada lado de las cuatro ruedas 20.- Pedales para descenso y elevación a cada lado de la camilla 21.- Pedal auxiliar de ajuste de altura para transferencia de paciente localizado al frente de la camilla 22.- Palanca para elevación de respaldo 23.- Manubrios forrados para fácil manejo de la camilla 24.- Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste de altura variable o telescópico. 25.- Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos. 26.- Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la camilla. 27.- Diseño ligero y compacto. 28.- Con 2 asas para fácil transporte.				
Accesorios	Cant	Descripción			
		Funda de protección.			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	<b>Segundo</b>
Documentos a entregar y	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				

# O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0200

## CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE

requisitos de evaluación técnica	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		