

# O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2016:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

205

0002

## DETECTOR DE MUESTREO DE ALCOHOL

	<p>Calibración: Calibrado con gas seco o húmedo</p> <p>Medidas (Al x An x Pr), peso: 147 mm x 65 mm x 39 mm, aprox. 260 g</p> <p>Configuración de los equipos: Configuración de ajuste directamente en el equipo y mediante el menu (que se requiera PIN).</p> <p>Vibración y golpes: Cumple con las normas EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F</p> <p>Marcado CE: Directiva 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética)</p> <p>Interfaces de datos: USB a PC; interfaz óptica para el control de la impresora</p> <p>Norma: Cumple con la norma EN 15964</p> <p>Clase de protección: IP 54</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					

RECIBI:

*[Handwritten signature]*

Alejandro Castro

23/08/18



Partida 2016:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

205

0002

## DETECTOR DE MUESTREO DE ALCOHOL

Descripción  
Técnica:

Instrumento de Medición de Alcohol en aire espirado.

Principio de medición: Sensor electroquímico en técnica de 1/4"; específico del alcohol

Rango de medida: 0 a 2,5 mg/L. Que se indique en la pantalla si se sobrepasan los límites del rango de medición

Toma de muestras: Estándar: toma de muestras automática al alcanzar el volumen mínimo. Que sea posible realizar una toma de muestras pasiva o activar manualmente la toma de muestras

Disponibilidad operacional: aprox. 2 s después del encendido

Visualización de los resultados: aprox. 3 s (con 0 mg/L); aprox. 10 s (con 0,5 mg/L, temperatura ambiente)

Temperatura de funcionamiento: -5 a +50°C

Pantalla: Pantalla LCD gráfica con retroiluminación; 41 mm x 24 mm (128 x 64 píxeles)

LED: LED tricolor de refuerzo para avisos y mensajes de la pantalla

Emisor de señales acústicas: Diferentes tonos de refuerzo para los avisos de advertencia y de la pantalla

Memoria: Almacenamiento de las últimas 5.000 pruebas con número de prueba, fecha y hora

Suministro de energía: Dos baterías AA o NiMH; estado de carga en la pantalla. Que sea posible cargar las baterías recargables en el equipo

RECIBI:

  
Alejandro Castro  
23/08/18