

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0183

## NEGATOSCOPIO DE 8 SECCIONES

Descripción Técnica:	1.Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar la película radiográfica.				
	2.Dimensiones y material, móvil o fijo, o empotrado, con una o más secciones y campos;panel frontal;				
	2.1 balastra de encendido rápido; sujetador de películas; iluminación continua, sinparpadeos.				
	2.2 Brillo de negatoscopio de al menos 1,500 cd/m2 o 5,000 luxes, para radiografíaconvencional. Iluminación con variación de menos de 15% entre una zona y otra. 3.La variación deiluminación entre un negatoscopio y otro de un mismo banco o panel deberá ser menor que el 15%.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
				Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			