



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0165

CARRO CAMILLA PARA MENORESDescripción
Técnica:

- 1.- CAMILLA de recuperación
- 2.- Que soporte un peso de 250 Kg.
- 3.- Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidráulica y/o neumática:
 - 3.1.- Trendelenburg de 17°.
 - 3.2.- Trendelenburg inverso de 17°.
 - 3.3.- Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 90° como mínimo
 - 3.4.- Altura y descenso ajustable de 59 cm. a 91 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón).
- 4.- Superficie de la camilla rígida.
- 5.- Dimensiones de la superficie del paciente 191 cm.de largo x 73.5 cm. de ancho.
- 6.-Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): longitud total de 204 cm. Ancho total en el rango de 84cm.
- 7.- Camilla y barandales en acabado en pintura en polvo epoxi-poliéster color blanco
- 8.- Barandales laterales abatibles acabado en pintura en polvo horneado del mismo color de la camilla, estos deben de contar con un sistema de amortiguación mediante pistón neumático
- 9.- Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.
Parachoques perimetrales de plástico ABS rígido contra impacto con refuerzos en OVC en las 4 esquinas.
- 10.- Colchón de poliuretano de 10 cm de espesor de alta densidad, de una sola pieza con tecnología reductora de presión con cubierta impermeable antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos,retardante al fuego con sistema antideslizamiento . De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo.
- 11.- Base o compartimiento integrado de plástico ABS termoformado en la parte inferior que sirva para soporte de tanques de oxígeno tipo E y almacenamiento de pertenencias del paciente.
- 12.- Construcción de la base fabricado de forma robusta en acero galvanizado
- 13.- Ruedas de 20.3cm fabricadas de hule termoplástico electro conductivo antiestático
- 14.- Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda.



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0165

CARRO CAMILLA PARA ADULTOS

Descripción Técnica:	15.- Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas. Con pedales de ajuste o activación en las cuatro esquinas.					
	16.- Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste.					
	17.- Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos.					
	18.- Manivela central para elevación de rodilla sistema de ocultamiento en chasis.					
	CONSUMIBLES: No aplica.					
	INSTALACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo a su manual de operación.					
OPERACIÓN: Personal especializado y de acuerdo a su manual de operación.						
MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado.						
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Certificados de calidad opcionales:				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0165

CARRO CAMILLA PARA ADULTOS