



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0237

MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO HIDRAULICA

Descripción
Técnica:

DESCRIPCIÓN:

1. MESA MECANICO HIDRAULICA RODABLE.
2. QUE SOPORTE UN PESO DE 160 KG O MAYOR.
3. CON SISTEMA DE FRENOS.
4. LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM \pm 10 CM.
5. BASE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL O POLIMERO RESISTENTE AL IMPACTO.
6. CUBIERTA DE LA COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL.
7. ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL O ACERO AL CARBON PINTADO Y:
8. RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL.
9. RADIOTRANSARENTE EN TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA EXCEPTO LA CORRESPONDIENTE A LA DE LA COLUMNA.
10. MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO SECCIONES.
11. CABECERA.
12. DORSO
13. ELEVADOR DE LA REGION LUMBAR O DE RIÑON, PARA DAR LA POSICION DE NEFRECTOMIA (LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICION).
14. PELVIS.
15. MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS, EN PLACAS INDEPENDIENTES DESMONTABLES, ABATIBLES DE 0 A -90 GRADOS Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA.
16. CABECERA DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXION CONTINUA DE +/- 20 GRADOS COMO MINIMO.
17. MOVIMIENTOS MECANICO.HIDRAULICOS ACCIONADOS POR MEDIO DE PEDALES Y/O MANIVELAS.
18. ASCENSO Y DESCENSO DE LA MESA, QUE CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CM \pm 10 CM CON RESPECTO AL PISO.
19. INCLINACION DEL RESPALDO PARA DAR POSICION DE FOWLER O SEMIFOWLER DE -40 A +65° O MAYOR.
20. QUE PERMITA DAR POSICION DE KRASKE O NAVAJA SEVILLANA.
21. TRENDELENBURG DE 0 A -25 GRADOS O MAYOR.
22. TRENDELENBURG INVERSO DE 0 A 20 GRADOS O MAYOR.
23. INCLINACION LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 15 GRADOS O MAYOR.
24. COJINES INDEPENDIENTES UNO PARA CADA SECCION DE LA MESA, ELECTRICAMENTE CONDUCTIVOS O ANTIESTATICOS REMOVIBLES SIN COSTURAS Y DE FACIL LIMPIEZA, Y PERMEABLES A LOS RAYOS X.

ACCESORIOS.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0237

MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO HIDRAULICA

	25. DE LA MISMA MARCA DE LA MESA, LAS PARTES METALICAS DE LOS ACCESORIOS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL. 26. ARCO DE ANESTESIA CON FIJADORES 27. POSTE DE INFUSIONES CON FIJADOR 28. SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZO CON FIJADOR, (2 PIEZAS). AL MENOS UNO DE ELLOS PARA BRINDAR APOYO EN LAS POSICIONES: DECUBITO, LATERAL O SIMS 29. SOPORTE PARA HOMBROS ACOJINADOS CON FIJADORES (2 PIEZAS) 30. SOPORTES LATERALES ACOJINADOS CON FIJADORES (2 PIEZAS) 31. CINTURON PARA PACIENTE CON FIJADORES 32. PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL ACOJINADAS, CON FIJADORES. (2 PIEZAS) 33. CHAROLA PORTA CHASIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS).				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			