



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0232

**LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE OPERACION MANUAL**

|  |   |  |                   |                |               |
|--|---|--|-------------------|----------------|---------------|
| Descripción Técnica:                                     | 1.Unidad fija al techo, tiene un brazo que gira y se abate para iluminar el campo quirúrgico. Columna fija al techo.  |  |                   |                |               |
|  | 2. Brazo porta lámpara con giro de 360 grados.  |  |                   |                |               |
|  | 3. Capacidad de abatimiento de $\pm 45^\circ$ o mayor y ajuste vertical de 90 cm o mayor. Mango desmontable y autoclavable.   |  |                   |                |               |
|  | 4.Con panel digital o teclas de membrana en el satélite o cabeza para control de: encendido y apagado e intensidad luminosa. Intensidad luminosa homogénea de 100,000 luxes o mayor a 1 m +/- 10cm de distancia de la fuente. |  |                   |                |               |
|  | 5.Temperatura de color dentro del rango de 3000 a 4500° Kelvin o mayor en el campo operatorio. Libre de sombras a la interposición de cuerpos.  |  |                   |                |               |
|  | 6. Profundidad del área de trabajo de 30 cm +/- 5cm o mayor. Diámetro de campo de luz de 20 cm +/- 3m o mayor. Filtro reductor de calor o similar.  |  |                   |                |               |
|  | 7. Carcasa cerrada con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección.   |  |                   |                |               |
|  | 8.Con luminaria halógena de emergencia con reemplazo automático e indicador de uso en el panel de control.  |  |                   |                |               |
| Accesorios   | Cant  | Descripción  |                   |                |               |
|  |   |  |                   |                |               |
| Instalación de la unidad solicitada:                     | Cant  | Descripción  | Nivel de atención |                |               |
|  |   |  | <b>Primer</b>     | <b>Segundo</b> | <b>Tercer</b> |
| Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica | Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique  |  |                   |                |               |
|  | Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas   |  |                   |                |               |
|  | Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos  |  |                   | 1              | años.         |
|  | Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.   |  |                   |                |               |
|  | Productos de origen nacional  | Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado                    |                   |                |               |
|  |   | Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |                   |                |               |
|  |   | Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:   |                   |                |               |
|  | Productos de origen extranjero  | Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado  |                   |                |               |
|  |   | Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |                   |                |               |
|  |   | Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:   |                   |                |               |
|  |   | Certificados de calidad opcionales:  |                   |                |               |
|  |   |  |                   |                |               |