

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0118

CENTRIFUGA

Descripción Técnica:	1.- Centrifuga clinica digital de 8 tubos de 10 a 16 mililitros.				
	2.- Velocidad maxima de 3500 RPM				
	3.- Tiempo programable de 0 a 99 minutos				
	4.- Peso aproximado de 10 kilogramos.				
	5.- Equipo electromecanico libre de carbones				
	6.- Tapa de seguridad				
	7.- Max RCF 1350 XG.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					