

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0269

**CONGELADOR**Descripción  
Técnica:

GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CON UN RÁPIDO RENDIMIENTO DE TEMPERATURA. EL DISEÑO INTEGRADO DEL ESTANTE FRIO Y EL EVAPORADOR PROPORCIONA EFICIENCIA DE REFRIGERACIÓN ADICIONAL. DISEÑADO PARA ALMACENAR VACUNAS, PLASMA SANGUÍNEO Y ENTRE OTROS MATERIALES BIOLÓGICOS.

CON DOS TUBOS CAPILARES Y EQUIPADO CON EMPAQUES DOBLES PARA MEJORAR LA UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA EN TODA LA CÁMARA.

- DISEÑO ERGONÓMICO
- ALARMAS MÚLTIPLES DE DIFUSIÓN QUE INCLUYE ALARMA CONTRA TEMPERATURA ALTA/BAJA, CORTE DE ENERGÍA, ERROR EN EL SENSOR, BATERÍA BAJA, TEMPERATURA AMBIENTE ALTA/BAJA.
- DOS TIPOS DE ALARMAS: ZUMBIDO Y LUZ INTERMITENTE.
- VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN LUBRICADO PERMANENTEMENTE POR SEGURIDAD Y DE POR VIDA.
- REFRIGERANTE QUÍMICAMENTE ESTABLE, LIBRE DE CFC, COMERCIALMENTE DISPONIBLE Y AMBIENTALMENTE SEGURO.
- DISEÑO DE ESTANTE FRIO PARA QUITAR RÁPIDAMENTE LA CARGA DE CALOR DEL 'PRODUCTO
- AISLAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA DAR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD A LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
- CONTROL MEDIANTE MICROPROCESADOR, PANTALLA LED DIGITAL DE FÁCIL OBSERVACIÓN, INTERVALO DE TEMPERATURA AJUSTABLE
- AMPLIA TOLERANCIA DE VOLTAJE, CON UN INTERVALO APLICABLE DE VOLTAJE DE 187 . 242 V/AC
- CERRADURA EN LA PUERTA PARA SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO
- CAJONES DE ALMACENAMIENTO

**Accesorios**

Cant	Descripción
------	-------------

Instalación de la  
unidad solicitada:

Cant	Descripción	Nivel de atención		
1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	<b>Segundo</b>	<b>Tercer</b>

**Documentos  
a entregar y  
requisitos de  
evaluación  
técnica**

Manual de usuario y guía rápida en español	
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique	
Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas	
Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.	
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.	
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.	
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.	
Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0269

CONGELADOR

	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		