

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0210

## UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA

Descripción Técnica:	El equipo deberá contar con las siguientes caracterisitas:						
	1. Revisión automática de funciones						
	2. Control de rango de salida regulación fina de rangos bajos y potencia de los rangos altos						
	3. Controlador por pedal para monopolar y bipolar						
	4. Protección contra desfibrilación de paciente						
	5. Panel frontal tipo membrana						
	6. Detección de errores de operación incorrecta						
	7. Monitorizacion continua de contacto paciente-placa						
	8. Alarmas visual y auditiva de placa mal conectada						
	9. Tipos de trabajo: Coagulación, Coagulación Spray, Corte bipolar, Impedancia automática del tejido						
	10. Frecuencia nominal 450 Khz						
	11. Frecuencia de impulso 350 Khz						
	12. Tipo de corriente corte 1: 400w a 300 Ohms						
	13. Tipo de corriente corte 2: 300w a 300 Ohms						
	14. Tipo de corriente coagulacion de contacto						
	15. Capacidad de corte puro o corte para hemostasis						
	16. Coagulación para disección y/o hemostasis						
	17. Disecacion por modo bipolar fino y de potencia						
Accesorios	Cant	Descripción					
	2	Lápiz monopolar reusable					
	1	Pedal de corte y coagulación monopolar y bipolar					
	1	Pinza bipolar reusable					
	1	Placa de paciente reusable con cable de conexión al equipo					
	1	Juego de Electrodos monopolares reusables 1 de cada uno de: navaja, asa, bola, recto y aguja					
	1	Carro para transporte del equipo con espacio para guarda de accesorios					
	5	Lápiz desechable con control de coagulación.					
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	<b>Segundo</b> <b>Tercer</b>	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español						
	Copia simple del registro sanitario vigente						
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas						
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <div>1</div> años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
	Productos de origen nacional	Copia simple de ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante o distribuidor primario incluyendo el alcance del bien ofertado.					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Copia simple de ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante o distribuidor primario incluyendo el alcance del bien ofertado.					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Certificados de calidad opcionales:					
		CE	FDA	IIS			

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0210

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA