



## O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018: 5310

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0281

### Potenciómetro Digital

Descripción Técnica:	Aparato eléctrico empleado para determinar electroquímicamente concentraciones de iones hidrogeno en soluciones liquidas, viscosas o semisólidas. Rango de pH de 0 a 14, ±0.1 unidades. De 0 a 1,999 milivoltios, compensación automática de -5 °C a 105 °C. Rango de la temperatura de 0 a 100 °C, humedad de 0 a 90%. Electrodo de combinación para medición de pH en volumen de 5 ml en adelante.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	<del>Primer</del>	<del>Segundo</del>	<del>Tercer</del>
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos				
	1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adies- tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601
		Certificados de calidad opcionales:			
CE		FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio	