

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0162

CAMA TRABAJO DE PARTO
**Descripción
Técnica:**

1. Cama eléctrica con ajuste diferentes posiciones, capaz de adaptarse de posición extendida a posición para labor de parto.
2. Que soporte un peso de 230 Kg. Como mínimo como mínimo.
3. Peso máximo de la cama sin colchón ni accesorios de 140 Kg.
4. Con superficie de paciente dividida en tres secciones (respaldo, asiento y extremidades) fabricados en material HPL, de fácil limpieza y resistentes a la abrasión.
5. Capaz de ofrecer las siguientes posiciones de manera eléctrica
6. Trendelemburg de 14° como mínimo
7. Trendelemburg inverso de 16° como mínimo
8. Con altura ajustable de 54 cm a 97 cm (medido del piso a la superficie del paciente, sin colchón) como mínimo.
9. Posición de fowler, semifowler o inclinación del respaldo de 0° a 70° como mínimo
10. Con dimensiones de:
11. Longitud total de 214 cm como mínimo
12. Longitud total en posición de parto de 162 cm como mínimo
13. Ancho total con barandillas arriba de 97 cm como mínimo
14. Altura para el paso de grúas de 160 cm como mínimo
15. Barandillas laterales fabricadas en polipropileno con zona de agarre y sistema de plegado lento para evitar atrapamientos con indicador de ángulo del respaldo.
16. Cabecero y piecero fabricados en polipropileno diseñados para su fácil extracción sin necesidad de herramientas.
17. Protecciones contra impactos en las cuatro esquinas de la cama.
18. Con mando cableado para el paciente con funciones de movimiento y un mando adicional con funciones avanzadas o de bloqueos para uso del personal sanitario.
19. Ruedas dobles, carenadas, de alta resistencia a la rodura y al desgaste de al menos 150 mm. De diámetro
20. Freno centralizado para todas las ruedas.
21. Con batería integrada para su utilización en caso de falla eléctrica con capacidad de suministrar todos los movimientos
22. Colchón de la misma marca de la cama
23. De 15 cm. de altura como mínimo
24. Dividido en dos partes para facilitar la atención en labor de parto con las siguientes dimensiones:
25. Ancho de 82.5 cm. como mínimo
26. Longitud (parte fija) de 137 cm. como mínimo
27. Longitud (parte extraíble) de 50 cm. como mínimo
28. Ignífugo, antiestático, antialérgico con recubrimiento tratable con sistemas de desinfección y con tratamiento antibacteriano.
29. Accesorios
30. Cubeta de acero inoxidable extraíble para desechos con 10 litros de capacidad
31. Porta sueros telescópico o de múltiples posiciones con al menos dos ganchos

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0162

CAMA TRABAJO DE PARTO

	32. Manetas de agarre 33. Reposapiernas 34. Reposapiés				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
				Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			