

Partida 201:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0156

BASCULA CON ESTADIMETRO

Descripción Técnica:	1.Base de lámina de acero calibre No. 16, en la parte inferior posee una cubierta removible que protege el mecanismo de pesaje, con puntos de apoyo de hule natural macizo, con lámina de acero calibre 20, acabado en pintura.					
	2.Cuerpo de lámina de acero calibre No. 20, el rango de graduación de las dos barras en combinación es de 0 a 160Kg.					
	3.Estadímetro formado por secciones ensambladas en forma telescópica con sistema que permite su fijación a diferentes alturas y de fácil deslizamiento, acabado en pintura.					
	4.La sección exterior está fabricada en lamina de acero C.R. calibre No. 20 y la sección interior en lámina de acero C.R. calibre No. 16. Ambas secciones graduadas en centímetros y pulgadas que indican una altura de 192cm.					
	5.Barra regleta de Zamak de 6.3mm (1/4”) espesor, fundida por inyección en una sola pieza. La parte superior con escala de divisiones de 100 gramos y numeración con capacidad de 20 kg.					
	6.Plataforma de lámina de acero, su cubierta fabricada en calibre No. 20 y reforzada con calibre No. 16, acabado en pintura.					
	7.Acabado en pintura micro pulverizada epóxica horneada que garantiza la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de lápiz 5H.					
	8.El mecanismo interior de pesaje está diseñado de tal forma que los movimientos de la báscula no provocan un desajuste.					
	9.Tapete vinil con base textil de 1mm de espesor color café.					
	10.Mecanismo interno del pesaje tratado con baño cincado electrolítico en todas sus partes.					
	11. El regulador de equilibrio está fabricado en fierro colado.					
	12.Dimensiones generales: 44 x 53 x 148 cm					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 201:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0156

BASCULA CON ESTADIMETRO

--	--	--	--	--	--