

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

EVALUACIÓN TÉCNICA

FORTICUS TECH S.A. DE C.V.						
Partida	Ren glón	Descripción	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
1	1	<p>CPU SFF TIPO INTERMEDIO</p> <p>Procesador con frecuencia base de 2.9 GHz y máxima en velocidad turbo de 4.3 GHz, 6 cores, 12 Hilos, 12 Mb de cache L2. Memoria RAM 8 GB DDR4 a 2666 MHz Disco duro. 512 M.2 32.0Gb/s, Monitor 19.5" Ethernet 10/100/1000. Wifi IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n, Bluetooth Puertos y slot 1 puerto para monitor VGA; 8 puertos USB, al menos cuatro 3.1, un puerto USB 3.1 Type C, 1 puerto M.2, conector para micrófono; conector para bocinas o audífonos y micrófono integrados, 1 DisplayPort. Mouse. Óptico 2 botones y scroll USB Teclado en español con conector USB S.O. Windows 10 Pro en español 64 Bits OEM Unidad Óptica DVD+/-RW SATA Interno</p>	X		Cumple Técnicamente	
1	2	<p>IMPRESORA MONO TIPO "A"</p> <p>Resolución Mínimo 1200 x 1200 ppp Laser Impresión Dúplex Automático Procesador 1.0 GHz Memoria 256Mb 250 hojas como Bandeja Multiuso 50 hojas Salida de Papel 150 hojas A4, Carta, Oficio Velocidad de 40 ppm</p>	x		Cumple Técnicamente	



Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

		Ciclo de Trabajo Mensual 60,000 paginas Conectividad 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 Conectividad Wireless				
1	3	VIDEO PROYECTOR Resolución Nativa (SVGA-800 x 600)(XGA- 1024x768)(WXGA- 1280x800)(Full HD- 1920x1080) Sistema de Proyección DLP Brillo 3,600 ANSI Lúmenes 3,500 ANSI Lúmenes VGA (640 x 480) hasta WUXGA (1920 x 1200) Cantidad de Colores 30 Bits (1.07 billones) Entradas / Salidas HDMI (x2) VGA in (D-Sub x1) Monitor out (x1) USB Tipo mini-B (x1) Modos de Imagen Dinámico / Presentación / sRGB / Cinema(3D) / Usuario 1 / Usuario 2 Funciones SmartEco, BrilliantColor	x		Cumple Técnicamente	
1	4	NOBREAK 450VA Potencia Mínima 240W/ 450VA Tensión de salida nominal 9120V Entrada de voltaje 120V Tipo de enchufe NEMA 5- 15P Frecuencia de salida 50/60Hz Tiempo de respaldo 120 watts 5 minutos validado con tabla interactiva en la web del fabricante. Tiempo de recarga 8 horas Conexiones de salida mínimo 3 NEMA 5-15R con respaldo de batería y 1 NEMA 5-15R contra sobretensiones Alarma acústica Encendido, en baterías y sobrecarga	x		Cumple Técnicamente	



Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

		Indicadores LED en línea, batería encendida, alarma de batería encendida.				
--	--	---	--	--	--	--

MG MICROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.						
Partida	Ren glón	Descripción	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
1	1	CPU SFF TIPO INTERMEDIO Procesador con frecuencia base de 2.9 GHz y máxima en velocidad turbo de 4.3 GHz, 6 cores, 12 Hilos, 12 Mb de cache L2. Memoria RAM 8 GB DDR4 a 2666 MHz Disco duro. 512 M.2 32.0Gb/s, Monitor 19.5" Ethernet 10/100/1000. Wifi IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n, Bluetooth Puertos y slot 1 puerto para monitor VGA; 8 puertos USB, al menos cuatro 3.1, un puerto USB 3.1 Type C, 1 puerto M.2, conector para micrófono; conector para bocinas o audífonos y micrófono integrados, 1 DisplayPort. Mouse. Óptico 2 botones y scroll USB Teclado en español con conector USB S.O. Windows 10 Pro en español 64 Bits OEM Unidad Óptica DVD+/-RW SATA Interno	x		Cumple Técnicamente	
1	2	IMPRESORA MONO TIPO "A" Resolución Mínimo 1200 x 1200 ppp Laser Impresión Dúplex Automático Procesador 1.0 GHz Memoria 256Mb 250 hojas como Bandeja Multiuso 50 hojas	x		Cumple Técnicamente	

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

		Salida de Papel 150 hojas A4, Carta, Oficio Velocidad de 40 ppm Ciclo de Trabajo Mensual 60,000 paginas Conectividad 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 Conectividad Wireless			
1	3	VIDEO PROYECTOR Resolución Nativa (SVGA-800 x 600)(XGA- 1024x768)(WXGA- 1280x800)(Full HD- 1920x1080) Sistema de Proyección DLP Brillo 3,600 ANSI Lúmenes 3,500 ANSI Lúmenes VGA (640 x 480) hasta WUXGA (1920 x 1200) Cantidad de Colores 30 Bits (1.07 billones) Entradas / Salidas HDMI (x2) VGA in (D-Sub x1) Monitor out (x1) USB Tipo mini-B (x1) Modos de Imagen Dinámico / Presentación / sRGB / Cinema(3D) / Usuario 1 / Usuario 2 Funciones SmartEco, BrilliantColor	x		Cumple Técnicamente
1	4	NOBREAK 450VA Potencia Mínima 240W/ 450VA Tensión de salida nominal 9120V Entrada de voltaje 120V Tipo de enchufe NEMA 5- 15P Frecuencia de salida 50/60Hz Tiempo de respaldo 120 watts 5 minutos validado con tabla interactiva en la web del fabricante. Tiempo de recarga 8 horas Conexiones de salida mínimo 3 NEMA 5-15R con respaldo de batería y 1 NEMA 5-15R contra sobretensiones	x		Cumple Técnicamente



Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

	Alarma acústica Encendido, en baterías y sobrecarga Indicadores LED en línea, batería encendida, alarma de batería encendida.				
--	---	--	--	--	--

Vc. Bo. Técnico

 FIRMA

Ing. Alberto Gpe Hernandez Valdivia
 Coor. Infraestructura Tecnológica del
 OPD Servicios de Salud Jalisco



Lic. Ignacio Marcial Dueñas
 Director de Tecnologías de la Información
 del OPD Servicios de Salud Jalisco

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

EVALUACIÓN TÉCNICA

ISULMED S. DE R.L. DE C.V.						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
56	68	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
59	71	MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE C.V.						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
22	25	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO		X	SE SOLICITA EQUIPO CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD 214CM ANCHO 78CM, Y EL PARTICIPANTE OFERTA UN EQUIPO CON 213 CM DE LARGO POR 83 CM DE ANCHO. LO CUAL ESTA FUERA DEL 5 % DE TOLERANCIA SEÑALADO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 22 RENGLON 25 DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.	PUNTO 5.2 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 22 RENGLÓN 25 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
					SE SOLICITA EQUIPO CON RUEDAS ANTIESTÁTICAS O CONDUCTIVAS DE 20 CM COMO MÍNIMO, Y EL PROVEEDOR HACE REFERENCIA EN EL CATALOGO DE RUEDAS ANTIESTÁTICAS O CONDUCTIVAS DE 200 CM.	PUNTO 11. DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 22 RENGLÓN 25 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
25	28	EQUIPO DE ULTRASONIDO A COLOR 4D		X	SE SOLICITA EQUIPO CON ZOOM EN TIEMPO REAL CON AL MENOS 12 NIVELES O PASOS Y ZOOM EN IMAGEN EN CONGELADA O ZOOM DE ESCRITURA Y EL PROVEEDOR OFERTA EN LA REFERENCIA DEL CATALOGO PÁGINA 10 HASTA 10 AUMENTOS DE ZOOM, POR LO QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL RENGLON 28 PARTIDA 25 NUMERAL 5 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.	PUNTO 5. DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 25 RENGLÓN 28 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
25	28	EQUIPO DE ULTRASONIDO A COLOR 4D		X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON MODO DE IMÁGENES ARMÓNICAS Y ARMÓNICAS DE PULSO INVERSO Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE LA CARACTERÍSTICA EN EL CATÁLOGO 1, PÁGINA 9, NO HACE MENCIÓN QUE EL EQUIPO CUENTE CON IMÁGENES ARMÓNICAS DE PULSO INVERSO.	NUMERAL 4.4. DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 25 RENGLÓN 28 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 4.4.- IMÁGENES ARMÓNICAS Y ARMÓNICAS DE PULSO INVERSO.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
56	68	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO		X	<p>PUNTO 1.3 NO CUMPLE EL PARTICIPANTE NO HACE REFERENCIA EN EL MANUAL PÁGINA 18 Y 29 Y EN LA FICHA PÁGINA 1 QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTE CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE, SOLO SE MENCIONA EN EL DOCUMENTO REFERENCIADO PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, POR LO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RENGLÓN 68 PARTIDA 56 NUMERAL 1.3</p>	<p>NUMERA 1.3 CONTROLES ELÉCTRICOS O INTERCONSTRUIDOS INTEGRADOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE.</p>
					<p>PUNTO 1.4.3 NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA EL MOVIMIENTO DE LA BASE DE LA CAMA PARA LA FÁCIL SALIDA DEL PACIENTE EN LA REFERENCIA PRESENTADA EN LA FICHA PAGINA 2, MANUAL PÁGINA 31 Y CATÁLOGO PAGINA 11, POR LO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RENGLÓN 68 PARTIDA 56 NUMERAL 1.3</p>	<p>PUNTO 1.4.3 SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON AUTOCONTORNO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 60° COMO MÍNIMO, MEDIANTE UN MOVIMIENTO ÚNICO Y CONJUNTO DE ESPALDAR Y BASE DE LA CAMA PARA LA FÁCIL SALIDA DEL PACIENTE.</p>
					<p>PUNTO 1.4.4 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.4.4, SE SOLICITA SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 23° O MAYOR</p> <p>Y EL PARTICIPANTE HACE REFERENCIA EN LA FICHA PÁGINA 2 AL MOVIMIENTO DE EXTREMIDAD CON UN ANGULO DE 45° +- 2°</p>	<p>NUMERAL 1.4.4 SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 23° O MAYOR</p>
					<p>NUMERAL 1.6 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EL PARTICIPANTE NO HACE MENCIÓN A CONTAR CON INDICADOR DEL ANGULO DE LA CABEZA, LA REFERENCIA DEL MANUAL DEL EQUIPO PÁGINA 41</p>	<p>NUMERAL 1.6 INDICADOR DEL ÁNGULO DE LA CABEZA</p>
					<p>NUMERAL 1.8 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EL PARTICIPANTE NO HACE MENCIÓN EN LA REFERENCIA DE LA FICHA PÁGINA 1, Y EL MANUAL PAGINA 39 Y 52 QUE LAS DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE SEAN DE 203 CM. DE LARGO X 88 CM. DE ANCHO.</p>	<p>NUMERAL 1.8 DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 203 CM. DE LARGO X 88 CM. DE ANCHO, COMO MÍNIMO.</p>

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
					NUMERAL 1.10 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EL PARTICIPANTE NO HACE MENCION EN EL CATÁLOGO PAGINA 7 QUE LA CABECERA Y PIECERA SEAN DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A DESINFECTANTES Y GOLPES	NUMERAL 1.10 CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A DESINFECTANTES Y GOLPES.
					PUNTO 1.13 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EL PARTICIPANTE NO HACE MENCIÓN EN LA REFERENCIA DE LA PÁGINA CON FOLIO 1355 Y 1356 QUE EL COLCHÓN CUENTE CON DISEÑO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, SOBRE EL PACIENTE.	PUNTO 1.13 COLCHÓN DE POLIURETANO DE 15 CM. (+/- 10%) DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD CON DISEÑO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO Y CON FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO.
					PUNTO 1.18. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, EL PARTICIPANTE NO HACE MENCIÓN EN LA REFERENCIA DE LA PÁGINA 15 DEL MANUAL WUR RL EQUIPO CUENTE CON RECEPTÁCULOS PARA COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN.	PUNTO 1.18.- RECEPTÁCULOS PARA COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y MARCOS ORTOPÉDICOS

SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
73	187	ANAQUEL CON TRES ENTREPAÑOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	188	ANAQUELES DE 5 ENTREPAÑOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	189	BANCA PARA VESTIDOR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	190	BANCA TÁNDEM DE 4 PLAZAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	191	BANQUETA DE ALTURA DE UN PELDAÑO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	192	CARRO DE DISTRIBUCIÓN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

73	193	CARRO DE LIMPIEZA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	194	CARRO PARA ROPA SUCIA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	195	CARRO TRANSPORTADOR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	196	ESCRITORIO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	197	MESA DE JUNTAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	198	MESA DE TRABAJO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	199	SILLA PARA VISITA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
73	200	SILLA SECRETARIAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
75	202	COMEDOR CON 4 SILLAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
75	203	LOCKER	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
75	204	SALA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
77	207	BOTE PARA BASURA TIPO MUNICIPAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

GABRIEL DELGADO ALONSO						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
30	42	MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO		X	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NI LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30 RENGLÓN 42 DEL ANEXO I CARTA	REQUISITOS DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

					DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, EL PARTICIPANTE NO PRESENTA ISO 9001:2015 DEL EQUIPO OFERTADO.	
					NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, PRESENTE REGISTRO SANITARIO DEL MONITO BÁSICO VENCIDO Y SOLO PRESENTA "SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, CON SELLO IMPRESO DE 22 DE FEBRERO DE 2022", Y NO PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LA PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO SE PRESENTÓ A MÁS TARDAR CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, ARTÍCULO 190 BIS 6.	REQUISITOS DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
31	43	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO		X	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, PRESENTE REGISTRO SANITARIO DEL MONITO BÁSICO VENCIDO Y SOLO PRESENTA "SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, CON SELLO IMPRESO DE 22 DE FEBRERO DE 2022", Y NO PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LA PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO SE PRESENTÓ A MÁS TARDAR CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, ARTÍCULO 190 BIS 6.	REQUISITOS DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
					NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NI LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30 RENGLÓN 42 DEL ANEXO I CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, EL PARTICIPANTE NO PRESENTA ISO 9001:2015 DEL EQUIPO OFERTADO.	REQUISITOS DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

PROVEEDORA DE MEDICAMENTO DEL CENTRO S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
21	24	CARDIOTOCÓGRAFO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
24	27	ELECTROCARDÍOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
27	30	MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
30	42	MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
31	43	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
35	47	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
57	69	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
58	70	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

WASPMED S.A.P.I. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
60	72	ASPIRADOR DE SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
61	73	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

YOUNG MEDICAL GROUP S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
18	21	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

26	29	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
43	55	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE MESA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
53	65	SIMULADOR DE ECG	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
54	66	SIMULADOR DE PACIENTE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
56	68	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
58	70	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
59	71	MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
19	22	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PEDIÁTRICA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
20	23	CAMA PARA TRABAJO DE PARTO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
22	25	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
23	26	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
25	28	EQUIPO DE ULTRASONIDO A COLOR 4D	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
26	29	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
28	31	MASTÓGRAFO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
29	32	MESA ANESTESIÓLOGO CARRO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	33	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA CON INFANTÓMETRO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	34	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	35	MESA MAYO CON ALTURA AJUSTABLE Y CHAROLA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	36	MESA PARA ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	37	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	38	MESA PASTEUR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	39	MESA PUENTE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	40	MESA RIÑÓN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
29	41	MESA TIPO KARAM CON COLCHONETA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
32	44	PORTALEBRILLO DOBLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
33	45	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
34	46	TABLA PARA COMPRESIONES CARDIACAS EXTERNAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
36	48	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA COMPLETA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
37	49	UNIDAD DENTAL RADIOLÓGICA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
62	74	ESCALERA DE 2 PELDAÑOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
62	75	ESCALERA DE 5 PELDAÑOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
62	76	PORTACUBETAS RODABLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
62	77	PORTAVENOCLISIS RODABLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	78	ALVEOLOTOMO, PINZA GUBIA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	79	ARCO DE YOUNG, DIQUE DE HULE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	80	ASA DE ALAMBRE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	81	CAJA CON TAPA PARA SOLUCIONES DESINFECTANTES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	82	CAJA DE DOAYAN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	83	CUCHARILLA PARA ALVEOLO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	84	CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA, JUEGO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	85	ELEVADOR CON MANGO METÁLICO, BRAZO ANGULADO IZQUIERDO O DERECHO, EXTREMO FINO Y CORTO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	86	ELEVADOR DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	87	ELEVADOR RECTO ACANALADO, CON MANGO METÁLICO DE 2 MM	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
63	88	ESPÁTULA DE DOBLE EXTREMO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	89	ESPÁTULA ESTIQUES, DOBLE PUNTA DE TRABAJO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	90	ESPEJO DENTAL CON MANGO DE ROSCA ESTÁNDAR, SIN AUMENTO, NÚMERO 5	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	91	ESPEJO VAGINAL CHICO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	92	ESPEJO VAGINAL GRANDE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	93	ESPEJO VAGINAL MEDIANO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	94	ESTETOSCOPIO DE PINARD	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	95	EXCAVADOR WHITE NÚMERO 17	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	96	EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO NÚMERO 5	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	97	FÓRCEPS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	98	GRAPAS PARA DIQUE DE HULE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	99	GUÍA DE COBRE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	100	HISTERÓMETRO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	101	JERINGA CARPULE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	102	JUEGO DE CUCHARILLAS PARA IMPRESIÓN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
63	103	LIMA PARA HUESO DOBLE EXTREMO CON PUNTA DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	104	MANGO PARA BISTURÍ	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	105	MARTILLO PERCUTOR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	106	MONOFILAMENTO DE SEMMES-WEINSTEIN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	107	OBTURADORES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	108	PINZA DE ANILLOS (FOERSTER) RECTA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	109	PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	110	PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	111	PINZA DE KELLY HEMOSTÁTICA (CRILLE) CURVA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	112	PINZA DE MOSCO HALSTED RECTA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	113	PINZA DE POZZY	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	114	PINZA DE TRASLADO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	115	PINZA PARA BIOPSIA DE CÉRVIX UTERINO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	116	PINZA PARA CURACIONES NÚMERO 18	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	117	PINZA PERFORADORA AINSWORTH	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
63	118	PINZA PORTAGRAPAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	119	PLICÓMETRO PARA VALORACIÓN NUTRICIONAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	120	PORTA AGUJAS RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRÍAS CRUZADAS DE ACERO INOXIDABLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	121	PORTA AMALGAMA ROWER CON PUNTAS DESMONTABLES, DOBLE EXTREMO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	122	RECORTADOR DE AMALGAMA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	123	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	124	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	125	SET DE GINECOLÓGICO ASEO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	126	SET DE RETIRO DE PUNTOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	127	SET DE ADENOAMIGDALECTOMÍA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	128	SET DE AMPUTACIÓN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	129	SET DE ASEPSIA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	130	SET DE BLOQUEO PERIDURAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	131	SET DE CESÁREA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	132	SET DE CIRCUNCISIÓN INFANTIL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
63	133	SET DE CIRCUNCISIÓN PARA ADULTO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	134	SET DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	135	SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA ABDOMINAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	136	SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA VAGINAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	137	SET DE CIRUGÍA MAYOR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	138	SET DE CIRUGÍA MENOR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	139	SET DE COLESISTECTOMÍA (VIAS BILIARES)	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	140	SET DE COLPOPERINEORRAFIA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	141	SET DE CURACIÓN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	142	SET DE EXPLORACIÓN DENTAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	143	SET DE EXPLORACIÓN VAGINAL Y DE APLICACIÓN DE DIU	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	144	SET DE HEMORROIDECTOMÍA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	145	SET DE HISTERECTOMIA VAGINAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	146	SET DE LEGRADO UTERINO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	147	SET DE PTERIGIÓN/OCULAR MENOR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
63	148	SET DE SAFENECTOMÍA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	149	SET DE SALPINGOCLASIA, MINILAPAROTOMÍA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	150	SET DE SUTURA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	151	SET DE TRAQUEOSTOMÍA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	152	SET DE VENODISECCIÓN	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	153	SET PARA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	154	TIJERA DE MAYO RECTA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	155	TIJERA DE METZENBAUM	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	156	TIJERA PARA ENCÍAS, CURVAS CON HOJAS CORTAS, MODELO QUIMBY	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	157	TIRAPUENTE MILLER	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	158	TORUNDERA CON TAPA, DE 250 ML	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	159	CUCHARILLA PARA CIRUGÍA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	160	ESPÁTULA PARA PREPARAR ALGINATO O YESO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
63	161	SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
64	162	CINTA MÉTRICA AHULADA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
65	163	CONTENEDOR RÍGIDO PARA PUNZOCORTANTES DE 1 LITRO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
67	166	COLLARÍN DE PLOMO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	174	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	175	BAÑO DE ARTESA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	176	BIOMBO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	177	BURÓ CON CAJÓN HOSPITALARIO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	178	CARRO CUNA CON BACINETE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	179	CARRO DE CURACIONES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	180	CARRO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	181	GABINETE UNIVERSAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	182	MUEBLE CON CERRADURA PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
70	183	RELOJ PARA SALA DE OPERACIONES CON SEGUNDERO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
72	185	BANCO GIRATORIO DE ACERO CROMADO CON RESPALDO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
72	186	BANCO GIRATORIO DE ACERO CROMADO SIN RESPALDO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
74	201	GUARDA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES O INSTRUMENTAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.						
76	205	BOTE PARA RPBI	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
76	206	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
2	5	FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
3	6	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
4	7	DESFIBRILADOR COMPLETO CON MONITOR	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
5	8	INCUBADORA DE TRASLADO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
6	9	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
10	13	NEGATOSCOPIO CON LUZ LED	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
2	5	FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 2 RENGLÓN 5 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LA PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ						
7	10	MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 7 RENGLÓN 10 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.
13	16	BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA BEBÉS		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 13 RENGLÓN 16 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.
14	17	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 14 RENGLÓN 17 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.
15	18	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 15 RENGLÓN 18 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ						
16	19	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 16 RENGLÓN 19 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.
17	20	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 17 RENGLÓN 20 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.
33	45	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 33 RENGLÓN 45 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.
48	60	OXÍMETRO DE PULSO		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 48 RENGLÓN 60 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ						
52	64	SIERRA PARA CORTAR YESO		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 52 RENGLÓN 64 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>
62	74	ESCALERA DE 2 PELDAÑOS		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 62 RENGLÓN 74 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>
62	75	ESCALERA DE 5 PELDAÑOS		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 62 RENGLÓN 75 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>
62	76	PORTACUBETAS RODABLE		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 62 RENGLÓN 76 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ						
62	77	PORTAVENOCLISIS RODABLE		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 62 RENGLÓN 77 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>
64	162	CINTA MÉTRICA AHULADA		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 64 RENGLÓN 162 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>
65	163	CONTENEDOR RÍGIDO PARA PUNZOCORTANTES DE 1 LITRO		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 65 RENGLÓN 163 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>
69	173	MESA PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTAL		X	<p>EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 69 RENGLÓN 173 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.</p>	<p>ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.</p>

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ						
72	185	BANCO GIRATORIO DE ACERO CROMADO CON RESPALDO		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 72 RENGLÓN 185 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.
72	186	BANCO GIRATORIO DE ACERO CROMADO SIN RESPALDO		X	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (COMO FOLLETOS) LAS REFERENCIAS A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 72 RENGLÓN 186 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NO. 2 DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022.	ANEXO 12. MANUAL, CATÁLOGO, FOLLETO U OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, MISMAS QUE DEBERÁN SEÑALARSE LA PÁGINA ESPECÍFICA EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA A CADA CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PRECISIÓN 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022.

FEHLMEX S.A. DE C.V.	
NO ES SUSCEPTIBLE DE EVALUACIÓN TÉCNICA	

MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
38	50	CONCENTRADOR DE OXÍGENO DE 5 LITROS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
40	52	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA MEDICAMENTOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
41	53	EQUIPO MEZCLADOR DE GASES PARA CONCENTRACIONES DE OXÍGENO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
42	54	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.						
43	55	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE MESA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
44	56	HORNO PARA SECADO DE MATERIAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
45	57	HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN SERVOCONTROLADO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
46	58	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
48	60	OXÍMETRO DE PULSO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
49	61	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
50	62	REFRIGERADOR PARA CADÁVERES, 2 CUERPOS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
51	63	SELLADORA DE BOLSAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
66	165	TERMÓMETRO CLÍNICO	NO ES SUSCEPTIBLE DE EVALUACIÓN TÉCNICA, NO PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR LOS DOS RENGLONES DE LA PARTIDA 66			
68	167	ESTUFA DE 4 QUEMADORES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
68	168	HORNO DE MICROONDAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
68	169	LAVADORA INDUSTRIAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
68	170	LICUADORA INDUSTRIAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.						
68	171	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
68	172	SECADORA INDUSTRIAL	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
71	184	CAMA PARA RESIDENTE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

VIASIS OCC S.A. DE C.V.						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
6	9	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
41	53	EQUIPO MEZCLADOR DE GASES PARA CONCENTRACIONES DE OXÍGENO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
45	57	HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN SERVOCONTROLADO		X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO, EL PARTICIPANTE NO MENCIONA EN LA PROPUESTA PRESENTADA QUE EL EQUIPO INCLUYA COMO ACCESORIO LA CANTIDAD DE 5 CABLES DE CALEFACTORES DUALES, TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS, PARA LA PARTIDA 45 RENGLON 57.	APARTADO DE ACCESORIOS, FICHA TÉCNICA DEL RENGLÓN 57, PARTIDA 45, 5 CABLES DE CALEFACTORES DUALES, ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
57	69	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA		X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, SE SOLICITA EQUIPO CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA, Y EL PARTICIPANTE NO MENCIONA EN LA REFERENCIA PRESENTADA EN EL FOLLETO QUE EL EQUIPO CUENTE CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA, TAL Y COMO SE SOLICITA EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	NUMERAL 4. DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, SE SOLICITA EQUIPO CON AL MENOS DOS CAJONES, Y EN LA REFERENCIA PRESENTADA DEL FOLLETO EL PARTICIPANTE OFERTA EQUIPO CON CAJÓN / CON SOPORTE DE MONTAJE.	PUNTO 14.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

VIASIS OCC S.A. DE C.V.							
						NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES DE 230 MILÍMETROS CON AL MENOS 2 PASACABLES EN UN PANEL, Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA EN EL FOLLETO PRESENTADO NO MENCIONA QUE CUENTE CON PANELES TRANSPARENTES DE 230 MILÍMETROS.	PUNTO 11.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
57	69	CUNA DE RADIANTE CALOR CON FOTOTERAPIA	57	69	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ÁNGULO DE 15 GRADOS DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA, Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE LA CARACTERÍSTICAS EN LA FICHA TÉCNICA DEINFA WARMER, PAG.2, NO LO MENCIONA	NUMERAL 12 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69, DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ÁNGULO DE 15 GRADOS DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA.	
57	69	CUNA DE RADIANTE CALOR CON FOTOTERAPIA	57	69	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA DEL MANUAL DE USUARIO INFA WARNET PAG.15 SÓLO MENCIONA CALEFACTOR.	NUMERAL 10 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69, DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE.	
57	69	CUNA DE RADIANTE CALOR CON FOTOTERAPIA	57	69	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA, SIMULTÁNEAMENTE. Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA DEL MANUAL DE USUARIO INFA WARNET PAG.21 SÓLO MENCIONA TEMPERATURA CUTANEA.	NUMERAL 5.1 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69, DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA, SIMULTÁNEAMENTE	
57	69	CUNA DE RADIANTE CALOR CON FOTOTERAPIA	57	69	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO COLCHÓN RADIOTRASPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE, Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA DEL MANUAL DE USUARIO INFA WARNER, PAG. 72, NO HACE MENCION A QUE SEA UN COLCHON RADIOTRASPARENTE	NUMERAL 18.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69, DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, COLCHÓN RADIOTRASPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.	

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
11	14	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADIMETRO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
12	15	BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA SILLA DE RUEDAS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
13	16	BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA BEBÉS	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
14	17	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
15	18	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
16	19	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
17	20	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
18	21	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED S.A. DE C.V.						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
24	27	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	X		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE , EL PARTICIPANTE HACE REFERENCIA DE LA CARACTERISTICA EN EL MANUAL DE USUARIO PAGINA A3, SIN EMBARGO, EN DICHA PÁGINA OMITI SEÑALAR LA CITADA CARACTERISTICA (REFERENCIA 7).	NUMERAL 7 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 24, RENGLO 27, DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON EL NUMERAL 19 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 24 RENGLO 27, SE SOLICITA EQUIPO CON SELECCIÓN DE ENTRE AL MENOS 7 FORMATOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE, REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN MAPA CIRCULAR MULTIEJE, Y EL PARTICIPANTE NO MENCIONA EN LA REFERENCIA DEL MANUAL DE USUARIO PAG. 4-4, NO MENCIONA CONTAR CON	PUNTO 19. DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 24 RENGLO 27 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS [...] SELECCIÓN DE ENTRE AL MENOS 7 FORMATOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE, REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN MAPA CIRCULAR MULTIEJE.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED S.A. DE C.V.					
				REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN MAPA CIRCULAR MULTIEJE.	
				NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, SE SOLICITA EQUIPO CON MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR) Y EL PARTICIPANTE NO MENCIONA EN LA REFERENCIA DEL MANUAL DE USUARIO CONTAR CON MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE PR Y RR	PUNTO 22. DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 24 RENGLÓN 27 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS [...] MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR).
27	30	MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA	X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, SE SOLICITA EQUIPO CON VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA QUE PERMITA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES; Y EL PARTICIPANTE NO MENCIONA EN LA REFERENCIA QUE HACE DEL MANUAL DEL OPERADOR WATO EX 65-PRO PÁGINA 2-2 Y A4, LA CARATERISTICA QUE PERMITA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES.	PUNTO 5.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 27 RENGLÓN 30 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA QUE PERMITA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES.
27	30	MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA	X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA DEL CATÁLOGO PÁGINA V-60, NO MENCIONA QUE EL EQUIPO CUENTO CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE Y EL PARTICIPANTE OFERTA ANGULO DE INCLINACION MAXIMO 10 GRADOS AUTOSOSTENIDO Y 30 GRADOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO	PUNTO 2.2.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 27 RENGLÓN 30 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS [...] 2.2.- CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE.
27	30	MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA	X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, SE SOLICITA EQUIPO CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN). Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA DE LA CARACTERISTICA EN EL MANUAL DEL OPERADOR WATO EX65-PRO PAGINAS 12-4 Y A2, OFERTA INTERRUPTOR DE SELECCION ACGO AUXILIARY COMMON GAS OUTLET	PUNTO 4.4.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 27 RENGLÓN 30 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 4.4.- CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN).
27	30	MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA	X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, SE SOLICITA EQUIPO CON PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 2 A 35 CMH2O Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA DE LA CARACTERISTICA EN LA FICHA TÉCNICA WATO EX65-PRO PAGINAS 3, OFERTA DE 3 UN 35 CMH2O	PUNTO 5.5.5.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 27 RENGLÓN 30 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 5.5.5.- PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 2 A 35 CMH2O.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED S.A. DE C.V.						
30	42	MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, PRESENTA UN EQUIPO (MASIMO RADICAL 7) COMO OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA, SINE EMBARGO EL PARTICIPANTE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO, ISO 9001-2015, ISO 13485:2018 Y CARTAS DE APOYO DE FABRICANTE DEL EQUIPO PROPUESTO COMO ENSAMBLE.	PUNTO 31.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30 RENGLÓN 42 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, [...] 31.- OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA.	
				NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON BATERÍA DE ION- LITIO, CON RESPALDO DE POR LO MENOS 6 HORAS CON CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUIDO. Y EL PARTICIPANTE EN EL MANUAL DEL OPERADOR, PAG.26-A.4-3.A-4, OFERTA EL RANGO DE 9 HORAS CON DOS BATERIAS INDEPENDIENTES EN EL MISMO EQUIPO.	PUNTO 12.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30 RENGLÓN 42 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 12.- CON BATERÍA DE ION- LITIO, CON RESPALDO DE POR LO MENOS 6 HORAS CON CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUIDO.	
31	43	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON PRESIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO CON ALGORITMO QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA PUNCIÓN, Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE LA CARACTERÍSTICA EN EL MANUAL DE OPERADOR PÁGINA 15-2 NO MENCIONA, ALGORITMO QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA PUNCIÓN.	PUNTO 9.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 31 RENGLÓN 43 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 9.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO CON ALGORITMO QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA PUNCIÓN DE PACIENTES.	
				NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, PRESENTA UN EQUIPO (MASIMO RADICAL 7) COMO OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA, SIN EMBARGO EL PARTICIPANTE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO, ISO 9001-2015, ISO 13485:2018 Y CARTAS DE APOYO DE FABRICANTE DEL EQUIPO PROPUESTO COMO ENSAMBLE.	PUNTO 29.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 31 RENGLÓN 43 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 29.- OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA	
				NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON BATERÍA DE ION- LITIO, CON RESPALDO DE POR LO MENOS 6 HORAS CON CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUIDO Y EL PARTICIPANTE EN EL MANUAL DEL OPERADOR, PAG.26-4,A-3 Y A-4 OFERTA EL RANGO DE 9 HORAS CON DOS BATERIAS INDEPENDIENTES EN EL MISMO EQUIPO.	PUNTO 12.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 31 RENGLÓN 43 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 12.- CON BATERÍA RECARGABLE DE ION LITIO CON DURACIÓN DE AL MENOS SEIS HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO.	
46	58	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	X	CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES	

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED S.A. DE C.V.						
48	60	OXÍMETRO DE PULSO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
57	69	CUNA DE RADIANTE CALOR CON FOTOTERAPIA	X		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA, SIMULTÁNEAMENTE Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA DE LA CARACTERÍSTICA EN EL CATÁLOGO TÉCNICO PAGINA 1 NO HACE MENCION A QUE LAS TEMPERATURAS SEAN SIMULTANEAS.	NUMERAL 5.1 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 5.1 TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA, SIMULTÁNEAMENTE.
					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON AL MENOS DOS CAJONES Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE LA CARACTERÍSTICA EN EL CATÁLOGO TÉCNICO PÁGINA 3, NO GARANTIZA QUE EL EQUIPO CUENTE CON DOS CAJONES Y EL PARTICIPANTE EN LA FICHA TÉCNICA NO LO OFERTA.	NUMERAL 14. DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 14.- CON AL MENOS DOS CAJONES
					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON POSIBILIDAD A FUTURO DE INCORPORAR UN PUERTO RS232 PARA COMUNICACIÓN CON MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA. Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE LA CARACTERÍSTICA EN EL CATALOGO TÉCNICO PAGINA 3, HACE ALUSIÓN QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO ESTA INCLUIDA, YA QUE LA SEÑALA COMO UNA CARACTERISTICA A FUTURO.	NUMERAL 20 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 20.- CON POSIBILIDAD A FUTURO DE INCORPORAR UN PUERTO RS232 PARA COMUNICACIÓN CON MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA.
					NO CUMPLE TECNICAMENTE SE SOLICITA EN EL APARTADO DE INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA GRADO MÉDICO CON TIERRA FÍSICA. EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE ESTA CARACTERISTICA EN EL CATALOGO TÉCNICO PAGINA 3 NO MENCIONA QUE LA ALIMENTACIÓN CUENTE CON TIERRA FÍSICA.	APARTADO DE INSTALACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 57 RENGLÓN 69 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA GRADO MÉDICO CON TIERRA FÍSICA.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

MEDITIVA MEDICAL S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REN GLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
			SI	NO		
30	42	MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO		X	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NI LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30 RENGLÓN 42 DEL ANEXO I CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, YA QUE EL PARTICIPANTE NO PRESENTA ISO 9001:2015 DEL EQUIPO OFERTADO.	REQUISITOS DE LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 200 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO, YA QUE EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE LA CARACTERÍSTICA EN EL CATALOGO DEL MONITOR DEL PACIENTE, PAGINA 4, FOLIO 3031, HACE REFERENCIA A 120 HORAS.	PUNTO 10.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30 RENGLÓN 42 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 10. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 200 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.
31	43	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO		X	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NI LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30 RENGLÓN 43 DEL ANEXO I CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, YA QUE EL PARTICIPANTE NO PRESENTA ISO 9001:2015 DEL EQUIPO OFERTADO.	REQUISITOS DE LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE SE SOLICITA EQUIPO CON TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 200 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO, YA QUE EL PARTICIPANTE EN EL CATALOGO DEL MONITOR DEL PACIENTE PAGINA 4, FOLIO 98, HACE REFERENCIA A 120 HORAS.	PUNTO 10.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 31 RENGLÓN 43 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
					SE SOLICITA EQUIPO CON ALMACENAMIENTO DE POR LO MENOS 180 EVENTOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE ESTA CARACTERÍSTICA EN MANUAL DE USUARIO PÁGINA 204 NO DEMUESTRA EL ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.	PUNTO 22.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 31 RENGLÓN 43 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 22.-CON ALMACENAMIENTO DE POR LO MENOS 180 EVENTOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES.

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-006-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

MEDITIVA MEDICAL S.A. DE C.V.						
					SE SOLICITA EQUIPO CON REVISIÓN DE ONDAS COMPLETAS, CON CURSOR PARA REVISAR PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA ONDA MANUAL Y EL PARTICIPANTE EN LA REFERENCIA QUE HACE DE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA EN EL MANUAL DE USUARIO PÁGINA 228, NO DEMUESTRA CONTAR CON CURSOR PARA REVISAR PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA ONDA.	PUNTO 24.- DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 31 RENGLÓN 43 DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. [...] 24.-REVISIÓN DE ONDAS COMPLETAS, CON CURSOR PARA REVISAR PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA ONDA.
41	53	EQUIPO MEZCLADOR DE GASES PARA CONCENTRACIONES DE OXÍGENO	X		CUMPLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

DRA. JANETT ALVARADO GONZÁLEZ
DIRECTORA MÉDICA DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ING. CONSTANTINO HUERTA CORTÉS
DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO