



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA  
DE LOS TRATADOS PRESENCIAL**

**FALLO DE  
ADJUDICACIÓN**


**LA-914010985-E1-2019**

**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA**

**EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE**

**DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD**

**JALISCO**

  
20 de junio de 2019

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 21:00 horas del 20 de junio de 2019 en el Auditorio Central del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de esta ciudad, para efectos de una mejor comprensión de la presente acta, se debe atender el "glosario de términos", y ante la presencia de los servidores públicos designados por el ORGANISMO, con motivo de la emisión del fallo del procedimiento relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL LA-914010985-E1-2019, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, así como al punto que refiere la Sección I, numeral 3.4 de las bases que rigen el presente procedimiento en concordancia a lo que establece el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El acto es presidido por Lic. Luis Adrián Jarero Figueroa, servidor público designado por la Convocante y el cual enumera las siguientes

#### C O N S I D E R A C I O N E S :

**Primero.-** A este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observador.

**Segundo.-** Se declaran desiertos los renglones 18, 22, 25, 41, 43, 44, 61, 141, 142 150 y 163, por no haberse presentado oferta alguna o que el total de las propuestas presentadas no fueron aprobadas técnicamente. Los renglones 3, 23, 33, 36, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 151, 155 y 164, se declaran desiertos por costo no conveniente, ya que superan el costo referido en el convenio por concepto de equipo, para la ejecución del programa de inversión que da origen a este proceso.

**Tercero.-** De conformidad a lo que se establece en la Sección I, punto 3.3.1 el área técnica realizó la evaluación correspondiente con base a la documentación presentada por los participantes para su revisión, con base en ello se emite el siguiente:

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**
**Dictamen Técnico.**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
1	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
1	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2008 Y 13485:2003 DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, DE ACUERDO AL PRIMER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
1	NITROMED, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
1	INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL DESPLIEGUE DE 4 ONDAS SIMULTÁNEAMENTE DE ACUERDO AL PUNTO 3.4 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO OFERTA VARIOS ACCESORIOS MARCADOS EN EL APARTADO 3 DE LA FICHA TECNICA TALES COMO: VIDEO MONITOR CON UNA MICRO CÁMARA INTEGRADA Y QUE PERMITA LA INCORPORACIÓN DE UN DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO DE TIPO VIDEO MASCARA LARÍNGEA CON PALA RÍGIDA PUNTO 1 DEL APARTADO 3 "ACCESORIOS" DE LA FICHA TECNICA, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
2	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACION
2	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2008 Y 13485:2003 DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, DE ACUERDO AL PRIMER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
2	NITROMED, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
2	INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA.-PUNTO 2.1.1.9.1 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO NO CUMPLE CON MONITOREO DE ECG, TEMPERATURA, SPO2 Y NIBP, EN RELACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 5 DE LA JUNTA ACLARATORIA.  NO CUMPLE CON EL REGISTRO DE IMPRESIÓN DE 3 CANALES COMO MÍNIMO DE TRAZO DE ECG, EN RELACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 37 DE LA JUNTA ACLARATORIA, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.





Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACION
4	MINARIC, S.A. DE C.V.	<p>NO CUMPLE CON LA COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE (VENCÍO EN ABRIL 2019).- RENGLON 2 DEL APARTADO "DOCUMENTOS A ENTREGAR" DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE CON BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 90 MINUTOS.- PUNTO 1.10 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE CON BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL.- PUNTO 4.11 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE CON DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA COMO MÍNIMO CON CAPACIDAD DE HASTA 12 PRESIONES INVASIVAS A FUTURO.- PUNTO 7.16.1 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE. DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN/VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO. SE PODRÁ VISUALIZAR DE MANERA SIMULTÁNEA, TRES LAZOS EN LA PANTALLA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, SIENDO ESTOS: P/V, F/V Y F/P, CON LA OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE UN LAZO DE REFERENCIA.- PUNTO 7.17.4 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>



Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
4	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	<p>NO CUMPLE CON AL MENOS TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS.- PUNTO 1.3 DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA. NO CUMPLE CON VAPORIZADOR DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA.- PUNTO 2 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA. NO CUMPLE CON DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL DEL VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA.- PUNTO 5.2 DE LA DESCRIPCION NO CUMPLE CON PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MINIMO EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O CON INCREMENTOS DE 1 CMH2O.- PUNTO 5.5.5 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUMPLE CON MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA.- PUNTO 7 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA. NO CUMPLE CON BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 90 MINUTOS.- PUNTO 7.8 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUMPLE CON DETECCIÓN DE MARCAPASOS.- PUNTO 7.10.7 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUMPLE CON PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DEFIBRILADOR.- 7.10.8 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>
		<p>NO CUMPLE CON MESA DE TRABAJO QUE DEBERÁ INCLUIR UNA BANDEJA EXTRAÍBLE INTEGRADA AL GABINETE LO CUAL PERMITIRÁ TENER ÁREA DE ESCRITURA ADICIONAL.- PUNTO 1.6 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL</p>
4	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	<p>PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX.- PUNTO 4.6 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUMPLE CON DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL DEL VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA. PUNTO 5.2 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>


**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
4	NITROMED, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
4	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
5	COMERCIALIZADORA MAVERO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 14 DE LA FICHA TECNICA REFERENTE AL ASCENSO Y DESCENSO DEL TABLERO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
5	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 DE LA DESCRIPCION TECNICA: COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUMPLE CON EL PUNTO 6 DE LA DESCRIPCION TECNICA: CARTA COMPROMISO ORIGINAL DEL DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE PARA SOPORTE TÉCNICO Y REFRACCIONES GARANTIZANDO AL MENOS 5 AÑOS. NO CUMPLE CON EL RENGLON 1 DEL APARTADO PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: CARTA ORIGINAL DE APOYO SOLIDARIO EN LA LICITACIÓN DEL FABRICANTE O CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL Y COPIA DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN DEL FABRICANTE VIGENTE. NO CUMPLE CON EL PUNTO 3 DE LA DESCRIPCION TECNICA: LONGITUD TOTAL CON CABECERA Y PIERNAS DE 205 CM (+/- 5CM). NO CUMPLE CON EL PUNTO 15 DE LA DESCRIPCION TECNICA: TRENDELEMBURG MINIMO DE 30 GRADOS Y EN POSICION INVERSA MINIMO DE 30 GRADOS. NO CUMPLE CON EL PUNTO 16 DE LA DESCRIPCION TECNICA: LATERAL IZQUIERDO 20 GRADOS Y DERECHO 20 GRADOS. NO CUMPLE CON EL PUNTO 19 DE LA DESCRIPCION TECNICA: CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DEL PACIENTE DE 297KG, DE

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
		CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
5	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
5	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 9 DE LA DESCRIPCION TECNICA: CABECERA CON AJUSTES DE FLEXION CONTINUA ARRIBA 30 GRADOS, ABAJO 45 GRADOS. NO CUMPLE CON EL PUNTO 12 DE LA DESCRIPCION TECNICA: PERLVIS Y MIEMBROS PELVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
11	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TECNICAMENTE, YA QUE EL CANAL DE TRABAJO DE 6 CHARR QUE OFERTAN NO ES LO SOLICITADO.- PUNTO 1 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA, AL IGUAL QUE LOS 18 CHARR CON TUBO DE AFLUJO.- PUNTO 3 DE LA DESCRIPCION TECNICA DE LA FICHA. LA LONGITUD DE LA OPTICA DE VISION NO LLEGA A LOS 25 CM OCULAR OBLICUO SOLICITADO.- PUNTO 1.1 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUENTA CON LOS ACCESORIOS SOLICITADOS, TALES COMO: LA PINZA DE AGARRE DE FRAGMENTOS DE CÁLCULOS CON ABERTURA BILATERAL DE 5 CHARR Y LONGITUD DE 30 CM, PINZA PARA EL AGARRE DE GRANDES CÁLCULOS, PINZA PARA BIOPSIA CON ABERTURA BILATERAL DE 5 CHARR Y LONGITUD DE 30 CM.- APARTADO DE ACCESORIOS DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.








Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
13	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 9 DE LA DESCRIPCION TECNICA: CABECERA CON AJUSTES DE FLEXION CONTINUA ARRIBA 30 GRADOS, ABAJO 45 GRADOS. NO CUMPLE CON EL PUNTO 10 MODIFICADO EN JUNTA ACLARATORIA: CAPACIDAD DE DAR LA POSICION DE NEFRECTOMIA POR MEDIO DE ELEVADOR DE RIÑON INTEGRADO DE MINIMO 116 MM O POR MEDIO DE LA POSICION FLEX 220 GRADOS MINIMO. NO CUMPLE CON EL PUNTO 12 DE LA DRESCRIPCION TECNICA MODIFICADO EN JUNTA DE ACLARACIONES: LA SECCION DE PIERNAS DEBERA SER EN PLACA INDEPENDIENTE Y TENER EL MOVIMIENTO DE -90 A + 20 GRADOS MINIMO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
13	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
13	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 9 DE LA DESCRIPCION TECNICA: CABECERA CON AJUSTES DE FLEXION CONTINUA ARRIBA 30 GRADOS, ABAJO 45 GRADOS. NO CUMPLE CON EL PUNTO 12 DE LA DESCRIPCION TECNICA: LA SELECCION DE PIERNAS DEBERA SER EN PLACAS INDEPENDIENTES Y TENER EL MOVIMIENTO DE -90 A + 20 GRADOS MINIMO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
14	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
14	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 5.4.4: PRESION SOPORTE COMO MODO VENTILATORIO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
14	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 5.4.5: VENTILACION POR PRESION CON VOLUMEN GARANTIZADO, VCRP O AUTOFLOW, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
14	NITROMED, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 5.4.5: VENTILACION POR PRESION CON VOLUMEN GARANTIZADO, VCRP O AUTOFLOW, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
14	VIASIS OCC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 5.4.4: PRESION SOPORTE COMO MODO VENTILATORIO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
15	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 1 DE LA DESCRIPCION TECNICA MODIFICADA EN LA JUNTA ACLARATORIA: LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DEBERA CONTAR CON UN EVACUADOR DE HUMO CON CONTROL DE ENCENDIDO Y/O ACTIVACION AUTOMATICA AL ACTIVARSE LAS FUNCIONES DE CORTE Y COAGULACION, CON SUCCION REGULABLE, PARA CAPTURA DE PARTICULAR DE 99.99% EMPLEANDO FILTROS DESECHABLES. NO CUMPLE CON EL PUNTO 4 DE LA DESCRIPCION TECNICA MODIFICADO EN LA JUNTA ACLARATORIA: CON 3 TIPOS DE MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MINIMA DE 250 WATTS. NO CUMPLE CON EL PUNTO 5 DE LA DESCRIPCION TECNICA MODIFICADA EN LA JUNTA ACLARATORIA: AL MENOS 7 MODOS DE CORTE DIFERENTE. SE PODRA OFERTAR: CORTE PURO, CORTE- COAGULANTE 1, CORTE-COAGULANTE 2, CORTE- COAGULANTE ENDO, COAGULACION FULGURACION, COAGULACION DE CONTACTO, COAGULACION SOFT Y COAGULACION SPRAY. NO CUMPLE CON EL PUNTO 6 DE LA DESCRIPCION TECNICA MODIFICADA EN LA JUNTA ACLARATORIA: SALIDA MONOPOLAR COAGULACION CON POTENCIA MINIMA DE 120 WATTS O MAYOR. NO CUMPLE CON EL PUNTO 7 DE LA DESCRIPCION TECNICA: AL MENOS 4 MODOS DE COAGULACION DIFERENTES, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.






**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACION
16	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4 DE LA FICHA YA QUE SE SOLICITA EQUIPO CON CORTE MEZCALDO DE HASTA 150 WATTS.</p> <p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 5 DE LA FICHA TECNICA YA QUE SE SOLICITA EQUIPO CON AL MENOS 7 MODOS DE CORTE DIFERENTE Y SE OFERTAN 5.</p> <p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6 DE LA FICHA TECNICA YA QUE SE SOLICITA SALIDA MONOPOLAR COAGULACION - POTENCIA DE HASTA 120 WATTS O MAYOR Y SE OFERTA DE 100 WATTS</p> <p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7 DE LA FICHA TECNICA YA QUE SE SOLICITA AL MENOS 4 MODOS DE COAGULACION DIFERENTES Y SE OFERTAN 2, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>
20	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE CV	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA YA QUE SE SOLICITA EQUIPO RÍGIDO PARA LA VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE LA VEJIGA Y URETRA CON DIAMETRO DE 1.2MM, Y SE OFERTA DE 1.9MM PUNTO 1.1.</p> <p>NO CUMPLE CON EL PUNTO 1.2 DE LONGITUD DE 20CM.</p> <p>SE SOLICITA CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM Y SE OFERTA CON CLAVIJA DE 4MM.-PUNTO 4.</p> <p>SE SOLICITA DISTANCIA FOCAL DE F=15-31MM Y SE OFERTA DE 13-19MM. -PUNTO 8.3</p> <p>NO CUMPLE CON EL PUNTO 9.1, LA LÁMPARA DE 175WATTS. TODO ESTO CON BASE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 29 DE LA JUNTA ACLARATORIA, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>
21	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V.	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL APARTADO DE "INSUFLADOR" YA QUE NO CUENTA CON INSUFLADOR INTEGRADO DE 40 LITROS SINO DE 45 LITROS, AL IGUAL QUE LA PRESION INTRACAVITARIA DE 1 A 15 MMHG.- PUNTO 1.2.1.1</p> <p>NO CUMPLE CON EL FLUJO PARA PEDIATRIA DE 0.1 A 15 L/M.- PUNTO 1.2.1.2</p> <p>NO CUMPLE CON LA PRESION E INSUFLACION DE 30 MMHG.- PUNTO 1.2.1.3</p> <p>NO CUMPLE CON LA LAMPARA LED DE 175 WATTS.- PUNTO 2.1</p> <p>NO CUMPLE CON EL DIAMETRO DEL CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA DE 4.8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 250 CM.- PUNTO 3.1, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
24	NUDOMI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO. NO CUENTA CON LA COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2008 Y 13485:2003 DEL FABRICANTE INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.- DEL PRIMER RENGLON DEL APARTADO "DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACION TECNICA", PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
24	NITROMED, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
24	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON LA COPIA DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA GARANTIZAR QUE LOS BIENES SON FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN RELACION AL TERCER RENGLON DEL APARTADO "PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO" DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.





**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
26	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	<p>NO CUMPLE TECNICAMENTE YA QUE NO CUENTA CON AJUSTE DIOPTRICO.- PUNTO 3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON CORRECCION DE OPTICA AL INFINITO.- PUNTO 3.3 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON SISTEMAS DE PRISMAS.- PUNTO 3.5 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON OCULARES DE ALTO PUNTO FOCAL PARA USO CON O SIN LENTES.- PUNTO 4.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE CON TECNICAMENTE CAVIDAD PARA INTERCAMBIO DE RETICULAS DE MEDICION.- PUNTO 4.3 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE CON TECNICAMENTE PLAN ACROMATICO (CORRECCION DE ABERRACIONES ESFERICA Y CROMATICA).- PUNTO 6.3 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON CONDENSADOR DE APERTURA NUMERICA 1.25 COMO MINIMO.- PUNTO 8.1 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON CONDENSADOR TIPO ABBE.- PUNTO 8.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL MACROMETRICO.- PUNTO 9.1 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TENICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE EL SISTEMA DE ILUMINACION CON CORRECCION O BALANCEO DE LUZ DE DÍA (FILTRO AZUL).- PUNTO 10.2 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO.</p> <p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON ILUMINACION KOEHLER.- PUNTO 10.3 DE LA DESCRIPCION DE LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO.</p>
		<p>NO CUMPLE TECNICAMENTE CON DIAFRAGMA DE CAMPO EN SISTEMA DE ILUMINACION.- PUNTO 10.4 DE LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>
28	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	<p>NO CUMPLE CON EL PUNTO 4 DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA MODIFICADO EN LA JUNTA ACLARATORIA: PANTALLA A COLOR TECNOLOGIA LCD TFT CON TECNOLOGIA DE PANTALLA TACTIL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.</p>

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
28	GABRIEL DELGADO ALONSO	NO CUMPLE CON EL PUNTO 19 DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
28	LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL PUNTO 20 DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA MODIFICADA EN LA JUNTA ACLARATORIA: DE DEBERÁ OFERTAR POR LO MENOS LA DETECCIÓN DE 14 ARRITMIAS O MAYOR, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
32	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
32	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. -"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
33	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
33	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
33	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESGALIFICACIÓN
		SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
34	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
34	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
34	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
34	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.






Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
35	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
35	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
35	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
36	NITROMED S.A. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.




**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESGALIFICACIÓN
37	QUIRURGICA ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
38	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
38	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
38	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
39	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
39	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
40	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
41	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
42	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
45	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
45	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
45	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
49	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
		DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
49	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
50	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
50	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
51	QUIRURGICA, ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.-"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
51	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
51	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
52	QUIRURGICA, ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL. DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
52	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
52	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
54	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL.





**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
54	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
54	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
55	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
55	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
55	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
56	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
56	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
56	GRUCOMED, S DE RL DE CV	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
57	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
58	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
59	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
59	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
59	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
59	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
60	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.



Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
69	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
70	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
71	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
71	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
72	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
73	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
73	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
75	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
75	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
76	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
76	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
76	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
77	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
78	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
78	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
78	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL.
79	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
79	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
80	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
80	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
81	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
81	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.





Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
 LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
 DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
82	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
82	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL.
85	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
88	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
88	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
89	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE



Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
		CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
89	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
90	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
90	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
		DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
91	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
91	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACION
		CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
92	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
93	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
94	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
96	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
97	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
97	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
98	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
98	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
99	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.



Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
105	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
105	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
106	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
106	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
107	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.








Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
107	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE GARANTIZA QUE LOS BIENES FABRICADOS SON DE PAISES CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATO DE LIBRE COMERCIO "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
115	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
129	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
129	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
130	QUIRURGICA ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO


PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
131	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
131	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
132	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
133	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
133	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
134	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
134	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACION INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
136	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
136	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
137	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
138	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
139	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
140	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
		DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
140	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
141	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. -"DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
142	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
143	QUIRURGICA, ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
144	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
145	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
146	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
147	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
147	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
148	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
148	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
149	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
150	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.- "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
		DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO
150	NITROMED, S.A. DE C.V.	PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.





Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
 LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
 DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACION
150	GRUCOMED, S. DE RL DE CV	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
151	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
151	GRUCOMED, S. DE R.L. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
152	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
153	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
154	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
155	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
156	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
156	NITROMED, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
157	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
158	QUIRURGICA ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
159	QUIRURGICA ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
160	NITROMED S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 13485, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 13485. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE TITANIO O DE NIQUEL, CON CARBONO ISO 9001. NO PRESENTA CERTIFICADO DE PASIVACION QUIMICA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
160	QUIRURGICA ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.
161	QUIRURGICA ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
 LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
 DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PARTIDA	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN
162	QUIRURGICA ORTOPEDICA S.A. DE C.V.	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. NO PRESENTA PRUEBAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA "DEL APARTADO DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA EQUIPO SOLICITADO" DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTAL, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 4 INCISO a), DE LAS BASES.

Con base al dictamen técnico las propuestas presentadas por los participantes que no fueron descartadas parcialmente o totalmente, son aprobadas técnicamente para su revisión y análisis económico.

**Cuarto.-** Las empresas que fueron aprobadas en la fase de dictamen técnico son evaluadas y se anexa al expediente el cuadro comparativo, el cual determina el precio más bajo presentado por los participantes que fueron aprobados técnicamente, por lo que se emite el siguiente:

Proveedor	Renglón	Clave	Cantidad	Precio neto	Neto
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	27	913-045-0015	3	\$99,696.69	\$299,090.06
<b>TOTAL ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO</b>					<b>\$299,090.06</b>
COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V	15	913-012-0013	1	\$189,831.68	\$189,831.68
COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V	16	913-012-0015	1	\$189,831.68	\$189,831.68
<b>TOTAL COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V</b>					<b>\$379,663.36</b>
JOSE FABIAN SANDOVAL PEREZ	17	913-016-0040	2	\$23,780.00	\$47,560.00
<b>TOTAL JOSE FABIAN SANDOVAL PEREZ</b>					<b>\$47,560.00</b>
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	37	914-001-0171	2	\$4,843.00	\$9,686.00
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	154	914-001-0225	4	\$2,569.40	\$10,277.60
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	157	914-001-0226	4	\$3,248.00	\$12,992.00
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	159	914-001-0228	4	\$5,423.00	\$21,692.00
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	136	914-002-0029	8	\$3,706.20	\$29,649.60
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	138	914-012-0016	4	\$2,024.20	\$8,096.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	149	914-015-0033	4	\$1,821.20	\$7,284.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	152	914-017-0003	4	\$156.60	\$626.40
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	153	914-017-0004	4	\$168.20	\$672.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	162	914-032-0005	4	\$9,448.20	\$37,792.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	135	914-040-0041	4	\$2,117.00	\$8,468.00
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	156	914-040-0045	2	\$31,697.00	\$63,394.00
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	139	914-092-0005	4	\$7,331.20	\$29,324.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	140	914-092-0006	4	\$20,932.20	\$83,728.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	143	914-103-0011	4	\$2,720.20	\$10,880.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	144	914-103-0012	4	\$2,720.20	\$10,880.80
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	145	914-103-0013	4	\$2,720.20	\$10,880.80

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
 LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
 DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Proveedor	Ranglon	Clave	Cantidad	Precio neto	Neto
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	146	914-103-0014	4	\$2,871.00	\$11,484.00
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	160	914-128-0004	2	\$15,979.00	\$31,958.00
LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	161	914-128-0005	2	\$14,407.20	\$28,814.40
<b>TOTAL LINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$428,585.20</b>
MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V	30	913-269-0001	3	\$48,604.00	\$145,812.00
<b>TOTAL MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V</b>					<b>\$145,812.00</b>
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	54	914-001-0175	2	\$966.28	\$1,932.56
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	55	914-001-0176	2	\$945.40	\$1,890.80
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	57	914-001-0178	2	\$8,150.16	\$16,300.32
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	58	914-001-0179	2	\$7,865.96	\$15,731.92
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	130	914-001-0218	4	\$26,931.72	\$107,726.88
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	131	914-001-0219	8	\$26,931.72	\$215,453.76
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	132	914-001-0220	4	\$21,470.44	\$85,881.76
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	133	914-001-0221	4	\$27,659.04	\$110,636.16
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	134	914-001-0222	4	\$27,659.04	\$110,636.16
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	158	914-001-0227	4	\$9,590.88	\$38,363.52
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	35	914-002-0021	2	\$7,099.20	\$14,198.40
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	42	914-002-0024	4	\$6,699.00	\$26,796.00
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	77	914-01-00186	4	\$580.00	\$2,320.00
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	32	914-040-0022	1	\$1,227.28	\$1,227.28
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	34	914-040-0024	1	\$7,883.36	\$7,883.36
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	49	914-040-0027	1	\$13,703.08	\$13,703.08
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	50	914-040-0028	1	\$12,195.08	\$12,195.08
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	53	914-040-0030	1	\$13,292.44	\$13,292.44
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	60	914-040-0032	1	\$6,765.12	\$6,765.12
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	147	914-040-0042	4	\$14,874.68	\$59,498.72
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	148	914-040-0043	4	\$14,874.68	\$59,498.72
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	52	914-059-0006	1	\$6,120.16	\$6,120.16
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	40	914-107-0002	2	\$183.28	\$366.56
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	137	914-122-0023	4	\$7,747.64	\$30,990.56
MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.	73	914-154-0001	3	\$393.24	\$1,179.72
<b>TOTAL MEDICINA MÍNIMA INVASIVA S.A DE C.V.</b>					<b>\$960,589.04</b>
MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V.	31	913-264-0001	1	\$689,524.00	\$689,524.00
<b>TOTAL MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$689,524.00</b>
MESSIS INVESTIGACION Y SALUD SA DE CV	26	913-045-0014	3	\$83,346.00	\$250,038.00
<b>TOTAL MESSIS INVESTIGACION Y SALUD SA DE CV</b>					<b>\$250,038.00</b>
MINARIC, S.A. DE C.V.	28	913-044-0013	3	\$107,880.00	\$323,640.00
MINARIC, S.A. DE C.V.	29	913-044-0014	2	\$122,960.00	\$245,920.00
<b>TOTAL MINARIC, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$569,560.00</b>
NUDOMI, S.A. DE C.V.	6	913-256-0001	1	\$1,216,884.75	\$1,216,884.75
NUDOMI, S.A. DE C.V.	7	913-257-0001	1	\$1,216,359.23	\$1,216,359.23
NUDOMI, S.A. DE C.V.	8	913-258-0001	1	\$1,209,543.82	\$1,209,543.82
NUDOMI, S.A. DE C.V.	10	913-259-0001	1	\$1,281,956.44	\$1,281,956.44
NUDOMI, S.A. DE C.V.	9	913-260-0001	1	\$1,281,956.44	\$1,281,956.44
NUDOMI, S.A. DE C.V.	11	913-261-0001	1	\$1,454,837.56	\$1,454,837.56
NUDOMI, S.A. DE C.V.	12	913-262-0001	1	\$1,409,224.70	\$1,409,224.70
NUDOMI, S.A. DE C.V.	21	913-263-0001	1	\$2,298,684.94	\$2,298,684.94
NUDOMI, S.A. DE C.V.	19	913-265-0001	1	\$1,211,708.09	\$1,211,708.09
NUDOMI, S.A. DE C.V.	20	913-271-0001	1	\$2,443,471.02	\$2,443,471.02
<b>TOTAL NUDOMI, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$15,074,626.98</b>

**Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

Proveedor	Renglón	Clave	Cantidad	Precio neto	Neto
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	5	913-009-0047	3	\$996,585.00	\$2,989,755.00
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	13	913-009-0053	1	\$996,585.00	\$996,585.00
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	24	913-016-0041	3	\$571,880.00	\$1,715,640.00
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	1	913-052-0053	22	\$352,002.00	\$7,744,044.00
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	2	913-052-0202	4	\$352,002.00	\$1,408,008.00
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	4	913-159-0002	3	\$1,506,526.80	\$4,519,580.40
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	14	913-159-0005	2	\$1,795,216.00	\$3,590,432.00
<b>TOTAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV</b>					<b>\$22,964,044.40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$41,759,093.04</b>

El monto total adjudicado es de \$41,759,093.04 (Cuarenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Noventa y Tres Pesos 04/100 M.N.), I.V.A. incluido.





**Quinto.-** Por lo anterior, se emite en presencia de los asistentes el Fallo del procedimiento citado al rubro a fin de formalizar el Contrato - Pedido respectivo, deberá presentarse el apoderado legal de la empresa con la documentación requerida en bases para su formalización y su fianza respectiva, a más tardar el quinto día hábil siguiente a la emisión del fallo, el participante adjudicado deberá presentarse en el departamento de adquisiciones de lunes a viernes de las 9:00 a 14:00 horas, Dr. Baeza Alzaga núm. 107, colonia centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, tel.(01 33) 3030-5000, el periodo de entrega máximo es al 19 de agosto de 2019 conforme a la convocatoria y la junta aclaratoria.

**Sexto.-** Publíquese y notifíquese a los participantes con forme se estipuló en las bases de la presente licitación y en términos de los artículos 37 y 37 Bis de la Ley, la presente acta se encuentra a su disposición en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en Dr. Baeza Alzaga núm. 107, colonia centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, así como <https://info.jalisco.gob.mx/dependencia/servicios-de-salud-jalisco-ssj>.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados presencial  
LA-914010985-E1-2019 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
DE OCCIDENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

**Séptimo.**- Con lo anterior se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las 22:00 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para dejar constancia, Versión Pública.

Por el Organismo Servidores Públicos Designados.

Nombre	Firma
LIC. GABRIELA SERRATOS FERNÁNDEZ PRESIDENTA DEL COMITÉ FEDERAL DE ADQUISICIONES Y DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
DR. EMMANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES.	
DR. ÁLVARO GILBERTO RODRÍGUEZ BECERRA DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE ÁREA REQUIRENTE	
ING. CARLOS GRANIEL TAMAYO ING. BIOMÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE ÁREA TÉCNICA QUE DICTAMINA	

Fin de Acta. -----

