



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0082

MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO-HIDRAÚLICA

 Descripción
 Técnica:

- 1.- Mesa quirúrgica electrohidráulica.
- 2.- Controlada por microprocesador.
- 3.- Que soporte un peso de 250 Kg como mínimo.
- 4.- Con sistema de frenos eléctricos.
- 5.- Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 260 cm como mínimo.
- 6.- Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto.
- 7.- Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
- 8.- Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero al cromo níquel o acero al carbón pintado y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
- 9.- Superficie radiotransparente accesible al equipo de rayos X y arco en C.
- 10.- Mesa dividida en al menos cuatro secciones:
 - 10.1.- Cabecera.
 - 10.2.- Dorso.
 - 10.3.- Pelvis.
 - 10.4.- Miembros inferiores o piernas.
- 11.- Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de +20 a -90 grados como mínimo y con movimiento de tijera.
- 12.- Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de +45 a -90 grados
- 13.- La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomía.
- 14.- Tres paneles de control para movimientos electrohidráulicos:
 - 14.1.- Panel remoto
 - 14.2.- Panel de columna
 - 14.3.- Pedal
- 15.- Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla.
- 16.- Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal. Posición 0.
- 17.- Batería con indicador de carga. Que permita hacer de 50-80 movimiento al no tener alimentación eléctrica
- 18.- Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras y de fácil limpieza que se adaptan a la forma del paciente para lograr un reposo uniforme y reducir excesos de presión..
- 19.- Movimientos electrohidráulicos :
 - 19.1.- Elevación y descenso que cubra el rango de 60 a 95 cm. Con respecto al piso.
 - 19.2.- Fowler de 80°
 - 19.3.- Trendelenburg de 25°
 - 19.4.- Trendelenburg inverso de 25°
 - 19.5.- Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20°
 - 19.6.- Posición cóncava de 110°
 - 19.7.- Posición flexionada de 220°
 - 19.8.- Desplazamiento longitudinal de 32 cm
- 20.- Accesorios Incluidos para cirugía general y ginecología (Accesorios de la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel):
 - 20.1.- Arco de anestesia con fijadores.
 - 20.2.- Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas).
 - 20.3.- Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas).
 - 20.4.- Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas).
 - 20.5.- Cinturón para paciente con fijadores. Pierneras articuladas tipo Goepel con fijadores (2 piezas).

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0082

MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO-HIDRAÚLICA

	20.6.- Soporte de piernas para posición de litotomía. 20.7.- Charola portachasises de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). 21.- Control remoto de pie para movimientos electrohidráulicos. 22.- Para urología (accesorios de la misma marca de la mesa): 22.1.- Charola para recolección de líquidos con sujeción a la mesa. 23.- Para ortopedia (accesorios de la misma marca de la mesa): 23.1- Dispositivo de extensión para ortopedia con las siguientes partes: 23.1.1.- Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal. 23.1.2.- Barras de extensión telescópica o abducción. 23.1.3.- Botas para tracción tamaño adulto y pediátrico con aditamentos para realizar la tracción. 23.1.4.- Dispositivo de extensión para procedimientos de tibia. 23.1.5.- Soporte de rodilla para procedimientos de tibia. 23.2.- Poste de contracción femoral. 23.3.- Soporte articulado para brazo cruzado. 23.4.- Accesorio para tracción de humero, cúbito y radio. 23.5.- Manopla Weinberger. 23.6.- Con carro para guardar accesorios. 23.7.- La mesa quirúrgica para uso en ortopedia debe permitir el fácil acceso de la Unidad Radiológica y Fluoroscópica, transportable, tipo Arco en “C”. y del Equipo Móvil de Rayos X.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			