



Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

914

014

0007

**SET DE INSTRUMENTAL PARA PARPADO**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Descripción<br>Técnica: | Set de instrumental totalmente en acero inoxidable grado medico que conste de los siguientes elementos: |   |
|                         | <b>CANTIDAD</b>   | <b>DESCRIPCION</b>  |
|                         | 1   | MANGO DE BISTURICORTO No. 3   |
|                         | 1   | TIJERA PARA TENOTOMIA STEVENS ó FINA CON PUNTAS ROMA, CURVA, DE 110 MM. A 120 MM. DE LONG.                      |
|                         | 1   | TIJERA PARA TENOTOMIA STEVENS ó FINA CON PUNTAS ROMAS, RECTA, DE 110 MM. A 120 MM. DE LONG.                     |
|                         | 1   | TIJERA PARA SUTURA NORTHBENT, ANGULADA, DE 130 MM. DE LONG.   |
|                         | 3   | PINZA HALSTED MOSQUITO RECTA, DE 120 MM. A 130 MM. DE LONG.   |
|                         | 3   | PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA, DE 120 MM. A 130 MM. DE LONG.   |
|                         | 6   | PINZA BACKHAUS, DE 80 MM. A 90 CM. DE LONG.   |
|                         | 1   | PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, DE 180 A 200 MM. DE LONG.                                 |
|                         | 1   | PINZA PARA CONJUNTIVA DRESSING ó GRAEFE, RECTA, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONG.                      |
|                         | 1   | PINZA PARA CONJUNTIVA DRESSING ó GRAEFE, CURVA SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONG.                       |
|                         | 1   | PINZA SNELLEN DERECHA 95 MM. A 100 MM. DE LONG.   |
|                         | 1   | PINZA SNELLEN IZQUIERDA 95 MM. A 100 MM. DE LONG.   |
|                         | 1   | PINZA DE BERKE, CON RAMA DE 20 MM., DE 95 MM. A 100 MM. DE LONG.  |
|                         | 1   | PINZA OFTALMICA BISHOP-HARMAN ó BISHOP-HARMON, RECTA CON DIENTES, DE 85 MM. A 90 MM. DE LONG.                   |
|                         | 1   | PINZA OFTALMICA BISHOP-HARMAN ó BISHOP-HARMON, RECTA SIN DIENTES, DE 85 MM. A 90 MM. DE LONG.                   |
|                         | 1   | PINZA DE CHALAZION DESMARRES CHICA.   |
|                         | 1   | PINZA DE CHALASION PARA PARPADO ERHARDT.  |
|                         | 1   | PINZA PARA MUSCULO PRINCE ó JAMESSON, DERECHA, DE 100 MM. DE LONG.  |
|                         | 1   | PINZA PARA MUSCULO PRINCE ó JAMESSON, IZQUIERDA, DE 100 MM. DE LONG.  |
|                         | 1   | GANCHO PARA ESTRABISMO VON GRAEFE ó GRAEFE, DEL No. 1 DE 130 MM. A 140 MM. DE LONG.                             |
|                         | 1   | GANCHO PARA ESTRABISMO VON GRAEFE ó GRAEFE, DEL No. 2 DE 135 MM. A 140 MM. DE LONG.                             |
|                         | 1   | CUCHARILLA DE CHALAZION MEYHOEFER CON COPA DE 1.5 MM.   |
|                         | 1   | CUCHARILLA DE CHALAZION MEYHOEFER CON COPA DE 2.0 MM.   |
|                         | 1   | CUCHARILLA DE CHALAZION MEYHOEFER CON COPA DE 3.5 MM.   |
|                         | 2   | SEPARADORES KNAPP, DE 4 GANCHOS ROMOS, DE 130 MM. A 135 MM. DE LONG.  |
|                         | 1   | PROTECTOR ó PLACA PARA PARPADOS BERKE-JAEGER ó JAEGER.  |
|                         | 1   | CANULA IRRIGACION BISHOP-HARMON ó BONN PUNTA ROMA APLANADA.   |
|                         | 1   | PORTA AGUJA CASTROVIEJO, CON BROCHE, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 135 MM. A 140 MM. DE LONG. |
|                         | 1   | CONTENEDOR PARA EL INSTRUMENTAL INTEGRADO   |

# O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

914

014

0007

## SET DE INSTRUMENTAL PARA PARPADO

|  |   |  |  |                   |         |
|--|---|--|--|-------------------|---------|
|  |   |  |  |                   |         |
| Accesorios   | Cant  | Descripción  |  |                   |         |
|  | 1   | Charola para esterilización con capacidad de almacenamiento para el set completo.  |  |                   |         |
| Instalación de la unidad solicitada:                     | Cant  | Descripción  |  | Nivel de atención |         |
|  |   |  |  | Primer            | Segundo |
| Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica | Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique      |  |  |                   |         |
|  | Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas |  |  |                   |         |
|  | Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos                  |  |  | 1                 | años.   |
|  | Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.                 |  |  |                   |         |
|  | Productos de origen nacional  | Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado                    |  |                   |         |
|  |   | Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |  |                   |         |
|  |   | Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:   |  |                   |         |
|  | Productos de origen extranjero  | Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado  |  |                   |         |
|  |   | Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |  |                   |         |
|  |   | Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:   |  |                   |         |
| Certificados de calidad opcionales:                      |   |  |  |                   |         |
|  |   |  |  |                   |         |