

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0058

UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL

Descripción Técnica:	1.- Generador de rayos X de alta frecuencia: 1.1.- Potencia de 30 kW. o mayor. 1.2.- Corriente de 500 mA. o mayor. 1.3.- Ajuste de kilovoltaje pico de 40 kV. o menor a 150 kV. ó mayor. 1.4.- Tiempo de exposición de 1 ms. o menor a 8 seg. o mayor. 2.- Tubo de rayos X: 2.1.- Punto focal doble de 0.6mm o menor y 1.2mm o mayor. 2.2.- Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 140 KHU. ó mayor. 2.4.- Movimiento telescópico o contrapesado. 2.5.- Rotación horizontal del tubo de +90 y -90° o mayor. 3.- Detector digital plano: 3.1.- Adquisición o profundidad de imagen o conversión analógica-digital de 16 bits o mayor. 3.2.- Matriz de 2500 x 3000 pixeles ó mayor. 3.3.- Plano de selenio amorfo (a-Se) o silicón amorfo (a-Si) o Ioduro de Cesio. 3.4.-Tamaño de 35cm. X 43cm. (14"x17") o 40cm. O mayor x 40cm. O mayor (15.7" o mayor x 15.7" o mayor) o área activa del detector 34.1 cm. x 43 cm. (14" x 17") o mayor. 3.5.- DQE de 70% o mayor o 3.1 lp./mm. o mayor. 4.- Altura del foco al piso o SID de 1.80 metros o mayor. 5.- Rodamiento con sistema de frenado 6.- Con capacidad de almacenamiento de al menos 120 Gb o mayor. 7.- Peso de 4000 kg. o menor. 8.- Con baterías. 9.- Cajón portadetector. 10.- DICOM print, DICOM send o DICOM export o DICOM storage y DICOM worklist. 11.- Con unidad de grabación CD-R o DVD o USB.						
	Accesorios		Cant	Descripción			
	Instalación de la unidad solicitada:		Cant	Descripción		Nivel de atención	
			1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
							Tercer
	Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica		Manual de usuario y guía rápida en español				
			Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
			Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
			Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
			Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
			Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
			Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
Productos de origen nacional			Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
			Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Productos de origen extranjero			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
			Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Certificados de calidad opcionales:					