

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0030

NEGATOSCOPIO DOBLE

Descripción Técnica:	1. Estructura:					
	1.1.- Marco de diseño en 3 dimensiones y de color gris oscuro y diseño con aleación de aluminio					
	1.2.- Equipo de una sección					
	1.3.- Ergonómica					
	2. Panel de acrílico epóxico, acabado de alta densidad, con uniformidad y luz suave					
	3.- Medidas de 830 mm de alto x 545 mm ancho x 40 mm de grosor					
	4.- Área de visualización de 360 mm altura x 440 mm de ancho					
	5. Equipo delgado de 4 cm de grosor					
	6. Clip de fácil colocación y desmontaje de películas de diagnósticos					
	7. Switch automático de encendido al insertar la película					
	8. Control manual por medio de un switch de encendido					
	9. Control individual para cada conexión					
	10. Matriz de LEDS de la misma tonalidad de color blanco puro.					
	11. Tiempo de vida del LED de 100,000 horas					
	12. La luminancia de los negatoscopios deberá ser al menos de 900 a 13,000 lux					
	13. Luminiscencia ajustable de 300-4000 cd/m2					
	14.- Temperatura de color de luz de 93,000 K y para luz blanca de 65,000					
15. Uniformidad de la pantalla de visualización es del 90% como mínimo						
16. Uso para visualización de películas de Rayos X de alta densidad y mamografías						
17. Consumo de energía de 100 W con un Voltaje de 90/ 240 V, 50/60 Hz y fusibles integrados						
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						