



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0059

UNIDAD RADIOLOGICA BASICA

Descripción Técnica:	1.-Generador de alta frecuencia: 1.1.- Con capacidad de 50 kW. o mayor. 1.2.- Con 640 mA. o mayor. 1.3.- 40 kV. a 150 kV. ó mayor. 1.4.- Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 8 segundos ó mayor. 1.5.- Con panel de control digital, que despliegue: kV, ma. y seg. o mAs. 2.- Tubo de Rayos X: 2.1.- Foco fino de 0.6 mm. ó menor. 2.2.-Foco grueso de 1.2 mm. ó menor. 2.3.- Ánodo rotatorio. 2.4.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 200,000 HU ó mayor. 3.- Columna portatubos: 3.1.- Soporte a piso o techo o piso-techo o integrado a la mesa o piso pared. 3.2.-Con desplazamiento longitudinal de 120cm. O mayor. Para el caso de columna integrada a la mesa o soporte a piso. 3.3.- Para el caso de soporte a techo: desplazamiento vertical de 140 cm. o mayor y longitudinal de 280 cm. o mayor. 4.-Detector digital plano fijo o portátil o inalámbrico: 4.1.-Adquisición o profundidad de imagen de 16 bits o mayor. 4.2.- Matriz de 2500 pixeles x 3000 pixeles o mayor. 4.3.- De selenio amorfo (a-Se) o silicón amorfo o yoduro de cesio. 4.4.-Tamaño de 35cm. X 43cm. (14"x17") o 40cm. O mayor x 40 o mayor cm. (15.7" o mayor x 15.7" o mayor). 4.5.- Tamaño del pixel de 150 micrones o menor. 4.6.- DQE de 56% o 3.1 lp./mm. o mayor. 5.- Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-40 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm ó mayor. 6.- Con altura fija. 7.- Porta detector con rejilla relación 8:1 ó mayor. 8.- Porta detector o bucky para pared o vertical. 9.- Control automático de exposición. 10.- Con soporte de peso del paciente de 180 Kg. o mayor. 11.- Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 1000 ó mayor. 12.- Estación de adquisición 12.1.- Con monitor de 19" o mayor y resolución de 1k x 1k o mayor. 12.2.- Capacidad de almacenamiento de 500 GB o mayor. 12.3.- DICOM print, DICOM storage o DICOM send o export, DICOM worklist. 12.4.- UPS. 12.5.- Con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM. 12.6.- Memoria RAM de 4GB.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos					
	1 años.					
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0059

UNIDAD RADIOLOGICA BASICA

	adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.		
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.		
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.		
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.	
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,	
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado	
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,	
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	
		Certificados de calidad opcionales:	