



1. MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cubierta y reborde de lámina de acero inoxidable cal no.26 con respaldo y fregadero izquierdo o derecho de 45 x 49 x 19 cm y trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm con canastilla desmontable y niple para descarga (desagüe) de 5.4 cm (2") de diámetro por 5.4 cm (2") de largo de acero inoxidable, soldado. 2. Cuerpo y entrepaño y puertas de lámina de acero cal. no.20 acabado en pintura color gris. 3. Estructura de acero cal. no.18 de 32 x 32 mm (1.1/4" x 1.1/4"), acabado en pintura color gris. 4. Mezcladora de bronce vertical de cuello de ganso largo, llaves de aleta corta y chiflón, acabado cromado. 5. Recubrimiento (tipo apcoseal o similar) y refuerzos en la parte inferior de la cubierta y respaldo. 6. Regatón ajustable de aluminio. 7. Rejilla con perforaciones de 9mm (3/8") de diámetro desmontable de lámina de acero inoxidable cal. no. 16 acabado pulido. 8. Vitrina izquierda - derecha con puertas de vidrio corredizas 9. Trampa para yeso. 				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					



2. MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<p>Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito.</p> <p>1. Mesa de exploración construida en lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo.</p> <p>1.1 Con tres secciones: Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o abatible.</p> <p>1.2 Colchón desmontable con cubierta de vinil.</p> <p>1.3 Pintura anticorrosiva en acabado mate.</p> <p>1.4 Porta rollo de papel integrado.</p> <p>1.5 Cajoneras frontales de alto impacto.</p> <p>1.6 Cajoneras laterales derechas de alto impacto.</p> <p>1.7 Escalón deslizable integrado.</p> <p>1.8 Cubierta antiderrapante.</p> <p>1.9 Charola recolectora de líquidos.</p> <p>1.10 Taloneras retractiles integradas, piñeras tipo Goeopel acojinadas con fijadores.</p>				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía					
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					



3. MESA PARA EXPLORACIÓN UROLÓGICA

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<p>Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito.</p> <p>1. Mesa de exploración construida en lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo.</p> <p>1.1 Con tres secciones: Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o abatible.</p> <p>1.2 Colchón desmontable con cubierta de vinil.</p> <p>1.3 Pintura anticorrosiva en acabado mate.</p> <p>1.4 Porta rollo de papel integrado.</p> <p>1.5 Cajoneras frontales de alto impacto.</p> <p>1.6 Cajoneras laterales derechas de alto impacto.</p> <p>1.7 Escalón deslizable integrado.</p> <p>1.8 Cubierta antiderrapante.</p> <p>1.9 Charola recolectora de líquidos.</p> <p>1.10 Taloneras retractiles integradas, piñeras tipo Goeopel acojinadas con fijadores.</p>				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía					
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					



4. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS

Folio	Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022
Área Requiriente	Dirección Médica		
Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulación de la temperatura mediante termostato ajustable de 0 a -32°C. 2. Indicador de encendido. 3. Interruptor de congelación rápida. 4. Indicador de alarma. 5. Botón indicador de encendido. 6. Dispositivo de evacuación de agua. 7. Sistema de descongelamiento. 8. Bajo consumo de energía. 9. Congelación rápida e Intensa. 10. Indicador de sobre calentamiento. 11. Manija con cerradura. 12. Recubrimiento interior en aluminio con puerta interior de cristal templado. 13. Llave de seguridad. 14. Ruedas para fácil desplazamiento. 15. Sistema de drenado. 16. Tipo de gas Refrigerante R600a 17. Jaladera integrada. 		
Accesorios	CANT	Descripción	
	0		
Instalación :	N/A	Descripción	
		Alimentación de red eléctrica de 115-120V/60Hz	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:			
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique			
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.			
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía			
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo			
Documentos adicionales para productos de origen nacional:			



Salud

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Servicios de
Salud Jalisco

4. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS

Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado



5. LARINGOSCOPIO

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> Dispositivo portátil utilizado para visualización de la laringe del paciente, que permite realizar la intubación endotraqueal en pacientes que así lo requieren. Sistema que incorpore al menos un mango: <ol style="list-style-type: none"> Hecho de metal quirúrgico y que no cause corrosión Acabado antiderrapante (acanalado) Compatible con todos los modelos de hojas Lámpara con tecnología de fibra óptica con fuente de luz incorporada al mango a través de foco del tipo halógena o mejorada de al menos 2.5 V de alimentación por baterías recargables o alcalinas tipo AA. Hojas de laringoscopio en acero inoxidable sin aristas ni ángulos, acabado antirreflejante tipo Miller (recta) y tipo Macintosh (curva) <ol style="list-style-type: none"> Tamaño Neonatal: 0 (Macintosh) y 00,0 (Miller) Tamaño Pediátrico: 1, 2 (Macintosh y Miller) Tamaños Adultos: 3, 4 y 5 (Macintosh y Miller) Hojas deberán de ser tecnología de fibra óptica, libre de mantenimiento compatible conforme a lo estipulado en ISO 7376, sin aberturas o grietas donde se almacene suciedad o que dificulte su limpieza, completamente esterilizables en vapor. 				
Accesorios	CANT	Descripción			
	1	Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable			
	1	Baterías recargables			
	1	Estuche para accesorios			
	1	Lámpara de repuesto			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía					
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo					
Documentos adicionales para productos de origen nacional:					
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Documentos adicionales para productos de origen internacional:					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo					
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					



6. SIERRA PARA CORTAR YESO

Folio	Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022
Área Requirente	Dirección Médica		
Descripción Técnica:	1. Sierra para cortar yeso oscilatoria para escayolas 2. Para serrar objetos o escayolas de gran resistencia, como fibra de vidrio 3. Dos hojas de sierra especialmente templadas Ø50+65mm 4. Equipada con un interruptor de seguridad que evita el calentamiento excesivo del motor. 4.1 Interruptor protector para el motor 5. Protección con capa aislante 6. Protección contra interferencias. 8. Peso: 1500 g 9. Potencia de desarrollo 125 W . Clase de protección II según VDE 0740 10. Revolución de salida máxima de descarga : 10,000 R.P.M 11. Potencial <125 w 12. Ruido <85 dB (+/- 5%) 13. Longitud <250mm (+/- 5%)		
Accesorios	CANT	Descripción	
Instalación :	N/A	Descripción	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:			
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique			
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.			
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía			
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo			
Documentos adicionales para productos de origen nacional:			
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
Documentos adicionales para productos de origen internacional:			
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo			
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			



7. TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL CON MANÓMETRO REGULADOR Y FLUJÓMETRO

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Tanque de oxígeno portátil <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulador desmontable. Protección integrada en el regulador y el cilindro. 2. Alta seguridad con dispositivos. 3. Vaso humidificador. 4. Cilindro de aluminio portátil ligero. 5. Carro porta cilindro integrado. 6. Capacidad de 682 litros; rinde hasta 3:47 horas con flujo continuo de 3 LPM. Incluye: Carga, cánula, humidificador, regulador desmontable 2-15 LPM				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía					
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo					
Documentos adicionales para productos de origen nacional:					
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Documentos adicionales para productos de origen internacional:					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo					
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					



8. EXTRACTOR DE LECHE

Folio	Partida	2541	Clave de cuadro estatal 2022
Área Requiriente	Dirección Médica		
Descripción Técnica:	Extractor de leche materna eléctrico <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayuda a estimular la producción de leche materna. 2. Fácil transportación para una mayor practicidad. 3. Copa que esté en contacto con el seno, con inserto de silicón para mayor confort. 4. De 3 niveles de succión. 5. De fácil armado, limpieza y uso. 6. Botella recolectora. 7. Baterías recargables. 8. Cargador de baterías. 		
Accesorios	CANT	Descripción	
	1	Paquete con bolsas de toallas húmedas	
	1	Biberón 6 ml / 2 Oz	
Instalación :	2	Pezoneras	
	N/A	Descripción	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:			
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique			
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.			
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía			
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo			
Documentos adicionales para productos de origen nacional:			
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
Documentos adicionales para productos de origen internacional:			
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo			
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			



9. TERMÓMETRO CLÍNICO

Folio		Partida	2541	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Termómetro clínico para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura corporal. 1. Sensor de temperatura de alta precisión. 2. Termómetro con indicación de 3 dígitos, memoria y señal acústica 3. Irrompible y hermético 4. Intervalo de medición: 32 a 43,9°C Precisión: +/- 0,1°C 5. Desconexión automática después de unos minutos sin utilizarse. 6. Batería de larga duración incluida.				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía					
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo					
Documentos adicionales para productos de origen nacional:					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Documentos adicionales para productos de origen internacional:					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo					
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					



10. MESA PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTAL

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construida en Acero Inoxidable Tipo AISI-304. 2. Barandal de alambón de acero inoxidable de sección circular con 9.5mm *(3/8") de diámetro; acabado pulido soldado a cubierta. 3. Cubierta de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido. 4. Entrepañó de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido, unida a la estructura. 5. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable calibre No. 18 con postes verticales de 25.4mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo de el mismo material en travesaños horizontales de 12.7mm (1/2") de diámetro: acabado pulido. 6. Rodajas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1mm (4") de diámetro; acabado cromado. 7. Dimensiones generales: Largo 60cm x Ancho 50cm x Altura 100cm. 				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					



11. JUEGO DE CUBIERTOS DE COCINA

Folio		Partida	2231	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Juego de cubiertos de acero inoxidable consta de : 1.1 Cucharas soperas: 4 (cuatro) 1.2 Cucharas cafeteras: 4 (cuatro) 1.3 Tenedores: 4 (cuatro) 1.4 Cuchillos con filo sierra: 4 (cuatro)				
Accesorios	CANT	Descripción			
	X	No aplica			
Instalación :	N/A	Descripción			
	X	No aplica			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					



12. JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Folio		Partida	2231	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<p>Juego de cuchillos de acero inoxidable con las siguientes piezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un cuchillo de chef de 8 pulgadas. 2. Un cuchillo utilitario dentado de 4.5 pulgadas. 3. Un cuchillo utilitario de borde fino de 4 pulgadas. 4. Un cuchillo para pelar de 3 pulgadas. 5. Un cuchillo para pelar con pico de pájaro de 3 pulgadas. 6. 4 Cuchillos para bistec de 4.5 pulgadas. 7. Una cizalla multiusos. 8. Acero para afilar. 9. Bloque negro porta cuchillos. 				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					



13. JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE

Folio		Partida	2231	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Olla alta recta con tapa de acero inoxidable tipo 18/8 con capacidad para 15 lt, incluye agarradera y asas de la olla del mismo metal 2. Olla de acero inoxidable con tapa para baño maría con diámetro de 28 cm como mínimo				
Accesorios	CANT	Descripción			
	X	No aplica			
Instalación :	N/A	Descripción			
	X	No aplica			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas.					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					



14. JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO

Folio		Partida	2231	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Ollas con tapa, de las siguientes capacidades (+/- 10%): 1.1 3.8 litros 1.2 6.3 litros 1.3 15 litros 2. Material de las Ollas: Aluminio. 3. Espesor de 2 mm (+/- 10%).				
Accesorios	CANT	Descripción			
	0				
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					



15. JUEGO DE SARTENES DE COCINA

Folio		Partida	2231	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juego de 3 sartenes. 2. Fabricados 100% aluminio. 3. Revestimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la sartén, facilitando el cocinado y su posterior limpieza. 4. Tamaño del sartén (+/- 10%): <ol style="list-style-type: none"> 4.1 1 sartén 20 cm 4.2 1 sartén 26 cm 4.3 1 sartén 30 cm 5. Espesor de 2.5mm como mínimo. 6. Mango ergonómico de cualquier material que evite la transferencia de calor. 				
Accesorios	CANT	Descripción			
	0				
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					



16. VAJILLA PARA 4 PERSONAS

Folio		Partida	2231	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Vajilla de cerámica para 4 personas con los siguientes elementos: 1. Cuatro platos trinche 2. Cuatro platos soperos 3. Cuatro platos para postre 4. Cuatro tazas				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					