58. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1.- Lámpara quirúrgica portátil para emergencia de LED 2.- Montaje: 2.1.- Columna fija a pedestal rodable 2.2.- Pedestal con freno en cada rueda. 2.3.- Manija de direccionamiento en barra de pedestal. 3.- Brazo porta lámpara: 3.1.- Con giro rotatorio de 360º 3.2.- Ajuste a +/- 35° arriba y 45° abajo como mínimo. 3.3.- Articulado. 4.- Lámpara: 4.1.- Libre de sombras a la interposición de cuerpos. 4.2.- Fuente de luz: 4.2.1.- LED blanco, sin emitir ningún tipo de rayos infrarrojos. Con mínimo 16 bulbos de LED. 4.2.2.- Ensamblado en base de aluminio. 4.2.3.- Tiempo de vida útil de 50,000 horas o mayor. 4.2.4.- Niveles de ajuste de intensidad luminosa 4.2.5.- Índice de reproducción cromática Ra de 95. 4.2.6.- Índice de reproducción del Rojo R9 de 97. 4.2.7.- Índice de reproducción cromática de pie caucásica R13 de 97 4.3.- Temperatura de color en el rango de 4400 grados Kelvin. 4.4.- Giro de base de 360 ° y rotación de lámpara 360° 4.5.- Tamaño del campo de trabajo: 4.5.1.- Diámetro de iluminación de 14 a 20.5 cm. 4.5.2.- Profundidad de iluminación de 120 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque. 4.6.- material del cabezal o satélite en fundición de Aluminio no plástico para mayor durabilidad 4.7.- Intensidad luminosa homogénea de 160,000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. 4.8.- Mango: 4.8.1.- Desmontable o fijo 4.8.2.- Esterilizable. 4.8.3.- Plástico o metal. 4.8.4.- Ensamble rápido enroscable. 4.9.-Encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa desde el mango central. 4.10.- Cabezal con superficie externa lisa, diseño doble hueco para no interferir en el flujo laminar, fácil limpieza y desinfección. 5.- Batería recargable: 5.1.- Interruptor principal 5.2.- Tiempo de la batería en uso mínimo 3 horas. 5.3.- Funcionamiento continúo. 5.4.- Sin variaciones en la calidad de la iluminación 6.- Cable alimentación: 6.1.- Enrollable para evitar cable suelto en el área de uso				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			

58. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

		Alimentación eléctrica grado médico con tierra física
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:		
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique		
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas		
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año. **Nota:** La garantía corre a partir de la instalación en sitio del equipo		
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.		
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.		
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.		
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para la instalación de equipo y reportes de garantía		
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la instalación en sitio en máximo 5 días hábiles después de la solicitud		
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para la realización de 2 mantenimientos preventivos durante el primer año de adquisición. Deberá incluir información de contacto para agendar dichos mantenimientos		
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo		
Documentos adicionales para productos de origen nacional:		
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
Documentos adicionales para productos de origen internacional:		
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo		
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		