135. SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA ABDOMINAL

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	535.701.0338	PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES 4 X 5, LONGITUD DE 200 MM.	1
2	535.716.0299	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM.	2
3	535.716.0141	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 240 MM.	1
4	535.156.0031	CANULA YANKAWER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	2
5	535.701.4363	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	2
6	537.702.0952	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM.	2
7	537.702.4764	PINZA MIXTER O GEMINI, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 270 A 280 MM.	2
8	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	3
9	535.701.4066	PINZA HEANEY, CURVA, CON DOS DIENTES TRANSVERSALES Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD DE 22 CM.	6
10	535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1
11	535.701.1419	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2
12	535.701.1385	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	2
13	535.701.0544	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 130 A 140 MM.	2
14	535.859.0429	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM.	1
15	535.859.1021	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.	2
16	535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
17	537.702.4194	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	2
18	535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2
19	537.702.4814	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM.	6
20	535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	12
21	535.137.0084	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4	2
22	535.701.1302	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6X7 DIENTES, LONGITUD 200 A 205 MM.	6
23	537.702.5944	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	15
24	537.702.4962	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 240 A 255 MM.	6
25	535.702.0147	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	10
26	535.859.0973	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM.	1
27	513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
28	535.137.0472	BISTURI QUIRURGICO, MANGO LARGO NO. 7	1
29	537.703.7063	PINZA DARTIGUES O HISTEROLABO, LONGITUD DE 255 A 270 MM.	1
30	537.859.0011	TIRABUZON DOYEN, DE 150 A 170 MM. DE LONGITUD	1
31	537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA, EN FORMA DE "S" CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	2
32	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA,ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	3
33	537.702.2248	TIJERA MAYO-HARRINGTON, CURVA, LONGITUD DE 225 A 230 MM.	2
34	537.702.2230	TIJERA MAYO-HARRINGTON, RECTA, LONGITUD DE 225 A 230 MM.	1
35	537.702.6629	PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES, FENESTRADA, LONGITUD DE 200 MM.	2
36	537.702.4202	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON DIENTES, DE 250 A 260 MM.	2
37		CUBETA P/CONTENED.3/4 PERF.ALTURA:120MM	1
38		3/4 CESTA PERF.406X253X76MM	1
39		ESTERILLA DE SILICONA P.ESTAS LARG 1/1	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	