37. MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Mesa de trabajo completamente de acero inoxidable A.I.S.I 304 pulido. 2. Dimensiones 1.20 x 0.70 x 90 mts (largo, ancho y alto) aproximadamente. 3. Debe presentar un acabado interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en la estructura y en la superficie. 4. Las uniones de los elementos componentes deberán ser a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base con mínimo, en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos, para una buena calidad.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					