Salud

Partida 2022: 5321

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Servicios de Salud Jalisco

136. SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA VAGINAL

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	535.477.0116	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM. DE DIAMETRO, 31 CM. DE LONGITUD	1
2	537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA, EN FORMA DE "S" CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	1
3	537.814.1179	SEPARADOR GELPI, DE PUNTA ROMA, LONGITUD 17.5 CM.	1
4	537.702.5944	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	12
5	537.702.0952	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM.	2
6	537.702.5977	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 220 MM.	12
7	513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
8	537.814.9008	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	1
9	537.814.9024	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	1
10	535.137.0084	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4	2
11	535.701.1385	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
12	535.701.0544	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
13	535.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	6
14	535.716.0299	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM.	2
15	535.716.0380	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 24 CM.	1
16	537.702.4814	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM.	6
17	535.701.4066	PINZA HEANEY, CURVA, CON DOS DIENTES TRANSVERSALES Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD DE 22 CM.	6
18	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2
19	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA,ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	2
20	537.702.6629	PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES, FENESTRADA, LONGITUD DE 200 MM.	1
21	535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	6
22	535.859.1021	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.	2
23	535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2
24	535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
25	537.814.9016	SEPARADOR SIMS, PARA HISTERECTOMIA, CON VALVAS EN AMBOS EXTREMOS, JUEGO DE TRES TAMAÑOS	1
26		CUBETA P/CONTENED.3/4 PERF.ALTURA:120MM	1
27		3/4 CESTA PERF.406X253X76MM	1
28		ESTERILLA DE SILICONA P.ESTAS LARG 1/1	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	

Jalisco