127. SET DE ADENOAMIGDALECTOMÍA

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	535.701.1955	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	1
2	535.156.0031	Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm	2
3	535.701.1302	Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm.	2
4	537.010.0066	Abatelenguas Wieder hoja grande.	2
5	537.010.0090	Abatelenguas Wieder hoja chica.	1
6	537.015.0012	Adenotomo la force de canastilla desarmable c/hoja cortante curva, tamaño grande.	1
7	537.015.0020	Adenotomo la force de canastilla desarmable c/hoja cortante curva, tamaño mediano.	1
8	537.015.0053	Adenotomo la force de canastilla desarmable c/hoja cortante curva, tamaño pequeño.	1
9	535.859.2417	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	1
10	535.859.1021	Tijera Metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm.	1
11	535.716.1792	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm.	1
12	537.035.0018	Amigdalotomo Tyding, recto, de asa de alambre, con asas de diferentes diámetros.	1
13	537.012.0213	Abreboca McIvor automático con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego.	1
14	535.701.0098	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	4
15	535.137.0472	Bisturí quirúrgico, mango Nº 7.	1
16	513.227.0074	Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm.	1
17	537.857.0099	Tijera Dean, angulada, puntas agudas, longitud 170 mm.	1
18	537.263.1308	Cucharilla Beckman para adenoides Nº 1.	1
19	537.263.1616	Cucharilla Beckman para adenoides Nº 2.	1
20	537.263.1314	Cucharilla Beckman para adenoides Nº 3.	1
21	537.263.1332	Cucharilla Beckman para adenoides Nº 4	1
22	537.263.1340	Cucharilla Beckman para adenoides Nº 5.	1
23	537.263.1357	Cucharilla Beckman para adenoides Nº 6.	1
24	535.701.4363	Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm.	1
25	535.701.0734	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	2
26	537.316.0240	Disector hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala.	1
27	537.814.8943	Separador lothrop, longitud de 180 mm.	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	