119. PLICÓMETRO PARA VALORACIÓN NUTRICIONAL

Folio		**Partida**		**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Permite evaluar el estado nutricional de un sujeto gracias a la medición del espesor de los pliegues cutáneos. 2. Los dos brazos del instrumento deben ejercer sobre el pliegue cutáneo una presión de aproximadamente 10 gr/mm2. 3. La toma del pliegue cutáneo debe corresponder a una superficie de aproximadamente 6x11 milímetros. 4. Permite medir con una aproximación de +/- 2 mm el pliegue. 5. Apertura: 80 mm.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	0				
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					