# 32. MESA CARRO ANESTESIÓLOGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Folio** | | **Partida** | 5311 | **Clave de cuadro estatal 2022** | |
| **Área Requirente** | Dirección Médica | | | | |
| **Descripción Técnica:** | 1.-Mesa carro anestesiólogo con estructura de perfil tubular redondo de acero aprox. cal. 18<br>2.-Con postes verticales de aprox. 2.54 cm (1″) de diámetro.<br>3.-Travesaños horizontales de perfil tubular redondo de acero de aprox.1.27 cm (1/2″) de diámetro.<br>4.-Barandal (soldado a cubierta) de alambrón de acero inoxidable de sección circular de aprox 9.5 mm (3/8″) de diámetro, acabado pulido.<br>5.-Cubierta de acero inoxidable aprox. cal. 20.<br>6.-Entrepaño (unido a la estructura) de acero inoxidable aprox cal. 20.<br>7.- Ruedas de hule natural negro de aprox 101.1 mm (4″) de diámetro y Rodajas giratorias comerciales tipo semipesado.<br>8.-Acabado cromado.<br>9.-Dimensiones aproximadas 100 x 64 x 47 (39 2/5 x 25 1/5" x 18.5″) | | | | |
| **Accesorios** | **CANT** | **Descripción** | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Instalación :** | **N/A** | **Descripción** | | | |
| | | | | | |
| **Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:** | | | | | |
| Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas | | | | | |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año. | | | | | |
| Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado | | | | | |